

Baxter

Welch Allyn
XScribe
Sistema de prueba de esfuerzo cardíaco



Instrucciones de uso

Baxter, AM12, Q-Stress, Quinton, VERITAS, WAM, Welch Allyn y XScribe son marcas comerciales de Baxter International Inc. o sus filiales.

SunTech y Tango son marcas comerciales registradas de SunTech Medical, Inc.

Adobe y Acrobat son marcas comerciales registradas de Adobe Systems Inc.

Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation.

DICOM es la marca comercial registrada de la National Electrical Manufacturers Association para sus publicaciones de normas relacionadas con las comunicaciones digitales de información médica.

Cualquier otra marca comercial, nombre de producto o imagen de marca que aparezca en este documento es propiedad de sus respectivos propietarios.

Software V6.5.X. La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Servicio técnico de Baxter

Si desea obtener información sobre cualquiera de los productos de Baxter, póngase en contacto con el servicio técnico de Baxter:

www.baxter.com/contact-us

REF

80031277 Ver. A
Fecha de revisión: 04/2025

#

901144 SISTEMA DE PRUEBA DE ESFUERZO CARDÍACO



Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153, EE. UU.

baxter.com



EC **REP**



Welch Allyn Limited
Navan Business Park, Dublin Road
Navan, Co. Meath C15 AW22
Irlanda

Patrocinador australiano autorizado
Welch Allyn Pty Limited
1 Baxter Drive
Old Toongabbie NSW 2146
Australia

EAC

Representante autorizado para Kazajistán
TOO Orthodox Pharm
Avenida Uly Dala 7/4, apto. 136, Nur-Sultan 010000, Kazajistán

CONTENIDO

AVISOS.....	2
RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE	2
RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.....	2
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO	2
AVISOS DE COPYRIGHT Y MARCA COMERCIAL	2
OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE	3
AVISO A LOS USUARIOS O PACIENTES EN LA UE	3
INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA.....	4
SU GARANTÍA WELCH ALLYN.....	4
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO	6
PRECAUCIONES	10
NOTA(S)	11
SÍMBOLOS Y MARCAS EN EL EQUIPO	13
DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS DEL DISPOSITIVO	13
DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS DEL ENVASE	16
CUIDADO GENERAL.....	17
PRECAUCIONES	17
INSPECCIÓN	17
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	17
ELIMINACIÓN.....	19
COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (EMC)	20
COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (EMC)	20
GUÍA Y DECLARACIÓN DEL FABRICANTE: EMISIÓNES ELECTROMAGNÉTICAS.....	21
GUÍA Y DECLARACIÓN DEL FABRICANTE: INMUNDAD ELECTROMAGNÉTICA.....	22
GUÍA Y DECLARACIÓN DEL FABRICANTE: INMUNDAD ELECTROMAGNÉTICA.....	23
DISTANCIAS DE SEPARACIÓN RECOMENDADAS ENTRE LOS EQUIPOS PORTÁTILES O MÓVILES DE COMUNICACIÓN POR RADIOFRECUENCIA Y EL EQUIPO	24
INTRODUCCIÓN	25
FINALIDAD DEL MANUAL	25
PÚBLICO OBJETIVO	25
INDICACIONES DE USO	25
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA	26
ACERCA DE XSCRIBE	27
DISPOSITIVOS DE ADQUISICIÓN DE ECG Y ACCESORIOS DE XSCRIBE	29
PROCESO DE INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DE XSCRIBE	30
ACTIVACIÓN DE CARACTERÍSTICAS	34
FUNCIONES Y PERMISOS DE LOS USUARIOS	38
FUNCIONAMIENTO DE XSCRIBE EN RED EN UNA CONFIGURACIÓN DISTRIBUIDA.....	39
MWL/PATIENTS	49
MWL	49

CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN	52
CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA XSCRIBE E INSTALACIÓN DE LOS COMPONENTES.....	52
USO DE XSCRIBE	58
REALIZACIÓN DE UNA PRUEBA DE ESFUERZO.....	77
PREPARACIÓN DEL PACIENTE	77
START A STRESS TEST	80
CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA Y DE LOS USUARIOS.....	105
TAREAS DE ADMINISTRACIÓN	105
POLÍTICA DE COMPLEJIDAD DE CONTRASEÑAS DEL MODO LOCAL.....	106
CONFIGURAR EL FLUJO DE TRABAJO	119
CONFIGURACIÓN DE INFORMES	122
EXAM SEARCH.....	124
BÚSQUEDA AVANZADA	125
INFORMES FINALES.....	127
INFORMACIÓN DEL PACIENTE.....	127
MANTENIMIENTO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	130
REQUISITOS PARA EL MANTENIMIENTO DE RUTINA E INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA	130
PROTOCOLOS.....	135
PROTOCOLOS DE ETAPAS.....	135
SALIDA TTL/ANALÓGICA	151
SALIDA TTL	151
CONEXIÓN DE CINTA DE ANDAR/ERGÓMETRO	153
INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN DE XSCRIBE A LA CINTA DE ANDAR CON EL PUERTO SERIE	153
CONFIGURAR LA IMPRESORA	157
IMPRESORA TÉRMICA Z200+	157
INTERFAZ DE SUNTECH TANGO+ Y TANGO M2	168
CONEXIONES ENTRE EL MONITOR DE TENSIÓN ARTERIAL (TA) SUNTECH TANGO+ Y XSCRIBE	168
TABLA DE ASIGNACIÓN DE FUNCIONES DE LOS USUARIOS	171
CONFIGURACIÓN DE INTERCAMBIO DE DATOS DE XSCRIBE	173
INTERFACES DE INTERCAMBIO DE DATOS.....	173
GUÍA DE XSCRIBE PARA EL MÉDICO	222
ANÁLISIS DE LA SEÑAL DE XSCRIBE	222
ADQUISICIÓN DE DATOS	222
FILTROS	223
CÁLCULOS Y ALGORITMOS DE XSCRIBE	226

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 El sistema Xscribe*	28
Figura 2 Diagrama de interconexiones de Xscribe	53
Figura 3 Transformador de aislamiento médico	54
Figura 4 Colocación de los electrodos.....	78
Figura 5 Impresora térmica Z200+	157
Figura 6 Conectores de impresora térmica USB Z200+	160
Figura 7 Conectores de la impresora térmica Z200+ integrados de red	160
Figura 8 Carga de papel en la impresora térmica	164
Figura 9 Inserción del separador de la bandeja de papel	165
Figura 10 Inserción del separador de la bandeja de papel	166

AVISOS

Responsabilidad del fabricante

Welch Allyn, Inc. es únicamente responsable en cuanto a seguridad y rendimiento si:

- Las operaciones de ensamblado, las ampliaciones, los reajustes, las modificaciones o las reparaciones las llevan a cabo personas autorizadas por Welch Allyn, Inc.
- El dispositivo se usa de acuerdo con las instrucciones de uso.
- La instalación eléctrica de la sala correspondiente cumple los requisitos de las normativas pertinentes.

Responsabilidad del cliente

El usuario de este dispositivo es responsable de asegurarse de la implementación de un programa de mantenimiento satisfactorio. De no hacerlo, se podrían provocar averías con posibles riesgos para la salud

Identificación del equipo

El equipo de Baxter. está identificado por un número de serie y de referencia en la parte posterior del dispositivo
Deberá tenerse cuidado de que estos números no se desfiguren.

La etiqueta del producto **Xscribe** se coloca de manera que los números de identificación exclusivos y cualquier otra información importante impresa en la etiqueta queden visibles.

El formato del número de serie es el siguiente:

YYYWWSSSSSS

YYY = la primera Y es siempre 1 y le siguen dos dígitos (el año de fabricación)

WW = la semana de fabricación

SSSSSSSS = número de secuencia de fabricación

La etiqueta del producto del sistema de pruebas de esfuerzo y la etiqueta UDI (si procede) se colocan en la tarjeta de identificación del producto suministrada con el software.

Identificación del módulo AMXX

El módulo de adquisición alámbrico se identifica con una etiqueta del producto en la parte posterior del dispositivo y cuenta con su propio número de serie y etiqueta UDI.

Identificación del módulo inalámbrico

El módulo de adquisición inalámbrico (**WAM**) se identifica con una etiqueta del producto en la parte posterior del dispositivo y cuenta con su propio número de serie y etiqueta UDI. Cuando el sistema **Xscribe** está configurado para el **WAM**, se incluye se incluye un receptor **UTK** externo en el que puede verse una etiqueta que muestra el número de referencia (REF) y un número de lote.

Avisos de copyright y marca comercial

Este documento contiene información protegida por copyright. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este documento puede fotocopiarse, reproducirse ni traducirse a otro idioma sin el consentimiento previo y por escrito de Baxter.

Otra información importante

La información de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Baxter. no asume ninguna garantía con respecto a este material, incluidas, de manera no exhaustiva, las garantías implícitas de comerciabilidad y adecuación a un fin determinado. Baxter. no asume ninguna responsabilidad en caso de errores u omisiones en el presente documento. Baxter. no asume ningún compromiso de actualizar o mantener al día la información contenida en el presente documento.

Aviso a los usuarios o pacientes en la UE

Cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el dispositivo debe reportarse al fabricante y a las autoridades competentes del Estado Miembro en el cual estén establecidos el usuario o el paciente.

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

Su garantía Welch Allyn

WELCH ALLYN, INC. (en lo sucesivo, "Welch Allyn") garantiza que los componentes de los productos Welch Allyn (en lo sucesivo, "Producto/s") estarán libres de defectos en fabricación y materiales durante el número de años especificado en la documentación que acompaña al producto o bien en lo previamente acordado con el comprador y Welch Allyn o, si no se indica otra cosa, durante un período de (12) meses a partir de la fecha de envío.

Se garantiza que los productos consumibles, desechables o de un solo uso tales como, de forma no exhaustiva, PAPEL o ELECTRODOS, estarán libres de defectos en fabricación y materiales durante un período de 90 días a partir de la fecha de envío o de la fecha del primer uso, la que resulte anterior.

Se garantiza que los productos reutilizables tales como, por ejemplo, BATERÍAS, MANGUITOS DE TENSIÓN SANGUÍNEA, TUBOS DE PRESIÓN SANGUÍNEA, CABLES DEL TRANSDUCTOR, CABLES EN Y, CABLES DEL PACIENTE, DERIVACIONES, MEDIOS DE ALMACENAMIENTO MAGNÉTICOS, MALETINES DE TRANSPORTE O MONTURAS, estarán libres de defectos en fabricación y materiales durante un período de 90 días. Esta garantía no se aplicará a los daños a los productos provocados por cualquiera de las siguientes circunstancias o condiciones:

- a) Daños de flete;
- b) Piezas y/o accesorios de los productos no adquiridos a o aprobados por Welch Allyn;
- c) Mala aplicación, mal uso, abuso y/o no seguir las hojas de instrucciones y/o guías informativas de los productos;
- d) Accidente; un desastre natural que afecte a los productos;
- e) Alteraciones y/o modificaciones en los productos no autorizadas por Welch Allyn;
- f) Otros eventos fuera de un control razonable por parte de Welch Allyn o que no surjan bajo condiciones operativas normales.

LA COMPENSACIÓN AMPARADA POR ESTA GARANTÍA SE LIMITA A LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN SIN CARGOS EN MATERIALES O MANO DE OBRA EN LOS PRODUCTOS QUE BAXTER ENCUENTRE DEFECTUOSOS TRAS SU EXAMEN. Esta compensación quedará condicionada a la recepción de aviso por parte de Welch Allyn de los defectos alegados en cuanto se descubran dentro del período de garantía. Las obligaciones de Welch Allyn en cuanto a la anterior garantía estarán condicionadas además a la asunción por parte del comprador de los productos (i) de todos los gastos de envío con respecto a los productos devueltos al almacén principal de Welch Allyn o a cualquier otro lugar designado específicamente por Welch Allyn o por un distribuidor o representante autorizado de Welch Allyn, (ii) todos los riesgos de pérdida en tránsito. Se acepta expresamente que la responsabilidad de Welch Allyn es limitada y que Welch Allyn no funciona como aseguradora. El comprador de los productos, mediante su aceptación y adquisición, reconoce y acepta que Welch Allyn no es responsable por la pérdida, el deterioro o los daños debidos directa o indirectamente a una incidencia o consecuencia a ese respecto relacionada con los productos. Si Welch Allyn fuera encontrado responsable ante alguien bajo cualquier teoría (salvo la garantía expresa establecida anteriormente) por pérdida, deterioro o daño, la responsabilidad de Welch Allyn se limitará al menor valor entre la pérdida, deterioro o daño real y el precio de compra original de los productos cuando se vendieron.

SALVO EN LO DESCrito AQUÍ CON RESPECTO AL REEMBOLSO DE LOS GASTOS POR MANO DE OBRA, LA ÚNICA COMPENSACIÓN DE BAXTER AL COMPRADOR POR RECLAMACIONES RELACIONADAS CON LOS PRODUCTOS POR LAS PÉRDIDAS Y DAÑOS DERIVADOS DE CUALQUIER CAUSA SERÁ LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE LOS PRODUCTOS DEFECTUOSOS SIEMPRE QUE EL DEFECTO SE HAYA AVISADO Y BAXTER HAYA SIDO NOTIFICADO DENTRO DEL PERÍODO DE GARANTÍA. EN NINGÚN CASO, INCLUIDAS LAS RECLAMACIONES POR NEGLIGENCIA, SERÁ RESPONSABLE BAXTER POR DAÑOS FORTUITOS, ESPECIALES O INDIRECTOS NI POR LA PÉRDIDA, DAÑO O GASTO DE NINGÚN TIPO, INCLUIDO EL LUCRO CESANTE, SEA POR PERJUICIOS, NEGLIGENCIA O RESPONSABILIDAD ESTRICTA NI POR NINGUNA OTRA TEORÍA LEGAL. ESTA GARANTÍA PREVALEcerá EXPRESAMENTE SOBRE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, DE MANERA NO EXHAUSTIVA, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN A UN FIN DETERMINADO.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO



ADVERTENCIA

Significa que existe la posibilidad de lesiones personales a usted o a otras personas.



Precaución

Significa que existe la posibilidad de daños al dispositivo.



Nota

Proporciona información para seguir ayudándole en el uso del dispositivo.

NOTA: *Este manual podría contener capturas de pantalla e imágenes. Las capturas de pantalla e imágenes, en su caso, se ofrecen únicamente como referencia y no pretenden expresar técnicas operativas reales. Consulte la pantalla real en el idioma original para ver la redacción específica.*



ADVERTENCIAS

1. Este manual proporciona información importante acerca del uso y la seguridad de este dispositivo. La desviación de los procedimientos operativos, el mal uso o la mala aplicación del dispositivo, así como el pasar por alto las especificaciones y recomendaciones, podría aumentar el riesgo de provocar lesiones en los usuarios, pacientes y personal próximo, así como de causar daños en el dispositivo.
2. Los distintos fabricantes de los accesorios (p. ej., pantalla, monitor de tensión sanguínea, impresora láser, cables del paciente y electrodos) proporcionan manuales del usuario y/o instrucciones diferentes. Lea estas instrucciones atentamente y consúltelas para ver las funciones específicas. Se recomienda conservar todas las instrucciones juntas. Consulte estas instrucciones para obtener una lista de accesorios aprobados. En caso de duda, contacte con Baxter.
3. El dispositivo (sistema de esfuerzo cardíaco) captura y presenta datos que reflejan el estado fisiológico del paciente; cuando los revisa un médico formado, puede resultar útil para determinar un diagnóstico; no obstante, los datos no deben usarse como el único medio para determinar el diagnóstico de un paciente.
4. Se espera que los usuarios sean profesionales médicos titulados con conocimientos de procedimientos médicos y atención al cliente, y debidamente formados en el uso de este dispositivo. Antes de intentar usar este dispositivo para aplicaciones clínicas, el operador deberá leer y comprender el contenido del manual del usuario y otros documentos que lo acompañen. Un conocimiento o una formación inadecuados podría aumentar el riesgo de provocar lesiones en los usuarios, pacientes y personal próximo, así como de causar daños en el dispositivo. Contacte con la asistencia de Baxter para consultar otras opciones de formación.
5. Para garantizar que se mantiene la seguridad eléctrica durante el funcionamiento con corriente CA (~), el dispositivo deberá estar enchufado a una toma de electricidad de calidad hospitalaria.
6. El dispositivo incluye un potente transformador de aislamiento que debe usarse para conservar el aislamiento con respecto a la fuente de alimentación que se ha diseñado para el operador y el paciente. El transformador de aislamiento eléctrico deberá estar enchufado a una toma de electricidad de calidad hospitalaria.
7. Para mantener la seguridad que se ha diseñado para el operador y el paciente, los equipos y accesorios periféricos que se utilicen y que puedan entrar en contacto directo con el paciente deberán cumplir las normas ANSI/AAMI ES 60601-1, IEC 60601-1 e IEC 60601-2-25. Solo deberán usarse las piezas y los accesorios suministrados con el dispositivo y disponibles a través de Baxter.
8. Todos los conectores de entrada y salida (E/S) de señales están concebidos para la conexión exclusiva de aquellos dispositivos que cumplan la norma IEC 60601-1 u otras normas IEC (como IEC 60950 o IEC 62368-1), según corresponda al dispositivo. La conexión de dispositivos adicionales podría incrementar las corrientes de fuga al chasis o al paciente. Para mantener la seguridad del operador y del paciente, deberán considerarse los requisitos de

la cláusula 16 de la norma IEC 60601-1 y deberán medirse las corrientes de fuga para confirmar que no existen riesgos de descarga eléctrica.

9. Para evitar descargas eléctricas potenciales, asegúrese de que los equipos y accesorios aprobados se conectan a los puertos correspondientes, y que no se haya conectado ningún equipo incompatible.
10. Los cables del paciente, diseñados para su uso con el dispositivo, incluyen una resistencia serie (de 9 kohm como mínimo) en cada cable para la protección en la desfibrilación. Deberá comprobarse si existen agrietamientos o roturas en los cables del paciente antes de su uso.
11. Las piezas conductoras del cable del paciente, los electrodos y las conexiones asociadas de las piezas aplicadas de tipo CF, incluido el conductor neutro del cable del paciente y del electrodo, no deben entrar en contacto con otras piezas conductoras, incluida la toma de tierra.
12. Las piezas conductoras del oxímetro de pulso opcional del monitor de tensión sanguínea SunTech **Tango** (sensor de SpO₂ usado para monitorizar la saturación de oxígeno) y las conexiones asociadas de piezas aplicadas de tipo BF no deben entrar en contacto con otras piezas conductoras, incluida la toma de tierra. El oxímetro de pulso no está protegido contra el desfibrilador. Consulte las instrucciones del usuario de SunTech **Tango** para obtener más información.
13. Para evitar el riesgo de un incorrecto aislamiento eléctrico, el sensor de SpO₂ **Tango** solo deberá conectarse al correspondiente cable del paciente de extensión de SpO₂ o al puerto del monitor de tensión sanguínea SunTech **Tango**.
14. El ordenador personal y todos los equipos periféricos usados deberán estar aprobados según la norma de seguridad adecuada para equipos eléctricos no médicos, según las normas IEC 60950 o IEC 62368-1, o sus variantes nacionales.
15. Si existiera el requisito de que el ordenador personal o los equipos periféricos que tenga conectados, incluido un equipo de ejercicio, como un ergómetro o una cinta de correr, estuviera situado dentro del entorno del paciente, es responsabilidad del usuario asegurarse de que el sistema proporciona un nivel de seguridad que garantice su conformidad con la cláusula 16 de la norma IEC 60601-1. Los equipos no médicos deberán alimentarse con un transformador de aislamiento de calidad médica de capacidad suficiente, y deberán cumplir con la norma IEC correspondiente (p. ej., IEC 60950-1 o IEC 62368-1).
16. Disponga el sistema en un lugar en el que el conector del cable eléctrico de calidad médica del transformador de aislamiento pueda desconectarse rápidamente de la fuente de alimentación si fuera necesario para aislar el sistema de esfuerzo cardíaco de la alimentación eléctrica.
17. Con el fin de evitar la posibilidad de causar lesiones graves o la muerte durante la desfibrilación del paciente, no entre en contacto con cables de los dispositivos o del paciente. De manera adicional, se precisa la correcta colocación de las paletas del desfibrilador con relación a los electrodos para minimizar las lesiones al paciente.
18. Deberán seguirse procedimientos clínicos adecuados para preparar los sitios de los electrodos y para monitorizar al paciente por si presentara excesiva irritación de la piel, inflamación u otras reacciones adversas. Los electrodos se han diseñado para un uso breve y deberán retirarse del paciente en cuanto finalicen las pruebas.
19. Para evitar la posible transmisión de enfermedades o infecciones, los componentes desechables de un solo uso (como los electrodos) no deberán reutilizarse. Para conservar la seguridad y eficacia, los electrodos no deberán usarse después de su fecha de caducidad.
20. Existe un posible riesgo de explosión. No utilice el dispositivo en presencia de mezcla anestésica inflamable.

21. El dispositivo no ha sido diseñado para su uso con equipo quirúrgico de alta frecuencia (HF) y no proporciona medios de protección contra riesgos para el paciente.
22. Cuando se utilice el filtro de 40 Hz, no se puede satisfacer el requisito de respuesta de frecuencia para el equipo ECG de diagnóstico. El filtro de 40 Hz reduce significativamente los componentes de alta frecuencia de las amplitudes del pico del ECG y del marcapasos, y solo se recomienda si no se puede reducir el ruido de alta frecuencia mediante los debidos procedimientos.
23. Pruebe las funciones de **Xscribe** después de cada actualización crítica y de seguridad de Microsoft. Las instrucciones para probar las funciones del sistema se encuentran en el manual de instalación del sistema **Xscribe**, referencia 9515-209-60-ENG.
24. Para conservar la seguridad diseñada para el operador y el paciente, el frontal de **Xscribe** y las partes conductoras de los cables conectados deberán disponerse de modo que no estén accesibles durante el funcionamiento normal.
25. No deberá conectarse al sistema una regleta de enchufes múltiples ni un cable de extensión adicionales.
26. No conecte ningún elemento que no se especifique como que forma parte del sistema.
27. La calidad de la señal producida por la impresora térmica podría verse afectada negativamente por el uso de otros equipos médicos, incluidos, entre otros, los desfibriladores y las máquinas de ultrasonidos.
28. Los electrodos de ECG podrían provocar irritación en la piel; deberá examinarse a los pacientes por si hubiera signos de irritación o inflamación. Los materiales e ingredientes de los electrodos se especifican en el envase o están disponibles en el proveedor a petición.
29. No intente limpiar los cables del dispositivo o del paciente sumergiéndolos en líquido, mediante autoclave o por limpieza con vapor, pues ello podría dañar el equipo o reducir su vida útil. Limpie las superficies exteriores con agua caliente y una solución de detergente suave y, a continuación, séquelas con un paño limpio. El uso de agentes de limpieza o desinfección no especificados, no seguir los procedimientos recomendados o entrar en contacto con materiales no especificados podría aumentar el riesgo de provocar lesiones en los usuarios, pacientes y personal próximo, así como de causar daños en el dispositivo.
30. En el interior no hay piezas que pueda reparar el usuario. Los tornillos solo debe retirarlo personal de servicio cualificado. El equipo dañado o con sospecha de no estar operativo deberá retirarse de inmediato de su uso y verificarse/repararse por personal de mantenimiento cualificado antes de continuar con su uso.
31. El equipo dañado o con sospecha de no estar operativo deberá retirarse de inmediato de su uso y verificarse/repararse por personal de mantenimiento cualificado antes de continuar con su uso.
32. Para evitar la emisión de sustancias que puedan dañar el medio ambiente, deseche el dispositivo, sus componentes y accesorios (como baterías, cables o electrodos) y/o el material de embalaje una vez que hayan superado la vida útil de acuerdo con las normativas locales.
33. En caso necesario, deseche el dispositivo, sus componentes y accesorios (como baterías, cables o electrodos) y/o materiales de embalaje de acuerdo con las normativas locales.
34. Se recomienda tener a mano artículos de repuesto en correcto estado de funcionamiento, como un cable del paciente, monitor de visualización y otros equipos de repuesto, con el fin de evitar el retraso en el tratamiento a causa de un dispositivo inoperativo.
35. Para mantener un entorno de trabajo seguro, el carro de esfuerzo cardíaco, incluidos los dispositivos y equipos, no debe superar los 200 kg.
36. El dispositivo y la red de informática a la que se conecta deben configurarse y mantenerse de forma segura según la norma IEC 80001 o una norma o práctica de seguridad de red equivalente.

37. Este producto cumple con las normas pertinentes sobre interferencias electromagnéticas, seguridad mecánica, rendimiento y biocompatibilidad. Sin embargo, el producto no elimina completamente la posibilidad de que el paciente o el usuario resulten lesionados debido a:
- Daños o deterioro del dispositivo por riesgos electromagnéticos.
 - Daños por riesgos mecánicos.
 - Daños por falta de disponibilidad de un parámetro, función o dispositivo.
 - Daños por un uso indebido, como una limpieza insuficiente.
 - Daños por la exposición del dispositivo a factores biológicos que pueden dar lugar a una reacción alérgica sistémica grave.
38. Debe evitarse utilizar el dispositivo junto a otros equipos o sistemas médicos, o apilado con estos, ya que podría producirse un funcionamiento incorrecto. Si no pudiese evitarse, observe el rendimiento del dispositivo y de otros equipos para comprobar que funcionan con normalidad.
39. Utilice solo accesorios recomendados por Baxter para el dispositivo. Los accesorios no recomendados por Baxter podrían afectar negativamente a las emisiones o a la inmunidad electromagnéticas.
40. Mantenga la distancia de separación mínima entre el dispositivo y el equipo portátil de comunicación por radiofrecuencia. El rendimiento del dispositivo podría disminuir si no mantiene una distancia adecuada entre los equipos.
41. Este equipo o sistema se ha diseñado para que lo utilicen únicamente profesionales sanitarios. Este equipo o sistema puede provocar interferencias de radio o puede afectar al funcionamiento de equipos cercanos. Es posible que sea necesario tomar medidas atenuantes, como cambiar la orientación o la ubicación del dispositivo, o proteger la ubicación.
42. Cuando el SCF está activado, se pueden observar cambios en la amplitud del QRS en la forma de onda del ECG que se muestra en la pantalla en tiempo real, en las impresiones del ECG en tiempo real y en los informes finales. La visualización del latido promedio, los cálculos (p. ej., frecuencia cardíaca, nivel de ST y pendiente de ST) y los eventos detectados por el algoritmo (p. ej., EV, SALVAV) no se ven afectados. La amplitud del complejo QRS puede disminuir un promedio de un -5,4 % antes del ejercicio y de un -7,1 % en la frecuencia cardíaca máxima. El 95 % de los posibles valores de diferencia de amplitud del QRS oscilan entre el 0 y el -19,0 % antes del ejercicio y entre el -0,6 y el -20,4 % en la frecuencia cardíaca máxima.

Declaración de conformidad con la FCC para el WAM

- En Estados Unidos, el uso de este dispositivo está regulado por la FCC (Federal Communications Commission). El **WAM** con su antena cumple los límites de exposición a RF de la FCC para la exposición incontrolada o de la población en general.
- Advertencia de la FCC (Parte 15.21): Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de la conformidad podrían anular el permiso del usuario para utilizar el dispositivo.

ID de la FCC del **WAM**: HJR-WAM2500

ID de la FCC del UTK: HJR-UTK2500

- Estos dispositivos cumplen la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones:
 1. Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas, y
 2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.



Precauciones

1. No utilice el dispositivo como método para cargar o hacer funcionar software disponible comercialmente. Si lo hace, ello podría afectar al rendimiento del dispositivo.
2. No tire de los cables del paciente ni los estire, pues ello podría originar averías mecánicas o eléctricas. Los cables del paciente deberán guardarse después de formar con ellos un bucle suelto.
3. Actualizaciones de Microsoft Windows y política antivirus: Aunque es poco probable que las actualizaciones y los parches de seguridad de Windows afecten al funcionamiento de Xscribe, Baxter recomienda desactivar la actualización automática de Windows y ejecutarla manualmente con regularidad. Se debe ejecutar una prueba de funcionamiento después de la actualización, que incluye la realización de un examen, la importación de una solicitud y la exportación de resultados, si se han activado. Baxter recomienda excluir la carpeta de la base de datos de Xscribe (normalmente C:\ProgramData\MiPgSqlData en un sistema independiente o en el servidor) y la carpeta de la aplicación principal (normalmente C:\Program Files (x86)\Mortara Instrument Inc\ModalityMgr) de las carpetas que se van a analizar. Además, las actualizaciones de parches antivirus y los análisis del sistema deben programarse para períodos de tiempo en los que el sistema no esté en uso activo o realizarse manualmente.
4. No deberá usarse ningún otro software de aplicaciones para PC no recomendado mientras se utilice la aplicación Xscribe.
5. Se recomienda que todas las estaciones de trabajo y estaciones de revisión de esfuerzo cardíaco se actualicen periódicamente con las actualizaciones críticas y de seguridad de Microsoft con el fin de protegerlas contra ataques por malware y de corregir problemas de software críticos de Microsoft.
6. Para prevenir el acceso de malware al sistema, Baxter recomienda que se redacten procedimientos operativos del centro con el fin de impedir que se transmita malware al sistema desde soportes extraíbles.
7. Los exámenes guardados en una base de datos local o en servidor en el disco duro harán que el dispositivo acabe llenándose al cabo de un tiempo. Estos exámenes deberán retirarse de la base de datos mediante su eliminación o archivado para evitar que el dispositivo deje de funcionar. Se recomienda realizar comprobaciones periódicas de la capacidad del dispositivo; la capacidad mínima segura es de 3 GB. Consulte en [Exam Search](#) formas de seleccionar exámenes para su eliminación o archivado.
8. La aplicación Xscribe mostrará una advertencia solicitando al usuario que elimine exámenes cuando la base de datos alcance un umbral de 3,2 GB de espacio disponible. Cada examen de esfuerzo ocupa aproximadamente 40 MB. Solo podrán iniciarse 30 exámenes más. Cuando el almacenamiento disponible llegue a 2 GB, no podrán iniciarse nuevos exámenes de esfuerzo.
9. Para evitar el riesgo de arrancar de manera no intencionada en un dispositivo USB, asegúrese de que el Orden de arranque (Boot Order) en BIOS esté configurado con el disco duro SATA en primer lugar en el orden de arranque. Consulte las instrucciones del fabricante del ordenador para acceder al BIOS al arrancar y configurar el orden de arranque.
10. El WAM solo funciona con dispositivos de recepción equipados con la opción correspondiente.
11. No se recomienda este WAM para su uso en presencia de equipos de imágenes tales como dispositivos de Resonancia Magnética (RM) y Tomografía Computarizada (TAC).
12. Los siguientes equipos podrían causar interferencias con el canal de RF del WAM: hornos microondas, unidades de diatermia con LAN (espectro ensanchado), equipos de radioaficionados y radares oficiales.

13. En caso necesario, deseche el dispositivo, sus componentes y accesorios (como baterías, cables o electrodos) y/o materiales de embalaje de acuerdo con las normativas locales.
14. Se sabe que las pilas AA tienen fugas cuando se mantienen en equipos sin usar. Retire la pila del **WAM** cuando no lo use durante un período prolongado de tiempo.
15. Tenga cuidado de insertar el bloque conector en el conector de entrada adecuado haciendo coincidir las etiquetas de los cables con las de las derivaciones **WAM** o **AM12**.
16. Las leyes federales estadounidenses limitan la venta de este dispositivo a médicos o por prescripción facultativa.

Nota(s)

1. Se requieren permisos del administrador local para la instalación de software, la configuración de aplicaciones y la activación de software. Se requieren privilegios de usuario local para los usuarios de la aplicación. No se admiten cuentas itinerantes ni temporales.
2. El sistema controla automáticamente la caducidad del tiempo de espera de 8 horas. Cada operación que tenga lugar (p. ej. Exam Search, búsqueda de pacientes, edición de exámenes, inicio de un examen, etc.) restablecerá la hora de inicio del tiempo de espera. Si no hay ninguna interacción con el sistema durante el tiempo de espera, se pedirá al usuario que introduzca la información de inicio de sesión.
3. Si el servidor no está disponible en una configuración distribuida, la estación de trabajo del cliente notificará al usuario con la solicitud de continuar en modo sin conexión o cancelar. No estarán disponibles las órdenes programadas. Se puede realizar un examen con información demográfica introducida manualmente, que se almacenará localmente. Cuando esté disponible el servidor, se mostrará al usuario una lista de exámenes sin enviar y la posibilidad de enviar exámenes a la base de datos de Modality Manager.
4. Una vez iniciada la fase previa al ejercicio, comenzará el almacenamiento de datos con publicación completa, que continuará hasta un máximo de 120 minutos. Se recomienda anular el examen y comenzar de nuevo si se lleva esperando en esta fase más de 60 minutos. De este modo impedirá el almacenamiento de datos innecesarios; no obstante, la publicación completa previamente almacenada, los eventos de ECG y los valores de TA no se guardarán si se anula el examen.
5. Los movimientos del paciente podrían generar un ruido excesivo que podría afectar a la calidad de los trazos del ECG y del correcto análisis llevado a cabo por el dispositivo.
6. Es importante la correcta preparación del paciente para la correcta aplicación de los electrodos de ECG y el correcto funcionamiento del dispositivo.
7. El filtro BCF (Beat Consistency Filter) que produce una impresión de ECG de 12 cables promediada introduce un retraso adicional de dos segundos en los datos de ECG en tiempo real cuando está activado.
8. No se conoce ningún riesgo para la seguridad si otro equipo, como un marcapasos u otros estimuladores, se usa simultáneamente con el dispositivo; sin embargo, podrían aparecer perturbaciones en la señal.
9. Si el puerto COM de la cinta de andar se configuró originalmente en un puerto USB port que no se utilizaba, aparecerá un mensaje **TREADMILL FAIL** cuando se realice la selección de **Trackmaster (No Sensing)** en el menú Local Settings. Si se configura el puerto COM en **Treadmill COM Port 1 o 2**, que son puertos serie, no aparecerá el mensaje **TREADMILL FAIL**.
10. Si no se conecta correctamente el electrodo al paciente, o si estuvieran dañadas una o varias de las derivaciones del cable del paciente, la pantalla mostrará la avería de la derivación o las derivaciones que presenten dicho problema.

11. Según define la norma IEC 60601-1, el dispositivo tiene la siguiente clasificación:
 - Equipo de Clase I
 - Tipo CF, piezas aplicadas a prueba de desfibrilación (entradas de ECG)
 - Monitor de TA **Tango** de tipo BF, piezas aplicadas a prueba de desfibrilación con la excepción del oxímetro de pulso opcional, que no es a prueba de desfibrilación
 - Equipo ordinario
 - Equipo no adecuado para su uso en presencia de mezcla anestésica inflamable
 - Funcionamiento continuado

NOTA: Desde el punto de vista de la seguridad, según las normas IEC 60601-1 y derivadas, se declara que esta unidad es de "Clase I" y utiliza una entrada de tres clavijas para garantizar una conexión eléctrica con toma de tierra.

12. Para prevenir posibles daños en el dispositivo durante el transporte y almacenamiento (mientras esté en el envase original), deberán cumplirse las siguientes condiciones ambientales:
 - Temperatura ambiente: -40° C a 65° C (-40° F a 149° F)
 - Humedad relativa: 8% a 80%, sin condensación
13. Espere a que se estabilice el dispositivo en su entorno operativo durante dos horas como mínimo antes de su uso. Consulte los manuales del usuario del ordenador y del equipo periférico para conocer las condiciones ambientales. Las condiciones ambientales permisibles para el módulo activador son las siguientes:
 - Temperatura ambiente: 10° C a 35° C (50° F a 95° F)
 - Humedad relativa: 8% a 80%, sin condensación
14. La visualización de la forma de onda ausente durante el uso del módulo de adquisición inalámbrico **WAM** podría deberse a que el **WAM** esté apagado o no tenga pila, o bien a que el **WAM** esté fuera de rango o muestre un error de calibración. Asegúrese de que el **WAM** esté emparejado correctamente y dentro de la distancia recomendada con respecto al receptor **UTK**; también puede apagar y encender el **WAM** para que se vuelva a calibrar. Además se mostrará el mensaje **RF Synch Fail**.
15. Una onda cuadrada en la pantalla y la impresión de un pulso podrían deberse a que las derivaciones no estén conectadas al paciente.
16. El **WAM** debe emparejarse al sistema **Xscribe** antes de su uso.
17. Si se abre la tapa de la pila del **WAM** durante la transmisión, el dispositivo dejará de transmitir. Es necesario volver a insertar la pila y colocar la tapa para reanudar la operación.
18. El **WAM** se apagará automáticamente (LED apagados) si la pila se descarga totalmente.
19. El **WAM** se apagará automáticamente cuando finalice el examen.
20. Los botones AM Rhythm Print y 12-Lead ECG no están operativos.
21. El sistema de prueba de esfuerzo cardíaco **Xscribe** cuenta con la certificación UL:



AAMI ES 60601-1(2012),
 CAN/CSA C22.2 No. 60601-1(2014),
 IEC 60601-1(2012), IEC 60601-2-25(2011)

SÍMBOLOS Y MARCAS EN EL EQUIPO

Descripción de los símbolos del dispositivo



PRECAUCIÓN Los señalamientos de precaución de este manual identifican situaciones o practices que podrían dar como resultado daños al equipo u otros bienes materiales, o pérdida de datos.



ADVERTENCIA Los señalamientos de advertencia de este manual identifican situaciones o practices que podrían dar como resultado afecciones, lesiones o la muerte. Adicionalmente, al utilizarse en una pieza que se aplique en el paciente, este símbolo indica que los cables tienen protección para la desfibrilación. Los símbolos de advertencia aparecerán con un fondo gris en los documentos en blanco y negro.



Consulte el manual/folleto de instrucciones.



Toma de tierra



Fusible



Pieza aplicada de tipo CF a prueba de desfibrilador



Masa del equipo incluida carga de trabajo segura



Entrada

ECG A



Conexión de entrada de ECG A

ECG B



Conexión de entrada de ECG B



Salida



Conexión de salida de señal TTL

1	Conección de salida de la señal analógica 1
2	Conección de salida de la señal analógica 2
3	Conección de salida de la señal analógica 3
Conexión USB	
PC	Conección USB al PC
~	CA (corriente alterna)
 	Impresora sin papel o error en el papel
◀	Hace avanzar el papel hasta su siguiente perforación y restablece una condición de error del papel. Si se pulsa aproximadamente 7 segundos, se restablece el dispositivo
 	Indica que es necesario recoger por separado los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
 	Indica conformidad con las directivas aplicables de la Unión Europea
#	Dispositivo medico
 	Solo con receta o "Para uso por profesionales sanitarios autorizados o por prescripción médica"
#	Identificador del modelo
 	Identificador exclusivo del dispositivo (UDI)
REF	Número de resurtido
SN	Número de serie
 	Fabricante
EC REP	Fecha de fabricación
EC REP	Representante autorizado en la Comunidad Europea

CH **REP**

Representante autorizado en Suiza



Distribuidor



Consulte las instrucciones de uso o las instrucciones de uso electrónicas.

LOT



Número de lote


Fecha de caducidad



No lo elimine como residuo urbano sin clasificar. Requiere una manipulación independiente para la eliminación de residuos de acuerdo con los requisitos locales de la Directiva 2012/19/UE (RAEE: residuos de aparatos eléctricos y electrónicos).

NOTA: Consulte el o los manuales que acompañan al dispositivo y que corresponden al hardware del equipo para ver definiciones adicionales de los símbolos que puedan estar presentes.

Descripción de los símbolos del envase




Este lado hacia arriba




Frágil



Mantener seco



Mantener alejado de la luz solar



Intervalo de temperatura aceptable



Contiene pila sin fugas

CUIDADO GENERAL



Precauciones

- Apague el dispositivo antes de su inspección o limpieza.
- No sumerja el dispositivo en agua.
- No utilice disolventes orgánicos, soluciones basadas en amoniaco ni productos de limpieza abrasivos que puedan dañar las superficies de los equipos.

Inspección

Inspeccione el equipo a diario antes de su uso. Si observa algo que precise su reparación, contacte con una persona de mantenimiento autorizada para que realice las reparaciones.

- Verifique que todos los cables y conectores estén correctamente asentados.
- Compruebe la carcasa y el chasis para ver si tienen daños visibles.
- Inspeccione los cables y conectores para ver si tienen daños visibles.
- Inspeccione las teclas y controles para ver si funcionan correctamente y si su aspecto es correcto.

Limpieza y desinfección

Agentes desinfectantes

XScribe, incluido el módulo de adquisición de ECG, es compatible con los siguientes desinfectantes:

- Paños germicidas con lejía Clorox Healthcare (utilícelos siguiendo las instrucciones del producto que aparecen en la etiqueta).
- Un paño suave y sin pelusa con una solución de hipoclorito de sodio (lejía doméstica al 10 % y agua) con una dilución mínima de 1:500 (mínimo 100 ppm de cloro libre) y máxima de 1:10 como se recomienda en las directrices APIC para la selección y el uso de desinfectantes.



Precaución: Se ha descubierto que los agentes desinfectantes o de limpieza que contienen compuestos de amonio cuaternario (cloruros de amonio) tienen efectos negativos si se utilizan para desinfectar el producto. El uso de estos agentes puede provocar decoloración, grietas y deterioro de la carcasa externa del dispositivo.

Limpieza

Para limpiar **Xscribe**:

1. Desconecte la fuente de alimentación.
2. Retire los cables y los latiguillos del dispositivo antes de limpiarlos.
3. Limpie a fondo la superficie del sistema **Xscribe** con un paño limpio y sin pelusa humedecido con un detergente suave y agua para limpieza general o utilice uno de los agentes recomendados anteriormente para la desinfección.
4. Seque el dispositivo con un paño limpio, suave, seco y sin pelusa.



ADVERTENCIA:

Evite que entre líquido en el dispositivo y no trate de limpiar o desinfectar el dispositivo o los cables del paciente sumergiéndolos en un líquido, por autoclave o mediante limpieza con vapor.

Nunca someta los cables a radiación ultravioleta intensa.

No sumerja los extremos de los cables ni los latiguillos; la inmersión puede provocar la corrosión del metal. Tenga cuidado con el líquido sobrante, ya que su contacto con las partes metálicas puede causar corrosión.

No utilice técnicas de secado excesivo como la termoventilación.

Los productos y los procesos de limpieza inadecuados pueden dañar el dispositivo, debilitar los latiguillos y los cables, corroer el metal y anular la garantía. Tenga cuidado y siga el procedimiento adecuado siempre que limpie o realice el mantenimiento del dispositivo.

La correa de esfuerzo se puede limpiar con un paño húmedo o con un paño desinfectante o un aerosol. La correa de esfuerzo puede lavarse a mano o a máquina con detergente y dejar secarse al aire. No seque la correa de esfuerzo en una secadora. Pueden producirse cambios cosméticos durante el lavado. Inspeccione las correas de esfuerzo en busca de daños estructurales después de cada ciclo de lavado y reemplácelas cuando sea necesario.

Eliminación

La eliminación debe realizarse de acuerdo con los siguientes pasos:

1. Siga las instrucciones de limpieza y desinfección de acuerdo con las instrucciones de esta sección del manual de usuario.
2. Elimine todos los datos existentes relacionados con los pacientes, el hospital, la clínica o el médico. La copia de seguridad de los datos se puede realizar antes de su eliminación.
3. Como preparación, separe el material para el proceso de reciclaje.
 - Los componentes se deben desmontar y reciclar según el tipo de material.
 - El plástico ha de desecharse como residuo plástico.
 - El metal ha de desecharse como residuo metálico.
 - Incluye componentes sueltos que contienen más del 90 % de metal en peso.
 - Incluye tornillos y fijaciones.
 - Los componentes electrónicos, como el cable de alimentación, deben desmontarse y reciclarse como residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE).
 - Las baterías deben extraerse del dispositivo y reciclarse de acuerdo con la normativa WEEE.

Los usuarios deben cumplir todas las leyes y normativas federales, estatales, regionales o locales relativas a la eliminación segura de los dispositivos y accesorios médicos. En caso de duda, el usuario del dispositivo deberá, en primer lugar, ponerse en contacto con el servicio técnico de Baxter para que lo orienten sobre los protocolos de eliminación segura.



COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (EMC)

Compatibilidad electromagnética (EMC)

Se deben tomar precauciones especiales relacionadas con la compatibilidad electromagnética (EMC) en todos los equipos electromédicos.

- Los equipos electromédicos se deben instalar y poner en servicio según la información de EMC que se proporciona en este Manual del usuario.
- Los equipos de comunicaciones por radiofrecuencia portátiles y móviles pueden afectar al comportamiento de los equipos electromédicos.

El dispositivo cumple todas las normas aplicables y obligatorias relativas a la interferencia electromagnética.

- Por lo general no afecta a equipos ni dispositivos cercanos.
- Por lo general no se ve afectado por equipos ni dispositivos cercanos.
- No es seguro poner en funcionamiento el dispositivo en presencia de equipo quirúrgico de alta frecuencia.
- Es conveniente evitar el uso del dispositivo demasiado cerca de otros equipos.



ADVERTENCIA: Debe evitarse utilizar el dispositivo junto a otros equipos o sistemas médicos, o apilado con estos, ya que podría producirse un funcionamiento incorrecto. Si no pudiese evitarse, observe el rendimiento del dispositivo y de otros equipos para comprobar que funcionan con normalidad.



ADVERTENCIA: Utilice solo accesorios recomendados por Baxter para el dispositivo. Los accesorios no recomendados por Baxter podrían afectar negativamente a las emisiones e inmunidad electromagnéticas.



ADVERTENCIA: Mantenga la distancia de separación mínima entre el dispositivo y el equipo portátil de comunicación por radiofrecuencia. El rendimiento del dispositivo podría disminuir si no mantiene una distancia adecuada entre los equipos.

Este dispositivo cumple la norma IEC 60601-1-2. Consulte la guía y las declaraciones del fabricante, así como las tablas de distancias de separación recomendadas, en función de la norma con la que cumple el dispositivo.

Guía y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas

Este equipo está diseñado para utilizarse en las condiciones electromagnéticas que especifica la tabla siguiente. El cliente o usuario del equipo debe asegurarse de utilizarlo en dichas condiciones.

Prueba de emisiones	Cumplimiento	Condiciones electromagnéticas: guía
Emisiones de RF CISPR 11	Grupo 1	El dispositivo utiliza energía RF solo para su funcionamiento interno. Por lo tanto, sus emisiones de RF son muy reducidas y es improbable que causen interferencias con los equipos electrónicos adyacentes.
Emisiones de RF CISPR 11	Clase A	El dispositivo es apto para su uso en todo tipo de establecimientos, excepto los domésticos. No obstante, se podrá utilizar en los entornos domésticos y en aquellos conectados directamente a la red de suministro eléctrico de bajo voltaje que suministra energía a los edificios utilizados con fines domésticos siempre y cuando se respete esta advertencia:
Emisiones de armónicos IEC 61000-3-2	Clase A	
Fluctuaciones de voltaje/emisiones fluctuantes IEC 61000-3-3	Conforme	 Advertencia: Este equipo o sistema se ha diseñado para que lo utilicen únicamente profesionales sanitarios. Este equipo o sistema puede provocar interferencias de radio o puede afectar al funcionamiento de equipos cercanos. Es posible que sea necesario tomar medidas atenuantes, como cambiar la orientación o la ubicación del dispositivo, o proteger la ubicación.

Guía y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética

Este equipo está diseñado para utilizarse en las condiciones electromagnéticas que especifica la tabla siguiente. El cliente o usuario del equipo debe asegurarse de utilizarlo en dichas condiciones.

Prueba de inmunidad	Nivel de prueba IEC 60601	Nivel de cumplimiento	Condiciones electromagnéticas: guía
Descarga electrostática (ESD) EN 61000-4-2	± 6 kV contacto ± 8 kV aire	± 6 kV contacto ± 8 kV aire	El suelo debe ser de madera, cemento o baldosa cerámica. Si está revestido de materiales sintéticos, la humedad relativa debe ser como mínimo del 30 %.
Ráfaga/transit orio eléctrico rápido EN 61000-4-4	+/-2 kV para líneas de suministro eléctrico ±1 kV para líneas de entrada/salida	+/-2 kV para líneas de suministro eléctrico ±1 kV para líneas de entrada/salida	La calidad de la corriente de red debe ser la habitual de entornos comerciales u hospitalarios.
Sobretensión IEC 61000-4-5	± 1 kV modo diferencial ± 2 kV modo común	± 1 kV modo diferencial ± 2 kV modo común	La calidad de la corriente de red debe ser la habitual de entornos comerciales u hospitalarios.
Caídas de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión en las líneas de entrada del suministro eléctrico IEC 61000-4-11	<5 % UT (caída del >95 % de UT) para un ciclo de 0,5 40 % UT (caída del 60 % de UT) para 5 ciclos 70 % UT (caída del 30 % de UT) durante 25 ciclos <5 % UT <td><5 % UT (caída del >95 % de UT) para un ciclo de 0,5 40 % UT (caída del 60 % de UT) para 5 ciclos 70 % UT (caída del 30 % de UT) durante 25 ciclos <5 % UT<br %="" (>95="" 5="" de="" durante="" segundos<="" td="" ut)=""/><td>La calidad de la corriente de red debe ser la habitual de entornos comerciales u hospitalarios. El equipo puede apagarse y requerir la intervención del operador para volver al funcionamiento normal. Si el usuario del dispositivo requiere un funcionamiento ininterrumpido durante los cortes en la red eléctrica, se recomienda equipar el dispositivo con una batería o un sistema de alimentación ininterrumpida.</td></br></td>	<5 % UT (caída del >95 % de UT) para un ciclo de 0,5 40 % UT (caída del 60 % de UT) para 5 ciclos 70 % UT 	La calidad de la corriente de red debe ser la habitual de entornos comerciales u hospitalarios. El equipo puede apagarse y requerir la intervención del operador para volver al funcionamiento normal. Si el usuario del dispositivo requiere un funcionamiento ininterrumpido durante los cortes en la red eléctrica, se recomienda equipar el dispositivo con una batería o un sistema de alimentación ininterrumpida.
Campo magnético (50/60 Hz) a frecuencia de red IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Los campos magnéticos a frecuencia de red deben tener los niveles característicos de los entornos comerciales u hospitalarios.

NOTA: UT es el voltaje de la red de alimentación de CA anterior a la aplicación del nivel de prueba.

Guía y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética

Este equipo está diseñado para utilizarse en las condiciones electromagnéticas que especifica la tabla siguiente. El cliente o usuario del equipo debe asegurarse de utilizarlo en dichas condiciones.

Prueba de inmunidad	Nivel de prueba IEC 60601	Nivel de cumplimiento	Condiciones electromagnéticas: guía
RF conducida EN 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz a 80 MHz	3 Vrms 150 kHz a 80 MHz	<p>No deben utilizarse equipos de comunicación por RF portátiles y móviles a una distancia de los componentes del sistema, incluidos los cables, inferior a la distancia recomendada, que se calcula con la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor.</p> <p>Distancia de separación recomendada</p> $d = \left[\frac{3.5}{3V_{rms}} \right] \sqrt{P} \quad \text{De 150 kHz a 80 MHz}$ $d = \left[\frac{3.5}{3V/m} \right] \sqrt{P} \quad \text{De 80 MHz a 800 MHz}$ $d = \left[\frac{7}{3V/m} \right] \sqrt{P} \quad \text{De 800 MHz a 2,7 GHz}$ <p>P es la potencia de salida máxima del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor, y d es la distancia de separación recomendada en metros (m).</p>
RF radiada IEC 61000-4-3 Campos de proximidad del equipo de comunicaciones inalámbricas por RF IEC 61000-4-3	3 V/m De 80 MHz a 2,5 GHz	3 V/m De 80 MHz a 2,5 GHz	<p>La fuerza del campo generada por transmisores fijos de RF, determinada por un estudio electromagnético in situ, debería ser inferior al nivel de cumplimiento en cada intervalo de frecuencias.</p> <p>Se pueden producir interferencias en las proximidades de equipos marcados con el siguiente símbolo:</p> 

- La intensidad de campo de los transmisores fijos, como las estaciones base de radioteléfonos (móviles/inalámbricos) y radios móviles terrestres, equipos de radioaficionado, emisoras de AM y FM y canales de TV, no se puede predecir teóricamente con exactitud. Para valorar la intensidad de un entorno electromagnético generado por transmisores RF fijos, sería aconsejable efectuar una revisión electromagnética del sitio. Si la intensidad de campo medida en el lugar en el que se utiliza el equipo sobrepasa el nivel de cumplimiento de RF aplicable indicado anteriormente, es preciso observar el sistema para comprobar si funciona con normalidad. Si se observan anomalías de funcionamiento, quizás sea necesario adoptar otras medidas, como reorientar o reubicar el equipo.
- En la gama de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, la intensidad de campo debe ser inferior a 3 V/m.

Distancias de separación recomendadas entre los equipos portátiles o móviles de comunicación por radiofrecuencia y el equipo

El equipo debe utilizarse en entornos electromagnéticos en los que las interferencias de RF radiadas estén controladas. El cliente o el usuario del equipo puede evitar la interferencia electromagnética manteniendo una distancia mínima entre el equipo de comunicación de radiofrecuencia móvil y portátil (transmisores) y el equipo como se recomienda en la siguiente tabla, de acuerdo con la potencia de salida máxima del equipo de comunicaciones.

Potencia nominal de salida máxima del transmisor en W	Distancia de separación según la frecuencia del transmisor (m)	
	De 150 KHz a 800 MHz	De 800 MHz a 2,7 GHz
	$d = 1.2\sqrt{P}$	$d = 2.3\sqrt{P}$
0,01	0,1 m	0,2 m
0,1	0,4 m	0,7 m
1	1,2 m	2,3 m
10	4,0 m	7,0 m
100	12,0 m	23,0 m

Para los transmisores con un nivel máximo de potencia de salida no indicado en la tabla anterior, la distancia d de separación recomendada en metros (m) se puede determinar utilizando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es el nivel máximo de potencia de salida del transmisor calculado en vatios (W) según el fabricante del transmisor.

NOTA 1: A 800 MHz se aplica la distancia de separación para el rango de frecuencia superior.

NOTA 2: Puede que estas directrices no se apliquen a todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y el reflejo de las estructuras, los objetos y las personas.

INTRODUCCIÓN

Finalidad del manual

Este manual se ha concebido para proporcionar al usuario información acerca de:

- [Uso del ícono Schedule/Orders.](#)
- [Configuración e instalación del sistema de ejercicios de esfuerzo Xscribe.](#)
- [Uso del sistema Xscribe.](#)
- [Preparación del paciente y realización de una prueba de esfuerzo.](#)
- [Configuración del Xscribe.](#)
- [Uso de Exam Search.](#)
- [Informes finales.](#)
- [Mantenimiento y solución de problemas.](#)
- [Protocolos.](#)
- [Salida TTL y analógica.](#)
- [Conexión de cinta de andar/ergómetro.](#)
- [Configuración y uso de la impresora térmica Z200+.](#)
- [Configuración de la interfaz del monitor SunTech Tango.](#)

NOTA: Este manual podría contener capturas de pantalla. Las capturas de pantalla se ofrecen únicamente como referencia y no pretenden expresar técnicas operativas reales. Consulte la pantalla real en el idioma original para ver la redacción específica.

Público objetivo

El presente manual está escrito para médicos. Se espera que conozcan los procedimientos médicos y la terminología en la medida necesaria para monitorizar a los pacientes cardíacos.

Indicaciones de uso

El dispositivo **Xscribe** se ha concebido para adquirir, procesar, registrar, archivar, analizar y generar datos electrocardiográficos durante pruebas de esfuerzo fisiológico. El dispositivo se ha diseñado para su uso en poblaciones de pacientes adultos, adolescentes y pediátricos. El dispositivo se ha diseñado para su uso en entornos clínicos por parte de personal formado y bajo la supervisión de un médico.

El dispositivo podría interferir con equipos para pruebas de la función pulmonar y otros dispositivos, incluidos una cinta de andar o un ergómetro para la evaluación de ejercicios dinámicos, así como con equipos de tensión arterial no invasiva, equipos de saturación de oxígeno arterial (SpO2) y equipos informáticos de comunicaciones.

El dispositivo no se ha concebido para su uso como monitor fisiológico de constantes vitales.

Descripción del sistema

Xscribe es un dispositivo de diagnóstico que permite visualizar el ECG en tiempo real, medir la frecuencia cardíaca, analizar el ST y detectar latidos ectópicos ventriculares con módulos de adquisición conectados por cable o inalámbricos. El dispositivo genera una puntuación de riesgo mediante protocolos reconocidos. El dispositivo permite obtener un ECG en reposo con interpretación automática. El dispositivo puede comunicarse con un equipo para lograr una evaluación pulmonar. El dispositivo cuenta con varios protocolos de ejercicio incorporados para la conexión y el control de equipos de ejercicio, como cintas de correr y ergómetros. El dispositivo permite medir la presión arterial no invasiva. El dispositivo puede emitir señales ECG analógicas o señales digitales de activación del QRS para sincronizar un dispositivo externo. El dispositivo es compatible con una interfaz de pantalla táctil, así como con una interfaz de teclado/ratón. El dispositivo almacenará un registro completo de los datos de las pruebas de calidad de diagnóstico a partir de los cuales el usuario puede generar y revisar informes de pruebas de estrés. El dispositivo puede funcionar como estación de trabajo independiente o puede conectarse a través de la red a un servidor de base de datos, con lo cual se puede disfrutar de revisión remota. El dispositivo puede comunicarse con sistemas electrónicos de mantenimiento de registros para obtener listas de trabajo y datos de pacientes, y para proporcionar informes de resultados de pruebas.

La parte interpretativa del ECG está disponible en la parte de la prueba anterior al ejercicio. Para obtener información adicional sobre el algoritmo **VERITAS**, consulte la *Physician's Guide to VERITAS with Adult and Pediatric Resting ECG Interpretation* (Guía del médico para VERITAS con interpretación de ECG en reposo para pacientes adultos y pediátricos). (Véase [Piezas y accesorios](#).)

El sistema incluye un modo de demostración que proporciona un modo de demostrar las características del sistema y de enseñar el funcionamiento a los médicos sin necesidad de disponer de datos fisiológicos en directo. Consulte las instrucciones sobre el [Modo de demostración](#) en este manual para obtener más información.

El sistema **Xscribe** puede funcionar como estación de trabajo independiente o bien configurarse en un entorno distribuido en el que la base de datos reside en un servidor que admite numerosas estaciones de trabajo cliente conectadas en red.

El software **Xscribe Review** ofrece (a los usuarios que dispongan de los permisos adecuados en una ubicación de red) la capacidad de programar nuevos exámenes cuando no estén vinculados a un sistema de programación externo, ver exámenes de publicación completos, introducir conclusiones y generar informes impresos o electrónicos para los exámenes completados.

La estación de trabajo **Xscribe** (cuando se adquiere el sistema listo para usar) incluye:

- PC con teclado y ratón configurados con software de aplicación de esfuerzo cardíaco
- Monitor en color de pantalla panorámica y 24"
- Impresora térmica **Z200+**
- Frontal **Xscribe (AM12 o WAM)** para el procesamiento de señales
- Módulo activador para la salida de señales analógicas/TTL
- Transformador de aislamiento
- Carrito del sistema
- Cable del paciente para ECG de 10 derivaciones, con o sin derivaciones reemplazables
- Correa de esfuerzo para soportar el cable del paciente
- Compatibilidad con red de área local (LAN)

Los elementos opcionales incluyen:

- Impresora láser dealta velocidad
- Cinta de andar
- Ergómetro
- Monitorización integrada de la tensión arterial no invasiva con o sin SpO₂

Diversa información del sistema

- **Xscribe** admite las siguientes resoluciones de vídeo: 1920 x 1080 y 1920 x 1200.
- **Xscribe** admite impresoras HP LaserJet con 600 ppp y capacidades PCL5, así como la impresora térmica Z200+ de Baxter.
- La conexión de varios dispositivos mediante cables de red crea un sistema médico. Debe evaluarse el sistema para garantizar el cumplimiento de la cláusula 16 de la norma IEC 60601-1 antes de utilizarlo cerca de pacientes.

NOTA: En el interior no hay piezas que pueda reparar el usuario. Cualquier modificación de cualquier pieza del dispositivo deberá llevarla a cabo exclusivamente personal de mantenimiento cualificado.

Acerca de Xscribe

Xscribe documenta cuatro fases de la prueba de ejercicios de un paciente: previo al ejercicio (ECG en reposo), ejercicio, recuperación e informe final (Report Manager). La fase de observación inicial permite al usuario preparar al paciente, elegir el protocolo de ejercicios adecuado y activar o desactivar diversas opciones antes de iniciar el examen.

Xscribe se basa en un sistema operativo Microsoft® Windows® y cumple con los elementos comunes para llevar a cabo las tareas. El teclado del dispositivo proporciona un medio sencillo para introducir la información de ID del paciente al inicio de la prueba, así como comentarios en la fase de informe final; las funciones de la prueba se controlan mediante el ratón o con las funciones del menú en pantalla utilizando el teclado. Mediante el uso de los formatos de pantalla personalizables, las condiciones operativas se pueden personalizar según las necesidades específicas.


Las funciones completa son:

- Análisis automático de segmentos ST y tendencias en las 12 derivaciones.
- Comparación superpuesta de complejos actuales y de referencia tanto en un complejo 4x QRS como en un complejo de mediana de 12 derivaciones actualizada.
- Visualización contextual durante el examen, que permite la revisión de publicación completa y la adición de eventos de ECG anteriores.
- Detección automática de latidos ectópicos ventriculares.
- Hasta 100 protocolos de ejercicios diferentes.
- ECG automáticos de 12 derivaciones que solicitan la adquisición de tensión arterial manual o automatizada (opcional).
- Múltiples formatos de informe final con capacidad de secuencia de informes personalizada y resumen narrativo automatizado.
- Exportación en red de resultados XML, PDF, **HL7** o **DICOM**.
- Recepción en red de órdenes XML, **HL7** o **DICOM**.
- Directorios de archivado con datos de exámenes de publicación completa.
- Puntos de medida de ST definidos por el usuario.
- Salida TTL y analógica para la conexión con dispositivos externos.
- Protocolos, procedimientos e informes finales programables y fijos.
- Modo de demostración.
- Lecturas automatizadas de NIBP y SpO2 (con dispositivo opcional).
- Diversos formatos de texto y gráficos.
- Entradas de comentarios sobre medicamentos, notas, diagnósticos, indicaciones y procedimientos.
- Entrada del Índice de esfuerzo percibido (RPE) durante la prueba.
- Source Consistency Filter (SCF).
- Beat Consistency Filter (BCF) en impresiones del ECG.
- Selección de fórmulas para MET, frecuencia cardíaca predicha máxima y frecuencia cardíaca objetivo.
- Diversos controles de ejercicios con cintas de andar, ergómetros y estudios farmacológicos compatibles.

- Capacidad de seleccionar segmentos de informe final, incluidos Información del paciente, Resumen del examen, Tendencias de frecuencia/tensión/carga de trabajo, Tendencias de nivel de ST, Tendencias de pendiente de ST, Promedio de caso peor, Promedios periódicos, Promedios pico e Impresiones de ECG.
- Datos de nivel y pendiente de ST para derivaciones y latidos de promedio de caso peor, actualizados continuamente durante la prueba.
- Edición del informe final en la fase de revisión.
- Capacidad de flujo de trabajo sin papel.
- Capacidad de almacenar los exámenes y los informes finales en una base de datos centralizada.
- Registro previo y programación de los pacientes.
- Evaluación del riesgo para la salud basado en los algoritmos de Duke y FAI (Deterioro aeróbico funcional).

NOTA: Se proporciona la detección de arritmias para facilitar la documentación automática. El dispositivo no ofrece opinión diagnóstica, pero proporciona documentación durante el examen para la cual el operador presta su propia opinión médica. La documentación se presenta y almacena para su verificación por parte de un médico.

Figura 1 El sistema Xscribe*




- | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|---|
| A. Monitor táctil de 24" (opcional) | E. Cajón de almacenamiento | I. Estante del transformador de aislamiento |
| B. Bandeja para la captura de papel | F. Compartimento para la CPU | J. SunTech Tango M2 (opcional) |
| C. Teclado | G. Impresora térmica Z200+ | K. Módulo activador |
| D. Escritorio de impresora láser | H. Impresora láser | L. LCD de 24" |

* Sujeto a cambio sin previo aviso

Dispositivos de adquisición de ECG y accesorios de Xscribe


Módulo de adquisición AM12™

AM12 para una conexión por cable tradicional permite la conexión USB directa con la obtención de ECG a 40.000 Hz. Usa derivaciones reemplazables con conectores medi-clip.



Módulo de adquisición inalámbrica WAM™ y receptor UTK

El **WAM** para adquisición de ECG inalámbrica con el módulo USB **UTK** incorpora tecnología de salto de frecuencia en el rango de frecuencia de 2500 MHz con adquisición de ECG de 40.000 Hz. Usa una pila alcalina AA que alimenta el dispositivo hasta 8 horas de funcionamiento intermitente. Usa derivaciones reemplazables con conectores medi-clip.



El **UTK** conectado al puerto USB de **Xscribe** recibe señales ECG del **WAM** emparejado para la presentación del electrocardiograma. Un puerto USB incorporado en la parte superior de la montura de la pantalla del carrito de **Xscribe** es de lo más práctico para este dispositivo. De forma alternativa, el **UTK** conectado al cable USB (6400-012) desde el puerto de PC podría montarse en una ubicación sin obstrucciones.



Parte delantera del módulo activador

Conector A del ECG para la conexión **AM12** (solamente) y un conector de señal analógica (\ominus 1).

Parte posterior del módulo activador

Conector de señal analógica \ominus 2, conector de señal analógica \ominus 3, conector de salida TTL(\ominus \sqcap), conector B para **UTK** (solamente) del ECG y conector USB para PC.



NOTA: Los puertos de salida analógica 2 y 3 en la actualidad no están operativos.

Bolsita y cinturón de esfuerzo para el WAM



Cintas de andar compatibles

Quinton TM55, Quinton TM65, Trackmaster TMX425 y Trackmaster TMX428.

Ergómetros compatibles

Ergoline, Lode Corival y Medical Positioning.

Dispositivos automáticos de tensión arterial compatibles


SunTech Tango+, SunTech Tango M2, Ergoline y Lode Corival.

Proceso de instalación del software de Xscribe

NOTA: Si se está instalando o actualizando el software en un PC con certificados de Microsoft desactualizados, se requiere una conexión a internet para obtener certificados de Microsoft actualizados.

Acceda a la ubicación donde se encuentra el software que desea instalar y haga doble clic en el archivo de aplicación “Setup”. Si se le pide que permita al programa realizar cambios en el ordenador, haga clic en **Sí**.

Aparecerá la ventana Exam Manager Setup, que le preguntará si desea instalar Mortara PDF; haga clic en **Install**.




En la ventana de configuración, haga clic en **Next**.

NOTA: Si está actualizando el sistema desde una versión anterior, se omitirá el siguiente paso.



Existen tres opciones de instalación que simplifican el proceso de instalación.

Full Install (Instalación completa): Elija la opción de instalación completa si va a cargar una sola aplicación **Xscribe** con la funcionalidad de servidor de bases de datos incluida en un único equipo. Además, elija la opción de instalación completa si el equipo seleccionado funcionará como servidor de bases de datos en una configuración distribuida.




Client (Cliente): Elija esta opción si está cargando la aplicación **Xscribe** en un ordenador que se va a conectar en red a la funcionalidad del servidor de bases de datos en otro ordenador.

Review Station (Estación de revisión): Seleccione esta opción cuando cargue la capacidad de revisar exámenes adquiridos en un ordenador conectado a la red, con la funcionalidad del servidor de bases de datos ya cargada en un ordenador conectado a la red independiente.

Una vez seleccionado el tipo de configuración, aparece el cuadro de diálogo Server Configuration (Configuración del servidor).

DB Port (Puerto de base de datos): Se recomienda utilizar el número de puerto predeterminado para la instalación. Si el puerto ya se está utilizando, la herramienta de instalación le avisará de que el puerto ya está en uso y deberá introducir un nuevo número de puerto para continuar con la instalación.

Unique Patient ID (ID de paciente único): Esta opción se establece de forma predeterminada en la condición YES (SÍ, marcada) para configurar el sistema de modo que utilice el campo de identificación de paciente como identificador único para la información demográfica del paciente; la configuración del sistema más frecuente.




La casilla de la opción Unique Patient se puede desactivar si el sistema se va a configurar sin usar el campo Patient ID como identificador único para la información demográfica del paciente. Este tipo de configuración se usa cuando se pueden introducir pacientes de diferentes instituciones que usen diferentes esquemas de ID; o en aquellos casos en los que el campo Patient ID no se use para identificar a los pacientes.

Set Database Location: Si selecciona este botón, podrá Examinar una ubicación para la aplicación Xscribe y la base de datos diferente del directorio predeterminado local (C:); esto puede resultar beneficioso si es necesario definir las ubicaciones de la aplicación y de la base de datos en unidades de datos diferentes.

- Esta selección permite una vista previa de Disk Usage para asegurarse de que se cumplen los requisitos.
- Si se selecciona Reset, se devolverán todos los cambios realizados a la configuración predeterminada.
- Seleccione Next para volver a la ventana Server Configuration para continuar con los pasos de instalación.
- Seleccione Cancel para salir del proceso de instalación.


NOTA: La ubicación de la base de datos seleccionada y la localización de la aplicación deben estar ubicadas en rutas secundarias diferentes (es decir, no pueden estar en la misma carpeta o subcarpeta) y no pueden ser la ruta base de la unidad del sistema operativo (es decir, C:/).



Una vez realizada la selección, haga clic en **Next** y aparecerá la ventana Installation.


Haga clic en **Install** para continuar.

Ahora, el asistente cargará los archivos de software en la ubicación definida. Espere mientras se ejecuta este proceso.



Una vez finalizada la instalación del software, se le pedirá que instale el software del controlador del dispositivo.

Active **Always trust software from Mortara Instrument, Inc** y seleccione **Install**.




Aparecerá la ventana Modality Manager Configuration.

NOTA: Si desea realizar algún cambio, también puede acceder a Modality Manager Configuration Utility una vez finalizado el proceso de instalación seleccionando la configuración de Modality Configuration desde el menú Inicio de Windows → Todos los programas → Mortara Instrument.

Consulte la siguiente información sobre la configuración:

Idioma: Este ajuste siempre está disponible para seleccionar el idioma deseado.

Unidades predeterminadas de altura y peso:
Elija las unidades que desee en los menús desplegables.



Server Address: Este ajuste está atenuado si la función Database Server se va a instalar en el PC local, pero pasará a ser una selección activa cuando la modalidad acceda a un Database Server remoto.

Log Port: Este ajuste siempre está disponible para seleccionar el puerto que se debe usar para el servicio de registro de eventos. Déjelo en su valor predeterminado si el puerto no está ocupado con otros fines.

API Port: Este ajuste siempre está disponible para seleccionar el puerto que debe usar el servicio Modality Manager.

Nota: Si se cambian los puertos, asegúrese de que estén activados en el firewall.

Remote slot settings SDM (Single Directory Management): Este ajuste solo está diseñado para configuraciones de sistemas distribuidos. Normalmente, cuando un examen se encuentra activo (seleccionado), se copiarán todos los datos de la base de datos del sistema a la estación de trabajo del cliente local. Si aquí se introduce una ruta, los datos temporales se copiarán a una carpeta central (local) del servidor. Este método no se usa normalmente, pero podrían desear usarlo aquellos usuarios que solamente revisen.

Logon Mode (Modo de Iniciar Sesión): Esta configuración está disponible en el servidor (no en el cliente) y se puede establecer como Local o Active Directory en función de las preferencias del usuario.


- Si se selecciona Local, el Servicio de Administrador de Modality mantendrá su propio listado local de usuarios y contraseñas para iniciar sesión en el sistema.
- Si se selecciona Active Directory, el Servicio de Administrador de Modality mantendrá un listado de usuarios autorizados, mientras que los inicios de sesión de usuario se autenticarán con el dominio de Windows.

Nota: El cuadro de Single Sign On estará atenuado, excepto cuando el inicio de sesión de Active Directory esté activado.

Cuando la configuración sea la correcta, seleccione **Save** (si ha cambiado algo) y seleccione **Exit** para continuar.

Si sale sin guardar la configuración modificada, aparecerá un mensaje de advertencia.

Haga clic en **Finish** para completar el proceso de instalación.



Activación de características

Se requiere un código de activación para utilizar de manera permanente las funciones de software completas de **Xscribe** tales como iniciar un examen, acceder a exámenes almacenados, programar pacientes, revisar exámenes, almacenar exámenes, archivar exámenes, exportar resultados y otras tareas. Sin activación, el sistema funcionará durante un período de catorce días; a partir de entonces, dejará de ser válido.

Para prepararse para la activación, ejecute la Modality Manager Activation Tool, a la que se accede desde los siguientes menús:

- Menú Inicio
- Todos los programas
- Mortara Instrument
- Modality Manager Activation Tool (haga clic en **Yes** cuando se le pida que permita realizar cambios en el ordenador)

Una vez que introduzca el número de serie del sistema, esta utilidad genera el código de centro necesario para su activación por parte del personal de soporte técnico de Baxter. Puede hacer clic en el botón **Copy to Desktop** o en el botón **Copy to Clipboard** para generar una información que se pueda enviar por correo electrónico a HRC_mor_Tech.Support@baxter.com.

El soporte técnico de Baxter devolverá un código de activación que se puede escribir o copiar y pegar en el espacio en blanco que se proporciona encima del botón “Activate License”. Seleccione el botón **Activate License** para activar el software. Puede activar el software en cualquier momento después de la instalación con Modality Manager Activation Tool. Contacte con el personal de soporte técnico de Baxter si desea obtener más información.

Inicio de la estación de trabajo Xscribe

El interruptor ON/OFF se encuentra en el lado delantero de la CPU. Cuando se pulse el interruptor, se encenderá la estación de trabajo. Para encender la pantalla LCD, localice el interruptor principal de la pantalla.



PRECAUCIÓN: No ejecute ninguna otra aplicación, incluidos protectores de pantalla, al realizar una prueba de esfuerzo. Una vez comenzada la prueba, la aplicación Xscribe no permite al usuario acceder a otras funciones del sistema.

Iniciar sesión y pantalla principal de Xscribe

Inicie sesión en **Windows** con una cuenta de usuario local adecuada.

Nota: No se admiten cuentas itinerantes ni temporales.

Si se ha configurado Single Sign On, inicie sesión en **Windows** con una cuenta de dominio que tenga permiso para usar **Xscribe**.

Para iniciar **Xscribe**, haga doble clic en el icono **Xscribe**.



La aplicación **Xscribe** requiere credenciales de usuario al iniciar cuando no está configurada para el SSO, cuando la cuenta de usuario actual de **Windows** no está preparada para **Xscribe** o cuando el SSO está configurado pero no está disponible. El nombre de usuario y la contraseña predeterminados son admin. La contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas. Asegúrese de que la contraseña predeterminada se cambia después del inicio de sesión inicial.

Los valores de Username y Password de **Xscribe** se introducen y se selecciona el botón **OK** para abrir el menú principal de la aplicación. Es posible que algunos de los iconos aparezcan atenuados o no aparezcan, en función de los permisos del usuario y de la configuración del sistema.


Una vez que ha iniciado sesión correctamente, la aplicación presentará una pantalla similar a la que aparece a la derecha. En la esquina inferior izquierda aparece el nombre de usuario y la versión de software. Haga clic en cualquiera de los iconos que representan el flujo de trabajo para llevar a cabo una tarea específica.

Si mantiene el cursor sobre un ícono aparecerá un mensaje de texto que indica su función. Los iconos no permitidos para el usuario que ha iniciado sesión aparecerán atenuados y no disponibles.

La primera vez que inicie sesión, deberá seleccionar el ícono **System Configuration** para configurar su acceso a todas las funciones.



1. Si selecciona el botón **User's Database**, verá el usuario "IT Admin". Haga doble clic en el nombre para abrir los privilegios de función y comprobar las funciones que desee.
2. Haga clic en **OK** → **Exit** → **Exit** y vuelva a iniciar **Xscribe**. Si no lo hace así, la mayoría de los iconos aparecerán atenuados y no disponibles.



Descripción de los iconos de Xscribe

Icono y texto que aparece	Descripción
	Icono de acceso directo al escritorio de Xscribe para iniciar la aplicación en la modalidad de esfuerzo.
 Schedule/Orders	Abre una ventana con dos fichas seleccionables. La ficha MWL (Lista de trabajos de la modalidad) permite la programación de exámenes (si no existe ninguna interfaz de órdenes) y la revisión de programas. La ficha Patients permite la adición de información de nuevos pacientes y la edición de información de pacientes existentes.
 Start a Stress Test	Abre una ventana que presenta exámenes programados debajo de la ficha MWL e información demográfica de pacientes debajo de la ficha Patients. La pantalla de observación con la pantalla de conexión de esfuerzo se abre al seleccionar el botón Start Exam.
 Exam Search	Abre una ventana que permite a los usuarios buscar exámenes de esfuerzo o paciente en la base de datos mediante filtros.
 User Preferences	Abre una ventana para configurar las preferencias del usuario sobre Worklist, List Customization y cambio de la contraseña.
 System Configuration	Abre una ventana para que los usuarios administrativos puedan configurar los ajustes del sistema, como crear o modificar usuarios, cambiar la configuración y los protocolos predeterminados de Xscribe , definir directorios de archivado, etc.
 Exit	Cierra la aplicación Xscribe y muestra el escritorio.
	Permite al usuario minimizar la aplicación o salir de ella y volver al escritorio.

Funciones y permisos de los usuarios

Xscribe admite una configuración orientada a flujo de trabajo para definir funciones de usuarios y controlar el acceso de los usuarios a las distintas operaciones. La asignación de funciones comprende un conjunto de permisos para cada tipo de usuario (como IT Administrator, Clinical Administrator, Stress Hookup Tech, etc.).

Se puede asignar a cada usuario una sola función o una combinación de funciones. Algunas funciones incluyen permisos asignados a otras funciones, si corresponde. Tras la instalación se crea un solo usuario, con la función “IT Administrator”. Antes de usar **Xscribe**, es necesario que este usuario inicie sesión y cree los usuarios clínicos y funciones que sean necesarios.

Funciones	Asignación de permisos
IT Administrator	Administrar permisos de usuarios; administrar listas de personal; exportar la configuración; archivar la configuración; configuración de flujos de trabajo, configuración de sistemas de almacenamiento; desbloquear exámenes; ver informes de seguimiento de auditoría; exportar registros de servicios; crear y modificar grupos.
Clinical Administrator	Administrar exámenes de la base de datos (eliminar, archivar y restaurar); copiar exámenes sin conexión para compartirlos con el personal de Baxter o con otros centros; ver informes de seguimiento de auditoría; modificar la configuración de modalidades (perfiles, protocolos y otros ajustes específicos de esfuerzo); conciliar; exportar registros de servicios.
Schedule Procedure	Crear nuevas órdenes de pacientes; asociar una orden con un paciente existente; modificar la información demográfica de un paciente existente; exportar registros de servicios. <i>La programación y la introducción de órdenes solo está disponible si Xscribe no está conectado a un sistema de programación externo.</i>
Patient Hookup (Start Stress Exam)	Capacidad de iniciar una prueba de esfuerzo con el ícono Start a Stress Test. Incluye la capacidad de crear un paciente nuevo; asociar una orden con un paciente existente; exportar registros del sistema.
Edit Holter Diary	No aplicable a Xscribe .
View Exams/Reports	Revisar exámenes e informes finales solamente. Incluye la capacidad de buscar exámenes, ver e imprimir informes; exportar registros de servicio.
Prepare Report	Revisar y editar exámenes para pasarlos del estado adquirido al estado editado. Incluye la capacidad de buscar exámenes y ver e imprimir informes; exportar registros de servicio.
Review and Edit Report	Revisar y editar exámenes para pasarlos al estado revisado. Incluye la capacidad de buscar exámenes y ver e imprimir informes; modificar y crear conclusiones; exportar registros de servicios.
Edit Conclusions	Crear y modificar conclusiones. Incluye la capacidad de revisar exámenes e informes finales solamente; buscar exámenes y ver e imprimir informes; exportar registros de servicio.
Sign Report	Capacidad de pasar exámenes al estado firmado. Incluye la capacidad de revisar exámenes e informes finales; buscar exámenes y ver e imprimir informes; exportar registros de servicios. Puede requerir la autenticación del usuario.
Export Report	Capacidad de exportar un archivo PDF y XML cuando se activen las funciones. Debe asignarse junto con otra función (como Review, View o Conclusions).

Consulte la información de asignación de [Funciones de usuarios](#).

Funcionamiento de Xscribe en red en una configuración distribuida

Las capacidades de red de **Xscribe** aprovechan una base de datos común entre varias estaciones de trabajo **Xscribe** conectadas en red en las que se van a llevar a cabo los exámenes y estaciones de revisión **Xscribe** donde se pueden revisar y editar los exámenes obtenidos.

Una configuración distribuida está compuesta de un servidor exclusivo y diversas estaciones de trabajo **Xscribe** cliente conectadas en red, así como estaciones de revisión **Xscribe** que comparten la misma base de datos.

La configuración distribuida permite un funcionamiento eficiente para que un departamento de esfuerzo cardíaco con mucho trabajo pueda:

- Crear inicios de sesión para todos los usuarios de una misma ubicación que puedan iniciar sesión en cualquier estación de la red.
- Definir protocolos, procedimientos y ajustes del sistema en una única ubicación para todas las estaciones de trabajo y estaciones de revisión conectadas en red.
- Programar manualmente órdenes de examen, cuando no existe ninguna interfaz de orden, que estén disponibles para todas las estaciones de trabajo de esfuerzo cardíaco independientemente de la ubicación del laboratorio.
- Acceder a la información del paciente, a datos de exámenes de esfuerzo cardíaco y a informes finales de múltiples ubicaciones, así como actualizarlos.
- Iniciar exámenes de esfuerzo cardíaco utilizando órdenes programadas recibidas del sistema de información de la institución con una interfaz **DICOM** o **HL7** sencilla en la base de datos compartida. Consulte la sección sobre intercambio de datos en este manual del usuario para obtener instrucciones sobre la configuración de la interfaz de red.
- Buscar en la base de datos de forma selectiva para revisar los datos de publicación completa de cualquier examen completado. Esto incluye la capacidad de editar, firmar, imprimir y exportar el informe final de varias estaciones de trabajo y estaciones de revisión **Xscribe** de la red, independientemente de los permisos del usuario.
- Administrar los datos almacenados para todos los exámenes, con la capacidad de ver seguimientos de auditoría, crear grupos, configurar flujos de trabajo, resolver problemas y archivar/restaurar/eliminar exámenes en una sola ubicación de acuerdo con los permisos de usuario.

Actualizaciones de Microsoft

Baxter recomienda que todas las estaciones de trabajo y estaciones de revisión **Xscribe** se actualicen periódicamente con las actualizaciones críticas y de seguridad de Microsoft para protegerlas de ataques por malware, así como para resolver problemas de software críticos de Microsoft. Para las actualizaciones de Microsoft se aplican las siguientes directrices:

- El cliente es responsable de aplicar las actualizaciones de Microsoft.
- Configure las actualizaciones de Microsoft para que se apliquen manualmente.
 - Desactive las actualizaciones automáticas de **Windows** y ejecútelas periódicamente como acción manual.
- No instale actualizaciones de Microsoft durante el uso activo del producto.
- Realice una prueba funcional después de cualquier actualización, lo que incluye llevar a cabo un examen, así como importar una orden y exportar los resultados (si está activado) antes de realizar exámenes a pacientes.

Cada lanzamiento de un producto **Xscribe** se prueba con las actualizaciones acumulativas de Microsoft en el momento del lanzamiento del producto. No existen conflictos conocidos de las actualizaciones de Microsoft con la aplicación **Xscribe**. Contacte con el soporte técnico de Baxter si se identifican conflictos.

Software antivirus

Baxter recomienda el uso de software antivirus (AV) en ordenadores que tengan instalada la aplicación **Xscribe**. Para el uso de software AV se aplican las siguientes directrices:

- El cliente es responsable de la instalación y el mantenimiento del software AV.
- No deberán aplicarse actualizaciones del software AV (software y archivos de definiciones) durante el uso activo de la aplicación **Xscribe**.
 - Las actualizaciones de parches del AV y las exploraciones del sistema deberán programarse para aquellas horas en las que el sistema no se encuentre en uso activo o deberán realizarse manualmente.
- El software AV deberá configurarse para que excluya los archivos y carpetas como se define en [Precauções](#) en Información de seguridad para el usuario y a continuación:
 - Baxter recomienda excluir la carpeta de la base de datos de **Xscribe** (normalmente *C:\ProgramData\MiPgSqlData*) de las carpetas que deben analizarse.
 - Baxter recomienda excluir la carpeta de la aplicación principal de **Xscribe** (normalmente *C:\Program Files (x86)\Mortara Instrument Inc\ModalityMgr*) de las carpetas que se van a analizar.

Si se comunica un problema al soporte técnico, es posible que le pidan que elimine el software de búsqueda de virus para permitir la investigación del problema.

Cifrar la información sanitaria protegida (PHI) almacenada en Xscribe

Es posible que la base de datos de **Xscribe** se configure para **Windows** Encrypted File System (EFS) como protección de la seguridad de los datos de los pacientes. EFS cifra los archivos individuales con una clave almacenada con la cuenta de usuario de **Windows**. Solo el usuario de **Windows** que cifre o cree archivos nuevos en una carpeta con capacidad para EFS puede descifrar los archivos. La cuenta original que cifró los archivos puede otorgar acceso a otros usuarios a archivos individuales.

NOTA: *Es necesario descifrar la base de datos del sistema Xscribe antes de realizar actualizaciones de software.*

Contacte con el soporte técnico de Baxter si su centro precisa esta característica de seguridad.

Operación sin conexión con el servidor

Cuando el servidor no esté disponible en una configuración distribuida, la estación de trabajo cliente notificará el usuario con una advertencia para seguir adelante en modo fuera de línea o cancelar. En modo fuera de línea, no están disponibles las órdenes programadas. Se puede llevar a cabo un examen con los datos demográficos introducidos manualmente y se almacenarán de modo local. Cuando el servidor esté disponible, se indicará al usuario una lista de exámenes no enviados y una selección para enviar exámenes a la base de datos del servidor.

Confidencialidad de los datos de información sanitaria protegida (PHI)

Cuando se realicen conexiones a sistemas EMR externos, se deben implementar el cifrado AES y la autenticación WPA2.

Los datos del paciente se deben eliminar de **Xscribe** antes de la eliminación del sistema.

Los datos demográficos del paciente deben mostrarse en pantallas protegidas con contraseña.

Autenticación de directorio

Cuando el modo de inicio de sesión de Active Directory está activado, Q-Stress admite la autenticación de directorios LDAP y LDAPS (configuración predeterminada). El administrador del servidor puede configurar esta opción en el archivo de configuración, Mortara.ExamMgr.Integration.Api.dll.config, ubicado en la carpeta de archivos de la aplicación.

Especificaciones de XScribe

Característica	Especificaciones mínimas de la estación de trabajo*
Procesador	Intel Core i3 4330
Gráficos	1920 x 1080 o 1920 x 1200
RAM	4-8 GB
Sistema operativo	Microsoft Windows 10 Pro de 64 bits Microsoft Windows 11, Pro
Capacidad del disco duro	500 GB
Archivado	En red o en unidad USB externa
Dispositivos de entrada	Teclado y ratón con rueda de desplazamiento estándar
Instalación del software	Unidad de DVD-ROM integrada o externa
Red	Conexión de 100 Mbps o superior
Dispositivos ECG frontales	Cable del paciente AM12 Módulo de adquisición inalámbrica (WAM) Módulo activador para la salida de señales analógicas y TTL a dispositivos externos
Dispositivos de impresión	Impresora HP M501dn LaserJet (recomendada) Impresora térmica Z200+ (requiere puerto USB)
Puertos USB	2 puertos USB 2.0 libres
Puertos serie	2 puertos en serie (en función del uso de equipos con interfaz en serie)
Audio	Necesario para la notificación farmacológica y de NIPB
Transformador de aislamiento - obligatorio si se usa la estación de trabajo para pruebas de esfuerzo	
Requisito del transformador de aislamiento	Known Agency Mark (KAM) Satisface los requisitos de IEC 60601-1 Conductor con protección de tierra para todos los equipos conectados Solo configuración de Z200+: 300 vatios Configuración de impresora LaserJet: 1.000 vatios
Característica	Especificaciones mínimas del servidor*
Procesador	Rendimiento equivalente a uno de clase Intel Xeon, Quad-core con hyperthreading
Gráficos	1920 x 1080 o 1920 x 1200
RAM	4 GB (se recomiendan 8 GB)
Sistema operativo	Microsoft Windows Server 2016 Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2022
Disco del sistema	100 GB para la instalación del SO y del producto (se recomienda RAID para la redundancia de datos)
Discos de datos	Espacio en disco duro de 550 GB disponible Controlador HD con caché de lectura/escritura de 128 MB (se recomienda RAID para la redundancia de datos)
Archivado	En red o en unidad USB externa
Instalación del software	Unidad de DVD-ROM integrada o externa
Red	Conexión de 100 Mbps o superior
Dispositivos de entrada	Teclado y ratón estándar
Potencia de entrada	100-240 V, 50-60 Hz

*Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Dimensiones y peso del sistema Xscribe

Elemento	Especificaciones*
Altura	100 cm del suelo al escritorio; 159 cm del suelo a la parte superior del monitor instalado
Anchura	63 cm (solo escritorio); 83 cm (con bandeja de papel); 127 cm (con bandeja de papel y extensión de la superficie de trabajo)
Profundidad	57 cm
Peso	Variable según la configuración del sistema, a partir de aproximadamente 91 kg hasta 122,5 kg con todos los accesorios.

Especificaciones del WAM

NOTA: Las especificaciones para radio y la información de certificación para el módulo de adquisición inalámbrico (**WAM**) y la llave transceptora de USB (**UTK**) se pueden encontrar en el Manual del usuario de **WAM**.

Característica	Especificaciones*
Tipo de instrumento	Módulo de adquisición inalámbrica de 12 derivaciones para pruebas de esfuerzo cardíaco
Canales de entrada	Adquisición y transmisión de señales de 12 derivaciones
Derivaciones de ECG transmitidas	I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5 y V6
Protocolo de transmisión WAM	Salto bidireccional y de frecuencia; el método de baliza (beacon) y respuesta conecta un módulo de adquisición sencillo con un sistema de esfuerzo cardíaco sencillo
Intervalo de frecuencia	De 2403,38 MHz a 2479,45 MHz
Espaciado de canales	1MHz
Potencia de RF de salida	<10dBm
Tipo de antena	PCB inverted F
Ganancia de la antena	-0.33dBi
Modulación	MSK
Distancia entre el WAM y el receptor	Aproximadamente 3 metros
Conjunto de derivaciones	RA, LA, RL, LL, V1, V2, V3, V4, V5 y V6 (R, L, N, F, C1, C2, C3, C4, C5 y C6) con derivaciones separables
Velocidad de muestreo	Adquisición de 40.000 muestras/segundo/canal; 1.000 muestras/segundo/canal transmitidas para el análisis
Resolución	1,875 µV reducida a 2,5 µV para el análisis

Característica	Especificaciones*
Interfaz de usuario	Funcionamiento con botones: ON/OFF; Los botones de ECG de 12 derivaciones y de tira de ritmos no funcionan con pruebas de esfuerzo cardíaco
Protección del desfibrilador	Conforme con las normas AAMI e IEC 60601-2-25
Clasificación del dispositivo	De tipo CF, funcionamiento con pilas
Peso	190 g con pila
Dimensiones	11,3 x 10,8 x 2,79 cm
Pila	1 pila alcalina de 1,5 V tipo AA

*Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Especificaciones de UTK

Característica	Especificación
Frecuencia	2403.38 MHz a 2479.45 MHz
Espaciado de canals	1MHz
Potencia de RF de salida	<10dBm
Tipo de antena	PCB F invertido
Ganancia de la antenna	-4.12dBi
Modulación	MSK

* Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Especificaciones del AM12

Característica	Especificaciones*
Tipo de instrumento	Módulo de adquisición de ECG de 12 derivaciones para pruebas de estrés cardíaco
Canales de entrada	Adquisición de señales de 12 derivaciones con el cable del paciente de ECG conectado
Salida de derivaciones de ECG	I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5 y V6
Longitud del cable del torso	Aproximadamente 3 metros
Juego de derivaciones AM12	RA, LA, RL, LL, V1, V2, V3, V4, V5, and V6 (R, L, N, F, C1, C2, C3, C4, C5 y C6) con latiguillos desmontables
Velocidad de muestreo	Adquisición de 40.000 muestras/segundo/canal y 1.000 muestras/segundo/canal transmitidas para el análisis
Resolución	1,875 µV reducida a 2,5 µV para el análisis

Interfaz de usuario	Los botones de ECG de 12 derivaciones y de tira de ritmos no funcionan con pruebas de esfuerzo cardíaco
Protección contra desfibrilación	Conforme con las normas AAMI e IEC 60601-2-25
Clasificación del dispositivo	De tipo CF, a prueba de desfibriladores
Peso	340 g
Dimensiones	12 x 11 x 2,5 cm
Alimentación	Mediante conexión USB al PC

*Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Piezas y accesorios

Para obtener más información sobre piezas y accesorios o para realizar un pedido, contacte con Baxter. Consulte [Mantenimiento y solución de problemas](#) para obtener información de contacto.

Número de referencia	Elemento
Módulos de adquisición, juegos de latiguillos y accesorios	
9293-048-55	MÓDULO DE ADQUISICIÓN (AM12) SIN LATIGUILLOS
30012-019-56	MÓDULO DE ADQUISICIÓN INALÁMBRICO (WAM) SIN LATIGUILLOS
30012-021-54	MÓDULO UTK (receptor para WAM)
9293-047-70	JUEGO DE CABLES CORTOS MEDI-CLIP AHA (para WAM y AM12) Nota: Consulte el Manual del usuario del WAM para obtener información adicional sobre la compatibilidad de los juegos de latiguillos.
9293-047-61	JUEGO DE LATIGUILLOS ESTÁNDAR MEDI-CLIP IEC (para WAM y AM12)
422201	CONJUNTO DE FUNDA DE TRANSPORTE Y CINTA (para el WAM)
773249	Cable de extensión USB (para UTK)
41000-036-50	Kit de esfuerzo para el WAM (contiene WAM , UTK , cable de extensión USB y soporte del WAM para carro)
30012-024-51	CONJUNTO DEL MÓDULO DEL ACTIVADOR
108070	ELECTRODOS DE ECG DE MONITORIZACIÓN, CAJA DE 300
DVD de software	
109578	DVD de software Xscribe
109223	DVD de software de servicio de proxy Z200+ V2
109225	Instaladores de Adobe Acrobat Reader DC

PC y accesorios para PC	
778060	CPU DELL XE4 WIN 11 – INGLÉS (EE. UU.)
778061	CPU DELL XE4 WIN 11 – INGLÉS (RU)
778062	CPU DELL XE4 WIN 11 – NEERLANDÉS
778063	CPU DELL XE4 WIN 11 – FRANCÉS
778064	CPU DELL XE4 WIN 11 – ALEMÁN
778065	CPU DELL XE4 WIN 11 – ITALIANO
Monitores	
014/9900	Monitor LCD de 24" 1920 × 1080 HDMI + VGA
015/9900	Monitor Touch ELO blanco de 24"
Impresoras y papel	
34000-025-1004	ESCRITOR TÉRMICO Z200+ ESTÁNDAR/A4
9100-026-11	PAPEL Z2XX US CON CUADRÍCULA COMPLETA Y PLEGADO EN Z, PAQUETE DE 250 HOJAS
9100-026-12	PAPEL Z2XX A4 CON CUADRÍCULA COMPLETA Y PLEGADO EN Z, PAQUETE DE 250 HOJAS
9100-026-03	PAPEL HDR INTELIGENTE CON CUADRÍCULA COMPLETA Y PLEGADO EN Z, PAQUETE
016/9907	IMPRESORA HP LASERJET, USB + RED
019/9907	IMPRESORA LASERJET PRO M501dn 110 V
Carro de transporte	
9911-023-11	BASE DE CARRO DE ESFUERZO
9911-023-12	CARRO DE ESFUERZO CON ACCESORIOS
9911-023-41	CAJÓN DE ALMACENAMIENTO DESLIZANTE DEL CARRO DE ESFUERZO
9911-023-42	BOLSILLO DE ALMACENAMIENTO DEL CARRO DE ESFUERZO
9911-023-43	SOPORTE DEL WAM DEL CARRO DE ESFUERZO
9911-023-44	TECLADO DESLIZANTE DEL CARRO DE ESFUERZO
9911-023-45	EXTENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO DEL CARRO DE ESFUERZO
9911-020-01	BANDEJA DE PAPEL DEL CARRO DE ESFUERZO
9911-023-23	SUPERFICIE DE TRABAJO DEL CARRO DE ESFUERZO Z200+
9911-023-24	IMPRESORA LÁSER DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO DEL CARRO DE ESFUERZO
9911-023-31	SOPORTE LCD DEL CARRO DE ESFUERZO
9911-023-32	SOPORTE LCD DEL CARRO DE ESFUERZO Y TANGO

9911-023-33	SOPORTE DEL PANEL TÁCTIL DEL CARRO DE ESFUERZO Y TANGO
Manuales (consulte las instrucciones de uso electrónicas para obtener una lista completa de la documentación del usuario traducida)	
9515-001-53	MANUAL DEL USUARIO DE INTERPRETACIÓN PARA ADULTO/PEDIÁTRICO V7, GUÍA PARA EL MÉDICO
M0356-003	Declaración de conformidad DICOM
9515-209-60	Manual de instalación del sistema Xscribe
Presión arterial y accesorios Tango M2 (consulte las Instrucciones de uso de Tango M2 para conocer la compatibilidad de accesorios más reciente)	
9922-019-50	KIT DE MONITOR DE PA SUNTECH TANGO M2 QS/X v6
9922-017-52	Módulo SUNTECH TANGO M2 para SpO2
Cintas de andar	
9922-018-50	CINTA DE ANDAR TMX428 220 V
9922-018-51	CINTA DE ANDAR TMX428 110V
9922-018-52	CINTA DE ANDAR TMX428 220 V CON CONTROLADOR
9922-018-53	CINTA DE ANDAR TMX428 110V CON CONTROLADOR
9922-016-52	BARANDILLA AJUSTABLE TMX428 PARA CINTA
Ergómetros	
9922-015-50	ERGÓMETRO ERGOLINE ERGOSELECT 100P
9922-015-51	ERGÓMETRO ERGOLINE ERGOSELECT 100P PANI
9922-015-52	ERGÓMETRO ERGOLINE ERGOSELECT 200P
9922-015-53	ERGÓMETRO ERGOLINE ERGOSELECT 200P PANI

Piezas de soporte

Las piezas siguientes solo puede pedirlas el personal de Baxter.

Referencia	Elemento
Transformador de aislamiento y cable eléctrico	
1404-004	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 1000VA MED GLOBAL
777262	CABLE DE ALIMENTACIÓN EE. UU./CANADÁ CON FERRITA
777264	CABLE DE ALIMENTACIÓN AUSTRALIA CON FERRITA
777265	CABLE DE ALIMENTACIÓN REINO UNIDO CON FERRITA
777266	CABLE DE ALIMENTACIÓN BRASIL CON FERRITA
777267	CABLE DE ALIMENTACIÓN INTNL CON FERRITA

3181-003	CABLE ELÉCTRICO BRIDGE 2m IEC320-C13+C14
PC y accesorios para PC	
775600	CPU DELL XE4 WIN 11 – INGLÉS (EE. UU.)
775601	CPU DELL XE4 WIN 11 – INGLÉS (RU)
775602	CPU DELL XE4 WIN 11 – NEERLANDÉS
775603	CPU DELL XE4 WIN 11 – FRANCÉS
775604	CPU DELL XE4 WIN 11 – ALEMÁN
775605	CPU DELL XE4 WIN 11 – ITALIANO
Cables de interfaz y adaptadores	
6400-015	EXTENSIÓN DE CABLE TIPO USB A-A, 6 FT
6400-012	CABLE USB TIPO A-TO-B SPD COMPLETO
7500-010	PINZA CON BASE ADHESIVA Y CLIP DE NILON AJUSTABLE, Ø 1,19-1.43 CM
7500-008	CABLE PINZA 1x1x.53ID BLANCO C/ADHESIVO
25004-003-52	CABLE TRACKMASTER A CPU XSCRIBE
9912-018	CABLE ERGÓMETRO INTERFAZ ERGOLINE
9912-019	CABLE ERGÓMETRO INTERFAZ LODE CORRIVAL
6400-001	CABLE ELÉCTICO DC F SR CONN STRPD 10"
8342-007-01	SEPARADOR A4 PAPEL ELI 200+
Red y artículos varios	
9960-051*	TARJETA DE RED PCI 10/100 FAST ETHERNET
9960-052	AISLANTE ETHERNET BAJAS FUGAS RJ45/RJ45
6400-010	CABLE ETHERNET CAT5e RJ-45 M SHLD 2FT
6400-008	CABLE ETHERNET RJ-45M A RJ-45M STR-THRU 10FT
6400-018	CABLE LARGO CROSSOVER CAT5e RJ-45 M SHLD 6FT

* Se utiliza para modelos de impresora **Z200+** anteriores.

MWL/PATIENTS

El ícono MWL/Patients permite programar exámenes de esfuerzo e introducir información demográfica de los pacientes.

Cuando la modalidad está conectada a un sistema de programación externo, esta información llega desde órdenes introducidas por la institución.

Cuando se selecciona el ícono, aparece una ventana dividida con dos fichas seleccionables (MWL y Patients) a la izquierda y los campos Patient u Order Information a la derecha, en función de la ficha seleccionada.

Debajo de las fichas aparece un campo de búsquedas y el botón Search.



MWL

El texto que se introduzca en el campo de búsqueda se usará para buscar por Modality Worklist (MWL) para mostrar órdenes que comiencen por el texto coincidente en los campos Last Name, First Name o Patient ID. Si se deja en blanco el campo de búsqueda, aparecerán todas las órdenes.

Las columnas de MWL son Scheduled Date/Time, Patient ID, Last Name, First Name, Date of Birth y Group. La lista se puede ordenar seleccionando los encabezados de columna. Si se selecciona de nuevo, se invertirá el orden de la columna.

Editar orden

Si se selecciona una entrada de la lista, aparecerá información sobre la orden en modo de solo lectura. Seleccione los botones **Edit** para modificar la orden. Seleccione el botón **Save Order** para guardar los cambios o **Cancel** para cancelar todos los cambios.

NOTA: Esta función no está disponible si la característica **DICOM** está activada.

Orden nueva


El botón **New Order** permite la búsqueda de información del paciente en la base de datos por ID o nombre, para poder añadir una nueva orden en la lista MWL. Si se deja en blanco el campo de búsqueda, aparecerán todos los pacientes de la base de datos.

Si el paciente aún no está en la base de datos, pulse **Cancel** en la búsqueda de Patient Information y seleccione la ficha **Patients** para introducir un paciente nuevo. Las instrucciones se encuentran en la página siguiente.

La información del paciente rellena la información de la orden en la parte derecha de la pantalla. Se puede introducir más información de la orden y esta se guarda. El botón **Cancel** cierra la orden sin guardarla.

Al introducir una orden, utilice la lista desplegable **Group** para asignar la orden a un grupo específico que se haya configurado en los ajustes del sistema.


Seleccione el icono de calendario situado en la esquina inferior derecha de la sección **Order Information** para abrir un calendario para la selección de la fecha y hora de la orden programada. La fecha y la hora también se pueden introducir escribiendo en el campo **Requested Date/Time**.



Eliminar una orden existente

Para seleccionar una orden de paciente existente, resalte la línea y seleccione **Delete Order**.

Aparecerá un mensaje de advertencia solicitando la confirmación de la eliminación. Seleccione **Yes** para eliminar la orden o **No** para cancelar y volver a la lista MWL.



Salir de MWL/Patients

Seleccione el botón **Exit** cuando termine para volver al menú principal.

Patients

El texto que se introduzca en el campo de búsqueda se usará para buscar la información demográfica del paciente en la base de datos para mostrar los pacientes que comiencen por el texto coincidente en los campos Last Name, First Name o Patient ID.

Las columnas de Patients son Patient ID, Last Name, First Name y Date of Birth. La lista se puede ordenar seleccionando los encabezados de columna. Si se selecciona de nuevo, se invertirá el orden de la columna.

The screenshot shows the MWL Patients application. On the left, there is a grid view of patient records with columns for Patient ID, Last Name, First Name, and Date of Birth. A specific row is selected, highlighted in blue. On the right, there is a detailed view of the selected patient's information. This includes fields for First Name, Middle Name, Last Name, Date of Birth, Gender, Age, Weight, Height, and various contact and medical history details. Buttons for 'Edit' and 'Exit' are visible at the bottom of both sections.

Editar paciente

Si se selecciona una entrada de la lista, aparecerá información del paciente en modo de solo lectura. Seleccione el botón **Edit** para activar y modificar los campos de información demográfica del paciente.

Seleccione el botón **Save Patient** cuando termine para guardar los cambios o el botón **Cancel** para volver a la información demográfica de solo lectura sin guardar los cambios.

Paciente nuevo

Si se pulsa el botón **New Patient**, desaparecerá la información del paciente seleccionado y se podrá añadir un paciente nuevo en la lista. La información del paciente nuevo se puede introducir en los campos de información demográfica; seleccione el botón **Save Patient** para guardarlo en la base de datos. El botón **Cancel** cierra la información del paciente sin guardar.


This screenshot shows the MWL Patients application with a new patient entry form. The left side displays a list of patients, and the right side shows a blank form for a new patient. Fields include First Name, Middle Name, Last Name, Date of Birth, Gender, Age, Weight, Height, and various demographic and contact information. Buttons for 'Save Patient' and 'Cancel' are at the bottom.

Eliminar paciente

Seleccione el botón **Delete** para eliminar de la base de datos la información demográfica del paciente.

NOTA: El botón Delete está desactivado si la información demográfica del paciente está asociada con una orden o un examen existentes. Para poder eliminar la información demográfica del paciente, es necesario eliminar previamente todas las órdenes y exámenes de dicho paciente.

Aparecerá un mensaje de advertencia solicitando la confirmación de la eliminación. Seleccione **Yes** para eliminar la información demográfica del paciente o **No** para cancelar y volver a la lista Patients.



Salir de MWL/Patients

Seleccione el botón **Exit** cuando termine para volver al menú principal.

CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN

Configuración del sistema Xscribe e instalación de los componentes

NOTA: Consulte el [Diagrama de interconexiones, Figura 2](#).


NOTA: La configuración y la instalación son realizadas por un representante de Baxter.

1. Monte el carrito del sistema **Xscribe** y conecte todos los componentes del sistema de acuerdo con el Manual de instalación del sistema **Xscribe**, referencia 9515-205-60-ENG, incluido con el envío. Asegúrese de que todos los cables quedan bien enchufados en sus respectivos conectores y que todos los métodos de asegurar los cables a los conectores se usan correctamente.
2. Conecte todos los cables de alimentación de la CPU y de la impresora al transformador de aislamiento; deje los interruptores de encendido de dichos componentes en la posición ON. Conecte el transformador de aislamiento a una toma de CA de uso hospitalario y colóquelo en la posición ON.

NOTA: Cuando finalice la instalación inicial del equipo, el interruptor de alimentación del transformador de aislamiento encenderá el sistema **Xscribe**. El transformador de aislamiento también alimenta la impresora térmica **Z200+**, que no cuenta con un interruptor ON/OFF propio.

NOTA: Cuando termine de usar el sistema **Xscribe**, se debe realizar un apagado del sistema **Windows**. De este modo se apagará la CPU y se pondrá la pantalla en modo de reposo. El transformador de aislamiento continuará encendido.

3. Consulte en la [Introducción](#) la instalación y activación del software de **Xscribe**.
4. Consulte en [Salida TTL/analógica](#) la configuración e instalación de la salida TTL y analógica.
5. Consulte [Conexión de cinta de andar/ergómetro](#) para obtener instrucciones sobre la conexión de **Xscribe** a la cinta de andar o al ergómetro.
6. Consulte [Configurar la impresora](#) para configurar y usar la impresora térmica **Z200+**.
7. Consulte [Interfaz de SunTech Tango+ y Tango M2](#) sobre la interfaz del monitor de TA SunTech **Tango+** y **Tango M2**.
8. Para iniciar el sistema **Xscribe**, pulse el botón de encendido de la CPU. Cuando aparezca la pantalla de **Windows**, inicie sesión en el sistema.

Figura 2 Diagrama de interconexiones de XScribe


ADVERTENCIA: Para prevenir descargas eléctricas en el paciente, es necesario que el monitor del ordenador y la impresora se alimenten desde el dispositivo de separación certificado (transformador de aislamiento).

NOTA: El dispositivo de separación certificado (transformador de aislamiento) puede encender hasta cuatro dispositivos. Si hay más de cuatro dispositivos que precisan alimentación, el monitor de TA **Tango** deberá recibir alimentación desde otra toma eléctrica de CA. La unidad SunTech **Tango** no precisa su conexión al transformador de aislamiento, pues se trata de un dispositivo médico que incluye su propia fuente de alimentación aislada. El **Tango** puede alimentarse desde el transformador de aislamiento si se desea.

Transformador de aislamiento médico

El transformador de aislamiento es un dispositivo separador que impide que los componentes del sistema desarrollen una excesiva corriente de fuga. Se conecta a un circuito exclusivo.

Figura 3 Transformador de aislamiento médico



Especificaciones del transformador de aislamiento médico

Frecuencia:	50/60 Hz
Valores nominales de salida:	115/230 V 1000 VA
Peso:	9,98 kg
Dimensiones:	Altura = 130 mm Anchura = 203 mm Profundidad = 280 mm

REF: 1404-004

TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 1000VA MED GLOBAL
 Entrada 115 VAC 50/60 Hz 2x10AT Con fusible / Entrada 230 VAC
 50/60 Hz 2x6.3AT Con fusible



PRECAUCIÓN: Antes de conectar los componentes del sistema al transformador de aislamiento, asegúrese de que el selector de tensión (situado encima del interruptor de alimentación) esté ajustado en la tensión de línea correcta. Todas las unidades que entrega Baxter están fijadas en 115 V. Para cambiar la tensión a 230 V, mueva el selector de tensión situado a la derecha del interruptor de encendido.



PRECAUCIÓN: Riesgo de descarga eléctrica. No retire la tapa. Encargue las tareas de mantenimiento a personal de mantenimiento cualificado. Solo se consigue una conexión a tierra fiable si los componentes del sistema se conectan a un receptáculo equivalente que indique "uso hospitalario".



PRECAUCIÓN: El uso de este transformador con equipos distintos a los suministrados de origen, o con equipos que superen los valores nominales, puede provocar daños, fuego o lesiones.



ADVERTENCIA: Posible riesgo de explosión. No usar en presencia de anestésicos inflamables.

Instalación de la pila del WAM

El **WAM** se alimenta con una sola pila AA. Si la pila contiene suficiente carga para funcionar y el paciente está correctamente conectado, un LED en la parte frontal del **WAM** aparecerá en verde fijo, para indicar el correcto emparejamiento y la comunicación con el electrocardiógrafo. Si la pila tiene poca carga o si falla un cable, el LED aparecerá en verde intermitente o en amarillo.

Para instalar una pila nueva, retire la tapa de la pila girándola en el sentido opuesto al de las agujas del reloj. Cuando se retira la tapa de la pila, el equipo se apagará automáticamente. Inserte una pila AA en su compartimento, alineando los indicadores positivo (+) y negativo (-) de la pila con los que aparecen en la etiqueta de la parte posterior del dispositivo. Vuelva a colocar la tapa de la pila girándola en el sentido de las agujas del reloj. La tapa de la pila sellará el compartimento y hará contacto con la pila, para proporcionar alimentación al dispositivo.

Aplicación de alimentación al WAM

Antes de alimentar el **WAM**, asegúrese de que las derivaciones del paciente no toquen el metal conectado a tierra (esto podría suceder si se usan electrodos reutilizables con metal expuesto); el **WAM** se calibrará automáticamente al encenderse, y un intenso ruido provocado por los bucles de masa podría afectar a la calibración, en cuyo caso **Xscribe** no mostrará el ECG.

Presione el botón de encendido/apagado para encender o apagar el dispositivo. Se escuchará un tono para indicar el apagado y la desconexión de RF.

Acoplamiento del bloque conector de derivaciones del WAM

Las derivaciones del ECG de 12 derivaciones constan de un bloque conector con 10 derivaciones (5 a cada lado). Las derivaciones se colocan en el **WAM** para seguir el contorno del torso. Cada derivación termina en un medi-clip.

Inserte de manera segura el bloque conector en el conector de entrada de ECG en la parte superior del **WAM**.



PRECAUCIÓN: Tenga cuidado de insertar el bloque conector en el conector de entrada adecuado haciendo coincidir las etiquetas de las derivaciones con la etiqueta del **WAM**.

Emparejamiento del WAM con Xscribe

Inicie la aplicación **Xscribe**. Inicie una prueba de esfuerzo y acceda a la fase de observación; a continuación:

- Seleccione **Local Settings** y elija **WAM** como Front End.
- Seleccione el botón **WAM Pairing**.
- Seleccione **OK**.
- Dispóngase el **WAM** (apagado) en las proximidades del receptor UTK conectado al puerto USB de **Xscribe**.
- Encienda el **WAM**.
- Aparecerá el mensaje que indica que se han emparejado correctamente.
- Seleccione **OK**.


NOTA: Cuando finaliza el examen de esfuerzo, el **WAM** se apagará automáticamente. No es necesario emparejar el **WAM** con el mismo UTK para volver a usarlo.

NOTA: La indicación LED no está disponible al usar el **WAM** con **Xscribe**.

NOTA: Los botones 12-Lead ECG y Rhythm Print no están operativos cuando se usa **WAM** con **Xscribe**.

Compatibilidad de UTK WAM

Un **WAM** que tenga un “2” en la etiqueta sólo podrá emparejarse con un **UTK** que tenga un “2” en la suya. De manera similar, un **WAM** o **UTK** sin “2” no podrá emparejarse con un **UTK** o **WAM** que tenga un “2”. Si hay problemas para emparejar el **WAM**, revise las etiquetas para asegurarse de que el **WAM** y el **UTK** o bien tengan ambos un “2” o ninguno lo tenga.



Conexión del frontal de Xscribe y del módulo activador

El módulo activador proporciona opcionalmente la salida de la señal analógica y TTL para la conexión a dispositivos externos, tales como un sistema ecocardiográfico. El módulo activador es obligatorio si se va a conectar el monitor de TA SunTech **Tango** al sistema de esfuerzo cardíaco.

Parte delantera del módulo activador



El cable del paciente **Xscribe AM12** debe conectarse al conector USB A del ECG en la parte delantera del módulo. En la parte delantera del módulo activador también existe una conexión de salida analógica ($\ominus\oplus 1$).

Parte posterior del módulo activador



La parte posterior del módulo proporciona dos conectores de salida analógica ($\ominus\oplus 2$ y $\ominus\oplus 3$ no son funcionales en la actualidad) y una conexión de salida TTL ($\ominus\oplus 4$).

El receptor **UTK** del **WAM** debe conectarse al conector B del ECG.

El módulo activador normalmente se instala a ras en el lado derecho o izquierdo del carrito de esfuerzo, en función de la posición de la ubicación deseada por la institución.

Consulte [Salida TTL/analógica](#) para conocer la configuración de la salida TTL y analógica. Consulte [Interfaz de SunTech Tango+ y Tango M2](#) sobre la interfaz del monitor de TA SunTech **Tango+** y **Tango M2**.

USO DE XSCRIBE

Al iniciar un examen de esfuerzo, **Xscribe** obtiene inicialmente un complejo QRS dominante para cada derivación para crear la primera plantilla de QRS para las 12 derivaciones del ECG. Después de cada latido se actualiza la forma de onda QRS promedio para cada una de las 12 derivaciones. Si cambia la morfología dominante de QRS, se detectará automáticamente y la nueva se “aprenderá” como nueva morfología de latido dominante. Este evento se etiqueta como DRC (Dominant Rhythm Change o cambio de ritmo dominante) en las tendencias mostradas.

Durante la prueba, los ECG de 12 derivaciones se pueden imprimir automática o manualmente. Las opciones de formato de ECG seleccionadas por el usuario son: 6x2, 3x4, 3x4+1, 3x4+1 BCF, 3x4+3, 3x4+3 BCF o 12x1 derivaciones. Estos formatos pueden incluir opcionalmente un complejo promedio expandido a 100 mm/s y 40 mm/mV (4 veces la ganancia estándar) con latidos promediados asociados en el ECG impreso.

NOTA: *El filtro BCF (Beat Consistency Filter) proporciona una impresión de ECG promediado utilizando los complejos ECG promediados. Las etiquetas impresas en las derivaciones indican “BCF” junto a la etiqueta de la derivación (p. ej. I BCF, II BCF, III BCF, etc.). La derivación de ritmo debajo del ECG de 12 derivaciones es en tiempo real y no refleja el BCF. Durante el examen siempre se muestra en pantalla el ECG en tiempo real.*

NOTA: *El BCF introduce un retardo adicional de dos segundos en los datos del ECG en tiempo real.*

En función de los parámetros definidos en la configuración, **Xscribe** realiza las siguientes operaciones durante el examen:

- Documenta la ectopia ventricular (PVC aislado, duplas ventriculares y series ventriculares) como arritmias; y el cambio de ritmo dominante (DRC) se almacena en memoria para su posterior revisión, edición e inclusión en el informe final.
- Cambios de carga de trabajo en momentos especificados con progresión automática según definición de protocolo.
- Resalta el menú BP y emite sonidos audibles para indicar las medidas próximas.
- Muestra el complejo promedio expandido de una derivación definida por el usuario o de una derivación que experimente un cambio del segmento ST máximo, y lo compara con un complejo de referencia para la misma derivación (comparación automática).
- Muestra tendencias de FC, Índice ST, MET, TA y doble producto (FC*TA).

Se pueden seleccionar diversas pantallas de ritmo:

- **3-LEAD WITH ZOOMED ST ANALYSIS AND TRENDS**
Tres canales que constan de 8 segundos de tres derivaciones definidas por el usuario
- **3-LEAD WITH ZOOMED ST ANALYSIS WITHOUT TRENDS**
Tres canales que constan de 12 segundos de tres derivaciones definidas por el usuario
- **3-LEAD WITHOUT ZOOMED ST ANALYSIS AND WITHOUT TRENDS**
Tres canales que constan de 15 segundos de tres derivaciones definidas por el usuario
- **3-LEAD WITHOUT ZOOMED ST ANALYSIS AND WITH TRENDS**
Tres canales que constan de 12 segundos de tres derivaciones definidas por el usuario
- **6-LEAD WITH ZOOMED ST ANALYSIS AND TRENDS**
Seis canales que constan de 8 segundos de seis derivaciones definidas por el usuario
- **6-LEAD WITH ZOOMED ST ANALYSIS WITHOUT TRENDS**
Seis canales que constan de 12 segundos de seis derivaciones definidas por el usuario
- **6-LEAD WITHOUT ZOOMED ST ANALYSIS AND WITHOUT TRENDS**
Seis canales que constan de 15 segundos de seis derivaciones definidas por el usuario
- **6-LEAD WITHOUT ZOOMED ST ANALYSIS AND WITH TRENDS**
Seis canales que constan de 12 segundos de seis derivaciones definidas por el usuario

- **12-LEAD IN 6x2-FORMAT WITH ZOOMED ST ANALYSIS AND TRENDS**
Doce canales que constan de 4 segundos de doce derivaciones
- **12-LEAD IN 6x2-FORMAT WITH ZOOMED ST ANALYSIS WITHOUT TRENDS**
Doce canales que constan de 6 segundos de doce derivaciones
- **12-LEAD IN 6x2-FORMAT WITHOUT ZOOMED ST ANALYSIS AND WITHOUT TRENDS**
Doce canales que constan de 8 segundos de doce derivaciones
- **12-LEAD IN 6x2-FORMAT WITHOUT ZOOMED ST ANALYSIS AND WITH TRENDS**
Doce canales que constan de 6 segundos de doce derivaciones

- **12-LEAD IN 12x1 FORMAT WITH ZOOMED ST ANALYSIS AND TRENDS**
Doce canales que constan de 8 segundos de doce derivaciones
- **12-LEAD IN 12x1 FORMAT WITH ZOOMED ST ANALYSIS WITHOUT TRENDS**
Doce canales que constan de 12 segundos de doce derivaciones
- **12-LEAD IN 12x1 FORMAT WITHOUT ZOOMED ST ANALYSIS AND WITHOUT TRENDS**
Doce canales que constan de 15 segundos de doce derivaciones
- **12-LEAD IN 12x1 FORMAT WITHOUT ZOOMED ST ANALYSIS AND WITH TRENDS**
Doce canales que constan de 12 segundos de doce derivaciones

Se puede activar la visualización contextual para mostrar una sola derivación desde el inicio de la fase previa al ejercicio y hasta la fase de recuperación, indicando los ECG almacenados de forma automática y manual. Esta vista también permite la adición de eventos de ECG históricos y la eliminación de eventos de ECG no deseados.

Otros parámetros mostrados durante las pruebas pueden ser:

- Velocidad e inclinación de la cinta de andar, o vatios si se utiliza un ergómetro
- Nombre del protocolo
- Retención de etapa (si está seleccionado)
- Frecuencia cardíaca (FC)/% de FC objetivo, y vatios objetivo si se utiliza un ergómetro
- Nivel de ST en mm o μ V y pendiente de ST en mV
- FC y SpO₂ con hora de última obtención (opcional)
- Etapa y Tiempo de etapa
- Nombre del paciente
- Número de ID del paciente
- Tiempo total del ejercicio
- MET y/o producto doble, y/o Índice ST
- Un complejo promedio para cada una de las 12 derivaciones superpuesto para comparar los datos actuales con los de referencia
- Complejo promedio expandido, definido por el usuario, superpuesto para comparar los datos actuales con los de referencia
- Tendencias en curso de MET con FC, valores de TA sistólica y diastólica y nivel de ST

Durante la fase de recuperación, **Xscribe** mostrará las selecciones tanto de Patient Data como de Conclusions que permiten la entrada de datos para el informe final. Al final de la fase de recuperación, Report Manager mostrará una página resumen que permite la definición y creación del informe final.

El informe final puede constar de las siguientes secciones, activadas o desactivadas por el usuario:

- Información del paciente
- Resumen del examen
- Tendencias de frecuencia respiratoria, tensión arterial, carga de trabajo, nivel de ST y pendiente de ST
- Promedio de caso peor
- Promedios periódicos
- Promedios pico
- Impresiones de ECG

- ECG automáticos de 12 derivaciones según protocolo
- ECG de ejercicio pico
- Eventos de arritmia
- Eventos de ECG de 12 derivaciones añadidos por el usuario (supino, de pie, síntomas, esfuerzo percibido, etc.)

La impresión de la página de información del paciente puede incluir la siguiente información:

- Información demográfica del paciente
- Protocolo
- Fecha y hora de inicio del ejercicio
- FC objetivo o vatios objetivo si se utiliza un ergómetro
- Breve historial médico
- Indicaciones
- Medicamentos
- Médico que deriva
- Tipo de procedimiento
- Ubicación
- Motivo de finalización
- Síntomas
- Diagnóstico
- Notas
- Conclusiones
- Técnico: [nombre]
- Médico a cargo: [nombre]
- Revisado por: [nombre]
- Firmado por: [nombre del médico autorizado que firma]
- Fecha de firma

La impresión de la página de resumen del examen puede incluir:

- Nombre del paciente, ID, fecha y hora de inicio del ejercicio y protocolo
- Resumen del tiempo de ejercicio y derivaciones con cambio de 100 µV y recuento total de PVC
- Puntuación de riesgos
 - Puntuación de Duke si se utiliza un protocolo de Bruce
 - FAI% (porcentaje de Trastorno aeróbico funcional) si se utiliza un protocolo de Bruce
- Valores máx.
- ST máx.
- Cambios de ST máx.
- Resumen de etapa o minuto

La impresión del resumen de etapa incluye datos tabulares que constan de los siguientes datos, que pueden aparecer:

- Tiempos previo al ejercicio, del ejercicio y de recuperación
- Velocidad/inclinación o vatios
- FC
- TA
- SpO2
- METs
- Producto doble (TA sis*FC)
- Medidas de ST de las 12 derivaciones

Además, el usuario también puede imprimir lo siguiente:

- Un complejo promedio por minuto o por etapa para cada una de las 12 derivaciones en las fases de ejercicio y de recuperación
- Tendencias del nivel y pendiente de ST, FC, TA, producto doble, carga de trabajo y equivalentes metabólicos estimados
- ECG de 12 derivaciones seleccionados
- Informes de latidos promedio para el peor caso durante el ejercicio y la recuperación o en el pico del ejercicio

Modo de demostración

Xscribe incluye un modo de demostración que proporciona un modo de presentar las características y formar a los médicos sobre el funcionamiento del sistema sin necesidad de una conexión en directo con el paciente.

El modo de demostración se activa cuando se introduce Demo como nombre del paciente y uno o varios números en el campo Last Name (p. ej., Demo1, Demo2 o Demo123, etc.). La palabra “Demonstration” aparecerá como marca de agua dentro de la forma de onda del ECG para diferenciar la pantalla con respecto a la forma de onda del ECG de pacientes en directo.

NOTA: La **D** deberá escribirse en mayúsculas y **emo** en minúsculas para que se active el modo de demostración.

La interfaz de usuario y la visualización en el modo de demostración tan solo se diferencia de las del modo en directo en lo siguiente:

- Las lecturas de TA con un monitor de TA Tango no se inician. Durante un examen se muestran y actualizan periódicamente valores de TA de demostración.
- El equipo de ejercicio configurado (cinta de andar o ergómetro) no se controla en el modo de demostración.



Visualización del sistema durante el ejercicio


La pantalla de Xscribe está organizada de modo que proporcione al médico acceso rápido a la información importante y crítica.

Característica	Descripción
Barra de título	Muestra el nombre del programa de Xscribe y la fecha y hora actuales.
Barra de herramientas	Contiene botones para acciones en función de la fase actual. El usuario tocará, hará clic o usará teclas de funciones de accesos directos para acceder a menús, imprimir ECG, documentar eventos y desplazarse por las fases de la prueba de esfuerzo cardíaco.
Paneles y mosaicos	Información sobre pacientes y exámenes, en función de la fase actual así como de la configuración de modalidad predeterminada y de las selecciones que haya definido el usuario.


Protocolo de cinta de Bruce con todos los mosaicos y paneles




Protocolo de Bruce con tendencias y paneles de visualización de contexto ocultos



Protocolo de Bruce con paneles de visualización de contexto y tendencias/zoom ST/perfil ST ocultos



Protocolo de Bruce con paneles de visualización de contexto y tendencias/zoom ST/perfil ST ocultos



Protocolo de rampa de tiempo de ciclo con los mosaicos SpO2%, METs, DP y ST/HR desactivados; Evento en perfil




Barra de herramientas: botones de la fase de examen

Una vez que un examen de esfuerzo se ha iniciado, que la información del paciente está completa y que la configuración de visualización es la adecuada para el médico, el examen está listo para comenzar. Se entra en la fase de observación, que permite la comprobación de impedancia de los electrodos y que la calidad de la señal del ECG es buena.

Los botones de fase se activan según progrese el examen, y servirán como guía para el médico. La fase actual se indica mediante un borde azul oscuro que rodea al botón. Los botones disponibles aparecen coloreados. Los botones no disponibles aparecen en gris.

Como ejemplo, el examen comenzará en la fase de observación, en la cual solo estará disponible el botón de fase previa al ejercicio. Una vez que comience la fase previa al ejercicio, hay un importante proceso de aprendizaje que debe tener lugar antes de acceder a la fase de ejercicio. Una vez iniciado el ejercicio, Recuperación será el único botón disponible. De ese modo, el usuario no puede equivocarse omitiendo Recuperación y pasando a Finalizar examen. También se le pedirá al usuario que confirme el final de la prueba antes de acceder a la fase Report Review.


Botón de fase	Acción y descripción
Observación 	El borde azul indica que esta es la fase de examen actual. Se muestra el ECG de 12 derivaciones en formato 6x2 para observar la calidad del ECG y volver a preparar los lugares de las derivaciones en caso necesario.
Previa al ejercicio 	No hay borde azul en este ejemplo de botón coloreado, lo que indica que está disponible para la entrada en la fase previa al ejercicio. SCF (si está activado) y aprendizaje de ST comenzarán de inmediato tras la entrada en la fase previa al ejercicio.
Ejercicio 	Cuando se seleccione este botón comenzará la fase Ejercicio de acuerdo con el protocolo seleccionado.
Recuperación 	Cuando se seleccione este botón finalizará el ejercicio y comenzará la fase Recuperación.
Finalizar examen 	Cuando el médico seleccione el botón Finalizar examen, se le preguntará: Are you sure you want to exit the exam? Si se selecciona OK, finaliza la recuperación y aparece Report Manager con los resultados del examen.
Anular examen 	El botón Anular permite salir del examen actual sin guardar. Anular está disponible durante las fases de observación y previa al ejercicio.

Barra de herramientas: teclas de función

Se puede acceder a cada botón de la barra de herramientas que se indica a continuación con el ratón, con las teclas de función (F1 a F12) del teclado o tocando en un monitor táctil opcional; al pasar el cursor del ratón sobre un botón aparecerá su tecla de función asociada.

Haga clic con el botón izquierdo en la tecla de función para activar un comando o una opción. Algunos comandos abrirán una ventana emergente con opciones de menú desplegables. Si está abierta una ventana emergente y es necesario seleccionar otra función, solo tiene que hacer clic en la siguiente función; la ventana emergente se cerrará y se activará la siguiente función.

Tecla de función y botón	Acción y descripción
Tecla F1 Configuración   	<p>Muestra la ventana Local Settings con dos fichas.</p> <p>La ficha Equipment permite la selección del tipo de frontal (Xscribe) con puerto del módulo activador, equipo de ejercicio, equipo de TA, frecuencia AC para este examen y configuración del puerto COM. La ficha Equipment solo está disponible durante la fase de observación. Esta configuración se recuerda para el siguiente examen.</p> <p>La ficha Format permite la siguiente configuración:</p> <p>Cuando se selecciona el formato 3-Lead o 6-Lead para la visualización e impresión en tiempo real, se pueden cambiar las combinaciones a cualquiera de las 12 derivaciones mediante los menús desplegables que permiten la selección de derivaciones</p> <p>Use el menú desplegable ECG Print Speed para elegir la velocidad del papel para el ECG impreso. Para cada nueva prueba se restablecerá la velocidad predeterminada.</p> <p>Use el menú desplegable Continuous Print Speed para elegir la velocidad del papel para las impresiones de ritmo continuas.</p> <p>Active Arrhythmia Printouts para generar una impresión automática cuando se detecte una arritmia. Los eventos de arritmia continuarán almacenándose si se desactiva esta selección.</p> <p>Use el menú desplegable Sync Lead para seleccionar la derivación del ECG que debe usarse para la salida TTL o analógica. Para cada nueva prueba se restablecerá la derivación predeterminada.</p>
Tecla F3 ECG 	<p>Se selecciona para generar una impresión del ECG de 12 derivaciones durante las fases de observación, previa al ejercicio, ejercicio, recuperación e informe final. Las configuraciones de impresión se basan en las definiciones de la configuración de modalidad.</p> <p>Nombre del paciente, fecha, hora, tiempo de etapa, número de etapa, tiempo total del ejercicio, carga de trabajo, etiquetas de derivaciones, valores ST y pulsos de calibración.</p>


Tecla de función y botón	Acción y descripción																
Tecla F4 Escribir pantalla 	<p>Se selecciona para generar una página de 10 segundos del ECG en tiempo real que se está mostrando actualmente a 25 mm/s utilizando la configuración mostrada de velocidad, filtro y ganancia. Si en la pantalla aparecen más de 10 segundos, se imprimirán los primeros 10 segundos.</p> <p>Si la velocidad está configurada en 50 mm/s, se imprimirá un informe de 5 segundos en una página.</p>																
Tecla F5 Promedios 	<p>Disponible para la selección tras el acceso a la fase de ejercicio para generar una impresión de Promedios para el tiempo actual. Se imprimen 12 complejos promedio para el tiempo actual y para el inicio del ejercicio (si está disponible) con un ritmo de 10 segundos.</p>																
Tecla F6 Evento 	<p>Muestra la ventana emergente Event. Seleccione un nombre de evento en el menú desplegable o introduzca texto libre y haga clic en OK para generar un ECG de 12 derivaciones. El texto con el nombre del evento se incluye en la impresión del ECG y en el ECG de 12 derivaciones almacenado. Event se incluye en el resumen, en el informe final y en el ECG promediado minuto a minuto.</p> <p>De forma predeterminada se incluyen Bookmark, Supine, Mason-Likar, Standing, Hyperventilation, Chest Pain y Shortness of Breath. En la configuración de modalidad se pueden añadir otras etiquetas.</p> <p>La interpretación de ECG en reposo se puede activar o desactivar en la fase previa al ejercicio durante la obtención de ECG en supino o de Mason-Likar.</p>																
Tecla F7 RPE 	<p>Se selecciona para definir el nivel del Índice de esfuerzo percibido (RPE) por el paciente. En el menú de configuración de modalidad se define una de las dos escalas seleccionables por el usuario: 0 – 10 o 6 – 20. La lista desplegable que aparece comienza por Nothing y termina por la percepción de ejercicio Maximal o very hard, con diversos grados de esfuerzo intermedios. Seleccione el índice específico para generar un ECG de 12 derivaciones que incluya la frase seleccionada.</p> <div data-bbox="458 1459 1046 1839">  <table border="1"> <tr><td>6</td></tr> <tr><td>6</td></tr> <tr><td>7:Very, very light</td></tr> <tr><td>8</td></tr> <tr><td>9:Very light</td></tr> <tr><td>10</td></tr> <tr><td>11:Fairly light</td></tr> <tr><td>12</td></tr> <tr><td>13:Somewhat hard</td></tr> <tr><td>14</td></tr> <tr><td>15:Hard</td></tr> <tr><td>16</td></tr> <tr><td>17:Very hard</td></tr> <tr><td>18</td></tr> <tr><td>19:Very, very hard</td></tr> <tr><td>20</td></tr> </table> </div>	6	6	7:Very, very light	8	9:Very light	10	11:Fairly light	12	13:Somewhat hard	14	15:Hard	16	17:Very hard	18	19:Very, very hard	20
6																	
6																	
7:Very, very light																	
8																	
9:Very light																	
10																	
11:Fairly light																	
12																	
13:Somewhat hard																	
14																	
15:Hard																	
16																	
17:Very hard																	
18																	
19:Very, very hard																	
20																	


Tecla de función y botón	Acción y descripción
Tecla F8 Impresión de ritmo 	<p>Seleccione para realizar una tira de ritmo continua. Una impresión continua de 3 o 6 canales de las derivaciones definidas en la configuración de visualización en tiempo real. Al hacer clic en F8/ Impresión de ritmo con la impresión en curso, se cambia la impresión de 6 canales a las derivaciones frontales (I, II, III, aVR, aVL, aVF); con un segundo clic se cambia la impresión a las derivaciones precordiales (V1, V2, V3, V4, V5, V6); con un tercer clic se vuelve a las derivaciones originales. De forma similar, para la impresión de 3 canales, las derivaciones que se imprimen van cambiando por las 12 derivaciones cuando la impresión está en curso. La velocidad de la tira de ritmo continua se configura en el cuadro de diálogo F2/Formato.</p> <p>La tira de ritmo continua contiene el nombre del paciente, la fecha, la hora, la hora de etapa, el tiempo de ejercicio total, las etiquetas de las derivaciones y los pulsos de calibración en la primera página impresa.</p> <p>Se generan tiras de ritmo continuas durante las fases de observación, previa al ejercicio, ejercicio, recuperación e informe final. Un evento de 12 derivaciones automático programado o uno generado manualmente interrumpirá la tira de ritmo continua.</p>
Tecla F9 Detener ritmo 	<p>Seleccione para detener la impresión de ritmo.</p>
Tecla F10 Dosis 	<p>Seleccione para abrir un cuadro de diálogo que permita la introducción de fármaco y dosis. Puede seleccionar en las listas desplegables o introducir texto libre. Esta información se añade a Notes si la entrada incluye las entradas de tiempo de fase y dosis.</p>
Tecla F11 Notas o Información del paciente 	<p>Desde la fase previa al ejercicio hasta la recuperación, seleccione para abrir un cuadro de diálogo que permite la introducción de texto libre en el campo Notes. En el informe final se pueden incluir aproximadamente 200 caracteres alfanuméricos o 4 líneas de texto.</p> <p>En la fase de recuperación, seleccione para mostrar y editar la información del paciente y las notas para el examen de acuerdo con el formato configurado.</p>
Tecla F12 Conclusiones 	<p>En la fase de recuperación, seleccione para mostrar la información de resumen del ejercicio para su revisión y para introducir conclusiones.</p>

Mosaicos

Los mosaicos mostrados se pueden personalizar en el menú Modality Settings y se pueden definir de manera diferente en cada grupo. ST/HR Index, Double Product, METs y SpO2 pueden estar presentes o no.

Características de los mosaicos	Descripción
HR bpm, Max Pred, Target, Maximum Gráfica de % de FC objetivo 	<p>Calcula y muestra HR bpm a partir de las derivaciones de ritmo V1 y V5 con la derivación II como confirmación usando una ventana de promedio deslizante de 16 intervalos consecutivos de R a R.</p> <p>El cálculo de Max Pred (FC predicha máxima y Target (FC objetivo) con pruebas en cinta de andar y farmacológica se basa en la edad y en el porcentaje de FC predicha máxima utilizando 220 menos la edad o 210 menos la edad o 210 menos ($0,65 \times$ edad).</p> <p>La prueba de Max Pred (Carga de trabajo máxima) con ergómetro se calcula usando la siguiente fórmula:</p> <p>Carga de trabajo máx. en hombres = $6,773 + (136,141 * \text{ASC}) - (0,064 * \text{Edad}) - (0,916 * \text{ASC} * \text{Edad})$</p> <p>Carga de trabajo máx. en mujeres = $3,933 + (86,641 * \text{ASC}) - (0,015 * \text{Edad}) - (0,346 * \text{ASC} * \text{Edad})$</p> <p>Siendo ASC = $0,007184 * (\text{Altura} ^ 0,725) * (\text{Peso} ^ 0,425)$</p> <p>Edad en años / Altura en cm / Peso en kg</p> <p>Maximum (FC máxima) muestra la frecuencia cardíaca máxima alcanzada durante el examen.</p> <p>FC objetivo se puede calcular a partir de un rango de 75% al 100% en incrementos de 5%. Los médicos también pueden introducir manualmente el valor objetivo que desearían que obtuviera el paciente.</p>
Visualización de tensión arterial Automático  Manual  	<p>Muestra la última lectura de TA introducida u obtenida. Cuando se actualiza un valor, el fondo cambiará a amarillo y se emitirá un sonido audible. Una vez que el valor aparezca en pantalla, se mantendrá junto con una marca de hora que indica cuándo se obtuvo por última vez. El valor no cambiará hasta la siguiente entrada manual o automática.</p> <p>La TA manual se define en la configuración local si no hay ningún equipo de TA conectado. El botón Enter BP se utiliza para introducir los valores de TA sistólica y diastólica.</p> <p>El tipo de equipo de TA conectado se define en la configuración local. Se cambia entre TA automática y manual seleccionando la casilla de verificación. La TA automática se iniciará de acuerdo con el protocolo seleccionado. El botón Start BP inicia una medida.</p> <p>NOTA: Los usuarios pueden editar el valor existente para la medida de TA mostrada seleccionando el botón Edit BP, cambiando el valor y seleccionando el botón Save. Cuando se editan los valores de TA, el valor existente para la medida y el tiempo en que se introdujo el valor se sustituyen por los valores nuevos en todas las ubicaciones indicadas.</p>


Características de los mosaicos	Descripción
Nivel de ST y ST Slope 	Muestra el valor de ST para los complejos promedio en pantalla. Cuando comienza la fase Pre-exercise , Xscribe obtiene y analiza los datos de ECG entrantes para desarrollar la plantilla del latido dominante. ST LEARN... aparece durante este proceso y es sustituido por el nivel de ST medido una vez establecida la plantilla dominante. Durante el proceso de aprendizaje, está disponible un botón Override ST Learn en el panel del ECG en el que se ha hecho zoom. Esto resulta útil si el paciente presenta un complejo QRS amplio que no se va a usar para el análisis del segmento ST durante el ejercicio. NOTA: Es muy importante que el paciente se encuentre en la posición del ejercicio, esté relajado y permanezca muy quieto durante el proceso de aprendizaje de ST.
Índice ST/HR 	Calcula y muestra el valor del índice ST/HR en µV/bpm. NOTA: El valor del índice ST/HR solo se muestra cuando Xscribe detecta un cambio en la FC con un incremento mayor del 10% y una depresión de ST mayor de 100 µV.
Producto doble (DP) 	Calcula y muestra el valor actual de Producto doble (TA sistólica x FC) una vez introducida la TA de forma manual o automática. El valor de DP se actualiza dinámicamente cuando se obtiene el siguiente valor de TA y se mantiene en pantalla con relación a la marca de hora de TA. NOTA: Si no se puede calcular un DP por falta de FC o TA, se muestran guiones.
METs 	Muestra los equivalentes metabólicos estimados (MET). El cálculo se actualiza cada 10 segundos. Una vez que se hayan alcanzado los MET máximos para una etapa, el valor se mantendrá hasta que finalice la etapa. Al avanzar a la siguiente etapa, el valor de los MET será igual al valor de los MET máximos alcanzables de la etapa anterior. Comenzará una progresión lineal de los cálculos de los MET hasta que se alcance el valor máximo de la etapa. En modo manual, los MET mostrados se actualizarán inmediatamente al cambiarse la Velocidad o la Inclinación.
Valor de SpO₂ 	Muestra en pantalla el valor promedio de SpO ₂ en porcentaje. El valor se actualiza cada 15 segundos cuando la unidad se acopla a un dispositivo aprobado por el fabricante.
STOP/START Belt  	El texto del botón está verde para indicar que la cinta de andar comenzará a moverse y en rojo para parar o poner en pausa la cinta de andar. No aparece texto en el botón cuando se realizan exámenes con el ergómetro. NOTA: La cinta de andar se puede poner en pausa (STOP BELT) durante un ejercicio para corregir una derivación mal conectada, atarse los cordones, etc. según sea necesario. Cuando la cinta de andar vuelve a comenzar, la carga de trabajo se reanudará gradualmente y se realizará una retención de etapa. Seleccione el botón Retención de etapa  para reanudar el control automático del protocolo.




Características de los mosaicos	Descripción
Protocol y Stage  <p>Indica el nombre del protocolo usado actualmente para el examen de esfuerzo y la etapa del ejercicio actual.</p> <p>Para cambiar a un protocolo diferente, haga clic en el nombre del protocolo y aparecerá una lista desplegable. Cuando se selecciona un protocolo diferente durante un ejercicio, el ejercicio pasará a la siguiente etapa del protocolo seleccionado.</p> <p>Este botón cambia a Retener  la etapa actual y a  para reanudar el progreso de la etapa de acuerdo con el tiempo de etapa programado. Stage Hold se muestra cuando se selecciona.</p> <p>Avanza a la siguiente etapa. Esta selección está funcional durante la progresión del protocolo de rutina y cuando se ha seleccionado una Retención de etapa.</p> <p>Para controlar manualmente el ejercicio o la recuperación, active la casilla de verificación y haga clic en los valores de Velocidad/inclinación. Cuando está activado Manual en la fase de ejercicio, el control manual continuará durante toda la fase de recuperación.</p>	
Velocidad/% inclinación de la cinta de andar  <p>Se muestran la velocidad (en MPH o KPH) y el porcentaje (elevación/inclinación) para la configuración del flujo de trabajo actual de la cinta de andar cuando se utiliza un protocolo de cinta de andar.</p> <p>Si se activa la casilla Manual, aparecerán flechas arriba/abajo junto a los valores de mph y % para permitir el control manual. A partir de este momento, el control será manual durante el resto del examen.</p> <p>NOTA: Si la cinta de andar está desactivada y se realiza una impresión, aparecerán guiones junto a MPH y %.</p>	
Visualización de tiempo  <ul style="list-style-type: none"> El reloj Pre Exercise se inicia cuando se entra en la fase previa al ejercicio. Tras la entrada en la fase de ejercicio, el cronómetro Pre-exercise es sustituido por los cronómetros Stage y EXERCISE. Tras la entrada en la fase de recuperación, el cronómetro Stage es sustituido por el cronómetro Recovery y el cronómetro EXERCISE se detiene y congela. 	
Watts, RPM, Maximum Power y Target Power  <p>Cuando se usa un protocolo de ergómetro se muestra la configuración actual del flujo de trabajo del ergómetro. Watts se muestra de 0 a 950.</p> <p>NOTA: Si el ergómetro está apagado y se realiza una impresión, se mostrarán guiones junto a Watts.</p>	



Características de los mosaicos	Descripción
Información del paciente Frank J Demo1, Male 05/18/1952, 63 Years 583732	Siempre se muestra la información demográfica del paciente que se haya introducido.

Paneles

Algunos paneles se pueden ocultar y mostrar. Los botones de flecha permiten una rápida selección para mostrar un ECG más en tiempo real. Los 12 promedios de ECG y el ECG en tiempo real siempre se muestran.

Características del panel	Descripción
Promedios de ECG 	<p>Los 12 complejos de ECG promediados se muestran, con los datos actuales y de referencia superpuestos. También se muestra la etiqueta de la derivación del ECG con las medidas de nivel y pendiente de ST debajo de cada etiqueta.</p> <p>Este panel siempre se muestra.</p> <p>Si se hace clic en cualquier promedio de ECG en esta pantalla se cambiará la derivación ST ampliada cuando se muestra dicho panel.</p>

Características del panel	Descripción
<p>ECG en tiempo real</p> 	<p>Se muestran 3 derivaciones, 6 derivaciones, 12 derivaciones (12x1) o 12 derivaciones (6x2) en tiempo real con la respectiva etiqueta de la derivación.</p> <p>Este panel aumentará o disminuirá en los segundos de ECG totales en función de los otros paneles que se muestren.</p> <p>Este panel siempre se muestra.</p> <p>NOTA: Si se hace clic en el ECG en tiempo real se abrirá un menú que permite la selección del diseño de derivación mostrada, y cambio de ganancia, velocidad y filtro para el paciente actual.</p>
<p>Visualización de contexto</p>  <p>Para eliminar un evento de ECG almacenado:</p>  <p>Para añadir un nuevo evento de ECG:</p> 	<p>Muestra una sola derivación del ECG en miniatura cuando está activada. La fase o etapa junto con el tiempo se muestra en texto en azul.</p> <p>Elija la derivación mostrada haciendo clic en una etiqueta de derivación cuando aparezca la lista desplegable.</p> <p>Se usa la barra de desplazamiento para avanzar y retroceder en el tiempo desde la fase previa al ejercicio hasta la fase de recuperación. Cuando se desplaza hacia atrás en el tiempo, la pantalla volverá al tiempo actual después de 60 segundos sin actividad.</p> <p>Los ECG de 12 derivaciones almacenados se resaltan y etiquetan en un cuadro azul que se puede editar haciendo clic. El cuadro azul cambia a rojo con una X en el vértice superior derecho. Haga clic en la X para eliminar el ECG almacenado.</p> <p>Haga doble clic en el ECG para añadir un evento de ECG y elija una etiqueta desde la lista desplegable Event o escriba texto libre. La etiqueta Bookmark permite una selección rápida que puede editarse más tarde.</p>

Características del panel	Descripción
<p>ST ampliado</p> 	<p>Un complejo promedio expandido con los datos actuales y de referencia superpuestos. También se muestran las medidas de ST Level en mm o μV y ST Slope en mV. El ECG ampliado puede mostrarse u ocultarse en la pantalla. La misma derivación ST seleccionada se muestra también en la tendencia de cambio de ST.</p> <p>Se muestran marcas en el complejo QRS para mostrar los puntos isoeléctrico, el punto J y la medida de ST.</p> <p>NOTA: Al hacer clic en el ECG ampliado se abrirá un menú que permite la selección de otra derivación, de una referencia diferente, la adición de marcadores basales de ST, la capacidad de mover el punto isoeléctrico y el punto J por si fueran necesarias correcciones y un Relearn de la morfología dominante del latido.</p>
<p>Perfil ST</p> 	<p>Muestra el valor de ST para el promedio en pantalla en formato gráfico. Cuando comienza el ejercicio, Xscribe obtiene y analiza los datos de ECG entrantes para desarrollar el nivel de ST actual al principio del procedimiento. El gráfico muestra los niveles de ST actuales en negro y los de referencia en verde.</p> <p>NOTA: Al hacer clic en el perfil ST se abrirá un menú que permite cambiar entre Last Rhythm Event, ST Profile y Profile and Event.</p>

Características del panel	Descripción
<p>Tendencias en Frecuencia cardíaca, MET, TA y Nivel de ST</p> <p>The graph displays four trends:</p> <ul style="list-style-type: none"> BP (Top Left): Shows blood pressure levels (green line) and error bars (blue) from 00:00 to 15:00. ST level [II] (Bottom Left): Shows ST segment levels (blue line) from 00:00 to 15:00. HR (Top Right): Shows heart rate (green line) and error bars (blue) from 00:00 to 15:00. Mets (Bottom Right): Shows metabolic level (blue line) and error bars (green) from 00:00 to 15:00. <p>A vertical dashed line at approximately 03:00 indicates a transition point between exercise and recovery.</p>	<p>Este gráfico de tendencia doble muestra la tendencia de frecuencia cardíaca (HR) y los valores en verde y la tendencia en nivel de MET y los valores en azul.</p> <p>La tendencia central muestra los valores de tensión arterial (BP) no invasiva tal y como se han introducido durante el ejercicio y la recuperación.</p> <p>La tendencia inferior representa los niveles de ST para la derivación del ECG que está actualmente ampliada.</p> <p>Todas las tendencias se actualizan cada 10 segundos y se redimensionan automáticamente en función de la duración del examen.</p> <p>El eje de tiempo comienza al inicio del ejercicio y llega hasta 15, 30, 60, 90 o 120 minutos, en función de la duración del examen.</p>

REALIZACIÓN DE UNA PRUEBA DE ESFUERZO

Preparación del paciente

Antes de conectar los electrodos, asegúrese de que el paciente conoce perfectamente el procedimiento y lo que debe esperar.

- La privacidad es muy importante para conseguir que el paciente esté relajado.
- Explíquelo el método que se va a seguir para la preparación de la piel y la aplicación de electrodos.
- Asegúrese de que el paciente se encuentre cómodo y que los brazos y las manos estén relajados.
- Una vez que los electrodos estén conectados y que se compruebe que la señal sea de buena calidad, pida al paciente que se relaje y permanezca inmóvil para obtener un buen ECG basal.

Preparación de la piel del paciente

La preparación a fondo de la piel del paciente es muy importante. Existe una resistencia natural en la superficie de la piel debido a diversas fuentes, tales como pelo, grasa y piel seca y muerta. La preparación de la piel tiene como fin minimizar estos efectos.

Para preparar la piel:

- Afeite el vello del pecho en los lugares de los electrodos en caso necesario.
- Limpie la piel con alcohol o con agua tibia jabonosa para eliminar aceites, lociones y polvos corporales.
- Seque a fondo la piel con una gasa o toalla.
- Exfolie la piel con suavidad con una esponja abrasiva donde se vaya a aplicar el centro de gel de cada electrodo.

Patient Hookup

Acople los electrodos a las derivaciones en el cable del paciente o en el módulo de adquisición antes de conectarlos al paciente.

Para acoplar los electrodos

1. Acople con firmeza cada derivación a un electrodo.
2. Disponga el área de gel del electrodo sobre el centro de la zona preparada utilizando las posiciones que se ilustran en la figura 4; presione el anillo adhesivo en su sitio. Evite presionar el centro del área de gel.
3. Coloque las derivaciones del brazo derecho (RA/R) e izquierdo (LA/L) próximas al hombro en la clavícula.
4. Coloque las derivaciones de la pierna derecha (RL/N) e izquierda (LL/F) en la parte inferior del cuerpo, lo más próximo posible a la cadera, en la cresta ilíaca (posición de Mason-Likar original), o bien en la costilla más baja a cada lado del pecho (posición de Mason-Likar modificada).
5. Asegúrese de que los electrodos están correctamente conectados a la piel. Para probar el contacto de los electrodos, tire ligeramente de la derivación para comprobar su adhesión. Si el electrodo puede moverse con libertad, se deberá volver a preparar la zona. Si el electrodo no se mueve con facilidad, se ha conseguido una buena conexión.




NOTA Y PRECAUCIÓN: Es de gran importancia la correcta preparación de la piel. Una mala calidad de la señal del ECG es la causa principal de una detección incorrecta de latidos y arritmias. RA y LA son susceptibles a interferencias musculares. Las derivaciones RL y LL son susceptibles a interferencias de ropa, del cinturón y de los movimientos.

Elija las mejores posiciones para la colocación de las derivaciones en los miembros de acuerdo con el tipo de organismo. Evite posiciones musculares y en piel suelta y flácida.

Impida los tirones en las derivaciones mediante aliviadores de tensión si es necesario mediante el uso de cinta quirúrgica o de un chaleco de tensión disponible en numerosas empresas de suministros médicos.

Figura 4 Colocación de los electrodos



NOTA Y PRECAUCIÓN: La colocación del electrodo LL (pierna izquierda) en la posición de Mason-Likar original aumenta la similitud del ECG adquirido con un ECG estándar de 12 derivaciones y, en consecuencia, se recomienda; no obstante, la ropa podría interferir con esta posición y aumentar la cantidad de artefactos. La posición modificada podría reducir la sensibilidad de las derivaciones inferiores del ECG y provocar un desplazamiento del eje con respecto al ECG tradicional de 12 derivaciones. La correcta preparación de la piel y una ropa adecuada son los factores más importantes para prevenir la aparición excesiva de artefactos.

Tabla resumen de las conexiones del paciente

Derivación AAMI	Derivación IEC	Posición del electrodo
 Rojo	 Rojo	En el 4.º espacio intercostal en el borde derecho del esternón.
 Amarillo	 Amarillo	En el 4.º espacio intercostal en el borde izquierdo del esternón.
 Verde	 Verde	A mitad de camino entre los electrodos V2/C2 y V4/C4.
 Azul	 Marrón	En el 5.º espacio intercostal en la línea media clavicular izquierda.
 Naranja	 Negro	A mitad de camino entre V4/C4 y V6/C6.
 Violeta	 Violeta	En la línea axilar media izquierda, horizontal con el electrodo V4 /C4.
 Negro	 Amarillo	En la clavícula izquierda.
 Blanco	 Rojo	En la clavícula derecha.
 Rojo	 Verde	Colocar en la parte inferior izquierda del cuerpo, lo más cerca posible de la cadera, o en la costilla más baja del lado izquierdo del pecho; consulte Nota y Precaución*.
 Verde	 Negro	Colocar en la parte inferior derecha del cuerpo en la costilla más baja del lado derecho del pecho.

Start a Stress Test

Seleccione el ícono Start a Stress Test para abrir la ventana MWL/Patients.

- Si existen órdenes programadas, la ficha MWL estará seleccionada automáticamente.
- Si no existen órdenes programadas, la ficha Patients estará seleccionada automáticamente.

Órdenes programadas

1. Si hay una orden existente para el paciente, resalte al paciente en la lista MWL.

La sección Exam Information situada en el lado izquierdo de la pantalla se llenará con la información demográfica del paciente, introducida previamente.

Se pueden llenar los campos Height, Weight, Admission ID y otros informativos del examen. Target HR se calcula en función de Max HR y del porcentaje seleccionado (del 75% al 100%) para determinar una FC submáxima.

Max Workload y Target Workload se calculan a partir de la edad, la altura y el peso. Estos valores se usan para exámenes con ergómetro.

NOTA: Los valores de Max HR, Target HR, Max Workload y Target Workload también se pueden introducir manualmente si se desea.


The screenshot shows the Xscribe software interface for starting a stress test. On the left, the 'Exam Information' panel contains patient details like Last Name (Unger), First Name (Richard), Gender (Male), Age (42), Height (70), Weight (195), and various contact and medical history fields. On the right, the 'Patients' tab of the 'MWL' panel is selected, displaying a list of scheduled exams with columns for Scheduled Date/Time, Patient ID, Last Name, First Name, Date of Birth, and Group. The list includes entries for Unger, Hansen, Franklin, Sarah, and Jackson. Buttons at the bottom include 'Start Exam', 'Clear', and 'Exit'.

Scheduled Date/Time	Patient ID	Last Name	First Name	Date of Birth	Group
11/18/2015 01:45:00 PM	858923	Kanabec	Franklin	8/22/1957	Radiology
11/17/2015 10:00:00 AM	984353	Hansen	Sarah	2/14/2006	Children's Clinic
11/16/2015 02:30:00 PM	328323	Unger	Richard	2/21/1973	Cardiology
11/16/2015 10:00:00 AM	867343	Jackson	Martha	7/30/1954	Cardiology

2. Introduzca la información del examen que desee en el panel izquierdo y seleccione **Start Exam**.

Ninguna orden programada

Si no existen órdenes programadas, la ficha Patients estará seleccionada automáticamente.



1. Busque pacientes existentes en la base de datos introduciendo un nombre o número de ID y, a continuación, seleccione el botón **Search**.
2. Si no se encuentra al paciente, escriba la información que desea del paciente y del examen en el panel izquierdo.

NOTA: Si ya existe en la base de datos el número de ID introducido, aparecerá una advertencia para informarle de que haga clic en OK para continuar o en Cancel para corregir la información demográfica introducida.

Introduzca la fecha de nacimiento escribiendo MM/DD/AA o DD-MM-AA de acuerdo con la configuración regional de su ordenador o bien haciendo clic en el ícono de calendario. Seleccione la década y el año; utilice las flechas izquierda/derecha para desplazarse por el año, el mes y el día para llenar el campo. La edad se calculará automáticamente.



Xscribe recordará elementos de la lista tales como Indications, Medications, Procedure Type y Referring Physician cuando se introduzcan. Los elementos añadidos estarán disponibles para su futura selección. Introduzca texto o elija elementos del menú desplegable y, a continuación, haga clic en la marca de verificación verde para introducirlo. Utilice la **X** roja para eliminar el elemento seleccionado. Si hay varias entradas, los elementos se pueden subir o bajar con las teclas de flecha verdes.


CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA Y DE LOS USUARIOS

Algunos campos no están disponibles (atenuados) si la información demográfica del paciente se adjunta a los exámenes existentes en la base de datos o los solicita un sistema externo.

3. Seleccione **Start Exam** una vez completada la información demográfica y cuando aparezca la fase de observación del examen de esfuerzo.

Fase de observación

4. Compruebe la calidad de la señal del ECG:



La ventana de observación muestra el diagrama de colocación de derivaciones y las formas de onda del ECG obtenidas. De forma predeterminada, **Xscribe** muestra la forma de onda ECG en tiempo real en formato 6x2.

- Examine la visualización de ritmo de las 12 derivaciones para ver si aparecen artefactos (ruido) o un desplazamiento de la línea base. Repita la preparación y cambie los electrodos según sea necesario para obtener trazos satisfactorios. (Consulte [Preparación del paciente](#).)
- Si falla cualquiera de las derivaciones mostradas, aparecerá una onda cuadrada para dicha derivación en la pantalla y esta derivación aparecerá con letras rojas en la esquina superior derecha de la pantalla, junto con el mensaje LEAD FAIL. Si fallan de forma simultánea varias derivaciones, **Xscribe** dará prioridad en la visualización a las de las extremidades, seguidas de las derivaciones V1 a V6.

Se pueden imprimir ECG/F3 y Rhythm/F8 continuo durante esta fase, pero no se almacenarán en el examen.

5. Seleccione **Configuración** o pulse la tecla **F1** para cambiar cualquiera de los ajustes de Local Settings en caso necesario.

Configuración local

Station Name: De forma predeterminada, el nombre del ordenador; lo puede configurar el usuario

Front End: WAM o AM12

(Si se selecciona **WAM**, aparecerá el botón **WAM Pairing**)


Trigger Module: ECG A o ECG B

Exer Equipment: Trackmaster 425, Trackmaster 428, Trackmaster (no sensing), TM55, TM65, Ergoline, Lode Corival, Medical Positioning

BP Equipment: Manual, Tango, Tango M2, Ergoline, Lode Corival

AC Frequency: 50 o 60

COM Port: Puertos asignados y lista disponible



La configuración seleccionada se recordará cuando se inicie el siguiente examen.

Para emparejar el WAM

- Seleccione **Local Settings** y elija **WAM** como Front End.
- Seleccione el botón **WAM Pairing**.
- Seleccione **OK**.
- Disponga el **WAM** (apagado) en las proximidades del receptor **UTK** conectado al puerto USB de **Xscribe**.
- Encienda el **WAM**.
- Aparecerá el mensaje que indica que se han emparejado correctamente.
- Seleccione **OK**.

NOTA: Cuando finaliza el examen de esfuerzo, el **WAM** se apagará automáticamente. No es necesario emparejar el **WAM** con el mismo **UTK** para volver a usarlo.

NOTA: La indicación LED no está disponible al usar el **WAM** con **Xscribe**.

NOTA: Los botones 12-Lead ECG y Rhythm Print no están operativos cuando se usa **WAM** con **Xscribe**.

Selección de protocolos y pasar a la fase previa al ejercicio



6. Seleccione el botón de la fase previa al ejercicio cuando esté preparado para acceder a esta fase; en la pantalla aparecerá lo siguiente.

Advance to Pre-Exercise

Protocol Name	Bruce
To ensure good quality test results while the system learns the ECG:	
1. Is there a noise-free ECG signal? 2. Is the patient in position of exercise? 3. Is the patient able to remain still for about 30 seconds?	
<input checked="" type="button"/> Proceed <input type="button"/> No	

NOTA: El filtro SCF (Source Consistency Filter) para la cancelación del ruido es muy eficaz, PERO DEBE APRENDER LA CONFIGURACIÓN DE ECG ÓPTIMA DE CADA PACIENTE EN LA POSICIÓN DEL EJERCICIO CON UNA SEÑAL LIBRE DE RUIDOS.

Asegúrese de que se reúnen estas condiciones al iniciar la fase previa al ejercicio.

Mantenga al paciente inmóvil hasta que desaparezcan los mensajes ST Learn... y SCF Learning.

7. Antes de iniciar el examen, se identifica la selección de protocolo adecuada con el menú desplegable en las indicaciones Advance to Pre-Excercise en la pantalla de la fase de observación. Para cambiar a un protocolo diferente, haga clic y desplácese por la lista desplegable.

Advance to Pre-Exercise

Protocol Name	Modified Bruce
To ensure good quality test results while the system learns the ECG: <ul style="list-style-type: none"> Bruce Naughton Balke Ellestad USAF/SAM 2.0 USAF/SAM 3.3 High Ramp 	
1. Is there a noise-free ECG signal? 2. Is the patient in position of exercise? 3. Is the patient able to remain still for about 30 seconds?	
<input checked="" type="button"/> Proceed <input type="button"/> No	

Los protocolos se pueden modificar utilizando Modality Settings, que se encuentra en el menú Configuración del sistema. Esto se explica en la sección [Configuración del sistema](#) de este manual del usuario.

Resalte y seleccione el **protocolo** que deseé.


NOTA: El control manual de cualquier protocolo de ejercicio durante la prueba siempre está disponible; sin embargo, esto puede hacer que XScribe se salga del protocolo actual.

8. Seleccione el botón **Proceed** para ir a la fase previa al ejercicio o bien **No** para permanecer en la fase de observación hasta que se satisfagan todos los criterios. A continuación, seleccione el botón de la fase previa al ejercicio cuando esté listo.

Fase previa al ejercicio

XScribe obtiene datos del ECG para desarrollar la plantilla cardíaca del paciente, que se usa para el cálculo de la frecuencia cardíaca, el análisis del segmento ST y la detección de arritmias. Comienza el aprendizaje de ST y el filtro SCF comienza a aprender, si está activado, tras el acceso a la fase previa al ejercicio.

NOTA: Durante el aprendizaje de SCF y ST, intente que el paciente permanezca inmóvil en la posición que vaya a adoptar durante la prueba de esfuerzo. De este modo se conseguirá una señal limpia y clara durante la prueba de esfuerzo. Aparecerá un mensaje en el lado superior derecho de la pantalla para indicar que el filtro SCF se encuentra en proceso de aprendizaje. Una vez que este mensaje desaparezca, el SCF habrá completado su proceso de aprendizaje, y ya se podrá mover el paciente.



El reloj de tiempo de la fase previa al ejercicio comienza y se muestran HR y nivel de ST para la derivación extendida después del aprendizaje junto con el complejo promedio ampliado.

Durante la fase previa al ejercicio, el usuario debe:

1. Iniciar una toma de TA automática con **Start BP** o seleccionar **Enter BP** para escribir la TA basal del paciente seleccionando con los botones.
 - Cuando se introducen tres caracteres en el campo sistólico, el cursor pasa automáticamente al campo diastólico.
 - Debajo de los valores de TA aparecerá automáticamente una marca de tiempo que indica cuándo se han introducido los valores de TA.
2. Obtenga la documentación del evento (p. ej., ECG de 12 derivaciones en supino, de pie y con hiperventilación) según deseé.
3. Indique al paciente la técnica adecuada para usar el equipo del ejercicio.
4. Si lo desea, cambie las opciones de visualización del ejercicio haciendo clic en el ECG en tiempo real para abrir el menú de control de la forma de onda.

ST LEAD

En el panel ST ampliado, se muestran ST Level, ST Slope, punto de medida de ST, referencia de ST, etiqueta de derivación ECG ampliada y forma de onda. Cualquiera de las 12 derivaciones se puede seleccionar manualmente haciendo clic en uno de los ECG en el panel ECG promediado. Además, la derivación ampliada se puede seleccionar dinámicamente (elevación o depresión más significativa) por Max Depression, Max Elevation, Max ST/HR Index o derivación del ECG utilizando la lista desplegable del menú ST Lead.

Durante la fase previa al ejercicio (solamente), el punto de medida J-ST se puede ajustar hacia arriba o hacia abajo en el menú ST Lead. Esta selección no está disponible durante las fases de ejercicio y de recuperación.

Nota: El punto de medida ST se puede modificar y todo el examen se puede volver a analizar utilizando el punto de medida ST modificado una vez finalizado el examen.



Manual Average (Avg) y Relearn

Antes de comenzar la parte de ejercicio de la prueba, se recomienda que se vuelva a aprender la plantilla de ECG si el paciente había estado en decúbito supino cuando tuvo lugar el aprendizaje ST y se incorpora. Para evitar las diferencias en las plantillas de ECG causadas por cambios posicionales, haga clic en el ST ampliado para abrir el menú **ST LEAD**. Se muestra un complejo de magnitud espacial que representa la suma de las magnitudes de las señales de alta frecuencia (suma vectorial) para las 12 derivaciones. Haga clic en la casilla de verificación **Enable** y haga clic en el botón **RELEARN** para iniciar un ajuste.

Relearn inicia un reaprendizaje automático de un nuevo complejo QRS dominante. Esto resulta útil para cambios posicionales así como para cambios en la morfología de QRS. Después de un reaprendizaje se muestra un cambio de ritmo dominante (DRC) en las tendencias.

Para ajustar la aparición y compensación de QRS en cualquier momento después del aprendizaje de ST, haga clic en la casilla **Enable** y ajuste las marcas isoelectrinas y del punto J a la derecha o izquierda y, a continuación, seleccione el botón **OK** o **Cancel** para cerrar la ventana. Cada clic representa un cambio de dos milésimas. Una vez realizados los ajustes y seleccionado **OK**, se actualizan todas las medidas de ST y aparecerá un símbolo de advertencia cerca del valor de ST mostrado. Los ECG de 12 derivaciones obtenidos después de un cambio reflejarán los puntos de la medición actualizados.

Override ST Learn

Cuando el paciente se presenta con un ritmo de QRS amplio, tal y como un bloqueo de una rama del haz o un ritmo ventricular estimulado, el proceso de aprendizaje de ST no se completará y el ECG ampliado permanecerá como una línea plana. El ritmo de QRS amplio también se puede detectar como ritmo ventricular.

Si después de esperar un minuto no se ha aprendido el ST, seleccione el botón **Override ST Learn** para continuar con el examen. El panel Zoom ST/ST Profile pasará a estar oculto y el análisis ST se desactivará. Además, los promedios de ST en la derecha de la pantalla permanecerán como líneas planas y la captura de eventos de arritmia ventricular se desactivará. Un mensaje le informará sobre las consecuencias de la omisión de ST y podrá elegir entre **OK** y **Cancel**.

Cuando el ritmo de QRS amplio está presente en todo el examen, el informe final no presentará el nivel de ST y los valores de ST máximo contendrán guiones.


Cuando el ritmo de QRS amplio se convierte en un QRS normal durante el examen, el ST para los latidos normales se aprende y presenta en las ocasiones en las que el paciente ha permanecido con un ritmo normal.

Control de la forma de onda y uso de filtros

Haga clic con el botón izquierdo en cualquier lugar en el ECG en tiempo real para abrir una ventana que le permitirá configurar las derivaciones ECG mostradas, los filtros, la ganancia de la pantalla y la velocidad de la pantalla.

Los filtros que se muestran a continuación pueden activarse o desactivarse en cualquier momento durante el examen:

- Source consistency filter (SCF)
- Filtro de 40 Hz
- Filtro AC



Source Consistency Filter (SCF)

El filtro SCF (Source Consistency Filter) patentado de Baxter es una característica exclusiva que se utiliza para reducir el ruido asociado con las pruebas de esfuerzo. Utilizando la morfología aprendida durante la fase Pre Exercise o durante una operación de reaprendizaje, el filtro SCF distingue entre ruido y la señal real en cada una de las 12 derivaciones. Este filtrado reduce el ruido por temblor muscular, el ruido de baja y alta frecuencia y los artefactos de la línea base, al tiempo que conserva las formas de onda con calidad de diagnóstico.

El estado predeterminado del filtro (activado o desactivado) viene determinado por la configuración de modalidad. Con el filtro activado, SCF® aparece en el borde inferior de la visualización de ECG en tiempo real. Este ajuste se puede cambiar en cualquier momento durante un examen de esfuerzo.



ADVERTENCIA: Cuando el SCF está activado, se pueden observar cambios en la amplitud del QRS en la forma de onda del ECG que se muestra en la en pantalla en tiempo real, en las impresiones del ECG en tiempo real y en los informes finales. La visualización del latido promedio, los cálculos (p. ej., frecuencia cardíaca, nivel de ST y pendiente de ST) y los eventos detectados por el algoritmo (p. ej., EV, SALVAV) no se ven afectados. La amplitud del complejo QRS puede disminuir un promedio de un -5,4 % antes del ejercicio y de un -7,1 % en la frecuencia cardíaca máxima. El 95 % de los posibles valores de diferencia de amplitud del QRS oscilan entre el 0 y el -19,0 % antes del ejercicio y entre el -0,6 y el -20,4 % en la frecuencia cardíaca máxima.

Filtro AC

El filtro AC elimina el ruido de frecuencia de línea quitando frecuencias de una banda estrecha alrededor de 60 Hz (nacional) o 50 Hz (internacional). El estado predeterminado del filtro (activado o desactivado) viene determinado por el perfil seleccionado. Con el filtro activado, en el borde inferior de la visualización de ECG en tiempo real aparecerá 60 o 50 Hz. Este ajuste se puede cambiar en cualquier momento durante un examen de esfuerzo.

Filtro de 40 Hz

El filtro de 40 Hz es un filtro de gráfica, es decir, que solo afecta a la información representada gráficamente o impresa, de manera similar a un filtro de 40 Hz en un electrocardiógrafo. El estado predeterminado del filtro (activado o desactivado) viene determinado por el perfil seleccionado. Con el filtro activado, en el borde inferior de la visualización de ECG en tiempo real aparecerá 40 Hz. Este ajuste se puede cambiar en cualquier momento durante una prueba de esfuerzo.



ADVERTENCIA: Cuando se usa 40 Hz Filter, el requisito de respuesta de frecuencia para el equipo de ECG de diagnóstico no se puede satisfacer. 40 Hz Filter reduce de forma significativa los componentes de alta frecuencia de las amplitudes de pico del ECG y del marcapasos, y solo se recomienda si no se puede reducir el ruido de alta frecuencia mediante los procedimientos adecuados.

Obtención de un ECG en reposo

XScribe permite la obtención e impresión de un ECG de 12 derivaciones en reposo con el paciente en decúbito supino. También se puede obtener un ECG de Mason-Likar como referencia para la comparación durante el examen. Active o desactive la interpretación mediante la casilla de verificación en la fase del examen previa al ejercicio utilizando **Evento** o **F6**.


1. Pida al paciente que rebose sobre una cama o una mesa de examen. Si la mesa de examen es estrecha, disponga las manos del paciente bajo sus nalgas para garantizar que los músculos de los brazos estén relajados.
2. Haga clic en el botón **EVENTO** , seleccione **Supine** y haga clic en **OK**.
3. Al cabo de unos segundos, **X**Scribe imprimirá una ECG de 12 derivaciones completa en reposo que incluye medidas y texto de interpretación si así se ha seleccionado. El formato de impresión se define en el menú de configuración de modalidad.
4. Pida al paciente que se ponga de pie y pase a la cinta de andar o al ergómetro. Haga clic en **EVENTO**, seleccione **Standing** o **Mason Likar** y haga clic en **OK**.

Configuración

Seleccione el botón  **Configuración** o presione la tecla **F1** para cambiar las combinaciones de ECG 3-Lead y 6-Lead, cambie el valor de ECG Print Speed, cambie el valor predeterminado de Sync Lead y active/desactive Arrhythmia Printouts.

Aunque se desactive esta opción, las impresiones de arritmias continuarán almacenándose para su inclusión en el informe final.

Los cambios solo afectarán a este paciente y cambiarán a sus valores predeterminados definidos en la configuración de Modality Settings para el siguiente examen.



Instruir al paciente

Antes de comenzar la fase de ejercicio de la prueba, indique al paciente que siga estos pasos:

Para la cinta de andar

1. Pida al paciente se ponga a horcajadas sobre la cinta. (Conecte la cinta de andar solamente cuando esté a horcajadas de forma segura). Resalte y haga clic en **START BELT**. La cinta de andar comenzará con la velocidad y elevación preseleccionadas.
2. El paciente debe colocar las manos en el pasamanos por estabilidad y comprobar la velocidad de la cinta con un pie antes de transferir el otro pie a la cinta en movimiento.

3. Una vez acostumbrado al movimiento de la cinta, recuerde al paciente que mantenga el cuerpo recto, con la cabeza levantada. Las muñecas pueden descansar sobre el pasamanos o los brazos en los costados, en la posición normal de caminar.
4. Indique al paciente que se relaje, moviendo lo menos posible la parte superior del cuerpo, y que permanezca cerca de la parte delantera de la cinta de andar.

NOTA: Si, durante el uso de la cinta de andar, se produce una emergencia, pulse el botón de parada de emergencia situado en el pasamanos para detener la cinta de andar de inmediato.

Para ergómetro

1. Pida al paciente que se siente en el asiento del ergómetro. Resalte y haga clic en **START Ergometer**. La carga del ergómetro comienza en el nivel de vatios preseleccionado.
2. El paciente debe colocar las manos en el manillar por estabilidad y comprobar el nivel en vatios del ergómetro antes de continuar, asegurándose de estar familiarizado con los requisitos funcionales durante la prueba.
3. Una vez acostumbrado al ergómetro, recuerde al paciente que mantenga el cuerpo recto, con la cabeza levantada. Las muñecas pueden descansar sobre el manillar, en la posición normal de pedaleo.

NOTA: Se recomienda Anular el examen y Comenzar de nuevo si espera más de una hora para comenzar el ejercicio. De este modo impedirá el almacenamiento de datos innecesarios; no obstante, la publicación completa previamente almacenada, los eventos de ECG y los valores de TA no se guardarán si se anula un examen.

Seleccione el botón Ejercicio  cuando esté listo para acceder a la fase de ejercicio.

Fase de ejercicio

El ejercicio comienza de acuerdo con el protocolo seleccionado.

- El reloj de tiempo de etapa y el de tiempo total del ejercicio comenzarán a contar desde 00:00.
 - La cinta de andar o el ergómetro aumentarán la carga de trabajo de acuerdo con las definiciones de protocolo para la primera etapa del ejercicio o los protocolos de rampa Tiempo y MET progresarán dentro de una sola etapa.
1. Permita que **Xscribe** obtenga los ECG en los momentos definidos por el protocolo actual.
 2. Permita que el dispositivo de TA automatizado obtenga lecturas de TA en los tiempos definidos por el protocolo, o bien obtenga manualmente e introduzca los valores de TA cuando se indique o requiera.
 3. Introduzca notas o dosis de medicamentos y obtenga ECG o tiras de ritmo manuales según sea necesario durante esta fase.
 - Seleccione la tecla ECG/F3 para generar una impresión de ECG de 12 electrodos
 - Seleccione la tecla Escribir pantalla/F4 para imprimir una página de 10 segundos del ECG en tiempo real
 - Seleccione la tecla Promedios/F5 para generar una impresión que muestre el inicio del ECG promediado del ejercicio en comparación con el ECG de 12 derivaciones promediado actual
 - Seleccione la tecla Evento/F6 para almacenar y documentar los eventos de ECG con una etiqueta
 - Seleccione la tecla RPE/F7 para documentar el índice de esfuerzo percibido por el paciente
 - Seleccione la tecla Impresión de ritmo/F8 para imprimir el ritmo continuo y la tecla Detener/F9 para dejar de imprimir el ritmo

-
4. Retenga y haga avanzar las etapas del protocolo según sea necesario.

NOTA: La cinta de andar se puede poner en pausa (**STOP BELT**) durante un ejercicio para corregir una derivación mal conectada, atarse los cordones, etc. según sea necesario. Cuando vuelva a iniciarse la cinta de andar, la carga de trabajo se reanudará gradualmente y se colocará una retención de etapa. Pulse el botón Retención de etapa  para continuar con el control automático del protocolo.



Seleccione el botón Recuperación  cuando se alcance el final del ejercicio y vaya a comenzar la fase de recuperación.

Se entrará automáticamente en la fase de recuperación cuando el paciente llegue a la última etapa o se alcance el umbral del protocolo de rampa lineal si el protocolo está programado para que inicie automáticamente la recuperación al final del ejercicio.

Fase de recuperación

Se entra manualmente en la fase de recuperación haciendo clic en el botón Recuperación desde la fase de ejercicio. También se puede iniciar automáticamente la fase de recuperación si el protocolo está programado para que la recuperación comience automáticamente al final del ejercicio. (Consulte [Configuración del sistema y de los usuarios](#) para obtener más información.)

La cinta de andar cambiará a la velocidad e inclinación de recuperación especificada o el ergómetro al nivel de vatios especificado; posteriormente, se apagará cuando finalice el período de recuperación. En función del valor programado en **Recovery Rate**, la cinta de andar o el ergómetro podrían descender en rampa durante el período de recuperación y detenerse al final del tiempo programado en **Recovery Time**. Los intervalos de ECG, BP y Dose comenzarán y tendrán lugar automáticamente de acuerdo con los tiempos de protocolo programados.

La cinta de andar también se puede detener manualmente haciendo clic en el botón **Stop Belt**. Una detención manual marcará una retención en el gráfico Recovery Duration que muestra el tanto por ciento completado; sin embargo, los intervalos de ECG, BP y Dose cronometrados continuarán del modo programado.

Al inicio de la fase de recuperación, el cronómetro de etapa es sustituido por el cronómetro Recovery y el cronómetro Exercise se detiene y congela en el tiempo total del ejercicio. Se genera un ECG pico automático (al pasar de “Ejercicio” a “Recuperación” siempre se genera un Ejercicio pico independientemente de la configuración).

Los elementos del menú funcionan en la recuperación del mismo modo que hicieron en el ejercicio; sin embargo, el usuario también puede editar la Información del paciente y la tecla Notas/F11 o la tecla Conclusiones/F12 (Diagnosis, Reasons for test end, Symptoms, Conclusions, Technician y Attending Physician) en la fase de recuperación.

Las solicitudes de TA y los ECG automáticos continúan del modo programado. Introduzca los valores de TA, dosis de medicamentos y obtenga ECG o tiras de ritmo manuales según sea necesario durante esta fase.

Seleccione la tecla ECG/F3 para generar una impresión de ECG de 12 electrodos

Seleccione la tecla Escribir pantalla/F4 para imprimir una página de 10 segundos del ECG en tiempo real

Seleccione la tecla Evento/F6 para almacenar y documentar los eventos de ECG con una etiqueta

Seleccione la tecla RPE/F7 para documentar el índice de esfuerzo percibido por el paciente

Seleccione la tecla Impresión de ritmo/F8 para imprimir el ritmo continuo y la tecla Detener/F9 para dejar de imprimir el ritmo



Al final de la fase de recuperación, seleccione el botón **Finalizar examen** para acceder a la fase Informe final. El programa le pedirá que confirme con **Exit Test?** Seleccione **OK** para confirmar el final de la fase de recuperación o **Cancel** para continuar.

Fase de informe final

Una vez finalizada la fase de recuperación, Xscribe pasará a la pantalla Report Manager.

- En tiempo real, en la parte inferior izquierda de la pantalla aparecerá el canal de ECG de 7,5 segundos.
 - Se puede cambiar de la derivación actual a otra diferente
 - Se puede imprimir un ECG de 12 derivaciones o una tira de ritmo
- La sección de resumen presenta el tiempo total del ejercicio, la velocidad máxima y la inclinación máxima o los vatios, así como las derivaciones con un cambio de ST de más de 100 µV.

El porcentaje de deterioro aeróbico funcional (FAI %) aparece si se ha llevado a cabo un protocolo de Bruce.

La puntuación de Duke, una puntuación cuantitativa para el ejercicio en cinta de andar que predice el pronóstico, diseñada en la Universidad de Duke, aparece si se ha llevado a cabo un protocolo de Bruce y el paciente presenta cambio de ST durante el examen. La evaluación clínica de la puntuación de Duke puede elegirse en una lista desplegable con las siguientes selecciones de Angina que afectarán al valor resultante:

- No angina
- Non-limiting angina
- Exercise-limiting angina
- ST Change Snapshot proporciona una tendencia dual de Heart Rate y ST Change con una barra roja que muestra donde ST Change es mayor de 100 µV. Con el menú desplegable se puede cambiar la derivación cuya tendencia se estudia.
- La sección Max Values presenta los valores obtenidos para Max HR, Target HR y MET. A continuación de Max Values aparece el producto doble y los valores máximos de BP sistólica y diastólica.
- La sección de valores Max ST presenta elevación, depresión, cambio total y ST/HR Index.
- La sección Conclusions permite completar las secciones Diagnosis, Reasons for End, Symptoms, Conclusions, Technician y Attending Physician con texto libre o usando las listas desplegables.
 - El campo Conclusions se puede llenar con siglas haciendo clic en el botón  y seleccionando en la lista o, una vez memorizada la sigla, introduciendo una barra inclinada, la abreviatura y seleccionando la barra espaciadora (p. ej. /C10[barra espaciadora] introducirá “No ST Changes”).
 - El campo Conclusions se puede llenar con un párrafo narrativo que resumirá las etiquetas y los valores de los resultados del examen actual. Se puede escoger entre 9 plantillas:
 - Normal Treadmill Test,
 - Abnormal Treadmill Test,
 - Equivocal Stress Test,
 - Uninterpretable Stress Test,
 - Normal Ergometer Test,
 - Abnormal Ergometer Test,
 - Normal Pharmacological Test y
 - Abnormal Pharmacological Test.

Seleccione la plantilla que desee y, a continuación, el botón verde de marca de comprobación para llenar el campo de conclusiones. Una vez seleccionado e introducido, el médico puede modificar el texto narrativo como deseé.

- Post Processing permite ajustar el punto de medida de ST. Si se cambia el valor en milisegundos de J-ST y se selecciona el botón ST Modify, se volverá a analizar todo el examen para ver el cambio de ST.
- El informe final se puede previsualizar e imprimir si se desea.
- Se puede revisar todo el examen latido a latido seleccionando el botón Page Review.


Inicio rápido: selección del sistema para iniciar una prueba de esfuerzo

Haga clic en este botón para abrir la ventana Start a Stress Test con las fichas MWL (todos los exámenes programados) y Patients en la parte derecha de la pantalla.

La ficha Patients se seleccionará si no se ha programado ningún examen.



Se puede usar el campo Search para buscar información demográfica del paciente existente o una orden MWL, en función de la ficha que esté seleccionada.



El botón Clear eliminará todos los valores introducidos en Exam Information en la parte izquierda de la pantalla, para poder introducir información nueva.



El botón Exit permite volver al menú principal.



Patient ID	Last Name	First Name	Date of Birth
328333	Unpor	Richard	3/21/1973
583732	Demo1	Frank	5/18/1952
638293	Taylor	Robert	5/18/1943
858923	Kanabec	Franklin	8/22/1957
867343	Jackson	Martha	7/30/1954
984353	Hansen	Sarah	2/14/2006

Edite o añada información utilizando texto libre o listas desplegables como desee y, a continuación, seleccione el botón Start Exam.




Comenzará la fase de observación de XScribe.

Inicio rápido: visualización del sistema durante la fase de observación



El botón Observación se resalta con un borde azul. Esta fase se puede cancelar en cualquier momento para volver a la ventana Start a Stress Test.



Compruebe la calidad de la forma de onda del ECG y la colocación de las derivaciones.

Pida al paciente que permanezca inmóvil y relajado y, a continuación, seleccione el botón **Pre Exercise**.

Se le pedirá que seleccione el protocolo una vez seleccionado el botón Previa al ejercicio. Seleccione **Proceed** cuando se cumplan todos los criterios.

Inicio rápido: visualización del sistema durante la fase previa al ejercicio




El botón Previa al ejercicio se resalta con un borde azul. Esta fase se puede cancelar en cualquier momento para volver a la ventana Start a Stress Test. El cronómetro Pre Exercise comienza mostrando mm:ss.

Espere a que el filtro SCF (Source Consistency Filter) aprenda a distinguir entre el ruido y las señales cardíacas. Espere mientras progresá el aprendizaje de ST. Estos procesos llevan alrededor de un minuto. El botón de la fase Ejercicio no estará disponible hasta que se aprendan y muestren los promedios de ECG.



Obtenga una medida de TA basal y los ECG necesarios. Utilice el botón Event/F6 para seleccionar etiquetas, imprimir y almacenar los eventos de ECG basales. Puede poner en marcha o detener la cinta para mostrar cómo se camina por la cinta antes de que comience el ejercicio.



Pida al paciente que se ponga a horcajadas sobre la cinta de andar antes de ponerla en marcha; a continuación, seleccione el botón **Ejercicio**.




Inicio rápido: visualización del sistema durante la fase de ejercicio




El botón Ejercicio se resalta con un borde azul. El cronómetro Pre Exercise es sustituido por los cronómetros Stage y Exercise total, comenzando ambos en 00:00; el ejercicio continúa automáticamente, de acuerdo con el protocolo.

Los paneles se pueden mostrar u ocultar, según se desee.



Introduzca notas o dosis de medicamentos y obtenga ECG, tiras de ritmo o medidas de TA manuales según sea necesario durante esta fase.

Según progresá esta fase, el mosaico HR muestra la frecuencia cardíaca Target y Maximum alcanzada en el momento actual del examen. El gráfico representa el porcentaje actual de la FC predicha máxima.



Cuando esté listo para finalizar el ejercicio, seleccione el botón **Recuperación** o permita que la fase de ejercicio finalice si se ha programado el protocolo para que comience automáticamente la recuperación una vez finalizadas todas las etapas del ejercicio.

Inicio rápido: visualización del sistema durante la fase de recuperación



El botón Recuperación está resaltado con un borde azul. El cronómetro Stage es sustituido por el cronómetro Recovery que comienza en 00:00 y el cronómetro Exercise total se detiene.

Los botones Información del paciente y Conclusiones aparecen en esa fase, para permitir la preparación de resultados.

La recuperación continuará de acuerdo con el protocolo, tomándose medidas de TA y ECG automáticamente. La inclinación y velocidad de la cinta de andar se reducirán de acuerdo con la fase de recuperación programada. Se muestra un gráfico Recovery Duration con el porcentaje de recuperación conseguido. Cuando se seleccione STOP BELT, el gráfico dejará de indicar el porcentaje.

Mientras se recupera el paciente, el médico puede comenzar a preparar el informe final. Seleccione el botón



Conclusiones para elegir en las listas desplegables e introducir texto libre, siglas o plantillas narrativas. Summary y Max Values no se pueden editar durante la recuperación. Cuando finalice, seleccione el botón OK para guardar los cambios o Cancel para salir de Conclusiones sin guardar los cambios y volver a la pantalla completa de Recuperación.



Cuando esté listo para finalizar la fase de recuperación y acceder a Report Manager, seleccione el botón



Finalizar examen.



En el cuadro de diálogo, seleccione OK para salir.

Inicio rápido: visualización del Report Manager




El botón End Exam aparece resaltado con un borde azul antes de pasar a la pantalla Report Manager. Las ediciones de Patient Information y Conclusions realizadas en la fase de recuperación vuelven a aparecer.

Se muestra un ECG en tiempo real para una sola derivación; el ECG se puede imprimir con el paciente aún conectado.

En esta pantalla se puede seguir editando y modificando, además de cambiar Summary, Max Values y Max ST en caso necesario.

El gráfico de tendencia doble ST Change Snapshot muestra el cambio de HR y ST para la derivación seleccionada. La barra roja indica donde se ha producido un cambio mayor de 100 µV de ST desde el ejercicio hasta la recuperación.



Selecciones de la columna derecha

- | | |
|------------------------|---|
| Patient Data | Haga clic para abrir y editar los datos demográficos del paciente. |
| Print Options | Elija la impresora que desea para el informe final y las impresiones de Page Review. |
| Preview | Elija para mostrar, imprimir y personalizar las páginas finales del informe. |
| Post Processing | J-ST y ST Modify permiten volver a analizar utilizando un punto de medida ST diferente. |
| Page Review | Permite la edición de eventos de publicación completa y la navegación por evento, clic de tendencia y página. |
| Exit | Cierra Report Manager y solicita un estado del examen en la ventana Finalize Exam. |



Uso del Report Manager

Patient Data


Al hacer clic en **Patient Data** se pueden introducir los datos demográficos del paciente. Aparecerá la ventana emergente Patient Demographics. Introduzca los cambios y haga clic en el botón **OK** para guardar y cerrar.

Print Options

Utilice el menú desplegable Print Options para seleccionar la impresora al imprimir el ECG desde el ECG en tiempo real y desde Page Review. De forma predeterminada, se seleccionará la impresora definida en la configuración de modalidad.

Preview

Si selecciona **Preview**, se mostrará la primera página del informe en Report Viewer.



Barra de herramientas de Report Viewer



Utilice el icono de impresora **Windows** para abrir un cuadro de diálogo de impresora y seleccione las impresoras definidas con propiedades, intervalo de impresión y número de copias. Para imprimir el informe final, seleccione **OK**. Si está presente la impresora **Z200+**, la selección también estará disponible para la impresión de un solo informe.

Utilice el icono de lupa y elija Auto para que se ajuste a la ventana o un tamaño porcentual para mostrar.

Utilice los iconos de página para seleccionar la vista previa de una sola página, dos páginas o cuatro páginas.

El número de páginas del informe se muestra como xx / xx (número de página mostrado por páginas totales). Las teclas de flecha rojas permiten previsualizar la página siguiente o la anterior, así como ir a la primera página o a la última.

Use la herramienta de configuración  para:


- Definir Summary y ECG Averages para que aparezcan By Stage o By Minute,
- Definir el formato de Averages para que incluya 3 o 12 derivaciones,
- Activar o desactivar las impresiones de eventos de arritmia y
- Imprimir el ECG con o sin cuadrícula.

Seleccione **OK** para guardar los cambios y actualizar el informe mostrado.

Utilice el ícono de cuadrícula rosa  para alternar entre mostrar y ocultar el fondo de cuadrícula del ECG mostrado. Cuando está desactivado, aparecerá una X.

Opciones de informes

Si se han definido opciones de informes en Report Settings de Modality Manager, en la ventana Preview estará disponible para su selección en una lista desplegable. Elija un tipo de informe y las secciones se compilarán automáticamente con las secciones activadas o desactivadas.



Secciones

Utilice las casillas de verificación para elegir secciones para su inclusión o exclusión en el informe final. Seleccione

 las flechas  en la esquina inferior izquierda de la pantalla para actualizar el informe mostrado una vez realizado un cambio.

Salir de la vista previa

Haga clic en la **X** roja para cerrar la vista previa del informe y volver a la ventana Report Manager.

Postprocesamiento

Para volver a analizar el examen de esfuerzo con un punto de medida ST diferente, utilice las flechas arriba y abajo para definir un nuevo valor de **J-ST** y haga clic en **ST Modify**. Se ajustarán todas las medidas de ST para reflejar el nuevo punto de medida.

Page Review

Esta función permite la revisión de los eventos de ECG así como la capacidad de reetiquetarlos, imprimirloros y eliminarlos. También se pueden añadir nuevos eventos de ECG. La revisión de páginas puede realizarse inmediatamente después de finalizar la prueba de esfuerzo o más tarde seleccionando el icono Buscar. Desde la pantalla Report Manager, seleccione **Page Review**. Los datos del ECG se muestran en la mitad izquierda de la pantalla y pasan a estar disponibles los siguientes comandos.



- Para finalizar la sesión de revisión de página y volver a Report Manager, seleccione el botón **Salir** .
 - Mueva el ECG hacia atrás a incrementos de 10 segundos seleccionando la flecha hacia atrás  o la tecla Re Pág del teclado. Use la tecla flecha izquierda del teclado para desplazarse hacia atrás a incrementos de 1 segundo.
 - Mueva el ECG hacia adelante a incrementos de 10 segundos seleccionando la flecha hacia delante  o la tecla Av Pág del teclado. Utilice la tecla flecha derecha del teclado para avanzar a incrementos de 1 segundo.
 - Añada un evento nuevo seleccionando **EVENTO/F6**  y, a continuación, seleccione una etiqueta de evento o escriba una nueva etiqueta con texto libre.
 - Abra un cuadro de diálogo para cambiar Gain, Display Speed, Lead Layout y 40 Hz Filter seleccionando la forma de onda del ECG.
 - Cambie la derivación del ST seleccionando el **ST ampliado** y elija en la lista desplegable del menú.
 - Cambie el ECG de referencia seleccionando el texto verde **Reference:** y eligiendo en la lista desplegable.
 - Seleccione eventos del ECG en el panel Event y elija los botones **Display, Print, Relabel, Delete** y **Undelete** según deseé. Puede usar la casilla de verificación para activar todos los eventos y, a continuación, desactivar selectivamente los que deseé guardar o eliminar.
- ReLabelPrint

 Check\Uncheck All

DeleteUndelete
- Para acceder a un momento específico del examen, haga clic en cualquier lugar del gráfico de tendencia. Una línea punteada vertical morada indica el ECG mostrado actualmente dentro de la prueba.

Conclusiones: plantilla narrativa

Se puede insertar una conclusión narrativa en el campo de conclusiones mediante la selección de la lista desplegable Template y, a continuación, del botón de marca de verificación situado a la izquierda del nombre de la plantilla. Tras la selección de la plantilla deseada, la ventana de conclusiones se llenará automáticamente con los datos resumen adecuados y se incluirán en el informe final.

Una vez añadida la plantilla, se puede modificar manualmente según sea necesario en el campo Conclusiones.

The screenshot shows the 'Conclusiones' (Conclusions) window. At the top left is a small icon of a clipboard with 'ABC' on it. To its right is the heading 'Conclusiones:' followed by a text area containing a medical summary. Below this is a dropdown menu with a checked checkbox icon next to the first item, 'Normal Treadmill Test'. The dropdown menu also lists other test types: 'Normal Treadmill Test', 'Abnormal Treadmill Test', 'Equivocal Stress Test', 'Uninterpretable Stress Test', 'Normal Ergometer Test', 'Abnormal Ergometer Test', 'Normal Pharmacological Test', and 'Abnormal Pharmacological Test'. On the far left of the window, there are three dropdown menus labeled 'Technician:', 'Attending Phy:', and 'Attending Phy:'.

Conclusiones: siglas

Haga clic en el icono de sigla para abrir una lista de siglas predefinidas y sus significados. Una vez conocida una sigla, se puede introducir en el campo de conclusiones una barra oblicua seguida de la sigla (p. ej., /C10) y de una pulsación de la barra espaciadora.

Salir del Report Manager y finalizar el examen

Seleccione el botón **Exit** para guardar los cambios y cerrar la ventana Report Manager. Se abrirá una ventana que muestra la información del examen y pide la selección del estado **Finalize Exam Update**. Se muestra el siguiente estado lógico, que puede cambiarse con el menú desplegable.

En esta ventana también se pueden seleccionar los tipos de informe definidos por el usuario.

The screenshot shows the 'Finalize Exam Update' dialog box. It contains the following fields:

- Exam Type:** Stress
- Current State:** Acquired
- Acquisition Date:** 11/29/2015 06:21:04 PM
- ID:** 583732, Demo1, Frank
- Reviewed by:** Mary Adams, PA
- Next State:** Reviewed
- Print Option:** Always, Never, If Signed. Copies: 1
- Report Settings:** Dr. R. Collins Report (selected), Cardiology, Radiology, Pediatric. Other options: Dr. R. Collins Report, Short Report, Summary Report.

En función de cómo se haya definido la configuración de modalidad, existen cuatro posibles estados:


REALIZACIÓN DE UNA PRUEBA DE ESFUERZO

1. Acquired indica que el examen se ha completado y espera a que el médico confirme o modifique los resultados.
2. Edited indica que el revisor ha examinado los resultados y preparado el examen para su revisión.
3. Reviewed indica que un usuario autorizado ha confirmado que los resultados son correctos.
 - Cuando se selecciona, se abrirá un campo Reviewed By para introducir el nombre del revisor.
4. Signed indica que los resultados del examen son correctos y no es necesario seguir procesando.
 - Cuando se selecciona, los campos Username y Password deberán ser cumplimentados por un usuario con autoridad para firmar (si Legal Signatures esté ajustado en yes en la configuración del sistema).

Si se selecciona **Always** o **If Signed** en las selecciones de **Print Option**, se generará automáticamente una impresión del informe final. El informe se imprimirá en el Printer Device seleccionado cuando se actualice el estado seleccionado.


Preview abre la pantalla del informe final con los detalles explicados en las páginas anteriores.

Seleccione **Update** para guardar la selección del estado próximo y cerrar la ventana Finalize Exam Update y volver al menú Start a Stress Test.



Datos de examen disponibles

Si el proceso de adquisición de datos se cierra inesperadamente durante un examen, pero antes de la fase de recuperación, aparecerá un mensaje de advertencia preguntando si se debe crear un informe basado en los datos recuperados.



En caso afirmativo, se crea un informe con los datos del examen y se inicia en modo de revisión.

En caso negativo, los datos del examen guardados temporalmente se descartan y se inicia una nueva adquisición de datos.

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA Y DE LOS USUARIOS

Tareas de administración


Los usuarios IT Administrator y Clinical Administrator seleccionarán el ícono **System Configuration** para acceder a las funciones administrativas de Xscribe. Los demás usuarios solo pueden entrar en este menú para acceder a la tarea Export Service Log.

Se presenta una lista de botones de tareas administrativas para:

- Administrar cuentas de usuarios
- Administrar listas de personal
- Administrar grupos
- Administrar exámenes archivados*
- Ver registros de seguimiento de auditoría
- Exportar registros de servicio para solucionar problemas
- Configurar la modalidad en todo el sistema
- Configurar el intercambio de datos **DICOM****
- Configurar los ajustes de MWL (**DICOM**)**
- Configurar el intercambio de archivos XML y PDF
- Configurar el formato de visualización y de los informes (CFD)
- Configurar los informes
- Configurar el flujo de trabajo
- Desbloquear exámenes

* Esta tarea podría no estar disponible al utilizar **DICOM**

** Solo está presente con la característica **DICOM** activada



Administrar cuentas de usuarios y personal

Users Database

El administrador de TI seleccionará **Users Database** para crear o eliminar cuentas de usuario, restablecer contraseñas de usuario, conceder funciones (permisos) y grupos a cada usuario y asignar entradas de personal para la selección de ese usuario. Cuando se utiliza Active Directory, no es necesario crear una contraseña.

User ID	Username	Name	Roles
1	admin		IT Administrator, Clinical Admin, Prepare Report, Review and Edit
2	Physician1	Dr. H. Fuller	Prepare Report, Review and Edit
3	Physician2	Dr. R. Collins	Prepare Report, Review and Edit
4	Physician3	Dr. E. Williamson	Prepare Report, Review and Edit
5	PA1	Mary Adams, PA	Clinical Admin, Schedule Procedure, Clinical Admin, Schedule Procedure
6	PA2	John Amos, PA	Clinical Admin, Schedule Procedure, Schedule Procedure, Patient Hookup,
7	RN1	Selina Garret, RN	Schedule Procedure, Patient Hookup,
8	RN2	Helen Yates, RN	Schedule Procedure, Patient Hookup,
9	RN3	Jane Doe, RN	Schedule Procedure, Patient Hookup,
10	Tech1	Martina Welch, CVT	Schedule Procedure, Patient Hookup,
11	Tech2	Roger Frank, CVT	Patient Hookup, Prepare Report,
12	Tech3	Brenda Schultz, RCVT	Patient Hookup, Prepare Report,
13	Tech4	Liz Baker, EMT	Schedule Procedure, Patient Hookup,
14	Scheduler	Janet West	Schedule Procedure
15	Transcriber	Taylor Pederson	Prepare Report, Review and Edit

New **Edit** **Delete**

Personnel

Personnel se selecciona para añadir personal que esté disponible en las ventanas Patient Information, Summary y Finalize Exam Update. El personal que aparece en la lista puede asignarse a cada cuenta de usuario y aparecerá como selecciones para el usuario que ha iniciado sesión en los campos correspondientes del informe final.

Printed Name	Staff ID#	Enabled	In Reviewer List	In Technician List	In Attending Phys List
Dr. H. Fuller	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dr. R. Collins	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dr. E. Williamson	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mary Adams, PA	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Selina Garret, RN	5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Martha Welch, CVT	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Roger Franks, RCVT	7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
John Amos, PA	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Helen Yates, RN	9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jack Jones, RN	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brenda Schultz, RCVT	11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liz Baker, EMT	12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Save Changes](#) [Discard Changes](#)

New User

Si se selecciona el botón **New** dentro de la ventana **Users Database** se abrirá el cuadro de diálogo **New User**, similar a la ventana de la derecha.

Sugerencia: Es mejor completar la lista Personnel antes de añadir usuarios.

El nombre introducido en el campo **Display Name** aparecerá en la pantalla de **Xscribe** cuando dicho usuario inicie sesión.

La contraseña de inicio de sesión se introduce y repite.

Aparecerán activados los **Roles** para este usuario, el **Personnel** que va a llenar las listas desplegables para este usuario y los **Groups** a los que tendrá acceso este usuario.

Sugerencia: Consulte [Tabla de asignación de funciones de los usuarios](#).

New User

Username:	<input type="text" value="Jason"/>
Display Name:	<input type="text" value="Jason Bentley, RCVT"/>
Password:	<input type="password" value="*****"/>
Repeat password:	<input type="password" value="*****"/>
Roles:	<input type="checkbox"/> IT Administrator <input type="checkbox"/> Clinical Admin <input checked="" type="checkbox"/> Schedule Procedure <input checked="" type="checkbox"/> Patient Hookup <input checked="" type="checkbox"/> Prepare Report <input checked="" type="checkbox"/> Review and Edit Report <input type="checkbox"/> Sign Report <input type="checkbox"/> Edit Holter Diary <input checked="" type="checkbox"/> View Exams/Reports
Personnel:	<input type="checkbox"/> Dr. H. Fuller - 1 <input type="checkbox"/> Dr. R. Collins - 2 <input checked="" type="checkbox"/> Dr. E. Williamson - 3 <input checked="" type="checkbox"/> Mary Adams, PA - 4 <input checked="" type="checkbox"/> Selina Garret, RN - 5 <input type="checkbox"/> Martha Welch, CVT - 6 <input type="checkbox"/> Roger Franks, RCVT - 7 <input checked="" type="checkbox"/> John Amos, PA - 8 <input type="checkbox"/> Helen Yates, RN - 9 <input checked="" type="checkbox"/> Jack Jones, RN - 10 <input type="checkbox"/> Brenda Schultz, RCVT - 11 <input type="checkbox"/> Liz Baker, EMT - 12
Groups:	<input type="checkbox"/> Cardiology <input checked="" type="checkbox"/> Radiology <input type="checkbox"/> Chest Pain Ctr <input type="checkbox"/> Children's Clinic

[OK](#) [Cancel](#)

Política de complejidad de contraseñas del modo local

Si el modo de inicio de sesión local está habilitado, se activa de forma predeterminada una política de complejidad de contraseñas configurable. Si está habilitado, se requerirán contraseñas nuevas o modificadas para cumplir una cantidad mínima de:

- Total de caracteres (predeterminado = 9)
- Caracteres numéricos (predeterminado = 1)
- Caracteres en mayúsculas (predeterminado = 1)
- Caracteres en minúsculas (predeterminado = 1)
- Caracteres especiales (predeterminado = 1)

Un administrador del servidor puede configurar la política de complejidad de contraseñas en el archivo de configuración, Mortara.ExamMgr.IntegrationAPI.dll.config, ubicado en la carpeta de archivos de la aplicación.

Administrar/crear grupos

Los grupos permiten al administrador de TI agrupar los exámenes de acuerdo con el acceso del usuario, las preferencias de informes (configuración de modalidad) y las preferencias de intercambio de archivos. Cualquier usuario puede ser asignado a varios grupos. Se puede copiar y guardar una definición de grupo con un nombre nuevo para crear un segundo grupo, copiando todos los ajustes y preferencias del grupo existente.

- Seleccione el botón **Groups** para realizar cambios. Cualquier grupo creado se puede copiar, renombrar y modificar.
- Para crear un grupo nuevo, resalte el grupo que deseé copiar, seleccione **New Group** e introduzca el nuevo **Group Name**. Se creará un grupo nuevo con la configuración del grupo resaltado.
- Seleccione los usuarios debajo de **Group User List** que pueden tener acceso al grupo resaltado. Se puede usar **Select All** y **Deselect All** para activar o desactivar todos los usuarios.
- Si desea cambiar de nombre a un grupo sin crear uno nuevo, resalte el grupo e introduzca un Group Name.
- Seleccione **Save Group** para guardar los cambios.

El grupo Default (el primero de la lista) solo se puede cambiar de nombre. Se puede crear y modificar un número ilimitado de nuevos grupos.

The screenshot shows the 'Group Management' interface. On the left, there is a sidebar with a list of existing groups: Cardiology, Radiology, Chest Pain Ctr, and Children's Clinic. The 'Radiology' group is currently selected and highlighted in blue. At the top right, there are two buttons: 'New Group' (highlighted in blue) and 'Delete Group'. To the right of the sidebar, there is a main panel. It starts with a 'Group Name:' label and a text input field containing 'Radiology'. Below that is a 'Group User List:' label with a checkbox labeled 'Select All/Deselect All'. A large list of user names follows, each with a checkbox next to it. Some users have checked boxes, while others are empty. The users listed are: admin, Jason, PA1, PA2, Physician1, Physician2, Physician3, RN1, RN2, RN3, Scheduler, Tech1, Tech2, Tech3, Tech4, and Transcriber. At the bottom right of the main panel is a large blue 'Save Group' button.

Para cada grupo individual se puede definir una configuración de modalidad de **Xscribe**, una lista de trabajo de modalidad (MWL) de **DICOM**, rutas de intercambio de archivos, personalización de nombres de archivo y un formato largo, medio o corto para los elementos mostrados y el contenido del informe.


Salvo el grupo Default, los demás grupos se pueden eliminar. Los exámenes presentes en la base de datos para el grupo que se elimine se asignarán automáticamente al grupo predeterminado.

Configuración de modalidad

La configuración de modalidad de **X**Scribe es definida, de forma predeterminada, por el usuario Clinical Administrator, y está disponible para el usuario que tenga permiso de edición.

El usuario puede modificar esta configuración para cada examen. Seleccione la ficha que desea modificar y haga clic en **Save Changes** o en **Discard Changes** para cancelar los cambios antes de salir.

Se puede seleccionar Reset to Factory Default en cualquier momento para revertir a las selecciones de configuración individuales.



Procedimientos

Los Procedimientos para el grupo predeterminado de fábrica se pueden modificar de acuerdo con las preferencias del médico y del usuario. Para cada grupo se define un solo procedimiento que contiene cinco fichas, descritas a continuación y en las páginas siguientes.

Real Time Display

Utilice las listas desplegables para seleccionar la velocidad y ganancia de **Waveform**, **Lead Layout**, **Lead Mode** y 3 o 6 derivaciones para mostrar.


Los filtros 40 Hz, SCF (Source Consistency) y AC se activan mediante su casilla de verificación.



ADVERTENCIA: Cuando se usa 40 Hz Filter, el requisito de respuesta de frecuencia para el equipo de ECG de diagnóstico no se puede satisfacer. 40 Hz Filter reduce de forma significativa los componentes de alta frecuencia de las amplitudes de pico del ECG y del marcapasos, y solo se recomienda si no se puede reducir el ruido de alta frecuencia mediante los procedimientos adecuados.



ADVERTENCIA: Cuando el SCF está activado, se pueden observar cambios en la amplitud del QRS en la forma de onda del ECG que se muestra en la en pantalla en tiempo real, en las impresiones del ECG en tiempo real y en los informes finales. La visualización del latido promedio, los cálculos (p. ej., frecuencia cardíaca, nivel de ST y pendiente de ST) y los eventos detectados por el algoritmo (p. ej., EV, SALVAV) no se ven afectados. La amplitud del complejo QRS puede disminuir un promedio de un



-5,4 % antes del ejercicio y de un -7,1 % en la frecuencia cardíaca máxima. El 95 % de los posibles valores de diferencia de amplitud del QRS oscilan entre el 0 y el -19,0 % antes del ejercicio y entre el -0,6 y el -20,4 % en la frecuencia cardíaca máxima.

Seleccione la derivación predeterminada para **Context View** en la lista desplegable.

Active la casilla de verificación de **Running Trends** para que se muestren HR, METs, NIBP y ST durante la prueba.

Se puede seleccionar **Standard** o **Cabrera** en Lead Mode.

Active el **ST-Lead** ampliado con la casilla de verificación y utilice la lista desplegable para seleccionar el valor predeterminado para la ventana Zoomed ST. Si se selecciona **Dynamic**, se mostrará la derivación que presente el cambio de ST más significativo.

Elija el botón de opción que deseé para **Event Display**.

Printout

Utilice las listas desplegables para seleccionar en ECG **Print Speed**, **Format** y **Printer Type** para las impresiones de ECG de 12 derivaciones. Se puede activar la cuadrícula para impresoras **Windows**. Elija un valor para Rhythm Lead en el desplegable y active **Zoom ST Lead** y **12 Lead Average** para su inclusión en la impresión si lo desea.

Arrhythmia Printouts se puede activar o desactivar con su casilla de verificación. Los eventos de arritmia en el ECG se almacenarán, pero no se imprimirán automáticamente si no se selecciona esta casilla.

Utilice las listas desplegables para seleccionar en Event **Print Speed**, **Format** y **Printer Type**. Se puede activar la cuadrícula para impresoras **Windows**. Elija un valor para Rhythm Lead en el desplegable.

Utilice las listas desplegables para seleccionar en **Continuous Print Speed**, **Format** y **Printer Type** para impresiones de ECG de 3 o 6 derivaciones.

Real Time Display	Printout	Rhythm Events	Configure Drugs	Miscellaneous
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> ECG Print <p>Printer Type: Z200 Plus Format: 3x4+1 Speed: 25 mm/s <input checked="" type="checkbox"/> Grid Rhythm Lead: II <input checked="" type="checkbox"/> Zoom ST Lead <input checked="" type="checkbox"/> 12 Lead Average <input checked="" type="checkbox"/> Arrhythmia Printouts </p> </div> <div style="width: 45%;"> Event Print <p>Printer Type: Z200 Plus Format: 3x4+1 Speed: 25 mm/s <input checked="" type="checkbox"/> Grid Rhythm Lead: II</p> </div> </div>				
Continuous Print <p>Printer Type: Z200 Plus Speed: 10 mm/s Format: 6 Lead 3 Lead: II V1 V5 6 Lead: I II III V1 V5 V6</p>				

Rhythm Events

Utilice las flechas arriba/abajo para seleccionar el número máximo de eventos almacenados durante la fase previa al ejercicio y los eventos de PVC por minuto, el máximo de duplas por minuto y el máximo de series ventriculares por minuto durante el ejercicio.

Utilice **Add** o **Delete** para modificar la lista **Event Labels**.

Real Time Display	Printout	Rhythm Events	Configure Drugs	Miscellaneous
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> Max Events <p>Max Pre-Ex Events: 2 Max PVC/Min Events: 2 Max Couplet/Min: 2 Max VRun/Min: 2</p> </div> <div style="width: 45%;"> Event Labels <ul style="list-style-type: none"> Bradycardia Tachycardia Mason-Likar Standing Hyperventilation Chest Pain Shortness of Breath Anxious Auto Print <p>Add Delete</p> </div> </div>				

NOTA: Las etiquetas de los eventos Bookmark, Supine, Mason-Likar, Standing y Hyperventilation se muestran de forma predeterminada y no se pueden editar ni eliminar.

NOTA: XScribe detecta automáticamente un evento de arritmia. Si se almacena, se puede mostrar en visualización de tendencias e imprimirse automáticamente si se activa Arrhythmia Printouts.

Configure Drugs

Utilice **Add** o **Delete** para modificar Drug List y Dose List.

Los elementos añadidos a esta ventana estarán disponibles cuando se abra una ventana Dose de acuerdo con el protocolo o cuando se seleccione el botón Dose durante un examen.

The screenshot shows a software interface titled "Configure Drugs". At the top, there are tabs: Real Time Display, Printout, Rhythm Events, Configure Drugs (which is selected), and Miscellaneous. Below the tabs are two main sections: "Drug List" and "Dose List".

- Drug List:** Contains a list of medications: Adenosine, Persantine, Nitroglycerine, and Lexiscan. Below the list are "Add" and "Delete" buttons.
- Dose List:** Contains a list of doses: 120 ug/kg/min, 130 ug/kg/min, 140 ug/kg/min, 0.142 mg/kg/min, and 0.04 mg. Below the list are "Add" and "Delete" buttons.

Miscellaneous

Utilice las listas desplegables para seleccionar un valor en **Treadmill Speed Units** y un tipo en **RPE Scale**.

Elija Normal o Bold en **Z200+ Waveform Print**.

Seleccione las casillas para activar la visualización y la inclusión de informes de resultados de ST/HR Index, Double Product, METS, SpO2, Duke Score y FAI Score.

En las listas desplegables, seleccione valores para Male Max HR Formula, Female Max HR Formula y ST Units en mm o µV.

Utilice las flechas arriba/abajo o introduzca un valor desde 40 hasta 100 para elegir la medida de ST después de J en milisegundos.

The screenshot shows a software interface titled "Miscellaneous". At the top, there are tabs: Real Time Display, Printout, Rhythm Events, Configure Drugs, and Miscellaneous (selected). Below the tabs are several configuration options:

- Treadmill Speed Units:** MPH (selected)
- RPE Scale:** 0 to 10 Grade Scale
- Z200+ Waveform Print:** Normal (radio button selected)
- Display Options:**
 - ST/HR Index (checkbox checked)
 - Double Product (checkbox checked)
 - METS (checkbox checked)
 - SpO2 (checkbox checked)
 - Duke Score (checkbox checked)
 - FAI Score (checkbox checked)
 - Pre-Exercise (checkbox checked)
- Male Max HR Formula:** 220 - Age
- Female Max HR Formula:** 220 - Age
- ST Units:** mm (dropdown menu)
- J-ST:** 60 ms (input field)

The screenshot shows a dialog box titled "Advance to Pre-Exercise". It has the following fields and instructions:

- Protocol Name:** Bruce
- Instructions:** To ensure good quality test results while the system learns the ECG.
- Questions:**
 - Is there a noise-free ECG signal?
 - Is the patient in position of exercise?
 - Is the patient able to remain still for about 30 seconds?
- Buttons:**
 - Proceed (green checkmark icon)
 - No (red X icon)

Protocolos

Los usuarios pueden seleccionar **Add Protocol** para crear una copia del protocolo seleccionado con el nombre NewProtocol_1 y posteriormente editarlo y renombrarlo. **Delete Protocol** elimina el protocolo seleccionado.

Todos los protocolos añadidos y los cambios realizados en los protocolos de fábrica se eliminarán seleccionando el botón **Reset to Factory Default**.

En la ficha Protocols aparece una serie de nombres de protocolos. Elija en la lista desplegable Protocol Name para editar la fase Pre-Exercise, Exercise y Recovery y la configuración de etapa para dicho protocolo. Seleccione el botón **Save Changes** antes de salir o el botón **Discard Changes** para cancelar las ediciones.

Filter List By: elija el botón de opción Treadmill o Ergometer para ver una lista de protocolos relacionados.

Protocol Name: utilice la lista desplegable para seleccionar un protocolo específico. La unidad de velocidad para las cintas de andar se selecciona con botones de opción.

Pharmacological: se incluye un ajuste de dosis que, cuando se selecciona, solicita al sistema que muestre una ventana emergente que notifica al médico que es posible que se requiera la administración de otra dosis.

Add Protocol: añade un protocolo adicional que requiere al usuario que complete los campos en las 3 fichas: **Pre-Exercise**, **Exercise** y **Recovery**.

- Escriba un nombre para el nuevo protocolo
- Seleccione el equipo asociado con el nuevo protocolo

NOTA: Consulte la documentación de su cinta de andar/ergómetro para comprobar los modelos compatibles con **Xscribe** o contacte con el servicio técnico de Baxter si desea obtener ayuda.

Procedures	Protocols
<p>Filter List By: <input checked="" type="radio"/> Treadmill <input type="radio"/> Ergometer</p> <p>Protocol Name: <input type="text" value="Bruce"/></p> <p><input type="checkbox"/> Pharmacological</p> <p><input checked="" type="radio"/> MPH <input type="radio"/> km/h</p>	<p>Add Protocol Delete Protocol</p> <p>Reset to Factory Default</p> <p>Print Protocol Import Protocols Export Protocols</p>
<p>Pre-Exercise Exercise Recovery</p>	

Print Protocol: el protocolo seleccionado se enviará a la impresora.

Import Protocols: abre un navegador para importar los protocolos de otro sistema **Xscribe**.

Export Protocols: abre un navegador para copiar los protocolos de este sistema a un destino para importar en otro sistema **Xscribe**.

Previa al ejercicio

- Velocidad/inclinación o potencia: use las flechas arriba/abajo o introduzca valores para definir la velocidad e inclinación de la cinta de andar, o bien la potencia del ergómetro en vatios.

Pre-Exercise	Exercise	Recovery
<p>Equipment Settings</p> <p>Speed During Pre-Exercise: <input type="text" value="1.0"/> mph</p> <p>Grade During Pre-Exercise: <input type="text" value="0.0"/> %</p>		

Ejercicio

- Haga clic en **Add Stage** para definir el número de etapas de ejercicios necesario. Para cada protocolo se puede definir un máximo de 60 etapas a un tiempo de etapa máximo de 30 minutos por etapa y a un tiempo de etapa mínimo de 15 segundos por etapa.
- A la derecha de la etapa seleccionada se pueden editar la duración, velocidad e inclinación.
- Con las listas desplegables se definen la impresión de ECG, la medida de BP y la frecuencia de solicitud de dosis.
- Haga clic en **Delete Stage** para quitar las etapas de los ejercicios.

By Stage

Stage	Duration	Speed	Grade	Print	BP
Stage 1	3:00	1.7	10.0	End	End
Stage 2	3:00	2.5	12.0	End	End
Stage 3	3:00	3.4	14.0	End	End
Stage 4	3:00	4.2	16.0	End	End
Stage 5	3:00	5.0	18.0	End	End
Stage 6	3:00	5.5	20.0	End	End
Stage 7	3:00	6.0	22.0	End	End

- Seleccione el botón de opción **Entire Exercise** para definir los valores de Print del ECG, la medición de BP y el inicio de Dose en mm:ss cada mm:ss independientemente de las duraciones de las etapas.

Entire Exercise

Stage	Duration	Speed	Grade
Stage 1	3:00	1.7	10.0
Stage 2	3:00	2.5	12.0
Stage 3	3:00	3.4	14.0
Stage 4	3:00	4.2	16.0
Stage 5	3:00	5.0	18.0
Stage 6	3:00	5.5	20.0
Stage 7	3:00	6.0	22.0

- Seleccione el botón de opción **Time Ramp** para definir la velocidad e inclinación al inicio y al final del ejercicio en la cinta de andar; o los vatios para los protocolos con ergómetro.
- Defina el tiempo total del examen en minutos y segundos.
- Los intervalos de medición de Print y BP del ECG se definen comenzando a mm:ss y con intervalos de mm:ss.

Time Ramp

Protocol Mode:	<input type="radio"/> Stages	<input checked="" type="radio"/> Time Ramp	<input type="radio"/> METs Ramp
Time Ramp Configuration			
Speed at Start of Exercise:	1.7 mph	Grade at Start of Exercise:	10.0 %
Speed at End of Exercise:	6.0 mph	Grade at End of Exercise:	22.0 %
Total Exam Time:	21:00 mm:ss		
Actions			
Print:	On	Start:	3:00 mm:ss
BP:	On	Start:	2:00 mm:ss

- Seleccione el botón de opción **METs Ramp** para definir la velocidad y la inclinación al inicio y al final del ejercicio en la cinta de andar.
- Defina el valor umbral de MET.
- Los intervalos de medición de Print y BP del ECG se definen comenzando a mm:ss y con intervalos de mm:ss.



Para definir una etapa, resalte para mostrar controles para la etapa a la derecha de la etapa seleccionada.

- Time/Speed/Grade o Power: utilice las flechas arriba/abajo o introducir los valores para definir la duración de la etapa y la velocidad e inclinación de la cinta de andar, o bien la potencia del ergómetro en vatios.
 - ajuste Time en incrementos de cinco segundos, comenzando en 10 segundos.
 - ajuste la velocidad de la cinta de andar de 0,0 a 12,0 mph, y de 0,0 a 19,3 kph.
 - ajuste la inclinación de la cinta de andar de 0 ° a 25 ° de elevación.
 - ajuste la potencia del ergómetro a partir de 10 vatios.
- Impresión del ECG/medición de TA: use los menús desplegables para definir cuándo imprimir un ECG y/o solicitar una lectura de tensión arterial.
 - para imprimir/solicitar al principio de una etapa, seleccione Begin.
 - para imprimir/solicitar al final de una etapa, seleccione End.
 - seleccione Off si no desea imprimir/solicitar.
 - seleccione Every para definir manualmente el tiempo de impresión/solicitud. Utilice la selección de Start para definir cuándo debe producirse la primera impresión del ECG o medida de TA; utilice la selección de Interval para definir la frecuencia.
- Dose: utilice el menú desplegable para definir cuándo administrar la siguiente dosis farmacológica. Los ajustes disponibles son los mismos que para la impresión del ECG o medición de TA, indicados anteriormente.

NOTA: Al usar un dispositivo para obtener una medición de TA al comienzo de una etapa, Xscribe comenzará la obtención de la TA de inmediato en cuanto comience la etapa. Al obtener una medición de TA al final de una etapa, Xscribe iniciará la obtención un minuto antes del final de la etapa, para permitir que la medición de TA se incluya en la impresión del ECG. Si Xscribe no recibe la medición de TA en el plazo de un minuto, esta no aparecerá en la impresión del ECG.

Recuperación

Start Recovery: seleccione uno de los botones de opción

- Automatically begin Recovery at end of Exercise.
Cuando finalice la última etapa del ejercicio, comenzará automáticamente la fase de recuperación.
- Manually begin Recovery.
La última etapa del ejercicio continuará hasta que el usuario seleccione la fase de recuperación.

Pre-Exercise	Exercise	Recovery												
<p>Start Recovery</p> <p><input checked="" type="radio"/> Automatically begin Recovery at end of Exercise.</p> <p><input type="radio"/> Manually begin Recovery.</p>														
<p>Recovery Rate</p> <p>Speed at Start of Recovery: 0.0 <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/> mph</p> <p>Speed at End of Recovery: 0.0 <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/> mph</p> <p>Total Recovery Time: 6:00 <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/> mm:ss</p>														
<p>Actions</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Start</th> <th>Interval</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Print:</td> <td>On <input type="button" value="▼"/></td> <td>2:00 <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/></td> </tr> <tr> <td>BP:</td> <td>On <input type="button" value="▼"/></td> <td>2:00 <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/></td> </tr> <tr> <td>Dose:</td> <td>Off <input type="button" value="▼"/></td> <td>2:00 <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/></td> </tr> </tbody> </table>				Start	Interval	Print:	On <input type="button" value="▼"/>	2:00 <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/>	BP:	On <input type="button" value="▼"/>	2:00 <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/>	Dose:	Off <input type="button" value="▼"/>	2:00 <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/>
	Start	Interval												
Print:	On <input type="button" value="▼"/>	2:00 <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/>												
BP:	On <input type="button" value="▼"/>	2:00 <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/>												
Dose:	Off <input type="button" value="▼"/>	2:00 <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/>												

Recovery Rate: se definen velocidad o vatios y tiempo

- Speed at Start of Recovery se define en mph
- Speed at End of Recovery se define en mph
- Total Recovery Time duración en minutos y segundos (mm:ss). Al finalizar, terminará la recuperación y se mostrará automáticamente el resumen del informe.

Actions: las acciones que deben tener lugar tras entrar en la fase de recuperación

- Start y las frecuencias de Interval de Print del ECG, de medida de BP y de solicitud de Dose se definen en minutos y segundos (mm:ss).

Intercambio de archivos

XScribe admite la posibilidad de importar órdenes de archivos XML y exportar PDF, XML o ambos resultados a un sistema externo en función de las características activadas del sistema **X**Scribe. Los directorios de importación y exportación para el grupo seleccionado se definen en la ventana File Exchange Configuration, en la ficha File Export Settings.

Introduzca la información en los campos File Information para incluir la información de la institución y el departamento en los resultados exportados.

Si se selecciona Q-Exchange XML en Export Format, deberá seleccionarse a continuación la versión de Q-Exchange en un desplegable. De forma predeterminada está seleccionada la versión 3.6.

El campo Site Number no es aplicable a **X**Scribe.

La configuración de nombre de archivo para los resultados en XML y PDF puede personalizarse en la ficha Customize Filename. Para ello, seleccione el botón Clear Filename, seleccione las etiquetas en el orden en que desea que aparezcan y haga clic en Save Changes.

Para usar un nombre de archivo común para los archivos tanto PDF como XML, seleccione la casilla Use Common Filename.

NOTA: Durante la instalación del software se definen rutas de importación/exportación predeterminadas. Los archivos PDF se exportarán a C:\CSImpExp\XmlOutputDir mientras el usuario administrador no haga modificaciones. El acceso a los archivos PDF se basa en los ajustes de la cuenta de usuario. Pueden solicitarse modificaciones de permisos para el archivo o la carpeta.

NOTA: Al exportar resultados con el formato de informe Q-Exchange XML, el nombre de archivo deberá terminar en _R.

NOTA: Si está activada la comunicación DICOM, la selección de importación XML (órdenes) aparece atenuada para indicar que no se puede seleccionar.

The screenshot displays two windows of the Xscribe configuration interface:

- File Export Settings** (Left Window):
 - File Exchange Configuration** tab is active.
 - File Export Settings** tab is selected.
 - Customize Filename** tab is visible.
 - Import/Export Directories** section: Import Directory (empty), Export Directory (C:\CSImpExp\XmlOutputDir).
 - User Name:** (empty), **Password:** (empty), **Domain:** (empty).
 - Export Format** section: Includes PDF Report Files on Export (checked), Include XML Summary Data on Export (checked). Sub-options: Mortara XML (radio button), Q-Exchange XML (radio button, selected).
 - File Information** section: Site Number (empty), Institution (empty), Department (empty), Department ID (empty). Q-Exchange Version dropdown shows 1.0, 1.1, 3.6 (selected), Q-Exchange Import Locale dropdown shows 1.0, 1.1, 3.6, Q-Exchange Import Format dropdown shows 1.0, 1.1, 3.6.
 - Buttons:** Save Changes, Discard Changes.
- Customize Filename** (Right Window):
 - File Exchange Configuration** tab is active.
 - File Export Settings** tab is selected.
 - Customize Filename** tab is active.
 - XML Filename** and **PDF Filename** sections are present.
 - XML Filenames** field contains: <Mod>^>REPORT_EXMGR<Group>_<PtID>^><PtName>^<PtMName>_<TYr><TMonL><DT>
 - Buttons:** Use Common Filename (unchecked), Clear Filename, Restore Default Filename.
 - Data** and **Tag** lists show XML tag definitions for patient demographics, exam information, and DICOM headers.
 - Buttons:** Save Changes, Discard Changes.

Consulte [Configuración de intercambio de datos de Xscribe](#).


CFD Configuration

Para cada grupo se puede definir de manera exclusiva un formato largo, medio o corto para los elementos mostrados y para el contenido del informe. Seleccione el botón **CFD Configuration** para mostrar la lista desplegable **Custom Format Definition Name**. Elija el nombre **Long**, **Intermediate** o **Short** para el grupo seleccionado y, a continuación, haga clic en el botón **Save** o bien en el botón **Cancel** para desechar los cambios.

El formato **Long** contiene toda la información demográfica.

El formato **Intermediate** excluye la información de contacto del paciente.

El formato **Short** excluye el historial del paciente, la información de contacto y la sección de diagnóstico en el resumen del informe.



Long CFD	Intermediate CFD	Short CFD

Configuración de DICOM y MWL

Xscribe permite la posibilidad de intercambiar información con sistemas **DICOM** en función de las características activadas del sistema. Se recibirá una lista de trabajo de modalidad (MWL) de **DICOM** del servidor **DICOM**. Se exportará un PDF encapsulado de **DICOM** al destino definido. Consulte [Configuración de intercambio de datos de Xscribe](#).

Desbloquear exámenes

Xscribe realiza un seguimiento interno de los exámenes en transición para evitar que el mismo examen sea procesado por dos o más usuarios. Si un segundo usuario trata de acceder a un examen en uso, aparecerá un mensaje que indica que dicho examen no está disponible en ese momento.

Con el fin de recuperar exámenes bloqueados, los usuarios administrativos pueden desbloquear los exámenes que residan en la misma estación de trabajo seleccionando **Unlock Exams**. Resalte los exámenes que aparecen y haga clic en **Unlock**.

Administrar almacenamiento de archivos

El usuario administrativo de **Xscribe** administrará los discos del sistema seleccionando **Storage System**.

Añadir ubicación de archivos

Seleccione el botón **New Archive** para comenzar la definición de una ruta al destino del directorio de archivado.

- Cualquier disco externo (como NAS, USB, etc.) accesible desde la base de datos central de **Xscribe** es candidato para convertirse en un volumen de archivado.
- La ruta de archivado debe definirse como ruta UNC, como <\\ServerName\ShareName\Directory>
- Habrá que introducir Username, Password y Domain según sea necesario para añadir el nuevo disco de almacenamiento a la lista de unidades de Archive.


Seleccione el botón **Save Changes** para crear la ubicación del archivo o el botón **Discard Changes** para salir de esta ventana sin guardar los cambios.

También se puede eliminar una ruta de archivado resaltando la etiqueta que deseé y seleccionando el botón **Delete Archive**. Una vez seleccionado, se le preguntará si está seguro de que desea eliminar el archivo seleccionado. Seleccione **Yes** o **No**.

Los exámenes archivados permanecerán en el destino hasta que se eliminen manualmente.

Recuperar exámenes archivados

Los usuarios administrativos pueden restaurar exámenes de la ubicación de archivado en la base de datos de **Xscribe** seleccionando la ficha **Archive Recovery**. Una vez seleccionado, se abrirá una ventana que permite buscar Archive Name o Archive Label.



Se puede usar el botón **Refresh Drive List** para actualizar la lista de unidades disponibles.

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA Y DE LOS USUARIOS

Para buscar por **Archive Name**, se puede introducir una combinación de letras o números para mostrar los exámenes que contienen los caracteres. Para buscar por **Archive Label**, se puede introducir la primera letra de la etiqueta con la descripción **Start With**; también se puede introducir todo el **Archive Label** con la descripción **Equal To**.

Seleccione el botón **Search** cuando esté listo. Se puede seleccionar el botón **Clear** para borrar todos los campos de búsqueda. Se pueden seleccionar los encabezados de columna para ordenar los exámenes mostrados según dicho elemento.

Para restaurar exámenes, resalte los que desee en la lista y haga clic en **Recover**.

Para restaurar varios exámenes, resáltelos y haga clic una vez en el botón **Recover**.

v6.1.0.38074
System Configuration

Storage System

Manage Archives
Archive Recovery

Archive Name
Contains
Search
Clear

Archive Label
Equal To

Archive Date Time	Archive Name	Archive Label	Archive Path
7:49 PM	Demo1_Frank_583732_Stress_Reviewed_2015-05-27T16-52-59-05-00	External HD Archive	F:\Stress Data Archive
7:49 PM	Demo1_Frank_583732_Stress_Signed_2015-11-23T18-14-25-06-00	External HD Archive	F:\Stress Data Archive
7:49 PM	Demo1_Frank_583732_Stress_Signed_2015-11-14T13-24-37-06-00	External HD Archive	F:\Stress Data Archive
7:49 PM	Demo1_Frank_583732_Stress_Signed_2015-11-15T01-30-14-06-00	External HD Archive	F:\Stress Data Archive

Recover

Modality Settings
File Exchange

MWL Settings
CFD Configuration

Exit

Registros de seguimiento de auditoría

El usuario administrativo de Xscribe seleccionará **Audit Trail** para ver el historial de seguimiento de auditoría. Está disponible una selección de criterios de filtro para ordenar la lista por fecha, usuario, estación de trabajo, operación o destino (como User, Patient, Exam, Conclusion, Locked Exams, User y System Settings). Se pueden usar uno o varios criterios de filtrado para buscar seguimientos de auditoría.

La selección de los resultados mostrará diferencias comparando los datos estadísticos del XML antes y después de los cambios. Una leyenda con resaltes coloreados señalará la información añadida, eliminada, modificada o movida.

El seguimiento de auditoría registra con la fecha y la hora toda la información de configuración, la información de usuarios, la información demográfica de los pacientes, la información demográfica de los exámenes, las conclusiones de texto, las operaciones de archivado y las solicitudes de descarga de exámenes.

System Configuration
Exit

v6.1.0.38074

User Database
Search

Personnel
Clear

Storage System

DICOM Settings

Audit Trail

Export Service Logs

Groups

Workflow Config

Unlock Exams

Report Settings

Group Settings

Selected Group

Cardiology

Modality Settings

File Exchange

MWL Settings

CFD Configuration

Legend: added removed changed moved from moved to ignored

Previous Values:

```
<CustomFormatValues CustomFormatDefName="CorScribe CFD"
    CustomFormatDefVersion="4">
    <example>
        <dataField Data-Type="DTNumber"
            FieldID="MaxHR"
            FieldKey="33">
            <fieldValue AutoCalc="true"
                FieldUnit="bpm">0</fieldValue>
        </dataField>
    </example>
```

Current Data:

```
<CustomFormatValues CustomFormatDefName="CorScribe CFD"
    CustomFormatDefVersion="4">
    <example>
        <dataField Data-Type="DTNumber"
            FieldID="MaxHR"
            FieldKey="33">
            <fieldValue AutoCalc="true"
                FieldUnit="bpm">0</fieldValue>
        </dataField>
    </example>
```

Registros de servicio

Todos los usuarios de **Xscribe** tienen acceso a **Export Service Logs**. Cuando se selecciona este botón se crea un archivo comprimido con Win-7 que se puede enviar al escritorio con una copia de los eventos registrados del sistema.

El archivo **EMSysLog.xml.gz** se puede enviar por correo electrónico a un representante del servicio técnico de Baxter para solucionar posibles problemas.

Configurar el flujo de trabajo

Los estados de examen de **Xscribe** se han diseñado para seguir el flujo de trabajo normal de los usuarios. Existen cinco posibilidades con los significados definidos debajo de cada estado:

1. ORDERED
El examen de esfuerzo ha sido programado por un usuario o bien un sistema de programación externo ha enviado una orden.
2. ACQUIRED
El examen de esfuerzo ha finalizado en el sistema **Xscribe** y está listo para su edición.
3. EDITED
El examen de esfuerzo ha sido analizado con o sin cambios y está listo para su revisión por parte de un médico. En este estado se pueden introducir conclusiones.
4. REVIEWED
El examen de esfuerzo ha sido revisado por un usuario autorizado (médico, compañero, clínico, etc.) y se ha confirmado que es exacto. En este estado se pueden introducir conclusiones.
5. SIGNED
El examen ha sido revisado y firmado electrónicamente por un usuario autorizado. No es necesario un posterior procesamiento del flujo de trabajo. En este estado se pueden introducir conclusiones.

El usuario que disponga de permisos adecuados verá un cuadro de diálogo **Final Exam Update** para confirmar o **Update** el siguiente estado lógico al salir de un examen de esfuerzo. Un menú desplegable permite la selección de un estado en relación al estado actual del examen.

Workflow Config

Para activar Legal Signature, seleccione **Yes**; para desactivarlo, seleccione **No**. Los usuarios administrativos pueden configurar el flujo de trabajo para que incluya todos los estados o excluya algunos seleccionando **Workflow Config**.

- Seleccione **All** en Modality Status para activar los cinco estados.
- Seleccione **No REVIEWED** en Modality Status para cambiar el estado de EDITED a SIGNED.
- Seleccione **No EDITED/REVIEWED** en Modality Status para cambiar el estado de ACQUIRED a SIGNED.

Las casillas de verificación situadas debajo de Export Status ofrecen opciones para la exportación Manual o Automatic de los resultados cuando el estado se actualiza a Acquired, Edited, Reviewed o Signed. Se puede seleccionar cualquier combinación.

Modality Status	
<input checked="" type="radio"/> All	
<input type="radio"/> No REVIEWED	
<input type="radio"/> No EDITED/REVIEWED	

Export Status		
	Manual	Automatic
Acquired:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Edited:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reviewed:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Signed:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Legal Signature	
<input checked="" type="radio"/> Yes	
<input type="radio"/> No	

Sin firma legal

Al actualizar el examen en el estado firmado, el área de firma mostrará el nombre de la persona que aprueba con la etiqueta **Approved by:** en el informe final. Se recomienda llenar el nombre del aprobador al actualizar un examen al estado Firmado.

Acerca de la firma legal

La firma legal requiere las credenciales del usuario antes de actualizar un examen de esfuerzo para pasarlo a un estado firmado. Cuando se activa, se le pedirá al usuario que se autentique con un nombre de usuario y una contraseña al pasar al estado firmado. Se puede acceder a la autenticación aunque actualmente haya iniciado sesión un usuario diferente. Si no se introducen las credenciales correctas, se notificará al usuario con el mensaje “Credentials supplied are not valid”.

Si el médico que firma ha sido configurado como Attending Physician en Personnel, el nombre impreso aparecerá en el informe final de XScribe en la línea de firma situada después de la etiqueta del campo **Signed by:**.

User Preferences

Seleccione el ícono User Preferences para abrir la ventana. Las selecciones configuradas definen los criterios predeterminados para Get Worklist en la característica Search cuando el usuario particular ha iniciado sesión en **Xscribe**.

Las selecciones configuradas se pueden modificar cuando el usuario selecciona las selecciones de búsqueda Advanced.

El usuario también puede cambiar la contraseña en esta ventana si la cuenta de usuario es una cuenta interna.

Todos los usuarios tienen acceso a la configuración de User Preferences, pero es posible que no tengan disponible la característica Search. Estos usuarios solo accederán a esta ventana para cambiar su propia contraseña.

Existen tres posibles opciones para los estados del examen de esfuerzo de la lista de trabajo, que se pueden activar o desactivar mediante casillas de verificación. Según la configuración del estado de modalidad de configuración del flujo de trabajo, aparecerán o no como opciones Edited o Reviewed.

1. Acquired
2. Edited
3. Reviewed


Hay tres opciones para el filtro de tiempo predeterminado para las listas de trabajo.

1. All
2. Today
3. Last week

En esta página también se pueden modificar las listas personalizadas del usuario. Algunas listas de entradas de datos demográficos también aceptan texto libre, que se puede añadir automáticamente a la lista para su uso futuro. “My Custom Lists” permite la eliminación de los elementos de lista que no se deseen usar en el futuro.

Cuando termine, seleccione **OK** para guardar los cambios o **Cancel** para salir de la ventana sin guardar los cambios.

Xscribe presentará la configuración predeterminada en cualquiera de las estaciones de trabajo en las que inicie sesión el usuario.



Configuración de informes

Se pueden crear múltiples informes finales de **Xscribe** y guardarse con nombres definidos por el usuario. Estas opciones de informes finales estarán disponibles en una lista desplegable al finalizar los exámenes.

Haga clic en el botón **Report Settings**. Haga clic en el botón **Add** para crear un nuevo tipo de informe.

- Elija las secciones del informe que deseé incluir con las casillas de verificación
- Elija By Stage o By Minute para Exam Summary y Averages con los botones de opción
- Elija Averages Format para 3 derivaciones (las derivaciones se identifican en las listas desplegables) o 12 derivaciones con los botones de opción
- Active o desactive la casilla de verificación Include Arrhythmia Events

Escriba el nombre del informe en el campo Print Setting. También se puede seleccionar la casilla de verificación Use as Default.

Haga clic en el botón **Save Changes** cuando termine o en **Discard Changes** para cancelar sin guardar.

Haga clic en el botón **Delete** para eliminar un tipo de informe de la lista desplegable Print Setting si ya no lo necesita.

The screenshot shows the 'Report Options' dialog box. At the top are 'Add' and 'Delete' buttons. Below is a list of report types: Cardiology, Radiology, Pediatric, Dr. R. Collins Report, Short Report, and Summary Report. The 'Cardiology' option is selected. To the right, there are sections for 'Print Setting Name' (set to 'Cardiology' with a checked 'Use as Default' box), 'Sections' (checkboxes for Exam Summary, ST Level Trends, ST Slope Trends, HR/BP/Workload Trends, Periodic Averages, Peak Averages, Worst Case Averages, and ECG Prints, all checked), 'Exam Summary' (radio buttons for 'By Stage' (selected) and 'By Minute'), 'Averages' (radio buttons for 'By Stage' (selected) and 'By Minute'), 'Averages Format' (radio buttons for '3 Lead' (selected) and '12 Lead'), and 'Include Arrhythmia Events' (checkbox checked). At the bottom are 'Save Changes' and 'Discard Changes' buttons.

Una vez creada y guardada, la lista Report Settings estará disponible en el cuadro de diálogo Finalize Exam Update al salir de un examen y en la pantalla Final Report Print Preview cuando se seleccione el botón **Preview**.

The screenshot shows two overlapping dialog boxes. The top box is 'Finalize Exam Update' with fields for Exam Type (Stress), Current State (Acquired), Acquisition Date (11/29/2015 06:21:04 PM), ID (583732), and Reviewed by (Mary Adams, PA). It also has dropdowns for Next State (Reviewed), Print Option (Always, Never, If Signed, selected Never), Copies (1), and Report Settings (Summary Report). The bottom box is 'Final Report Print Preview' showing a list of report types: Cardiology, Radiology, Pediatric, Dr. R. Collins Report, Short Report, and Summary Report. The 'Summary Report' option is selected. Both boxes have a 'Preview' button at the bottom.

Herramienta de configuración de informes

Los informes finales de **Xscribe** deben configurarse con el nombre de la consulta antes de usar el sistema. Las secciones predeterminadas para la inclusión del informe final también se pueden personalizar dentro de esta herramienta.


Haga clic en el menú **Start** de la estación de trabajo **Xscribe**. Elija **All Programs**, **Baxter Modality Manager** seguido de **Report Configuration Tool** para abrir un cuadro de diálogo que solicita la elección de un **Group** de la lista desplegable. Cada grupo definido tendrá su propia configuración de informe.



Haga clic en el botón **Start Wizard** para abrir la herramienta. El botón **Exit** cerrará la herramienta.

Configuración del informe final

Una vez abierta la herramienta, elija **Xscribe** en la lista desplegable de informes.



A continuación, puede hacer lo siguiente:

1. Marcar la casilla de verificación **Hide** para ocultar secciones del informe final en Report Configuration Tool. Con la casilla activada, la sección se desactiva de forma predeterminada; sin embargo, la sección se puede activar para su impresión y exportación durante la previsualización del informe final para cada examen individual.
2. Introducir información de contacto de la institución en la sección **Practice**.

Cuando finalice, haga clic en **Next >** y, a continuación, en **Finish**. **<Back** permite volver a la pantalla anterior; **Cancel** le pedirá confirmación mediante el mensaje “Are You Sure”. Seleccione **Yes** para cancelar los cambios.

Cuando termine, la selección de Group seguirá disponible para que elija el siguiente grupo y repita los pasos indicados anteriormente para todos los demás grupos.

Cuando finalice, seleccione el botón **Exit**.

EXAM SEARCH

Exam Search está disponible para los usuarios que vayan a editar, revisar, imprimir o exportar informes, archivar, eliminar, copiar offline, abrir offline y firmar exámenes de esfuerzo. Haga clic en el icono para abrir una ventana que le permitirá ver una lista de exámenes de acuerdo con el filtro y sus permisos asignados.

El botón **Get Worklist** filtrará la lista de exámenes de acuerdo con User Preferences para el usuario que ha iniciado sesión.

Está disponible un campo de búsqueda para la introducción del nombre del paciente o del número de ID. Cuando introduzca uno o más caracteres alfanuméricos, todos los exámenes que comienzan por estos caracteres se muestran en una lista al hacer clic en el botón **Search**. Los exámenes que aparecen en la lista se pueden clasificar haciendo clic en cualquiera de los encabezados de columna.

Cuando se introduce un apellido, nombre o ID paciente completos en el campo de búsqueda y se hace clic en el botón **Search**, todos los exámenes coincidentes aparecerán en la lista.

The screenshot shows the Xscribe software interface with the title 'Exam Search' at the top. Below it is a search bar with the placeholder 'Demo'. To the right of the search bar are three buttons: 'Search' (highlighted in blue), 'Advanced' (disabled), and a close button. On the left, there's a 'Get Worklist' button. The main area is a grid table with the following columns: Patient ID, Last Name, First Name, Status, Date/Time, Date of Birth, and Group. The rows show multiple entries for 'Demo1' and 'Frank' across various dates and times. At the bottom of the grid are buttons for 'Edit', 'Report', and 'More'.

Patient ID	Last Name	First Name	Status	Date/Time	Date of Birth	Group
583732	Demo1	Frank	Acquired	11/23/2015 05:21:52 PM	5/18/1952	Cardiology
583732	Demo1	Frank	Acquired	11/19/2015 09:59:26 AM	5/18/1952	Radiology
583732	Demo1	Frank	Signed	11/14/2015 01:24:37 PM	5/18/1952	Cardiology
583732	Demo1	Frank	Acquired	11/29/2015 06:21:04 PM	5/18/1952	Cardiology
583732	Demo1	Frank	Acquired	11/29/2015 01:53:32 PM	5/18/1952	Radiology
583732	Demo1	Frank	Edited	11/29/2015 01:35:10 PM	5/18/1952	Radiology
583732	Demo1	Frank	Signed	11/23/2015 06:14:25 PM	5/18/1952	Cardiology
583732	Demo1	Frank	Acquired	11/23/2015 05:42:10 PM	5/18/1952	Cardiology
583732	Demo1	Frank	Signed	11/15/2015 01:30:14 AM	5/18/1952	Cardiology
583732	Demo1	Frank	Reviewed	5/27/2015 04:52:59 PM	5/18/1952	Cardiology
583732	Demo1	Frank	Acquired	11/29/2015 06:44:11 PM	5/18/1952	Cardiology
583732	Demo1	Frank	Acquired	11/25/2015 04:30:08 PM	5/18/1952	Radiology

Resalte un examen de la lista y haga clic en el botón

- **Edit** para abrir el examen para su revisión y edición, o
- **Report** para abrir el informe final para su revisión o impresión, o
- **More** para mostrar más selecciones avanzadas, que se explican a continuación.



- El botón **Copy Offline** permite copiar un examen existente en una unidad externa utilizando un navegador para su revisión en cualquier sistema Xscribe v6.x.
- El botón **Open Offline** permite a un usuario de un sistema Xscribe v6.x abrir un examen desde otro sistema v6.x accediendo a la ubicación del examen copiado.

- El botón **Export** (Exportar) permite enviar los resultados del examen en formato PDF y XML a un destino definido en los ajustes de configuración del sistema. Esta función es opcional y puede que no esté disponible. Esta selección solo se activa cuando los exámenes seleccionados tienen el estado de exportación asociado activado en los ajustes de configuración del flujo de trabajo.
- El botón **Reconcile** (Reconciliar) se utiliza normalmente para actualizar los datos demográficos de un paciente que ya se encuentra en la base de datos a un examen que se ha realizado antes de que una solicitud estuviera disponible.
- El botón **Archive** (Archivar) se utiliza para mover el examen de la base de datos a una unidad externa con fines de almacenamiento a largo plazo. Es posible que el archivo no esté disponible cuando la asignación de almacenamiento **DICOM** está activada en la configuración.
- El botón **Delete** se usa para eliminar permanentemente un examen o una orden de la base de datos del sistema. El examen no se puede recuperar después de llevar a cabo esta acción.

Búsqueda avanzada

Si desea un filtrado más sofisticado de la lista de exámenes, haga clic en el botón **Advanced**. Las selecciones del identificador están relacionadas con el filtro seleccionado y dependen de la configuración del sistema.

Los estados del examen se seleccionan mediante casillas de verificación como identificadores. Haga clic en el botón **Search** después de seleccionar el filtro y los identificadores. Haga clic en el botón **Clear** para cancelar y eliminar las entradas desde los campos de búsqueda.

Cuando finalice, haga clic en el botón **Done** para salir de las selecciones de búsqueda avanzada y volver a la ventana principal de Exam Search.

Patient ID	Last Name	First Name	Status	Date/Time	Date of Birth	Group
583732	Demo1	Frank	Reviewed	5/27/2015 04:52:59 PM	5/18/1952	Cardiology
583732	Demo1	Frank	Signed	11/15/2015 01:30:14 AM	5/18/1952	Cardiology
583732	Demo1	Frank	Signed	11/23/2015 06:14:25 PM	5/18/1952	Cardiology
583732	Demo1	Frank	Signed	11/14/2015 01:24:37 PM	5/18/1952	Cardiology

Identificadores de estado del examen

- Acquired
 - Activado si es Equal to
- Edited
 - Activado si es Equal to
- Reviewed
 - Activado si es Equal to
- Signed
 - Activado si es Equal to

Identificadores de criterios del examen

- Patient ID
 - Equal To
 - Start With
- Last Name
 - Equal To
 - Start With
- First Name
 - Equal To
 - Start With
- Group
 - Equal To
 - En blanco (todos)
 - Cualquier grupo definido al que pueda acceder este usuario
- Date/Time
 - Equal To
 - Prior To
 - Later Than

INFORMES FINALES

El informe final se puede previsualizar e imprimir durante la revisión de exámenes de esfuerzo. El usuario puede excluir cualquiera de las siguientes secciones con los permisos adecuados. Esta sección explica la información contenida en cada página del informe final.

Información del paciente

La sección del encabezado Patient Information incluye el nombre e ID del paciente, la fecha/hora de inicio del examen y el protocolo. Las secciones siguientes contienen el ID del paciente, el ID secundario, el ID de admisión, la fecha de nacimiento, edad, sexo y raza; una sección con la dirección, teléfono y correo electrónico del paciente; una sección con indicaciones y medicamentos; una sección para el médico que deriva, el tipo de procedimiento y la ubicación; una sección con la frecuencia cardíaca objetivo, el motivo de finalización, el técnico y los síntomas; secciones de diagnóstico, notas y conclusiones; campos para el nombre del revisor y el nombre del médico que firma con la fecha de firma. En cada página se repite un pie de informe con el nombre del fabricante (Welch Allyn, Inc.), la versión de software de Xscribe y el nombre de la institución.

El campo Diagnosis, cuando está presente, permite aproximadamente 100 caracteres alfanuméricos. El campo Notes permite aproximadamente 100 caracteres alfanuméricos. El campo Reasons for end permite aproximadamente 55 caracteres alfanuméricos. El campo Symptoms permite aproximadamente 60 caracteres alfanuméricos. El campo Conclusions permite hasta 6 líneas de texto o aproximadamente 750 caracteres alfanuméricos.

El nombre de la institución se personaliza mediante el uso de Report Configuration Tool.

Resumen del examen

El encabezado Exam Summary incluye el nombre e ID del paciente, la fecha/hora de inicio del examen y el protocolo.

La sección de estadísticas del examen incluye la hora del ejercicio, las derivaciones con cambio de 100 µV, el número total de PVC durante el examen, Duke Treadmill Score y FAI%. Duke Score y FAI% solo se incluyen si se usa un protocolo de Bruce.

La sección Max Values incluye los valores de Speed y Grade o Watts, METs, HR, SBP, DBP, HR*BP, ST/HR Index y % Target.

Max ST Changes muestra los valores de cambio de elevación y depresión de ST.

Stage Summary muestra información por etapa o minuto para Speed/Grade o Workload (Watts), HR (BPM), BP (mmHg), METs, HR*BP, SpO2 (%) y ST Level (mm) para cada período desde el inicio de la fase previa al ejercicio hasta el final de la recuperación. Si no se ha introducido información en las columnas BP y HR*BP, aparecerán guiones. El resumen de la etapa se extenderá a la página siguiente en caso necesario.

La tabla resumen **By Stage** incluye:

- Eventos manuales de la fase previa al ejercicio (supino, de pie, hiperventilación y Mason-Likar)
- Una entrada para el final de cada etapa del ejercicio
- Una entrada para cada evento manual
- El ECG de ejercicio pico
- Una entrada para el final de la fase de recuperación
- Mediciones de TA
- Eventos de la cinta de andar
- Marcas del libro
- Eventos de RPE

La tabla resumen **By Minute** incluye:

- Eventos manuales de la fase previa al ejercicio (supino, de pie, hiperventilación y Mason-Likar)
- Una entrada para cada minuto de la fase de ejercicio
- Una entrada para cada minuto de la fase de recuperación
- Una entrada para cada evento manual
- Una entrada para el final de la fase de recuperación
- Mediciones de TA
- Eventos de la cinta de andar
- Marcas del libro
- Eventos de RPE

Rate/BP/Workload Trends

El encabezado de la página Rate/BP/Workload incluye el nombre e ID del paciente, la fecha/hora de inicio del examen y el protocolo.

Se incluyen tendencias para Heart Rate (BPM), Speed (MPH o KPH)/Grade (%) o Watts, Blood Pressure (mmHg) y METs/Double Product (HR*BP).

ST Level Trends

El encabezado de la página ST Level Trends incluye el nombre e ID del paciente, la fecha/hora de inicio del examen y el protocolo. Se incluyen tendencias de ST absolutas para cada una de las 12 derivaciones.

ST Slope Trends

El encabezado de la página ST Slope Trends incluye el nombre e ID del paciente, la fecha/hora de inicio del examen y el protocolo. Se incluyen tendencias de pendientes de ST para cada una de las 12 derivaciones.

Promedio de caso peor

Esta sección contiene un conjunto de promedios de 12 derivaciones para el inicio del ejercicio y un conjunto de promedios de 12 derivaciones para la depresión de ST máxima durante el examen. Cada promedio muestra una medida de ST y de pendiente de ST.

El promedio de caso peor de 12 derivaciones presenta las 12 derivaciones simultáneas en el momento del peor caso que se calcula utilizando la depresión ST máxima en cualquier derivación individual, incluida una VR invertida.

Diez segundos de ritmo para una derivación vienen precedidos por una marca de calibración con la derivación de ritmo que se ha seleccionado en el cuadro de diálogo de impresión **Modality Settings**. Se usa la configuración de velocidad de impresión, filtro y ganancia en vigor al final el examen.

El tiempo total del ejercicio se centra en el encabezado de página con la información de tiempo del ECG de peor caso debajo del mismo.

Periodic Average

Esta sección contiene un conjunto de promedios (3 o 12 derivaciones) para el inicio del ejercicio y un conjunto para cada etapa o minuto en función de la configuración del informe. También se incluye un conjunto de promedios para el ejercicio pico y el final de la recuperación.

Peak Average

Esta sección contiene un conjunto de promedios de 12 derivaciones para el inicio del ejercicio y un conjunto de promedios de 12 derivaciones para el final del ejercicio. Cada promedio muestra una medida de ST y de pendiente de ST.


Diez segundos de ritmo para una derivación vienen precedidos por una marca de calibración con la derivación de ritmo que se ha seleccionado en el cuadro de diálogo de impresión Modality Settings. Se usa la configuración de velocidad de impresión, filtro y ganancia en vigor al final el examen.

Impresiones de ECG

Las páginas ECG Prints incluyen páginas de ECG de 12 derivaciones tal y como se guardaron durante el examen, añadieron en la visualización de contexto o añadieron en la revisión de páginas. ECG Prints incluye Peak Exercise, Automatic ECGs e impresiones iniciadas manualmente (informe de 12 derivaciones, marcador u otros eventos, eventos RPE, promedios y escribir pantalla).

Las impresiones de ECG con el filtro BCF (Beat Consistency Filter) incluirán una notificación de BCF junto a la etiqueta de la derivación con el objetivo de informar al revisor de que se han construido trazas a partir de promedios de ECG.

El icono Configuración de informes  permite la inclusión o exclusión de eventos de arritmia, la impresión de la cuadrícula o la inclusión de los promedios de ECG de 3 o 12 derivaciones por etapa o por minuto. Haga clic en **Ok** para cambiar; a continuación, el informe final se actualizará.



MANTENIMIENTO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Requisitos para el mantenimiento de rutina e instrucciones de limpieza

1. Utilice aire a presión para eliminar polvo y otras partículas del teclado.
2. Limpie el teclado con un paño húmedo en caso necesario.
3. Limpie el exterior del ordenador con un paño suave ligeramente humedecido en una disolución de detergente suave. No utilice disolventes ni limpiadores abrasivos.
4. Limpie la pantalla con un limpiador de pantallas estándar (normalmente son pequeñas toallitas antiestáticas). No utilice disolventes ni limpiadores abrasivos. Consulte las instrucciones que acompañan a la pantalla.
5. Limpie el carrito con un paño húmedo en caso necesario. Se recomienda una disolución de lejía al 10% para las zonas contaminadas.

Cuidados y manipulación del monitor táctil opcional

1. Desconecte el cable de alimentación de CA antes de la limpieza
2. Use un paño limpio ligeramente humedecido en detergente suave para limpiar la carcasa de la pantalla. Impida la presencia de líquidos sobre la unidad o en su interior. Es importante que la unidad permanezca seca.
3. Limpie la pantalla táctil con limpiador de ventanas o cristales, aplicado a un paño o a una esponja limpios. Nunca aplique el limpiador directamente a la pantalla táctil. No utilice alcohol (metílico, etílico ni isopropílico), diluyente, benceno ni otros limpiadores abrasivos.



Cuidados y manipulación del teclado y ratón antimicrobianos opcionales

El teclado y ratón antimicrobianos cuentan con una protección Silver Seal™ y contienen un agente antimicrobiano que inhibe el crecimiento de bacterias, mohos y hongos en la superficie del producto. Se incluye un USB Seal Cap™ que permite al producto ser totalmente impermeable y usarse en el lavavajillas.

1. Estos productos se pueden lavar en lavavajillas y desinfectar con lejía.

Diagrama de resolución de problemas

Mensaje en pantalla o problema	Causa posible	Solución
Desplazamiento de la línea base	Mal contacto entre la piel y el electrodo.	Vuelva a preparar la piel y sustituya los electrodos averiados.
Discrepancia entre la impresión de TA y el informe	Utilice el campo BP para introducir los nuevos valores de tensión arterial.	El valor BP DEBE completarse seleccionando Start BP si existe una interfaz con el monitor de TA SunTech Tango o bien seleccionando Enter BP si se toma manualmente. Para editar el último valor tomado de TA, seleccione el botón Edit BP. El valor editado sustituirá al introducido anteriormente en el resumen del informe.
Se muestran líneas cuadrangulares en la pantalla de visualización de ritmo de varias derivaciones o en la pantalla durante la prueba de ejercicio.	Fallo de la derivación provocado por un mal contacto entre la piel y el electrodo. Derivación o cable rotos.	Corrija las derivaciones averiadas que se identifiquen en Lead Fail en el área superior derecho de la pantalla. Cambio el cable del paciente.
Ruido muscular	Electrodo colocado sobre tejido muscular o adiposo.	Busque un sitio estable para el electrodo, vuelva a preparar la piel y aplique un electrodo nuevo.
Ausencia de respuesta a los comandos del teclado	Cable del teclado desconectado. Cable del teclado/ratón mal puesto.	Apague el sistema. Compruebe las conexiones del puerto del teclado al ratón.
No se mueve el cursor del menú.	Cable del ratón desconectado. Cable del teclado/ratón mal puesto.	Apague el sistema. Compruebe las conexiones del puerto del ratón.
La cinta de andar no responde al comando ON de Xscribe	Equipo encendido con una secuencia incorrecta. La cinta de andar está apagada o el cable no está enchufado correctamente. El commutador de parada de emergencia está activado. Los ajustes de la cinta de andar son incorrectos. No se han instalado los controladores USB de la cinta de andar.	Apague la cinta de andar con el comando de menú. Apague la cinta de andar con el interruptor. Espere un minuto y vuelva a encender con el interruptor. Continúe con la prueba. Fije correctamente los conectores del cable que va de la cinta de andar a Xscribe . Encienda la cinta de andar con el interruptor principal. (El interruptor se encuentra en la base de la cubierta de la cinta de andar, en el lado izquierdo.) Reinic peace el interruptor de parada de emergencia girando un cuarto de vuelta hacia la derecha. Apague y reinicie Xscribe . Configure el equipo de ejercicio en el ajuste correcto para la cinta de andar correspondiente. Consulte el Manual de instalación del sistema Xscribe para obtener instrucciones sobre la carga de controladores.

Mensaje en pantalla o problema	Causa posible	Solución
Impresora Z200+ sin papel, luz encendida	Atasco de papel.	Abra la tapa de la impresora y elimine el atasco de papel.
La impresora Z200+ no imprime	No hay papel en la bandeja. Puerta de la impresora abierta.	Inserte un nuevo paquete de papel en la bandeja. Compruebe si la puerta de la impresora está bien cerrada.
Impresión irregular de los ECG o informes	Es necesario limpiar el cabezal de la impresora.	Consulte las instrucciones para la limpieza del cabezal de la impresora en Configurar la impresora .
La cinta de andar comienza a patinar	Cuando está flojo, puede desplazarse.	Apriete los pernos de ajuste a ambos lados hasta que deje de patinar.
Mensaje Lead Fail, sin que aparezcan ondas cuadradas en lugar del ECG en las 12 derivaciones, con todas las derivaciones conectadas al paciente.	El dispositivo frontal no está conectado correctamente.	Desconecte el cable USB del PC. Vuelva a conectar el cable USB al PC. El sistema emite un pitido de confirmación.
RA/LA//LL/V1/V2/V3/V4/V5/V6 o C1/C2/C3/C4/C5/C6 FAIL	Selección incorrecta del módulo activador. No se han instalado los controladores del dispositivo frontal.	1) Compruebe la conexión USB del frontal de Xscribe al puerto USB del módulo activador. a. ¿Es ECG A o ECG B? 2) Seleccione la configuración local en la fase de observación. 3) Realice la selección correcta en Trigger Module en el cuadro de diálogo Local Settings y seleccione OK. Consulte el Manual de instalación del sistema Xscribe para obtener instrucciones sobre la carga de controladores.
No hay exámenes seleccionados actualmente	Se ha intentado acceder a un informe final, pero no se ha seleccionado ningún paciente en la lista Search Exam.	Haga clic en el nombre del paciente para seleccionar el archivo y acceder a él.
Aparece un símbolo de advertencia en la pantalla junto a las mediciones de ST.	Los puntos de medición (J-point, Isoelectric point o J+ XX msec) han sido modificados por el usuario durante la prueba de esfuerzo o después de esta.	El símbolo de advertencia indica que se ha producido un cambio manual y que los resultados se basan ahora en nuevas determinaciones del usuario.
RA/LA//LL/V1/V2/V3/V4/V5/V6 o C1/C2/C3/C4/C5/C6 FAIL con ondas cuadradas para las 12 derivaciones.	Fallo de una o varias derivaciones.	Vuelva a preparar los sitios de las derivaciones y a colocar los electrodos. Si no se soluciona, cambie el cable del paciente.
No hay comunicación de red o LAN	Clavija RJ45 conectada a una ranura RJ45 incorrecta.	Desconecte la clavija RJ45 de la parte posterior del PC y conéctela a la otra ranura RJ45.

No hay señales de salida TTL o analógica fiables	Conexión o cable en mal estado Uso de una derivación con ruido, QRS de baja amplitud u ondas T de alta amplitud	Compruebe la conexión entre el módulo activador y el dispositivo Tango o Echo. Seleccione una Synch Lead más adecuada para la salida TTL y analógica en el menú Format Settings/F1.
Mensaje en pantalla: Password not complex enough (La contraseña no es lo suficientemente compleja.)	Una contraseña de usuario local recién creada no cumple los criterios de los requisitos de complejidad de contraseña definidos.	Los valores de complejidad de contraseña configurados actualmente se pueden ver en el archivo de configuración, Mortara.ExmMgr. IntegrationAPI.dll.config, ubicado en la carpeta de archivos de la aplicación. Los ajustes los puede configurar un administrador en el servidor.

Registro de información del sistema

Para su comodidad, se proporciona el siguiente registro de información del sistema. Necesitará esta información si el sistema precisa tareas de mantenimiento. Actualice el registro si añade opciones o si se repara el sistema.

NOTA: Se recomienda encarecidamente realizar una copia de este registro y archivarlo una vez introducida la información.

Registre el modelo y número de serie de todos los componentes, las fechas de eliminación y/o sustitución de componentes y el nombre del proveedor al que compró el componente o que lo instaló.

Además de disponer de registros de esta información, la información del sistema ofrece un registro de cuándo se ha puesto en uso el sistema.

Fabricante:

Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153

Información de contacto:

Servicio técnico de Baxter
Si desea obtener información sobre cualquiera de los productos de Baxter, póngase en contacto con el servicio técnico de Baxter:
www.baxter.com/contact-us

Información del producto:

Nombre de la unidad/del producto: **Xscribe**

Fecha de compra: _____ / _____ / _____

Unidad adquirida en: _____

Número de serie: _____

Versión de software: _____

Cuando llame al servicio técnico de Baxter si tiene dudas o desea obtener información de servicio, tenga a mano el número de serie del sistema y el número de referencia. El número de serie y la referencia (REF) aparecen impresos en la tarjeta de identificación del producto (9517-006-01-ENG) que se proporciona con el software del sistema.

PROTOCOLOS

Con cada sistema Xscribe se proporcionan los 16 protocolos siguientes.

Cinta de andar:

- Bruce
- Bruce modificado
- Naughton
- Balke
- Ellestad
- USAF/SAM 2.0
- USAF/SAM 3.3
- Rampa alta (Protocolo de etapas)
- Rampa media (Protocolo de etapas)
- Rampa baja (Protocolo de etapas)
- Rampa de tiempos en cinta de andar
- Rampa METs en cinta de andar
- Farmacológica

Ergómetro:

- Astrand
- Ciclo
- Rampa de tiempo de ciclo

Estos protocolos producen las siguientes operaciones y condiciones:

- Carga de trabajo automática de acuerdo con el protocolo programado.
- Obtención automática de TA según los tiempos definidos por el usuario.
- Generación automática de ECG según los tiempos definidos por el usuario.
- En la fase de recuperación, selección del usuario entre **Automatically begin at end of Exercise** y **Manually begin Recovery**.
- En la fase de recuperación, la velocidad de la cinta de andar o la potencia del ergómetro se pueden bajar en rampa si se programa una carga de trabajo inicial y final diferentes. El cambio se producirá de manera gradual según la duración de la recuperación.

NOTA: Los protocolos están sujetos a las preferencias del médico y pueden modificarse como se deseé. Consulte [Configuración del sistema y de los usuarios](#) para obtener instrucciones sobre la edición de protocolos.

Protocolos de etapas

Los protocolos de etapas son un conjunto de duraciones de etapas, velocidad e inclinación de la cinta de andar o cargas en vatios para cada etapa, así como acciones tales como impresión de ECG y mediciones de TA. La progresión hasta la siguiente etapa provoca un cambio escalonado en la carga de trabajo.

Protocolos de rampa lineal

Los protocolos Rampa de tiempo y Rampa METs aumentan la velocidad y elevación de la cinta de andar, o la carga en vatios del ergómetro, de manera gradual durante el período del ejercicio, definido por un tiempo final o un umbral METs en lugar de un cambio rápido al iniciarse la nueva etapa. Solo hay una etapa de ejercicio para los protocolos de etapa. La progresión del ejercicio es lineal en lugar de escalonada.

Protocolos de Bruce

El protocolo de Bruce de ejemplo produce las siguientes operaciones y condiciones:

- Cada 3 minutos se produce un cambio de etapa con un aumento en la velocidad e inclinación de la cinta de andar.
- Un minuto antes del final de cada etapa se inicia una medición automática de la tensión arterial.
- Se genera un informe de ECG de 12 derivaciones al final de cada etapa de 3 minutos. La obtención del ECG comienza 12 segundos antes del final de una etapa.
- En la fase Recuperación, la cinta de andar reduce su velocidad hasta 1,5 mph y continúa durante 6 minutos.
 - De forma inmediata y automática se imprime un ECG de 12 derivaciones del Ejercicio pico
- Acciones:
 - Las impresiones de ECG de recuperación están desactivadas.
 - Los intervalos de medición de TA de recuperación están desactivados.

PROTOCOLO DE ETAPA: BRUCE

Bruce

General Information					
Protocol Mode:	Stages	Pharmacological:	No		
Equipment Type:	Treadmill	Speed Units:	Miles Per Hour		
Pre-Exercise					
Procedure					
Speed:	1.0 mph	Grade:	0.0 %		
Exercise					
Stage:	Duration:	Speed:	Grade:	Print:	BP:
Stage 1	3:00 min	1.7 mph	10.0 %	End	End
Stage 2	3:00 min	2.5 mph	12.0 %	End	End
Stage 3	3:00 min	3.4 mph	14.0 %	End	End
Stage 4	3:00 min	4.2 mph	16.0 %	End	End
Stage 5	3:00 min	5.0 mph	18.0 %	End	End
Stage 6	3:00 min	5.5 mph	20.0 %	End	End
Stage 7	3:00 min	6.0 mph	22.0 %	End	End
Recovery					
Procedure					
Speed Start:	1.5 mph	Duration:	6:00 min		
Speed End:	1.5 mph	Enter Recovery:	Automatically		

PROTOCOLO DE ETAPA: BRUCE MODIFICADO

Modified Bruce

General Information					
Protocol Mode:	Stages	Pharmacological:	No		
Equipment Type:	Treadmill	Speed Units:	Miles Per Hour		
Pre-Exercise					
Procedure					
Speed:	0.8 mph	Grade:	0.0 %		
Exercise					
Stage:	Duration:	Speed:	Grade:	Print:	BP:
Stage 1	3:00 min	1.7 mph	0.0 %	End	Begin
Stage 2	3:00 min	1.7 mph	5.0 %	End	Begin
Stage 3	3:00 min	1.7 mph	10.0 %	End	Begin
Stage 4	3:00 min	2.5 mph	12.0 %	End	Begin
Stage 5	3:00 min	3.4 mph	14.0 %	End	Begin
Stage 6	3:00 min	4.2 mph	16.0 %	End	Begin
Stage 7	3:00 min	5.0 mph	18.0 %	End	Begin
Stage 8	3:00 min	5.5 mph	20.0 %	End	Begin
Stage 9	3:00 min	6.0 mph	22.0 %	End	Begin
Recovery					
Procedure					
Speed Start:	1.0 mph	Duration:	6:00 min		
Speed End:	1.0 mph	Enter Recovery:	Automatically		

PROTOCOLO DE ETAPA: NAUGHTON

Naughton

General Information					
Protocol Mode:	Stages	Pharmacological:	No		
Equipment Type:	Treadmill	Speed Units:	Miles Per Hour		
Pre-Exercise					
Procedure					
Speed:	0.8 mph	Grade:	0.0 %		
Exercise					
Stage:	Duration:	Speed:	Grade:	Print:	BP:
Stage 1	2:00 min	1.0 mph	0.0 %	End	Off
Stage 2	2:00 min	2.0 mph	2.0 %	End	End
Stage 3	2:00 min	2.0 mph	3.5 %	End	Off
Stage 4	2:00 min	2.0 mph	7.0 %	End	End
Stage 5	2:00 min	2.0 mph	10.5 %	End	Off
Stage 6	2:00 min	2.0 mph	14.0 %	End	End
Stage 7	2:00 min	2.0 mph	17.5 %	End	Off
Recovery					
Procedure					
Speed Start:	1.0 mph	Duration:	6:00 min		
Speed End:	1.0 mph	Enter Recovery:	Automatically		

PROTOCOLO DE ETAPA: BALKE

Balke

General Information					
Protocol Mode:	Stages	Pharmacological:	No		
Equipment Type:	Treadmill	Speed Units:	Miles Per Hour		
Pre-Exercise					
Procedure					
Speed:	1.0 mph	Grade:	0.0 %		
Exercise					
Stage:	Duration:	Speed:	Grade:	Print:	BP:
Stage 1	1:00 min	3.3 mph	1.0 %	End	Off
Stage 2	1:00 min	3.3 mph	2.0 %	End	Off
Stage 3	1:00 min	3.3 mph	3.0 %	End	End
Stage 4	1:00 min	3.3 mph	4.0 %	End	Off
Stage 5	1:00 min	3.3 mph	5.0 %	Off	Off
Stage 6	1:00 min	3.3 mph	6.0 %	End	End
Stage 7	1:00 min	3.3 mph	7.0 %	End	Off
Stage 8	1:00 min	3.3 mph	8.0 %	End	Off
Stage 9	1:00 min	3.3 mph	9.0 %	End	End
Stage 10	1:00 min	3.3 mph	10.0 %	End	Off
Stage 11	1:00 min	3.3 mph	11.0 %	End	Off
Stage 12	1:00 min	3.3 mph	12.0 %	End	End
Stage 13	1:00 min	3.3 mph	13.0 %	End	Off
Stage 14	1:00 min	3.3 mph	14.0 %	End	Off
Stage 15	1:00 min	3.3 mph	15.0 %	End	End
Stage 16	1:00 min	3.3 mph	16.0 %	End	Off
Stage 17	1:00 min	3.3 mph	18.0 %	End	Off
Stage 18	1:00 min	3.3 mph	20.0 %	End	End
Stage 19	1:00 min	3.3 mph	21.0 %	End	Off
Stage 20	1:00 min	3.3 mph	22.0 %	End	Off
Stage 21	1:00 min	3.3 mph	23.0 %	End	End
Stage 22	1:00 min	3.3 mph	24.0 %	End	Off
Recovery					
Procedure					
Speed Start:	1.0 mph	Duration:	6:00 min		
Speed End:	1.0 mph	Enter Recovery:	Automatically		

PROTOCOLO DE ETAPA: ELLESTAD

Ellestad

General Information					
Protocol Mode:	Stages	Pharmacological:	No		
Equipment Type:	Treadmill	Speed Units:	Miles Per Hour		
Pre-Exercise					
Procedure					
Speed:	1.0 mph	Grade:	0.0 %		
Exercise					
Stage:	Duration:	Speed:	Grade:	Print:	BP:
Stage 1	3:00 min	1.7 mph	10.0 %	End	End
Stage 2	3:00 min	3.0 mph	10.0 %	End	End
Stage 3	3:00 min	4.0 mph	10.0 %	End	End
Stage 4	3:00 min	5.0 mph	10.0 %	End	End
Stage 5	3:00 min	6.0 mph	15.0 %	End	End
Stage 6	3:00 min	7.0 mph	15.0 %	End	End
Stage 7	3:00 min	8.0 mph	15.0 %	End	End
Recovery					
Procedure					
Speed Start:	1.5 mph	Duration:	6:00 min		
Speed End:	1.5 mph	Enter Recovery:	Automatically		

PROTOCOLO DE ETAPA: USAF/SAM 2.0

USAF/SAM 2.0

General Information					
Protocol Mode:	Stages	Pharmacological:	No		
Equipment Type:	Treadmill	Speed Units:	Miles Per Hour		
Pre-Exercise					
Procedure					
Speed:	0.8 mph	Grade:	0.0 %		
Exercise					
Stage:	Duration:	Speed:	Grade:	Print:	BP:
Stage 1	3:00 min	2.0 mph	0.0 %	End	Off
Stage 2	3:00 min	2.0 mph	5.0 %	End	End
Stage 3	3:00 min	2.0 mph	10.0 %	End	Off
Stage 4	3:00 min	2.0 mph	15.0 %	End	End
Stage 5	3:00 min	2.0 mph	20.0 %	End	Off
Stage 6	3:00 min	2.0 mph	25.0 %	End	End
Recovery					
Procedure					
Speed Start:	1.0 mph	Duration:	6:00 min		
Speed End:	1.0 mph	Enter Recovery:	Automatically		

PROTOCOLO DE ETAPA: USAF/SAM 3.3

USAF/SAM 3.3

General Information					
Protocol Mode:	Stages	Pharmacological:	No		
Equipment Type:	Treadmill	Speed Units:	Miles Per Hour		
Pre-Exercise					
Procedure					
Speed:	1.2 mph	Grade:	0.0 %		
Exercise					
Stage:	Duration:	Speed:	Grade:	Print:	BP:
Stage 1	3:00 min	3.3 mph	0.0 %	End	Off
Stage 2	3:00 min	3.3 mph	5.0 %	End	End
Stage 3	3:00 min	3.3 mph	10.0 %	End	Off
Stage 4	3:00 min	3.3 mph	15.0 %	End	End
Stage 5	3:00 min	3.3 mph	20.0 %	End	Off
Stage 6	3:00 min	3.3 mph	25.0 %	End	End
Recovery					
Procedure					
Speed Start:	1.2 mph	Duration:	6:00 min		
Speed End:	1.2 mph	Enter Recovery:	Automatically		

PROTOCOLO DE ETAPA: RAMPA ALTA

High Ramp

General Information					
Protocol Mode:	Stages	Pharmacological:	No		
Equipment Type:	Treadmill	Speed Units:	Miles Per Hour		
Pre-Exercise					
Procedure					
Speed:	1.0 mph	Grade:	0.0 %		
Exercise					
Stage:	Duration:	Speed:	Grade:	Print:	BP:
Stage 1	0:30 min	1.6 mph	5.0 %	End	End
Stage 2	0:30 min	1.7 mph	10.0 %	End	End
Stage 3	0:30 min	1.7 mph	10.0 %	End	End
Stage 4	0:30 min	2.0 mph	10.0 %	End	End
Stage 5	1:00 min	2.2 mph	11.0 %	End	End
Stage 6	0:30 min	2.4 mph	11.5 %	End	End
Stage 7	0:30 min	2.5 mph	12.0 %	End	End
Stage 8	0:30 min	2.6 mph	12.5 %	End	End
Stage 9	0:30 min	2.8 mph	13.0 %	End	End
Stage 10	1:00 min	3.0 mph	13.5 %	End	End
Stage 11	0:30 min	3.2 mph	14.0 %	End	End
Stage 12	0:30 min	3.4 mph	14.0 %	End	End
Stage 13	0:30 min	3.5 mph	14.5 %	End	End
Stage 14	0:30 min	3.6 mph	15.0 %	End	End
Stage 15	1:00 min	3.7 mph	15.5 %	End	End
Stage 16	0:40 min	4.0 mph	16.0 %	End	End
Stage 17	0:40 min	4.2 mph	16.0 %	End	End
Stage 18	0:40 min	4.4 mph	16.5 %	End	End
Stage 19	0:40 min	4.6 mph	17.0 %	End	End
Stage 20	0:40 min	4.8 mph	17.5 %	End	End
Stage 21	0:40 min	5.0 mph	18.0 %	End	End
Stage 22	0:40 min	5.2 mph	19.0 %	End	End
Stage 23	0:40 min	5.5 mph	20.0 %	End	End
Stage 24	0:40 min	5.8 mph	21.0 %	End	End
Stage 25	0:40 min	6.0 mph	22.0 %	End	End
Recovery					
Procedure					
Speed Start:	1.0 mph	Duration:	6:00 min		
Speed End:	1.0 mph	Enter Recovery:	Automatically		

PROTOCOLO DE ETAPA: RAMPA MEDIA

Medium Ramp

General Information									
Protocol Mode:	Stages		Pharmacological:	No					
Equipment Type:	Treadmill		Speed Units:	Miles Per Hour					
Pre-Exercise									
Procedure									
Speed:	1.0 mph		Grade:	0.0 %					
Exercise									
Stage:	Duration:	Speed:	Grade:	Print:	BP:				
Stage 1	0:30 min	1.5 mph	3.0 %	End	End				
Stage 2	0:30 min	1.6 mph	4.0 %	End	End				
Stage 3	0:30 min	1.7 mph	5.0 %	End	End				
Stage 4	0:30 min	1.7 mph	6.0 %	End	End				
Stage 5	1:00 min	1.8 mph	7.0 %	End	End				
Stage 6	0:30 min	1.9 mph	8.0 %	End	End				
Stage 7	0:30 min	2.0 mph	8.5 %	End	End				
Stage 8	0:30 min	2.1 mph	9.0 %	End	End				
Stage 9	0:30 min	2.2 mph	9.5 %	End	End				
Stage 10	1:00 min	2.3 mph	10.0 %	End	End				
Stage 11	0:30 min	2.4 mph	11.0 %	End	End				
Stage 12	0:30 min	2.5 mph	11.5 %	End	End				
Stage 13	0:30 min	2.6 mph	12.0 %	End	End				
Stage 14	0:30 min	2.7 mph	12.5 %	End	End				
Stage 15	1:00 min	2.8 mph	13.0 %	End	End				
Stage 16	0:40 min	3.0 mph	13.5 %	End	End				
Stage 17	0:40 min	3.2 mph	14.0 %	End	End				
Stage 18	0:40 min	3.4 mph	14.5 %	End	End				
Stage 19	0:40 min	3.6 mph	15.0 %	End	End				
Stage 20	0:40 min	3.8 mph	15.5 %	End	End				
Stage 21	0:40 min	4.0 mph	16.0 %	End	End				
Stage 22	0:40 min	4.2 mph	17.0 %	End	End				
Stage 23	0:40 min	4.5 mph	18.0 %	End	End				
Stage 24	0:40 min	4.8 mph	19.0 %	End	End				
Stage 25	0:40 min	5.2 mph	20.0 %	End	End				
Recovery									
Procedure									
Speed Start:	1.0 mph		Duration:	6:00 min					
Speed End:	1.0 mph		Enter Recovery:	Automatically					
Actions									
Print Start:	1:00 min		Print Interval:	2:00 min					
BP Start:	1:40 min		BP Interval:	2:00 min					

PROTOCOLO DE ETAPA: RAMPA BAJA

Low Ramp

General Information					
Protocol Mode:	Stages	Pharmacological:	No		
Equipment Type:	Treadmill	Speed Units:	Miles Per Hour		
Pre-Exercise					
Procedure					
Speed:	1.0 mph	Grade:	0.0 %		
Exercise					
Stage:	Duration:	Speed:	Grade:	Print:	BP:
Stage 1	0:30 min	1.0 mph	0.0 %	End	End
Stage 2	0:30 min	1.1 mph	1.0 %	End	End
Stage 3	0:30 min	1.2 mph	1.0 %	End	End
Stage 4	0:30 min	1.3 mph	2.0 %	End	End
Stage 5	1:00 min	1.4 mph	3.0 %	End	End
Stage 6	0:30 min	1.5 mph	4.0 %	End	End
Stage 7	0:30 min	1.6 mph	4.0 %	End	End
Stage 8	0:30 min	1.7 mph	5.0 %	End	End
Stage 9	0:30 min	1.8 mph	6.0 %	End	End
Stage 10	1:00 min	1.9 mph	7.0 %	End	End
Stage 11	0:30 min	2.0 mph	8.0 %	End	End
Stage 12	0:30 min	2.1 mph	8.5 %	End	End
Stage 13	0:30 min	2.2 mph	9.0 %	End	End
Stage 14	0:30 min	2.3 mph	9.5 %	End	End
Stage 15	1:00 min	2.4 mph	10.0 %	End	End
Stage 16	0:30 min	2.5 mph	10.5 %	End	End
Stage 17	0:30 min	2.6 mph	11.0 %	End	End
Stage 18	1:00 min	2.7 mph	12.0 %	End	End
Stage 19	0:30 min	2.8 mph	13.0 %	End	End
Stage 20	0:30 min	2.9 mph	14.0 %	End	End
Stage 21	1:00 min	3.0 mph	15.0 %	End	End
Stage 22	0:30 min	3.1 mph	16.0 %	End	End
Stage 23	0:30 min	3.2 mph	17.0 %	End	End
Stage 24	1:00 min	3.4 mph	18.0 %	End	End
Stage 25	1:00 min	3.6 mph	19.0 %	End	End
Recovery					
Procedure					
Speed Start:	1.5 mph	Duration:	6:00 min		
Speed End:	1.5 mph	Enter Recovery:	Automatically		

PROTOCOLO DE ETAPA: FARMACOLÓGICO

Pharmacological

General Information											
Protocol Mode:	Stages		Pharmacological:	Yes							
Equipment Type:	Treadmill		Speed Units:	Miles Per Hour							
Pre-Exercise											
Procedure											
Speed:	0.0 mph		Grade:	0.0 %							
Exercise											
Stage:	Duration:	Speed:	Grade:	Print:	BP:	Dose:					
Stage 1	3:00 min	0.0 mph	0.0 %	End	End	Begin					
Stage 2	3:00 min	0.0 mph	0.0 %	End	End	Begin					
Stage 3	3:00 min	0.0 mph	0.0 %	End	End	Begin					
Stage 4	3:00 min	0.0 mph	0.0 %	End	End	Begin					
Stage 5	3:00 min	0.0 mph	0.0 %	End	End	Begin					
Stage 6	3:00 min	0.0 mph	0.0 %	End	End	Begin					
Stage 7	3:00 min	0.0 mph	0.0 %	End	End	Begin					
Recovery											
Procedure											
Speed Start:	0.0 mph		Duration:	6:00 min							
Speed End:	0.0 mph		Enter Recovery:	Automatically							

PROTOCOLO DE ETAPA: RAMPA DE TIEMPO EN CINTA

Treadmill Time Ramp

General Information			
Protocol Mode:	Time Ramp	Pharmacological:	No
Equipment Type:	Treadmill	Speed Units:	Miles Per Hour
Pre-Exercise			
Procedure			
Speed:	1.0 mph	Grade:	0.0 %
Exercise			
Procedure			
Speed Start:	1.7 mph	Grade Start:	10.0 %
Speed End:	6.0 mph	Grade End:	22.0 %
Duration:	21:00 min		
Actions			
Print Start:	3:00 min	Print Interval:	3:00 min
BP Start:	2:00 min	BP Interval:	3:00 min
Recovery			
Procedure			
Speed Start:	1.0 mph	Duration:	6:00 min
Speed End:	1.0 mph	Enter Recovery:	Automatically
Actions			
Print Start:	1:00 min	Print Interval:	2:00 min
BP Start:	2:00 min	BP Interval:	3:00 min

PROTOCOLO DE ETAPA: RAMPA METS EN CINTA

Treadmill Mets Ramp

General Information			
Protocol Mode:	METs Ramp	Pharmacological:	No
Equipment Type:	Treadmill	Speed Units:	Miles Per Hour
Pre-Exercise			
Procedure			
Speed:	1.0 mph	Grade:	0.0 %
Exercise			
Procedure			
Speed Start:	1.7 mph	Grade Start:	10.0 %
Speed Rate:	0.8 mph/min	Grade Rate:	2.0 %/min
METs Threshold:	12.0		
Actions			
Print Start:	3:00 min	Print Interval:	3:00 min
BP Start:	2:00 min	BP Interval:	3:00 min
Recovery			
Procedure			
Speed Start:	1.0 mph	Duration:	6:00 min
Speed End:	1.0 mph	Enter Recovery:	Automatically
Actions			
Print Start:	1:00 min	Print Interval:	2:00 min
BP Start:	2:00 min	BP Interval:	3:00 min

PROTOCOLO DE ETAPA: ASTRAND (ERGÓMETRO)

Astrand

General Information				
Protocol Mode:	Stages	Pharmacological:	No	
Equipment Type:	Ergometer	Speed Units:	N/A	
Pre-Exercise				
Procedure				
Watts:	50 Watts			
Exercise				
Stage:	Duration:	Watts:	Print:	BP:
Stage 1	6:00 min	50 Watts	End	End
Stage 2	6:00 min	100 Watts	End	End
Stage 3	6:00 min	150 Watts	End	End
Stage 4	6:00 min	200 Watts	End	End
Stage 5	6:00 min	250 Watts	End	End
Stage 6	6:00 min	300 Watts	End	End
Recovery				
Procedure				
Watts Start:	50 Watts	Duration:	6:00 min	
Watts End:	50 Watts	Enter Recovery:	Automatically	

PROTOCOLO DE ETAPA: CICLO (ERGÓMETRO)

Cycle

General Information				
Protocol Mode:	Stages	Pharmacological:	No	
Equipment Type:	Ergometer	Speed Units:	N/A	
Pre-Exercise				
Procedure				
Watts:	10 Watts			
Exercise				
Stage:	Duration:	Watts:	Print:	BP:
Stage 1	3:00 min	25 Watts	Begin	End
Stage 2	3:00 min	50 Watts	Begin	End
Stage 3	3:00 min	75 Watts	Begin	End
Stage 4	3:00 min	100 Watts	Begin	End
Stage 5	3:00 min	125 Watts	Begin	End
Stage 6	3:00 min	150 Watts	Begin	End
Stage 7	3:00 min	175 Watts	Begin	End
Stage 8	3:00 min	200 Watts	Begin	End
Stage 9	3:00 min	225 Watts	Begin	End
Stage 10	3:00 min	250 Watts	Begin	End
Recovery				
Procedure				
Watts Start:	25 Watts	Duration:	6:00 min	
Watts End:	25 Watts	Enter Recovery:	Automatically	

PROTOCOLO DE RAMPA: RAMPA DE TIEMPO DE CICLO (ERGÓMETRO)

Cycle Time Ramp

General Information			
Protocol Mode:	Time Ramp	Pharmacological:	No
Equipment Type:	Ergometer	Speed Units:	N/A
Pre-Exercise			
Procedure			
Watts:	10 Watts		
Exercise			
Procedure			
Watts Start:	10 Watts		
Watts End:	125 Watts		
Duration:	15:00 min		
Recovery			
Procedure			
Watts Start:	25 Watts	Duration:	6:00 min
Watts End:	25 Watts	Enter Recovery:	Automatically
Actions			
Print Start:	1:00 min	Print Interval:	2:00 min

SALIDA TTL/ANALÓGICA

Xscribe puede interactuar con un sistema de imágenes cardíacas por ultrasonidos (Echo). Esta característica se consigue con una salida TTL (transistor, transistor, lógica) o analógica opcional.




ADVERTENCIA: El equipo que se conecte mediante un cable TTL o analógico debe cumplir la norma IEC 60601-1.

Salida TTL

La señal cumple con las normas TTL y puede derivarse desde cualquiera de las 12 derivaciones. Echo captura imágenes de sístole y diástole ventriculares a partir de la sincronización de ondas R.

Ejemplo representativo de la salida de un pulso de onda R



Salida analógica

La opción analógica precisa la conexión de un cable en la clavija de salida analógica adecuada en el módulo activador. La derivación del ECG de salida se define en el menú Local Settings desde la lisa desplegable Sync Lead.

Ejemplo representativo de salida de una señal analógica de onda R



NOTA: El cable de interfaz al dispositivo Echo o a otro equipo que requiera activación ECG debe suministrarlo el fabricante del equipo que requiere la señal o bien el departamento de Biomedicina del centro. Este es un cable estándar de RCA a interfaz del dispositivo.

NOTA: Utilice solamente la clavija de salida analógica $\ominus\rightarrow 1$ situada en la parte delantera del módulo activador, junto al puerto A del ECG. Las tomas de salida 2 y 3 de la parte posterior del módulo activador son para uso futuro.

Puertos de interfaz analógica y TTL del módulo activador

Parte delantera del módulo activador



El cable del paciente **Xscribe AM12** debe conectarse al conector USB A del ECG en la parte delantera del módulo activador. En la parte delantera también se encuentra un conector de salida analógica activa ($\ominus 1$).

Parte posterior del módulo activador



La parte posterior del módulo incluye dos conectores de salida analógica ($\ominus 2$ y $\ominus 3$) no funcionales y un conector de salida TTL ($\text{JL}\ominus\gg$).

El conector B del ECG solo debe usarse con el receptor **UTK** de **Xscribe**.

La opción TTL precisa un conector BNC macho en un extremo y, en el otro extremo, el conector que requiera el dispositivo Echo con el que se esté conectando.

La opción analógica precisa un conector RCA macho en un extremo y, en el otro, el conector que requiera el dispositivo Echo con el que se esté conectando.

CONEXIÓN DE CINTA DE ANDAR/ERGÓMETRO

Instrucciones para la conexión de Xscribe a la cinta de andar con el puerto serie

1. Conecte un extremo del cable de interfaz **Xscribe** a cinta de andar en el puerto COM1 superior serie de 9 contactos situado en la parte posterior del CPU y el otro extremo en el puerto serie de 9 contactos de la cinta de andar.
2. Conecte la cinta de andar a un circuito eléctrico exclusivo, tal y como recomienda su fabricante.
3. Abra el menú **Local Settings/F1** e introduzca el valor adecuado en Treadmill COM Port.
4. Encienda la cinta de andar llevando el interruptor a la posición **ON**.
5. Encienda **Xscribe** llevándolo a la posición **ON**.

NOTA: No conecte la cinta de andar al transformador de aislamiento del paciente. Es importante que la cinta de andar tenga su PROPIA FUENTE DE ALIMENTACIÓN NO COMPARTIDA con el fin de evitar la alimentación eléctrica a Xscribe. La cinta de andar debe tener su propio circuito y fusible en una caja de distribución eléctrica local.

NOTA: La conexión podría variar en función de la versión del modelo de la cinta de andar.

Instrucciones para la conexión de Xscribe al ergómetro con el puerto serie

1. Conecte un extremo del cable de interfaz **Xscribe** a ergómetro en el puerto COM 1 superior serie de 9 contactos situado en la parte posterior del CPU y el otro extremo en el puerto serie de 9 contactos del ergómetro.
2. Conecte el cable de alimentación del ergómetro al circuito exclusivo como recomienda el fabricante del ergómetro.
3. Abra el menú **Local Settings/F1** e introduzca el valor adecuado para Ergometer COM Port.
4. Encienda el ergómetro llevando el interruptor a la posición **ON**.
5. Encienda **Xscribe** llevándolo a la posición **ON**.


NOTA: No conecte el ergómetro al transformador de aislamiento del paciente. Es importante que el ergómetro tenga su PROPIA FUENTE DE ALIMENTACIÓN NO COMPARTIDA con el fin de evitar la alimentación eléctrica a Xscribe. El ergómetro debe tener su propio circuito y fusible en una caja de distribución eléctrica local.

NOTA: La conexión podría variar en función de la versión del modelo del ergómetro.

NOTA: Si se usa el ergómetro Ergoline con NIBP, es necesario seleccionar Ergoline en la selección de equipo de TA en el menú Local Settings.

Cuando se inicia un examen, el usuario seleccionará el ícono Configuración en el vértice superior izquierdo de la pantalla para abrir la ventana Local Settings donde se selecciona el tipo Exercise Equipment de la lista desplegable. Una vez conectado el cable serie a la CPU, aparecerá en la lista Available COM Ports. Este número se introducirá en el campo Treadmill o Ergometer COM Port.

Esta configuración se recordará para todos los exámenes futuros.



Instrucciones para la conexión de Xscribe a la cinta de andar con el puerto USB

1. Conecte un extremo del cable de interfaz Xscribe a cinta de andar a un puerto USB situado en la parte posterior de la CPU y el otro extremo al puerto USB de la cinta de andar.
2. Conecte la cinta de andar a un circuito eléctrico exclusivo, tal y como recomienda su fabricante.
3. Abra el menú Local Settings/F1 e introduzca el valor adecuado en Treadmill COM Port.
4. Encienda la cinta de andar llevando el interruptor a la posición ON.
5. Encienda Xscribe llevándolo a la posición ON.

NOTA: No conecte la cinta de andar al transformador de aislamiento del paciente. Es importante que la cinta de andar tenga su PROPIA FUENTE DE ALIMENTACIÓN NO COMPARTIDA con el fin de evitar la alimentación eléctrica a Xscribe. La cinta de andar debe tener su propio circuito y fusible en una caja de distribución eléctrica local.

NOTA: La conexión podría variar en función de la versión del modelo de la cinta de andar.

Instrucciones para la conexión de Xscribe al ergómetro con el puerto USB

1. Conecte un extremo del cable de interfaz Xscribe a ergómetro al puerto USB situado en la parte posterior de la CPU y el otro extremo al puerto USB del ergómetro.
2. Conecte el cable de alimentación del ergómetro al circuito exclusivo como recomienda el fabricante del ergómetro.
3. Abra el menú Local Settings/F1 e introduzca el valor adecuado para Ergometer COM Port.
4. Encienda el ergómetro llevando el interruptor a la posición ON.
5. Encienda Xscribe llevándolo a la posición ON.

NOTA: No conecte el ergómetro al transformador de aislamiento del paciente. Es importante que el ergómetro tenga su PROPIA FUENTE DE ALIMENTACIÓN NO COMPARTIDA con el fin de evitar la alimentación eléctrica a Xscribe. El ergómetro debe tener su propio circuito y fusible en una caja de distribución eléctrica local.


NOTA: La conexión podría variar en función de la versión del modelo del ergómetro.

NOTA: Si se usa el ergómetro Ergoline con NIBP, es necesario seleccionar Ergoline en la selección de equipo de TA en el menú Local Settings.

NOTA: Si utiliza el ergómetro Lode Corival con NIBP, debe seleccionar Lode Corival en la selección de equipo de TA en el menú Local Settings.

Cuando se inicia un examen, el usuario seleccionará el ícono Configuración en el vértice superior izquierdo de la pantalla para abrir la ventana Local Settings donde se selecciona el tipo Exercise Equipment de la lista desplegable. Una vez conectado el cable USB a la CPU, aparecerá en la lista Available COM Ports. Este número se introducirá en el campo Treadmill o Ergometer COM Port.

Esta configuración se recordará para todos los exámenes futuros.



Teclado remoto de la cinta de andar



Aumentar velocidad: aumenta la velocidad en 0,1 mph.



Disminuir velocidad: disminuye la velocidad en 0,1 mph.



Aumentar elevación: aumenta la elevación un 1%.



Disminuir elevación: disminuye la elevación un 1%.



ECG de 12 derivaciones: obtiene un ECG de 12 derivaciones en cualquier momento durante las fases previas al ejercicio, de ejercicio, de recuperación o posterior a la recuperación.



Impresión de ritmo: obtiene una tira de ritmo a partir de 6 derivaciones definidas por el usuario en Configuración. Pulse por segunda vez para cambiar a las derivaciones I, II, III, aVR, aVL y aVF. Pulse por tercera vez para cambiar a las derivaciones V1, V2, V3, V4, V5 y V6. Pulse por cuarta vez para volver a las 6 derivaciones originales.



Interrumpir impresión de ritmo: interrumpe la impresión de la tira de ritmo.



Avance de fase: pasa a la siguiente fase.



Avance de etapa: pasa a la siguiente etapa.



Obtener NIBP: envía una señal al dispositivo NIBP para obtener una medida de tensión arterial no invasiva.



Iniciar cinta de andar: inicia la cinta de andar a la velocidad configurada en la fase previa al ejercicio.



Detener cinta de andar: detiene la cinta de andar.

CONFIGURAR LA IMPRESORA


Impresora térmica Z200+

La impresora térmica **Z200+** usa un cabezal de impresión de ocho puntos por milímetro (ppm) para imprimir trazados de ECG y comunicar datos. Se admiten múltiples formatos de impresión, así como tamaños de papel térmicoestándar (8,5" x 11") o A4.

La impresora térmica **Z200+** incluye:

- Cable de alimentación de tipo hospitalario para la conexión con el transformador de aislamiento.
- Cable USB para la conexión con el PC. (Los modelos anteriores utilizan un cable de red cruzado)

Figura 5 Impresora térmica Z200+



Especificaciones de la impresora térmica Z200+

Característica	Especificaciones*
Tipo de instrumento	Impresora térmica
Tipo de papel	Papel tamaño A (8 ½ x 11 pul., 215 x 280 mm), tamaño A4 (8.27 x 11.69 pul., 210 x 300 mm), o SmartFormat (8.27 x 11 pul., 210 x 280 mm), con marcas, perforado, plegado, con cuadrícula completa
Técnica de registro	Controlada por ordenador, matriz térmica de puntos, 8 puntos/mm
Velocidades de impresión	5, 10, 25 o 50 mm/seg, controlada por ordenador
Puertos externos e interfaces de datos	Conexión de USB al PC que permite la transferencia de datos de alta velocidad para la impresión Conector USB externo (Los modelos antiguos utilizan un cable de red cruzado para la conexión)
Corriente de fuga en el chasis	Cumple o supera los requisitos de la norma IEC 60601-1
Alimentación	100-240 VCA a 50/60 Hz
Peso	4,09 kg
Dimensiones, Al x An x Pr	10 cm x 41 cm x 33 cm
Fusibles	De tipo T, 1 Amp, 250 V
Funciones especiales	Comunicación USB que proporciona impresión continua (Los modelos anteriores utilizan comunicación LAN)

* Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso

Descripciones de entrada y salida

Característica	Descripción
Alimentación de CA	La impresora térmica Z200+ opera a 120/240 VCC y 50/60 Hz. Se suministra alimentación en cuanto se conecta el cable de alimentación a una toma de corriente de CA.
Indicador de encendido	Este indicador se enciende en color verde cuando se aplica alimentación de CA.
Botón de alimentación de hojas/reinicio	El botón de alimentación de hojas es un interruptor de contacto momentáneo que hace avanzar el papel hasta que un sensor reflectante de infrarrojos detecta una marca situada en el lado de impresión del papel. Este botón reinicia la impresora térmica si se pulsa durante siete segundos.
Impresión en papel	La impresora térmica Z200+ es compatible con papel térmico plegado con marcas tamaño A, A4 y SmartFormat. Las velocidades de impresión son de 10, 25 y 50 mm/seg. La densidad es de ocho puntos por milímetro o 203.2 ppp.

Indicador de ausencia de papel/error de impresora	Este indicador se enciende en color verde si se detectan errores de la impresora. Entre los errores están no detectar la marca en el momento esperado (debido a un atasco de papel o a una avería en el sistema de alimentación) y detectar una marca durante más tiempo del esperado. El indicador de error de impresora permanece encendido hasta que se pulsa el botón de alimentación de hojas.
Indicador de perdida de conexión	El indicador destellará si se pierde la conexión con el PC. El destello se detendrá cuando se restablezca la conexión.

Configuración de la impresora térmica Z200+

Compruebe si la **Z200+** tiene un conector USB o uno red integrado (LAN) y siga las instrucciones correspondientes que aparecen a continuación.

Para configurar una impresora con una conexión USB

1. Empiece cerciorándose de que la aplicación Q-Stress esté instalada en el PC. Si no es así, instálela utilizando las instrucciones de instalación del software que aparecen anteriormente en este manual. Cuando la aplicación Q-Stress esté instalada, instale el servicio de **Windows QStressNetworkProxy** desde el CD de instalación de **Z200+**.


- a. Desde el CD de instalación, ejecute el archivo Setup.exe como usuario administrativo.
- b. Siga las indicaciones para instalar el servicio. Se recomienda reiniciar el PC después de la instalación.

NOTA: la ubicación de instalación será C:\Archivos de Programa\Mortara Instrument\QStressNetworkProxy y el servicio QStressNetworkProxy se instalará como servicio automático en el PC.

- c. Una vez finalizada la instalación, vaya a C:\Archivos de Programa\Mortara Instrument\QStressNetworkProxy\ y ejecute la aplicación QStressNetworkProxy (x64).exe con derechos de administrador. Esto instalará automáticamente cualquier software adicional necesario, si es necesario.

Nota: el servicio QStressNetworkProxy guardará los registros en C:\ProgramData\Mortara Instrument X-Scribe\Logs esta es la misma carpeta que se utiliza para los registros de la aplicación Q-Stress. Los nombres de los archivos de registro seguirán la Convención de nomenclatura Z200PlusProxy_LogFile_#.txt donde '#' es el día del mes en curso.


2. Una vez instalado el software, conecte el cable de alimentación de CA al conector de CA de la impresora y al transformador de aislamiento.
3. Conecte un extremo del cable USB al conector USB B de la impresora térmica **Z200+** y el otro extremo al conector USB A de la parte posterior del PC Q-Stress.

Figura 6 Conectores de impresora térmica USB Z200+**A** Conector USB B**B** Conectores USB A No se utiliza.**C** Conector de CA (para cable de alimentación)

La impresora térmica **Z200+** funciona con alimentación de línea y se controla mediante una conexión USB a Q-Stress.

Para configurar una impresora con una conexión de red integrada (LAN)

1. Conecte un cable de alimentación al conector de CA que se encuentra en la impresora y al transformador de aislamiento.
2. Conecte un extremo del cable de red cruzado al conector de red que se encuentra en la impresora térmica **Z200+** y el otro extremo al conector de red (LAN) situado en la parte posterior del PC de Q-Stress.

Figura 7 Conectores de la impresora térmica Z200+ integrados de red**A** Conector serie. No se usa.**B** Conector de CA (para el cable de alimentación)**C** Fusibles de CA**D** Conector de red (LAN) integrado

La impresora térmica **Z200+** funciona con alimentación de línea y es controlada por una conexión LAN con **Xscribe**.

Para configurar la conexión LAN para la impresora

1. En el PC de **Xscribe**, inicie sesión como administrador.
2. Haga clic en **Start > Settings > Control Panel**.
3. Haga doble clic en **Network Connections**.
4. Haga doble clic en el ícono **Local Area Network** adecuado. Aparecerá el cuadro de diálogo Local Area Connection Properties.
5. En la lista de elementos, seleccione **Internet Protocol (TCP/IP)** y haga clic en **Properties**. Aparecerá el cuadro de diálogo Properties.

La configuración de red es:

IP Address: 192.168.10.100
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.10.1

6. Haga clic en OK en cada cuadro de diálogo para guardar las entradas y salir.

Mantenimiento de la impresora térmica Z200+

Si el hospital o la institución no implementa un programa satisfactorio de limpieza e inspección para este equipo, podrían originarse averías en el equipo y peligros para la salud.

NOTA: *Las piezas de la impresora térmica Z200+ solo deben ser reparadas o sustituidas por personal de mantenimiento cualificado.*

Inspeccione el equipo periódicamente para revisar lo siguiente:

- Examine el cable de alimentación y el cable de comunicación por si presentaran daños evidentes (aislamiento rasgado, conectores rotos, etc.). Sustituya los cables si fuera necesario.
- Todos los cables y conectores están asentados con seguridad en sus conexiones correspondientes.
- Examine el equipo para comprobar si faltan tornillos o si aparecen grietas o zonas dañadas que pudieran permitir el acceso accidental a las partes electrónicas internas.

Limpieza de la impresora térmica Z200+

NOTA: *Si utiliza una impresora térmica, consulte el manual del usuario de la impresora para obtener instrucciones sobre mantenimiento y limpieza.*

Para limpiar la impresora:

1. Desconecte la fuente de alimentación.
2. Limpie la superficie exterior de la unidad con un paño humedecido en una solución de detergente lavavajillas suave diluido en agua.
3. Después del lavado, seque a fondo la unidad con un paño suave limpio o con toallitas de papel.

Para limpiar el cabezal de impresión:

NOTA: *No permita que el jabón o el agua entre en contacto con la impresora, los conectores, las clavijas o los orificios de ventilación.*

1. Puerta de la impresora abierta.
2. Frote ligeramente el cabezal de alimentación con una toallita con alcohol.
3. Pase un paño limpio para eliminar los restos de alcohol.
4. Deje que el cabezal de impresión se seque al aire.
5. Limpie la platina con cinta adhesiva. Coloque la cinta y retírela. Gire el rodillo y repita hasta limpiarlo en su totalidad.
6. Limpie el fotodetector del sensor de marcas.

Comprobación del funcionamiento de la impresora

Después de la limpieza e inspección de la impresora térmica **Z200+**, confirme que la impresora funciona correctamente.

Para probar el funcionamiento de la impresora:

1. Utilizando un simulador de ECG con **Xscribe**, obtenga e imprima ECG de amplitud conocida.

Un informe de ECG impreso correctamente posee las siguientes características:

1. La impresión debe ser oscura y uniforme por toda la página.
2. No debe haber evidencia de fallos de puntos del cabezal de impresión (es decir, interrupciones en la impresión que formen bandas horizontales).
3. El movimiento del papel debe ser uniforme durante la impresión.
4. Las formas de onda deben aparecer normales, con la correcta amplitud y sin distorsión ni excesivo ruido.
5. El papel debe detenerse con las perforaciones cerca de la barra de rasgado (lo que indica el correcto funcionamiento del sensor de marcas).

Comprobación después de la reparación


Después de cualquier reparación realizada a la impresora térmica **Z200+**, o si se sospecha de un funcionamiento no conforme, Baxter recomienda los siguientes procedimientos:

- Confirme el correcto funcionamiento tal y como se describe en *Comprobación del funcionamiento de la impresora*.
- Realice las pruebas para asegurar la seguridad eléctrica continuada del dispositivo (utilice los métodos y límites de IEC 60601-1 Parte 1, edición 3.2).
 - Corriente de fuga a tierra.

NOTA: *No hay metal expuesto ni conexión del paciente a esta unidad.*

Carga de papel en la impresora térmica

Figura 8 Carga de papel en la impresora térmica




1. Retire el embalaje exterior de la pila de papel.
2. Mirando hacia la parte delantera de la unidad, use el pestillo de liberación situado en el lado derecho y deslice a la izquierda la cubierta de la bandeja de papel.
3. Disponga el paquete de papel térmico en la bandeja de papel de modo que quede hacia arriba el lado del papel con la cuadrícula cuando sea alimentado sobre la cubierta de la bandeja de papel. La marca del papel (un rectángulo negro pequeño) debe quedar en el vértice inferior izquierdo.
4. Haga avanzar manualmente una página de papel más allá del punto de cierre de la impresora. Asegúrese de que el papel descansa sobre el rodillo negro de manera uniforme dentro del canal de la puerta de papel.
5. Deslice la cubierta de la impresora hacia la derecha hasta que quede enganchada en posición cerrada. Escuchará un chasquido cuando la puerta se cierre correctamente.
6. Pulse el botón de alimentación de hojas para alinear la marca y preparar el papel para la impresión.

Inserción de un separador de papel A4


Si ha solicitado una impresora térmica Z200+ con papel A4, es necesario insertar un separador en la bandeja de papel. Si el dispositivo se ha adquirido con papel estándar, no se proporcionará el separador de la bandeja de papel.

Para insertar el separador de la bandeja de papel:


Figura 9 Inserción del separador de la bandeja de papel



1. Deslice el separador de la bandeja de papel hacia la pared posterior de la bandeja de la impresora. Alinee los cuatro brazos de plástico de la parte inferior con las cuatro aperturas situadas en la base de la bandeja de la impresora. De forma similar, alinee los 3 brazos de plástico de la parte superior con las tres aberturas situadas en la pared posterior de la bandeja de la impresora.

Figura 10 Inserción del separador de la bandeja de papel

2. El separador de la bandeja de papel debe estar paralelo a la pared posterior de la bandeja de la impresora, como se ha dibujado arriba.



3. Presione con suavidad el separador de la bandeja de papel hasta su lugar.

NOTA: Si desea retirar el separador de la bandeja de papel, presione con suavidad los tres brazos de plástico superiores para retirarlos.


Diagrama de resolución de problemas

Problema	Solución
No se imprime	<p>Compruebe si las propiedades de la conexión LAN en el ordenador del sistema están definidas correctamente.</p> <p>Asegúrese de usar el cable de conexión adecuado según las instrucciones de instalación que aparecen arriba y compruebe las conexiones.</p> <p>Compruebe las conexiones del cable de alimentación de CA y confirme que el indicador de encendido está iluminado.</p> <p>Compruebe que se ha cargado papel.</p> <p>Compruebe si está encendida alguna luz indicadora de error. Si el indicador de error está encendido, pulse el botón negro de alimentación de hojas durante unos 10 segundos para reiniciar la impresora. Si el problema continúa, contacte con el servicio técnico.</p> <p>Compruebe que se utiliza el papel Baxter correcto.</p>
Impresión distorsionada	Consulte con el servicio Baxter para asegurarse de que en la impresora Z200+ está instalada la versión de firmware correcta.
Impresión no uniforme	Las causas de la impresión no uniforme podrían ser el propio cabezal de impresión, la platina, un papel de mala calidad o deteriorado o bien la alineación mecánica del cabezal de impresión. Solicite a un técnico que compruebe si hay un desgaste irregular en la platina y que los tornillos de resalto del cabezal de impresión estén bien apretados antes de volver a colocar el cabezal de impresión. Los tornillos de resalto que fijan el cabezal de impresión deben estar correctamente centrados en sus orificios, para permitir que el cabezal de impresión disponga de un ligero movimiento vertical.
Impresión demasiado clara o demasiado oscura	Cambie el botón Waveform Print a Normal o Bold en System Configuration Modality Settings debajo de la ficha Miscellaneous. Contacte con el departamento de servicio técnico de Baxter para solicitar ayuda si de este modo no se soluciona el problema.
Huecos en la impresión	Solicite a un técnico que verifique el cable del cabezal de impresión y el cable de señal para ver si hay cortocircuitos, circuitos abiertos o conectores dañados. Estos cables se conectan entre la placa de circuitos y el cabezal de la impresora térmica. Si todos los cables están bien, el problema podría ser el cabezal de impresión o la placa de circuitos, o bien que el papel sea defectuoso.
Papel defectuoso	El papel térmico antiguo o mal almacenado puede provocar una impresión clara o irregular. La exposición al calor o a vapores químicos puede dañar el papel. Compruebe la impresora térmica Z200+ con un paquete nuevo de papel bien conservado.
Ausencia de alimentación motora	La ausencia de alimentación motora puede deberse a una insuficiente tensión del papel, a que la impresora esté averiada o a que haya una placa de circuito averiada.


INTERFAZ DE SUNTECH TANGO+ Y TANGO M2

Conexiones entre el monitor de tensión arterial (TA) SunTech Tango+ y XScribe

Para configurar Tango+ con el sistema XScriber, siga estas instrucciones.



1. Conecte el cable RS-232 (SunTech referencia 91-0013-00) al conector de 9 contactos situado en el panel posterior de **Tango+** y el otro extremo al puerto COM 2 de la parte posterior de la CPU de **XScribe**.
2. Conecte el cable de activación de ECG (número de referencia de SunTech 91-0011-00) a la conexión de ECG externa BNC del panel posterior del **Tango+** y el otro extremo a la conexión de salida TTL del módulo de activación.




Configuración del monitor de TA Tango+

1. Cuando aparezca la pantalla operativa, pulse el botón **SELECT** dos veces para mostrar **MAIN MENU**.
2. Use las flechas **UP/DOWN** para resaltar **MONITOR SET UP** y pulsar el botón **SELECT**.
3. Use las flechas **UP/DOWN** para resaltar **STRESS SYSTEM** y pulse el botón **SELECT**.
4. Use las flechas **UP/DOWN** para desplazarse por la lista hasta que se resalte **X-Scribe II** y pulse el botón **SELECT** para confirmar.

5. Use las flechas UP/DOWN para seleccionar **EXIT** dos veces para volver a la pantalla operativa.


Conexiones entre el monitor de tensión arterial (TA) SunTech Tango M2 y Xscribe

Para configurar **Tango M2** con el sistema **Xscribe**, siga estas instrucciones.



1. Conecte el cable RS-232 (SunTech referencia 91-0013-00) al conector de 9 contactos situado en el panel posterior de **Tango M2** y el otro extremo al puerto COM 2 de la parte posterior de la CPU de **Xscribe**.
O BIEN
Conecte el cable USB al panel posterior del **Tango M2** y el otro extremo a cualquier puerto USB disponible en la parte posterior de la CPU de **Xscribe**.
2. Conecte el cable de activación de ECG (número de referencia de SunTech 91-0011-00) a la conexión de ECG externa BNC del panel posterior del **Tango M2** y el otro extremo a la conexión de salida TTL del módulo de activación.

NOTA: Si este puerto ya está en uso, es posible que se necesite un divisor BNC (SunTech referencia 64-0080-00).



Configuración del monitor de tensión arterial (TA) Tango M2

1. Cuando aparezca la pantalla operativa, pulse el botón **SELECT** una vez para mostrar **MAIN MENU**.
2. Use las flechas **UP/DOWN** para resaltar **MONITOR SET UP** y pulsar el botón **SELECT**.
3. Use las flechas **UP/DOWN** para resaltar **STRESS SYSTEM** y pulse el botón **SELECT**.
4. Use las flechas **UP/DOWN** para desplazarse por la lista hasta que se resalte **X-Scribe** y pulse el botón **SELECT** para confirmar.
5. Use las flechas **UP/DOWN** para seleccionar **EXIT** dos veces para volver a la pantalla operativa.

Configuración del sistema Xscribe

1. Mientras se muestra la Fase de observación, seleccione el botón **Configuración** para mostrar el menú emergente Local Settings.
2. En la lista desplegable BP Equipment, seleccione **Tango o Tango M2** y haga clic en **OK**.

La configuración seleccionada se recordará para todas las futuras pruebas de esfuerzo. Sin embargo, esta selección se puede modificar en cada examen. En la ventana emergente BP también hay que cambiar de TA automática a manual mediante la casilla de verificación cuando sea necesario durante un examen.

Ahora se iniciará automáticamente el control de entrada de la tensión arterial de **Xscribe** para las fases Ejercicio y Recuperación, y obtendrá lecturas de TA y, opcionalmente, valores de SpO2 del monitor de TA SunTech **Tango**.

Consulte la guía del usuario de TA de esfuerzo de SunTech **Tango+** o **Tango M2** incluida con el monitor de TA para obtener información sobre las indicaciones de uso, las advertencias y contraindicaciones, el funcionamiento del monitor de TA, la preparación del paciente, el mantenimiento e información para la solución de problemas. Esta información también está disponible en el sitio web de SunTech Medical: www.suntechmed.com.

TABLA DE ASIGNACIÓN DE FUNCIONES DE LOS USUARIOS

	IT Admin	Clinical Admin	Schedule Procedure	Patient Hookup	Prepare Report
Pantalla principal					
Programa / Órdenes	No	Sí	Sí	No	No
Start a Stress Test	No	No	No	Sí	No
Exam Search	No	Sí	No	No	Sí
User Preferences	Sí - Sin filtro de estado	Sí - Sin filtro de estado	Sí - Sin filtro de estado	Sí - Solo filtro adquirido	Sí - Solo filtro adquirido y editado
System Configuration	Sí - Sin Configuración de modalidad, CFD o Configuración de informes	Sí - Seguimiento de auditoría, Registros de servicio, Configuración de informes, Configuración de modalidad y CFD	Sí - Solo Registros de servicio	Sí - Solo Registros de servicio	Sí - Solo Registros de servicio
Exam Search					
Editar	No	No	No	No	Sí - Solo exámenes adquiridos y editados
Informe	No	No	No	No	No
Copiar offline	No	Sí	No	No	No
Abrir offline	No	No	No	No	Sí
Exportar	No	No	No	No	No
Conciliar	No	Sí (solo Firmado)	No	No	No
Archivado	No	Sí	No	No	No
Eliminar	No	Sí	No	No	No
Edición de permisos					
Tablas resumen	No	No	No	No	Sí
Sección Conclusiones	No	No	No	No	Diagnóstico, Motivo de finalización y Técnico
Patient Data	No	No	No	Campos Paciente y Contacto - solo después de la adquisición	ID admisión, Indicaciones, Médico que deriva, Tipo de procedimiento, Ubicación, Notas y Técnico
Page Review	No	No	No	No	Sí - Ver/Añadir/Editar eventos e imprimir
Actualizar estado del examen	No	No	No	Solo adquirido	Solo editado

TABLA DE ASIGNACIÓN DE FUNCIONES DE LOS USUARIOS

	Review and Edit Report	Sign Report	Edit Conclusions	Export Report	View Exams/Reports
Pantalla principal					
Programa / Órdenes	No	No	No	No	No
Start a Stress Test	No	No	No	No	No
Exam Search	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
User Preferences	Sí	Sí	Sí - Solo filtro adquirido y editado	Sí - Sin filtro de estado	Sí - Sin filtro de estado
System Configuration	Sí - Solo Registros de servicio	Sí - Solo Registros de servicio	Sí - Solo Registros de servicio	Sí - Solo Registros de servicio	Sí - Solo Registros de servicio
Exam Search					
Editar	Sí - solo exámenes adquiridos, editados o revisados	Sí	Sí - Solo exámenes adquiridos y editados	No	Sí
Informe	No	No	No	No	Sí - solo exámenes revisados y firmados
Copiar offline	No	No	No	No	No
Abrir offline	Sí	Sí	Sí	No	Sí
Exportar	No	No	No	Sí - solo exámenes revisados y firmados	No
Conciliar	Sí (no firmados)	Sí (no firmados)	No	No	No
Archivado	No	No	No	No	No
Eliminar	No	No	No	No	No
Edición de permisos					
Tablas resumen	No	No	No	No	No
Sección Conclusiones	Síntomas y conclusiones	Síntomas y conclusiones	Síntomas y conclusiones	No	No
Patient Data	No	No	No	No	No
Page Review	Sí - ver e imprimir solamente	Ver e imprimir solamente	Sí - ver e imprimir solamente	No	Sí - ver e imprimir solamente
Actualizar estado del examen	Solo revisados	Solo firmados	Solo editado	No	No - no aparece la pantalla

CONFIGURACIÓN DE INTERCAMBIO DE DATOS DE XSCRIBE

Interfaces de intercambio de datos

Xscribe puede intercambiar datos con otros sistemas de información utilizando el intercambio de archivos y/o **DICOM**. **HL7** también es posible añadiendo **HL7** Gateway de Baxter a la solución.


Todo el intercambio de datos lo lleva a cabo el servidor central de **Xscribe** (conocido como Modality Manager); todas las estaciones de trabajo **Xscribe** conectadas al servidor Q-Stress exclusivo comparten la misma configuración de intercambio de datos.

Glosario


Término	Definición
Prueba solicitada	Prueba diagnóstica que ha solicitado electrónicamente un cuidador autorizado. La programación puede ser un paso independiente o bien el sistema de órdenes puede llevar implícito que se realice "ahora".
Prueba programada	Una prueba solicitada que también se ha programado para su realización en un momento específico. Puede programarse para hacerse ahora, a cualquier hora de hoy, en una fecha específica y/o a una hora específica.
Servidor de Xscribe o Modality Manager	La base de datos usada para organizar y almacenar datos de pacientes y pruebas. Puede residir en el ordenador local de Xscribe , en un ordenador remoto de Xscribe o en un servidor central. Un Xscribe está asociado con un solo servidor de Xscribe (Modality Manager).
Prueba ad hoc	Prueba realizada sin orden electrónica.
Escritorio de Xscribe	El escritorio de la aplicación que muestra iconos para tareas tales como realizar una prueba, editar una prueba, buscar una prueba, buscar un paciente, etc.
SCP	Service Class Provider. En DICOM , se trata del "servidor" que escucha conexiones de los clientes.
SCU	Service Class User. En DICOM , se trata del "cliente" que inicia la conexión con el SCP.
MWL	Lista de trabajo de modalidad de DICOM .

Topologías de red


La instalación más sencilla es una instalación completa de **Xscribe** con un servidor local.




Se puede conectar en red un reducido número de estaciones de revisión con un **Xscribe** que aloje al servidor central (Modality Manager).



Se puede alojar un servidor de **Xscribe** central exclusivo en un hardware de servidor con cualquier número de estaciones de trabajo **Xscribe** como clientes. Cualquier sistema de información de otros fabricantes puede intercambiar archivos XML y PDF con el servidor de **Xscribe**.




Se puede añadir un **HL7 Gateway** de Baxter a la solución para permitir el intercambio de mensajes **HL7** entre sistemas HIS y EMR y el servidor **Xscribe** central.



CONFIGURACIÓN DE INTERCAMBIO DE DATOS DE XSCRIBE

El Modality Manager central puede intercambiar mensajes **DICOM** con un sistema PACS de cardiología.



DICOM


Si el servidor de **Xscribe** se configura para **DICOM**, toda la información de pruebas solicitadas/programadas procede del MWL SCP. Si hay que realizar una prueba ad hoc, solo tiene que iniciar la prueba e introducir en ese momento la nueva información demográfica.

Configuración de DICOM


Los usuarios de **Xscribe** con permiso “IT Administrator” pueden realizar la configuración de **DICOM** del servidor de **Xscribe**. Inicie sesión en cualquier ordenador **Xscribe** asociado con el servidor de **Xscribe** que desea configurar. Inicie cualquiera de las estaciones de **Xscribe** para iniciar un escritorio de **Xscribe**. Haga clic en **Configuración del sistema**.



A continuación, seleccione **DICOM Settings**.




La configuración **DICOM** está organizada en 3 fichas: SCP Settings, Storage Settings y Miscellaneous.



SCP Settings

La configuración de Service Class Provider (SCP) contiene los ajustes de comunicación usados para Modality Worklist (MWL), C-STORE, Modality Performed Procedure Step (MPPS) y Storage Commitment.



SCP	Ajuste	Descripción
Modality Worklist (MWL)	Enable MWL	Seleccione para activar MWL.
	SCP Host Name or IP	Nombre de host DNS o dirección IP de SCP.
	SCP TCP Port Number	Número de puerto TCP/IP del servicio MWL.
	SCP AE Title	Título de entidad de aplicación (AE) del SCP.
C-STORE	Enable Storage	Active para permitir el almacenamiento de resultados (PDF encapsulado para informes de esfuerzo). Esta casilla de verificación permite el almacenamiento para todas las estaciones de trabajo Xscribe conectadas al Modality Manager central.
	SCP Host Name or IP	Nombre de host DNS o dirección IP de SCP. Si también se activa Storage Commitment, se comunicará con este mismo host SCP.
	SCP TCP Port Number	Número de puerto TCP/IP del servicio de almacenamiento.
	SCP AE Title	Título de entidad de aplicación (AE) del SCP. Si también se activa Storage Commitment, se comunicará con este mismo título AE.
Modality Performed Procedure Step (MPPS)	Enable MPPS	Active para permitir mensajes de estado MPPS.
	SCP Host Name or IP	Nombre de host DNS o dirección IP de SCP.
	SCP TCP Port Number	Número de puerto TCP/IP del servicio MPPS.
	SCP AE Title	Título de entidad de aplicación (AE) del SCP.
Storage Commitment	Enable Storage Commitment	Active para permitir Storage Commitment.
	SCP TCP Port Number	Número de puerto TCP/IP del servicio Storage Commitment.
	SCU Response TCP Port Number	Puerto TCP/IP que usará el servidor Xscribe para escuchar respuestas de Storage Commitment.

Storage Settings

Esta configuración especifica cómo almacenar los resultados de las pruebas.

The screenshot shows the 'DICOM Connectivity Configuration' dialog box with the 'Storage Settings' tab selected. The interface includes tabs for 'SCP Settings', 'Storage Settings' (selected), and 'Miscellaneous'. Under 'Storage Settings', there are four input fields: 'Encapsulated PDF Modality' (set to 'ECG'), '12-Lead ECG Waveform Modality' (set to 'ECG'), 'Institution Name' (set to 'DEMO HOSPITAL'), and 'Station Name' (set to 'STRESS SYSTEMS'). Below these fields are two checkboxes: ' Delete exams after successful report storage' (unchecked) and ' New Series Instance UID'.


Ajuste	Etiqueta DICOM	Descripción
Encapsulated PDF Modality	(0008,0060)	Valor de modalidad almacenado en objetos PDF encapsulados a partir de las pruebas de esfuerzo. Normalmente configurado en "ECG".
12-Lead ECG Waveform Modality	(0008,0060)	Valor de modalidad almacenado en los objetos de forma de onda ECG de 12 derivaciones a partir de pruebas de ECG en reposo. Normalmente configurado en "ECG".
Institution Name	(0008,0080)	Nombre de la institución o departamento que realizó la prueba.
Station Name	(0008,1010)	Nombre de la estación que realizó la prueba. El nombre de la estación se configura para cada estación de trabajo en Local Settings y usa de forma predeterminada el nombre del ordenador cuando no lo configura el usuario. El texto introducido en este campo Storage Settings solo se usa cuando el campo Local Settings Station Name está en blanco.
Delete exams after successful report storage		Compruebe si los datos del examen deben eliminarse automáticamente una vez almacenado el PDF DICOM o la forma de onda. Utilice esta opción solo si está seguro de que nunca va a tener que corregir más tarde los resultados de la prueba. Esta opción solo está activa si se usa Storage Commitment.
New Series Instance UID		Cuando está activado, si los resultados de la prueba se corrigen y vuelven a firmar, se asignará al PDF DICOM o a la forma de onda un Series Instance UID distinto a los anteriores usados para esta prueba.
Enable file export on storage		Compruebe si hay que exportar archivos PDF y XML. También hay que seleccionar la casilla "Enable Storage" en la ficha SCP Setting.
Export Folder Path		Ruta en la que deben ubicarse los archivos PDF y XML cuando se firme la prueba. Puede ser una ruta UNC a un recurso compartido de archivos de red.

CONFIGURACIÓN DE INTERCAMBIO DE DATOS DE XSCRIBE

Ajuste	Etiqueta DICOM	Descripción
Export User Name		El nombre de usuario que se debe usar al escribir en la carpeta de exportación.
Export Password		La contraseña correspondiente para el nombre de usuario.
Export Domain		El dominio al que pertenece el nombre de usuario.

Configuración de Miscellaneous

Esta ficha contiene otros ajustes.




Ajuste	Descripción
Database Check Interval	<p>Especifica el número de segundos entre cada consulta MWL.</p> <p>Nota: Cuando una estación de trabajo Xscribe muestra la MWL, no muestra la lista que acaba de recuperar del SCP de la MWL, sino que muestra el MWL recuperado más recientemente por el servidor Xscribe. Si el intervalo está configurado en 30 segundos, el MWL mostrado por Xscribe tiene con máximo una antigüedad de 30 segundos. Si está configurado en 600 segundos, puede tener una antigüedad de hasta 10 minutos. El uso de un número pequeño asegura que la lista esté actualizada. No obstante, un número pequeño podría sobrecargar el SCP de MWL con consultas frecuentes.</p>

Configuración de MWL

Los usuarios de **Xscribe** con permiso “IT Administrator” pueden realizar la configuración de **DICOM** del servidor de **Xscribe**. Inicie sesión en cualquier ordenador **Xscribe** asociado con el servidor que desea configurar. Inicie cualquiera de las estaciones de trabajo **Xscribe** para iniciar un escritorio de **Xscribe**. Haga clic en **Configuración del sistema**.



MWL Settings se define para cada grupo; por ello, primero debe seleccionar el grupo adecuado y, después, **MWL Settings**.



La configuración de MWL es para filtrar los elementos MWL que el servidor **Xscribe** busca desde el SCP de MWL.

Dado que esta configuración es global para todos los elementos MWL para todos los **Xscribe** asociados con este servidor **Xscribe**, la consulta debe ser bastante amplia.

Los únicos ajustes que especifican qué elementos MWL van a las estaciones de trabajo **Xscribe** individuales son las Requested Procedure Description Lists. Ahí mostrará las descripciones de los procedimientos para los procedimientos que admiten dichas estaciones de trabajo en particular.

CONFIGURACIÓN DE INTERCAMBIO DE DATOS DE XSCRIBE

Ajuste	Etiqueta DICOM	Descripción
Modality	(0008,0060)	Configurado normalmente en "ECG".
Institution Name	(0008,0080)	Nombre de la institución o departamento donde se ha realizado el pedido o donde debe realizarse.
Scheduled Station Name	(0040,0010)	Nombre de la estación DICOM programada para realizar la prueba.
Scheduled Procedure Step Location	(0040,0011)	Ubicación donde la prueba está programada para su realización.
Current Patient Location	(0038,0300)	La ubicación actual del paciente, p. ej., el número de habitación para un paciente ingresado.
Requested Procedure Location	(0040,1005)	Ubicación donde se ha solicitado que se realice la prueba.
Scheduled Procedure Step ID	(0040,0009)	El ID del paso de procedimiento programado.
Scheduled Procedure Step Description	(0040,0007)	La descripción de texto del paso de procedimiento programado.
Requested Procedure ID	(0040,1001)	El ID del procedimiento solicitado.
Scheduled Station AE Title	(0040,0001)	Título AE del sistema programado para realizar la prueba.
User Tag Value		Cualquier etiqueta y valor que aún no se haya indicado en otros parámetros puede configurarse aquí.
Scheduled Procedure Start Date (days past)	(0040,0002)	Días que faltan para hoy. 0 = todas las fechas, 1 = días anteriores como mínimo.
Scheduled Procedure Start Date (days future)	(0040,0002)	Días en el futuro. 0 = todas las fechas, 1 = días en el futuro como mínimo.
Holter Requested Procedure Description List	(0032,1060)	Lista de las descripciones de procedimientos Holter solicitados, separadas por comas.
Resting Requested Procedure Description List	(0032,1060)	Lista de las descripciones de procedimientos de ECG en reposo solicitados, separadas por comas.
Stress Requested Procedure Description List	(0032,1060)	Lista de las descripciones de procedimientos de esfuerzo solicitados, separadas por comas.
Default Modality		La modalidad que se debe asumir si un elemento MWL no tiene una Requested Procedure Description.

Eventos DICOM

La tabla siguiente muestra cuándo se llevan a cabo las transacciones **DICOM**.

Transacción DICOM	Xscribe
Modality Worklist C-FIND	Consulta realizada periódicamente de acuerdo con “Database Check Interval”
PDF o Waveform C-STORE Storage Commitment	Cuando cambia el estado a Signed con el cuadro de diálogo “Finalize Exam Update”.
MPPS IN PROGRESS	Después de iniciar un examen asociado a una solicitud.
MPPS DISCONTINUED	Después de que se cancele un examen asociado a una solicitud.
MPPS COMPLETED	Después de realizar una nueva prueba y de cambiar el estado con el cuadro de diálogo “Finalize Exam Update”.

Eco DICOM

La configuración de comunicaciones de **DICOM** puede verificarse con **DICOM Test Utility**, que se encuentra en el menú **Mortara Modality Manager** en el menú Inicio de **Windows**. Para realizar una prueba Eco **DICOM**, haga clic en el botón “Run Test”. Mostrará el estado de las pruebas Eco **DICOM** en Storage SCP, MWL SCP y MPPS SCP. Haga clic en el botón “Exit” cuando termine de visualizar los resultados.

Intercambio de archivos

Si Modality Manager está configurado para XML Connectivity, la información de pruebas programadas puede recibirse en archivos XML o el usuario puede programar pruebas con el ícono Schedule/Order de **Xscribe** Desktop. Los archivos se exportan automáticamente si cumplen los criterios definidos para la configuración de Workflow Config Export Status.

Los archivos se pueden exportar manualmente en cualquier momento desde el cuadro de diálogo “Exam Search”. Busque la prueba que desea exportar, resáltele y haga clic en **Exportar**. Esta exportación manual solamente está disponible para las pruebas que cumplan los criterios definidos para la configuración de Workflow Config Export Status.

Ajuste	Descripción
Import directory	Si las órdenes se van a enviar a Modality Manager como archivos XML, esta es la ruta completa a la carpeta donde se van a colocar los archivos XML.
Export directory	Especifique la ruta completa a la carpeta en la que se deben colocar los archivos XML y PDF cuando se firme cada informe de prueba.
User Name	Es el nombre de la cuenta de dominio Windows que se debe usar para escribir archivos en la carpeta de exportación. Si se deja en blanco, para escribir los archivos se usará la cuenta de servicio predeterminada.
Password	La contraseña de la cuenta que va con User Name.
Domain	El nombre del dominio para la cuenta de User Name.
Site Number	Se trata del “Site Number” de UNIPRO. Xscribe no lo utiliza.

XScribe Export Q-Exchange XML (v3.6)

Etiqueta XML	Descripción
/StressTest	
Q-Stress_Final_Report LCID="1033"UNC	Nombre de ruta completa de archivos PDF de exportación y archivado.
./message_id	Mensaje que se exporta sin edición desde el sistema.
./expansion_field_1 a 4	Cuatro campos para uso del cliente.
./order_number	Número de solicitud de prueba emitido por un sistema externo.
./billing_codes	Tres campos de código de factura para facturación.
./machine_id	Identificador exclusivo de un sistema en particular.
./software version	Descripción de la versión de software.
/StressTest/Summary	
./EvIDProductName	Descripción del dispositivo o del product.
./EvIDStudyKey	GUID para identificar el estudio de manera exclusive.
./EvIDPatientLastName	Apellidos del paciente.
./EvIDPatientFirstName	Nombre del paciente.
./EvIDPatientMiddleName	Segundo nombre del paciente.
./EvIDPatientMRN	Número de identificación permanente del paciente.
./EvIDPatientAccount	Número de cuenta (visita) del paciente.
./EvIDPatientSSN	Número de la Seguridad Social del paciente.
./EvIDStudyAcqDateISO	Fecha de obtención del examen en formato ISO.
./EvIDStudyAcqTimeISO	Hora de obtención del examen en formato ISO.
./EvIDStudyInstitution	Nombre de la institución.
./EvIDStudyInstitutionID	Número de la institución.
./EvIDStudyDepartment	Departamento de la institución.
./EvIDStudyDepartmentID	Número de departamento de la institución.
./EvIDStudyInstitutionAddress1	Dirección postal de la institución.
./EvIDStudyInstitutionAddress2	Segunda línea de la dirección postal de la institución.
./EvIDStudyInstitutionCity	Localidad.
./EvIDStudyInstitutionState	Estado.
./EvIDStudyInstitutionZipCode	Código postal.
./EvIDStudyInstitutionZipCountry	País.
./EvIDStudySite	Ubicación del estudio en una institución.
./EvIDStudyAttendingPhysicianEntry	Nombre del médico a cargo.
./EvIDStudyReferringPhysicianEntry	Nombre del médico que deriva
./EvIDStudyTechnicianEntry	Nombre del técnico.
./EvIDPatientDOBISO	Fecha de nacimiento del paciente en formato ISO, aaaa-MM-dd.
./EvIDPatientAge	Edad del paciente en el momento del examen.
./EvIDAgeUnit	Unidades de edad del paciente.

CONFIGURACIÓN DE INTERCAMBIO DE DATOS DE XSCRIBE

Etiqueta XML	Descripción
./ EvIDPatientGender	Sexo del paciente.
./ EvIDPatientHeightValue	Altura del paciente en el momento del examen.
./ EvIDHeightUnit	<ul style="list-style-type: none"> • in = pulgadas • cm = centímetros
./ EvIDPatientWeightValue	Peso del paciente en el momento del examen.
./ EvIDWeightUnit	<ul style="list-style-type: none"> • lbs = libras • kg = kilogramos
./ EvIDPatientAddress1	Dirección particular del paciente.
./ EvIDPatientAddress2	Segunda línea de la dirección particular del paciente.
./ EvIDPatientCity	Localidad del paciente.
./ EvIDPatientState	Estado del domicilio del paciente.
./ EvIDPatientZipCode	Código postal del domicilio del paciente.
./ EvIDPatientCountry	País de residencia del paciente.
./ EvIDPatientAddress1Mailing	Dirección particular del paciente (postal). *NS
./ EvIDPatientAddress2Mailing	Segunda línea de la dirección particular del paciente (postal). *NS
./ EvIDPatientCityMailing	Localidad del paciente (postal). *NS
./ EvIDPatientStateMailing	Estado del domicilio del paciente (postal). *NS
./ EvIDPatientZipCodeMailing	Código postal del domicilio del paciente (postal). *NS
./ EvIDPatientCountryMailing	País de residencia del paciente (postal). *NS
./ EvIDPatientAddress1Office	Dirección del paciente (trabajo). *NS
./ EvIDPatientAddress2Office	Segunda línea de la dirección del paciente (trabajo). *NS
./ EvIDPatientCityOffice	Localidad del paciente (trabajo). *NS
./ EvIDPatientStateOffice	Estado del paciente (trabajo). *NS
./ EvIDPatientZipCodeOffice	Código postal del domicilio del paciente (trabajo). *NS
./ EvIDPatientCountryOffice	País de residencia del paciente (trabajo). *NS
./ EvIDPatientPhone	Número de teléfono particular del paciente.
./ EvIDPatientPhoneWork	Número de teléfono del trabajo del paciente.
./ EvIDPatientMedicationEntry	Nombre de medicamento(s) del paciente, repetido hasta 12 veces. Cada nombre termina en coma y va seguido de dosis, frecuencia, método.
./ EvIDStudyTargetRate	Frecuencia cardíaca objetivo para el estudio.
./ EvIDStudyMaxPredictedRate	Frecuencia cardíaca predicha máxima.
./ EvIDFinalMaxHR	Frecuencia cardíaca máxima del informe final.
./ EvIDFinalRestingHR	Frecuencia cardíaca en reposo para el estudio.
./ EvIDFinalMaxSysBP	TA sistólica máxima del informe final.
./ EvIDFinalRestingDiaBP	TA diastólica en reposo para el estudio.
./ EvIDFinalMaxDiaBP	TA diastólica máxima del informe final.
./ EvIDFinalRestingSysBP	TA sistólica en reposo para el estudio.
./ EvIDFinalMaxBPStage	Nombre de fase en la cual ha tenido lugar la TA sistólica/diastólica pico.
./ EvIDProtocol	Nombre del protocolo al final de la prueba.

CONFIGURACIÓN DE INTERCAMBIO DE DATOS DE XSCRIBE

Etiqueta XML	Descripción
./EvIDEExerciseDevice	Cinta de andar, ergómetro o farmacológico.
./EvIDFinalMaxHRxBP	Producto doble del informe final.
./EvIDFinalOverallWCslopeValue	Valor de pendiente de ST del peor caso. *NS
./EvIDFinalOverallWCslopeLead	Derivación de pendiente de ST del peor caso. *NS
./EvIDFinalOverallWClevelValue	Valor del nivel de ST del peor caso.
./EvIDFinalOverallWClevelLead	Derivación de nivel de ST del peor caso.
./EvIDFinalTotalExerciseTime	Tiempo total del ejercicio del informe final en minutos:segundos.
./EvIDFinalTotalMETsAchieved	MET totales del informe final.
./EvIDLastProtocolStageAchieved	Última etapa de protocolo conseguida.
./EvIDReasonForTest	Razón para el examen de esfuerzo cardíaco.
./EvIDReasonForEndingTest	Motivo para finalizar el examen.
./EvIDTestObservation	Síntomas y observaciones durante el examen.
./EvIDTestConclusion	Resumen de conclusiones del examen de esfuerzo.
./EvIDEExerDevWkldLabel	Unidades de ergómetro para carga de trabajo. *NS
./EvIDPatientDiagnosisEntry	Entradas para diagnóstico del paciente.
./EvIDPatientProcedureEntry	Entradas para procedimientos.
./EvIDPatientRestingECGEntry	Entradas para ECG en reposo. *NS
./EvIDSmoker	Estado de fumador del paciente.
./EvIDDiabetes	Estado de diabetes del paciente.
./EvIDEExerciseAngina	Índice de angina de la cinta de andar de Duke.
./IDActiveLifeStyle	Indicación del estado del estilo de vida del paciente. *NS
./EvIDLDLCholesterol	Indicación del estado del colesterol LDL del paciente. *NS
./EvIDHDLCholesterol	Indicación del estado del colesterol HDL del paciente. *NS
./EvIDDukeScore	Puntuación de la cinta de andar de Duke.
./EvIDFAIScore	Puntuación de trastorno aeróbico funcional.
/StressTest/Tabular	
	Una línea tabular por etapa. Una por línea de RESUMEN DE ETAPA del informe de esfuerzo final. Cada línea notifica valores al final de dicha etapa.
./EvIDExStage\stage_time\id	Etapa para la cual los siguientes eventos han tenido lugar y el ID para dicha etapa.
./EvIDComment	Descripción del suceso.
./EvIDExTotalStageTime	Tiempo dentro de la etapa en la que han tenido lugar los siguientes eventos.
./EvIDLogCurrentHR	Frecuencia cardíaca.
./EvIDLogCurrentBP	TA en mmHg.
./EvIDLogHRxBP	Producto doble.
./EvIDExTreadmillSpeed unit	Velocidad de la cinta de andar.

CONFIGURACIÓN DE INTERCAMBIO DE DATOS DE XSCRIBE

Etiqueta XML	Descripción
./ EvIDExTreadmillGrade unit	Inclinación de la cinta de andar.
./ EvIDExErgometer	Carga de trabajo del ergómetro.
./ EvIDSTLevel lead	Muestra cada derivación y su correspondiente medida de nivel de ST en cada etapa.
./ EvIDSTSlope lead	Muestra cada derivación y su correspondiente medida de pendiente de ST en cada etapa.

*NS – Indica que este campo no está admitido.

Xscribe Data Import Q-Exchange XML (v3.6)

Nombre del elemento de datos	Descripción
qs:message_id	Mensaje importado y exportado sin edición del sistema Xscribe . Se usa para seguimiento; tipo de datos xs:string; caracteres alfanuméricos Longitud de caracteres mín.: 0, Longitud de caracteres máx.: 40 Datos no obligatorios
qs:expansion_field_1 a 4	Cuatro campos para uso del cliente. Se importa y exporta sin ninguna edición desde Xscribe . Se usa para seguimiento; tipo de datos xs:string; caracteres alfanuméricos Longitud de caracteres mín.: 0, Longitud de caracteres máx.: 40 Datos no obligatorios
qs:order_number	Número de solicitud de prueba emitido por HIS y necesario para el ID de prueba en facturación. tipo de datos xs:string; caracteres alfanuméricos Longitud de caracteres mín.: 0, Longitud de caracteres máx.: 40 Datos no obligatorios
qs:billing_code	Campo de código de factura. tipo de datos xs:string; caracteres alfanuméricos Longitud de caracteres mín.: 0, Longitud de caracteres máx.: 20 Datos no obligatorios
qs:patient_last_name	Apellidos del paciente tipo de datos xs:string; caracteres alfanuméricos Longitud de caracteres mín.: 1, Longitud de caracteres máx.: 40 Datos no obligatorios
qs:patient_first_name	Nombre del paciente tipo de datos xs:string; caracteres alfanuméricos Longitud de caracteres mín.: 0, Longitud de caracteres máx.: 40 Datos no obligatorios
qs:patient_middle_name	Segundo nombre del paciente tipo de datos xs:string; caracteres alfanuméricos Longitud de caracteres mín.: 0, Longitud de caracteres máx.: 40 Datos no obligatorios
qs:patient_mm	ID permanente del paciente tipo de datos xs:string Longitud de caracteres mín.: 1, Longitud de caracteres máx.: 40 Obligatorio
qs:patient_gender	MALE, FEMALE, UNKNOWN, UNSPECIFIED tipo de datos xs:string Longitud de caracteres mín.: N/A, Longitud de caracteres máx.: N/A Datos no obligatorios

CONFIGURACIÓN DE INTERCAMBIO DE DATOS DE XSCRIBE

Nombre del elemento de datos	Descripción
	Enumeración "HOMBRE", "MUJER", "DESCONOCIDO", "NO ESPECIFICADO"
qs:patient_birth_date	Fecha de nacimiento del paciente tipo de datos xs:string Longitud de caracteres mín.: N/A, Longitud de caracteres máx.: N/A
Datos no obligatorios	Formato de fecha corto que se debe configurar en el sistema operativo para que coincida

El siguiente es un ejemplo de un archivo Q-Exchange V3.6 XML exportado de **Xscribe**:

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<Q-Stress_Final_Report
UNC="C:\CSImpExp\XnlOutputDir\X^EXMGR^auto^4704IU22_1^8_1148LK12^Anderson^Thomas^Jack^^_20170516081413_20170516082654.pdf
" LCID="1033" xmlns="http://www.quinton.com/qstress/export/V36">
<message_id>25500x23</message_id>
<expansion_field_1>string</expansion_field_1>
<expansion_field_2>string</expansion_field_2>
<expansion_field_3>string</expansion_field_3>
<expansion_field_4>string</expansion_field_4>
<order_number>4704IU22</order_number>
<billing_codes>
    <billing_code>7717$v09</billing_code>
    <billing_code>16362314</billing_code>
    <billing_code>9529e12</billing_code>
</billing_codes>
<machine_id>198313</machine_id>
<software_version>Report Manager6.2.2.52528</software_version>
<Summary>
    <EvIDProductName>Q-Stress Final Report</EvIDProductName>
    <EvIDStudyKey>{1D5EBE9D-082A-434C-BD2B-4BAD0A8F28CB}</EvIDStudyKey>
    <EvIDPatientLastName>Anderson</EvIDPatientLastName>
    <EvIDPatientFirstName>Thomas</EvIDPatientFirstName>
    <EvIDPatientMiddleName>Jack</EvIDPatientMiddleName>
    <EvIDPatientMRN>1148LK12</EvIDPatientMRN>
    <EvIDPatientAccount>11223344</EvIDPatientAccount>
    <EvIDPatientSSN></EvIDPatientSSN>
    <EvIDStudyAcqDateISO>2017-05-16</EvIDStudyAcqDateISO>
    <EvIDStudyAcqTimeISO>08.14.13</EvIDStudyAcqTimeISO>
    <EvIDStudyInstitution>testInstitution</EvIDStudyInstitution>
    <EvIDStudyInstitutionID></EvIDStudyInstitutionID>
    <EvIDStudyDepartment>Yup</EvIDStudyDepartment>
    <EvIDStudyDepartmentID></EvIDStudyDepartmentID>
    <EvIDStudyInstitutionAddress1 />
    <EvIDStudyInstitutionAddress2 />
    <EvIDStudyInstitutionCity />
    <EvIDStudyInstitutionState />
    <EvIDStudyInstitutionZipCode />
    <EvIDStudyInstitutionZipCountry />
    <EvIDStudySite>Room 123</EvIDStudySite>
    <EvIDStudyAttendingPhysicianEntry>Dr. Maier</EvIDStudyAttendingPhysicianEntry>
    <EvIDStudyReferringPhysicianEntry>Dr. Ramirez</EvIDStudyReferringPhysicianEntry>
    <EvIDStudyTechnicianEntry>Jones</EvIDStudyTechnicianEntry>
    <EvIDPatientDOBISO>1964-09-07</EvIDPatientDOBISO>
    <EvIDPatientAge>52</EvIDPatientAge>
    <EvIDAgeUnit>Years</EvIDAgeUnit>
    <EvIDPatientGender>MALE</EvIDPatientGender>
    <EvIDPatientHeightValue>45</EvIDPatientHeightValue>
    <EvIDHeightUnit>in</EvIDHeightUnit>
    <EvIDPatientWeightValue>145</EvIDPatientWeightValue>
    <EvIDWeightUnit>lb</EvIDWeightUnit>
    <EvIDPatientAddress1>1005 My Street</EvIDPatientAddress1>
    <EvIDPatientAddress2 />
    <EvIDPatientCity>Riverside</EvIDPatientCity>
    <EvIDPatientState>Michigan</EvIDPatientState>
    <EvIDPatientZipCode>12482</EvIDPatientZipCode>
    <EvIDPatientCountry>USA</EvIDPatientCountry>
    <EvIDPatientAddress1Mailing />
    <EvIDPatientAddress2Mailing />
    <EvIDPatientCityMailing />
    <EvIDPatientStateMailing />

```

```

<EvIDPatientZipCodeMailing />
<EvIDPatientCountryMailing />
<EvIDPatientAddress1Office />
<EvIDPatientAddress2Office />
<EvIDPatientCityOffice />
<EvIDPatientStateOffice />
<EvIDPatientZipCodeOffice />
<EvIDPatientCountryOffice />
<EvIDPatientPhone>913-965-5851</EvIDPatientPhone>
<EvIDPatientPhoneWork>819-436-9332</EvIDPatientPhoneWork>
<EvIDPatientMedicationEntry>Aspirin, ,,</EvIDPatientMedicationEntry>
<EvIDStudyTargetRate>139</EvIDStudyTargetRate>
<EvIDStudyMaxPredictedRate>171</EvIDStudyMaxPredictedRate>
<EvIDFinalPercentMaxHR>70</EvIDFinalPercentMaxHR>
<EvIDFinalMaxHR>120</EvIDFinalMaxHR>
<EvIDFinalRestingHR>60</EvIDFinalRestingHR>
<EvIDFinalMaxSysBP>126</EvIDFinalMaxSysBP>
<EvIDFinalRestingSysBP>125</EvIDFinalRestingSysBP>
<EvIDFinalMaxDiaBP>88</EvIDFinalMaxDiaBP>
<EvIDFinalRestingDiaBP>82</EvIDFinalRestingDiaBP>
<EvIDFinalMaxBPStage />
<EvIDProtocol>Bruce</EvIDProtocol>
<EvIDEExerciseDevice>Treadmill</EvIDEExerciseDevice>
<EvIDFinalMaxHRxBP>7560</EvIDFinalMaxHRxBP>
<EvIDFinalOverallWCslopeValue>--</EvIDFinalOverallWCslopeValue>
<EvIDFinalOverallWCslopeLead></EvIDFinalOverallWCslopeLead>
<EvIDFinalOverallWClevelValue>-0.9</EvIDFinalOverallWClevelValue>
<EvIDFinalOverallWClevelLead>V5</EvIDFinalOverallWClevelLead>
<EvIDFinalTotalExerciseTime>07:49</EvIDFinalTotalExerciseTime>
<EvIDFinalMETSAchieved>9.3</EvIDFinalMETSAchieved>
<EvIDLastProtocolStageAchieved>5</EvIDLastProtocolStageAchieved>
<EvIDReasonForTest>Abnormal ECG</EvIDReasonForTest>
<EvIDReasonForEndingTest>Completion of Protocol</EvIDReasonForEndingTest>
<EvIDTestObservation>Shortness of breath</EvIDTestObservation>
<EvIDTestConclusion>The patient was tested using the Bruce protocol for a duration of 07:49 mm:ss and achieved 9.3 METS. A maximum heart rate of 120 bpm with a target predicted heart rate of 86% was obtained at 08:10. A maximum systolic blood pressure of 126/88 was obtained at 02:40 and a maximum diastolic blood pressure of 126/88 was obtained at 00:10. A maximum ST depression of -0.9 mm in V5 occurred at 00:10. A maximum ST elevation of +0.5 mm in V2 occurred at 00:10. The patient reached target heart rate with appropriate heart rate and blood pressure response to exercise. No significant ST changes during exercise or recovery. No evidence of ischemia. Normal exercise stress test.</EvIDTestConclusion>
<EvIDExerDevWkldLabel />
<EvIDPatientDiagnosisEntry>,No issues</EvIDPatientDiagnosisEntry>
<EvIDPatientProcedureEntry>,Stress Test</EvIDPatientProcedureEntry>
<EvIDPatientRestingECGEntry />
<EvIDSmoker>Yes</EvIDSmoker>
<EvIDDiabetes>Yes</EvIDDiabetes>
<EvIDActiveLifeStyle>--</EvIDActiveLifeStyle>
<EvIDTotalCholesterol>--</EvIDTotalCholesterol>
<EvIDLDLCholesterol>--</EvIDLDLCholesterol>
<EvIDHDLCholesterol>--</EvIDHDLCholesterol>
<EvIDExerciseAngina>None</EvIDExerciseAngina>
<EvIDDukeScore>,</EvIDDukeScore>
<EvIDFAIScore>,</EvIDFAIScore>
</Summary>
<Tabular>
<Stage id="REST" stage_time="00:00">
  <EvIDExStage>REST</EvIDExStage>
  <EvIDComment>rest </EvIDComment>
</Stage>
<Stage id="REST" stage_time="01:16">
  <EvIDExStage>REST</EvIDExStage>
  <EvIDExTotalStageTime>01:16</EvIDExTotalStageTime>
  <EvIDLogCurrentHR>60</EvIDLogCurrentHR>
  <EvIDLogCurrentBP>125/82</EvIDLogCurrentBP>
  <EvIDLogHRxBP>7500</EvIDLogHRxBP>
  <EvIDExTreadmillSpeed unit="MPH">0.0</EvIDExTreadmillSpeed>
  <EvIDExTreadmillGrade unit "%">0.0</EvIDExTreadmillGrade>
  <EvIDSTLevel lead="I">-0.4</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="II">-0.5</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="III">-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="aVR">0.3</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="aVL">-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="aVF">-0.3</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V1">0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V2">0.5</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V3">-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V4">-0.6</EvIDSTLevel>

```

```

<EvIDSTLevel lead="V5">-0.9</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="V6">-0.6</EvIDSTLevel>
<EvIDSTSlope lead="I">2</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="II">3</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="III">1</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="aVR">-3</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="aVL">1</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="aVF">2</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V1">-1</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V2">-3</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V3">2</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V4">3</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V5">6</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V6">4</EvIDSTSlope>
</Stage>
<Stage id="1" stage_time="01:00">
  <EvIDEStage>STAGE 1</EvIDEStage>
  <EvIDEExTotalStageTime>01:00</EvIDEExTotalStageTime>
  <EvIDLogCurrentHR>60</EvIDLogCurrentHR>
  <EvIDLogCurrentBP>125/82</EvIDLogCurrentBP>
  <EvIDLogHRxBP>7500</EvIDLogHRxBP>
  <EvIDEExTreadmillSpeed unit="MPH">1.7</EvIDEExTreadmillSpeed>
  <EvIDEExTreadmillGrade unit "%">10.0</EvIDEExTreadmillGrade>
  <EvIDSTLevel lead="I">-0.4</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="II">-0.5</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="III">-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="aVR">0.3</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="aVL">-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="aVF">-0.3</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V1">0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V2">0.5</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V3">-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V4">-0.6</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V5">-0.9</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V6">-0.6</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTSlope lead="I">2</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="II">3</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="III">1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="aVR">-3</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="aVL">1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="aVF">2</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V1">-1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V2">-3</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V3">2</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V4">3</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V5">6</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V6">4</EvIDSTSlope>
</Stage>
<Stage id="1" stage_time="01:45">
  <EvIDComment>Manual Event Record</EvIDComment>
</Stage>
<Stage id="1" stage_time="01:45">
  <EvIDEStage>STAGE 1</EvIDEStage>
  <EvIDEExTotalStageTime>01:45</EvIDEExTotalStageTime>
  <EvIDLogCurrentHR>60</EvIDLogCurrentHR>
  <EvIDLogCurrentBP>125/82</EvIDLogCurrentBP>
  <EvIDLogHRxBP>7500</EvIDLogHRxBP>
  <EvIDEExTreadmillSpeed unit="MPH">1.7</EvIDEExTreadmillSpeed>
  <EvIDEExTreadmillGrade unit "%">10.0</EvIDEExTreadmillGrade>
  <EvIDSTLevel lead="I">-0.4</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="II">-0.5</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="III">-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="aVR">0.3</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="aVL">-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="aVF">-0.3</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V1">0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V2">0.5</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V3">-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V4">-0.6</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V5">-0.9</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V6">-0.6</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTSlope lead="I">2</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="II">3</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="III">1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="aVR">-3</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="aVL">1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="aVF">2</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V1">-1</EvIDSTSlope>

```

```

<EvIDSTSlope lead="V2">-3</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V3">2</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V4">3</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V5">6</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V6">4</EvIDSTSlope>
</Stage>
<Stage id="1" stage_time="02:00">
<EvIDEStage>STAGE 1</EvIDEStage>
<EvIDEExTotalStageTime>02:00</EvIDEExTotalStageTime>
<EvIDLogCurrentHR>60</EvIDLogCurrentHR>
<EvIDLogCurrentBP>125/82</EvIDLogCurrentBP>
<EvIDLogHRxBP>7500</EvIDLogHRxBP>
<EvIDEExTreadmillSpeed unit="MPH">1.7</EvIDEExTreadmillSpeed>
<EvIDEExTreadmillGrade unit "%">10.0</EvIDEExTreadmillGrade>
<EvIDSTLevel lead="I">-0.4</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="II">-0.5</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="III">-0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="aVR">0.3</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="aVL">-0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="aVF">-0.3</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="V1">0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="V2">0.5</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="V3">-0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="V4">-0.6</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="V5">-0.9</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="V6">-0.6</EvIDSTLevel>
<EvIDSTSlope lead="I">2</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="II">3</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="III">1</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="aVR">-3</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="aVL">1</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="aVF">2</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V1">-1</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V2">-3</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V3">2</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V4">3</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V5">6</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V6">4</EvIDSTSlope>
</Stage>
<Stage id="1" stage_time="03:00">
<EvIDEStage>STAGE 1</EvIDEStage>
<EvIDEExTotalStageTime>03:00</EvIDEExTotalStageTime>
<EvIDLogCurrentHR>60</EvIDLogCurrentHR>
<EvIDLogCurrentBP>126/88</EvIDLogCurrentBP>
<EvIDLogHRxBP>7560</EvIDLogHRxBP>
<EvIDEExTreadmillSpeed unit="MPH">1.7</EvIDEExTreadmillSpeed>
<EvIDEExTreadmillGrade unit "%">10.0</EvIDEExTreadmillGrade>
<EvIDSTLevel lead="I">-0.4</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="II">-0.5</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="III">-0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="aVR">0.3</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="aVL">-0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="aVF">-0.3</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="V1">0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="V2">0.5</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="V3">-0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="V4">-0.6</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="V5">-0.9</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="V6">-0.6</EvIDSTLevel>
<EvIDSTSlope lead="I">2</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="II">3</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="III">1</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="aVR">-3</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="aVL">1</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="aVF">2</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V1">-1</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V2">-3</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V3">2</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V4">3</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V5">6</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V6">4</EvIDSTSlope>
</Stage>
<Stage id="2" stage_time="01:00">
<EvIDEStage>STAGE 2</EvIDEStage>
<EvIDEExTotalStageTime>01:00</EvIDEExTotalStageTime>
<EvIDLogCurrentHR>90</EvIDLogCurrentHR>
<EvIDLogCurrentBP>126/88</EvIDLogCurrentBP>
<EvIDLogHRxBP>7560</EvIDLogHRxBP>

```

```

<EvIDExTreadmillSpeed unit="MPH">2.5</EvIDExTreadmillSpeed>
<EvIDExTreadmillGrade unit "%">12.0</EvIDExTreadmillGrade>
<EvIDSTLevel lead="I">-0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="II">-0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="III">-0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="aVR">0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="aVL">-0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="aVF">-0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="V1">0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="V2">0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="V3">-0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="V4">-0.3</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="V5">-0.4</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="V6">-0.3</EvIDSTLevel>
<EvIDSTSlope lead="I">1</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="II">2</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="III">1</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="aVR">-2</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="aVL">0</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="aVF">1</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V1">-1</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V2">-2</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V3">1</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V4">2</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V5">4</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V6">2</EvIDSTSlope>
</Stage>
<Stage id="2" stage_time="01:53">
  <EvIDComment>Shortness of Breath</EvIDComment>
</Stage>
<Stage id="2" stage_time="01:53">
  <EvIDExStage>STAGE 2</EvIDExStage>
  <EvIDExTotalStageTime>01:53</EvIDExTotalStageTime>
  <EvIDLogCurrentHR>90</EvIDLogCurrentHR>
  <EvIDLogCurrentBP>126/88</EvIDLogCurrentBP>
  <EvIDLogHRxBP>7560</EvIDLogHRxBP>
  <EvIDExTreadmillSpeed unit="MPH">2.5</EvIDExTreadmillSpeed>
  <EvIDExTreadmillGrade unit "%">12.0</EvIDExTreadmillGrade>
  <EvIDSTLevel lead="I">-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="II">-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="III">-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="aVR">0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="aVL">-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="aVF">-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V1">0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V2">0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V3">-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V4">-0.3</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V5">-0.4</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V6">-0.3</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTSlope lead="I">1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="II">2</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="III">1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="aVR">-2</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="aVL">0</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="aVF">1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V1">-1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V2">-2</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V3">1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V4">2</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V5">4</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V6">2</EvIDSTSlope>
</Stage>
<Stage id="2" stage_time="02:00">
  <EvIDExStage>STAGE 2</EvIDExStage>
  <EvIDExTotalStageTime>02:00</EvIDExTotalStageTime>
  <EvIDLogCurrentHR>90</EvIDLogCurrentHR>
  <EvIDLogCurrentBP>126/88</EvIDLogCurrentBP>
  <EvIDLogHRxBP>7560</EvIDLogHRxBP>
  <EvIDExTreadmillSpeed unit="MPH">2.5</EvIDExTreadmillSpeed>
  <EvIDExTreadmillGrade unit "%">12.0</EvIDExTreadmillGrade>
  <EvIDSTLevel lead="I">-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="II">-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="III">-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="aVR">0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="aVL">-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="aVF">-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V1">0.1</EvIDSTLevel>

```

```

<EvIDSTLevel lead="V2">0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="V3">-0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="V4">-0.3</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="V5">-0.4</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="V6">-0.3</EvIDSTLevel>
<EvIDSTSlope lead="I">1</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="II">2</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="III">-1</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="aVR">-2</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="aVL">0</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="aVF">1</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V1">-1</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V2">-2</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V3">1</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V4">2</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V5">4</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V6">2</EvIDSTSlope>
</Stage>
<Stage id="2" stage_time="03:00">
  <EvIDEStage>STAGE 2</EvIDEStage>
  <EvIDEExTotalStageTime>03:00</EvIDEExTotalStageTime>
  <EvIDLogCurrentHR>90</EvIDLogCurrentHR>
  <EvIDLogCurrentBP>126/88</EvIDLogCurrentBP>
  <EvIDLogHRxBP>7560</EvIDLogHRxBP>
  <EvIDEExTreadmillSpeed unit="MPH">2.5</EvIDEExTreadmillSpeed>
  <EvIDEExTreadmillGrade unit "%">12.0</EvIDEExTreadmillGrade>
  <EvIDSTLevel lead="I">-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="II">-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="III">-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="aVR">0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="aVL">-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="aVF">0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V1">0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V2">0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V3">-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V4">-0.3</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V5">-0.4</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V6">-0.3</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTSlope lead="I">1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="II">2</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="III">0</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="aVR">-2</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="aVL">1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="aVF">-1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V1">-1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V2">-2</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V3">1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V4">2</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V5">4</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V6">2</EvIDSTSlope>
</Stage>
<Stage id="3" stage_time="01:00">
  <EvIDEStage>STAGE 3</EvIDEStage>
  <EvIDEExTotalStageTime>01:00</EvIDEExTotalStageTime>
  <EvIDLogCurrentHR>119</EvIDLogCurrentHR>
  <EvIDLogCurrentBP>126/88</EvIDLogCurrentBP>
  <EvIDLogHRxBP>7560</EvIDLogHRxBP>
  <EvIDEExTreadmillSpeed unit="MPH">3.4</EvIDEExTreadmillSpeed>
  <EvIDEExTreadmillGrade unit "%">14.0</EvIDEExTreadmillGrade>
  <EvIDSTLevel lead="I">-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="II">-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="III">-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="aVR">0.0</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="aVL">-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="aVF">-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V1">0.0</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V2">0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V3">-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V4">-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V5">-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V6">-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTSlope lead="I">14</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="II">17</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="III">3</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="aVR">-15</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="aVL">5</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="aVF">10</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V1">-10</EvIDSTSlope>

```

```

<EvIDSTSlope lead="V2">-24</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V3">9</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V4">23</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V5">38</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V6">24</EvIDSTSlope>
</Stage>
<Stage id="3" stage_time="01:04">
<EvIDEStage>STAGE 3</EvIDEStage>
<EvIDEExTotalStageTime>01:04</EvIDEExTotalStageTime>
<EvIDLogCurrentHR>119</EvIDLogCurrentHR>
<EvIDLogCurrentBP>126/88</EvIDLogCurrentBP>
<EvIDLogHRxBP>7560</EvIDLogHRxBP>
<EvIDEExTreadmillSpeed unit="MPH">4.2</EvIDEExTreadmillSpeed>
<EvIDEExTreadmillGrade unit "%">16.0</EvIDEExTreadmillGrade>
<EvIDSTLevel lead="I">-0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="II">-0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="III">-0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="aVR">0.0</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="aVL">-0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="aVF">-0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="V1">0.0</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="V2">0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="V3">-0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="V4">-0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="V5">-0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="V6">-0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTSlope lead="I">14</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="II">17</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="III">3</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="aVR">-15</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="aVL">5</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="aVF">10</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V1">-10</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V2">-24</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V3">9</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V4">23</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V5">38</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V6">24</EvIDSTSlope>
</Stage>
<Stage id="4" stage_time="00:30">
<EvIDEStage>STAGE 4</EvIDEStage>
<EvIDEExTotalStageTime>00:30</EvIDEExTotalStageTime>
<EvIDLogCurrentHR>119</EvIDLogCurrentHR>
<EvIDLogCurrentBP>126/88</EvIDLogCurrentBP>
<EvIDLogHRxBP>7560</EvIDLogHRxBP>
<EvIDEExTreadmillSpeed unit="MPH">5.0</EvIDEExTreadmillSpeed>
<EvIDEExTreadmillGrade unit "%">18.0</EvIDEExTreadmillGrade>
<EvIDSTLevel lead="I">-0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="II">-0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="III">0.0</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="aVR">0.0</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="aVL">-0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="aVF">-0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="V1">0.0</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="V2">0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="V3">-0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="V4">-0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="V5">-0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="V6">-0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTSlope lead="I">14</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="II">17</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="III">3</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="aVR">-16</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="aVL">5</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="aVF">10</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V1">-10</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V2">-24</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V3">10</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V4">23</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V5">38</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V6">24</EvIDSTSlope>
</Stage>
<Stage id="5" stage_time="00:15">
<EvIDComment>Peak</EvIDComment>
</Stage>
<Stage id="5" stage_time="00:15">
<EvIDEStage>STAGE 5</EvIDEStage>
<EvIDEExTotalStageTime>00:15</EvIDEExTotalStageTime>

```

```

<EvIDLogCurrentHR>119</EvIDLogCurrentHR>
<EvIDLogCurrentBP>126/88</EvIDLogCurrentBP>
<EvIDLogHRxBP>7560</EvIDLogHRxBP>
<EvIDEExTreadmillSpeed unit="MPH">5.0</EvIDEExTreadmillSpeed>
<EvIDEExTreadmillGrade unit "%">18.0</EvIDEExTreadmillGrade>
<EvIDSTLevel lead="I">-0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="II">-0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="III">0.0</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="aVR">0.0</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="aVL">-0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="aVF">-0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="V1">0.0</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="V2">0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="V3">-0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="V4">-0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="V5">-0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="V6">-0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTSlope lead="I">14</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="II">17</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="III">3</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="aVR">-16</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="aVL">5</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="aVF">10</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V1">-10</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V2">-24</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V3">10</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V4">23</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V5">38</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V6">24</EvIDSTSlope>
</Stage>
<Stage id="RECOVERY" stage_time="00:10">
<EvIDEExStage>RECOVERY</EvIDEExStage>
<EvIDEExTotalStageTime>00:10</EvIDEExTotalStageTime>
<EvIDLogCurrentHR>119</EvIDLogCurrentHR>
<EvIDLogCurrentBP>126/88</EvIDLogCurrentBP>
<EvIDLogHRxBP>7560</EvIDLogHRxBP>
<EvIDEExTreadmillSpeed unit="MPH">1.5</EvIDEExTreadmillSpeed>
<EvIDEExTreadmillGrade unit "%">0.0</EvIDEExTreadmillGrade>
<EvIDSTLevel lead="I">-0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="II">-0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="III">-0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="aVR">0.0</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="aVL">-0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="aVF">-0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="V1">0.0</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="V2">0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="V3">-0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="V4">-0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="V5">-0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="V6">-0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTSlope lead="I">14</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="II">17</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="III">3</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="aVR">-16</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="aVL">5</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="aVF">10</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V1">-10</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V2">-24</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V3">10</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V4">23</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V5">38</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V6">24</EvIDSTSlope>
</Stage>
<Stage id="RECOVERY" stage_time="01:10">
<EvIDEExStage>RECOVERY</EvIDEExStage>
<EvIDEExTotalStageTime>01:10</EvIDEExTotalStageTime>
<EvIDLogCurrentHR>90</EvIDLogCurrentHR>
<EvIDLogCurrentBP>126/88</EvIDLogCurrentBP>
<EvIDLogHRxBP>7560</EvIDLogHRxBP>
<EvIDEExTreadmillSpeed unit="MPH">1.5</EvIDEExTreadmillSpeed>
<EvIDEExTreadmillGrade unit "%">0.0</EvIDEExTreadmillGrade>
<EvIDSTLevel lead="I">-0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="II">-0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="III">0.0</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="aVR">0.0</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="aVL">-0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="aVF">-0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="V1">0.0</EvIDSTLevel>

```

```

<EvIDSTLevel lead="V2">0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="V3">-0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="V4">-0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="V5">-0.3</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="V6">-0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTSlope lead="I">3</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="II">3</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="III">1</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="aVR">-3</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="aVL">1</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="aVF">2</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V1">-3</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V2">-4</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V3">2</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V4">3</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V5">5</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V6">4</EvIDSTSlope>
</Stage>
<Stage id="RECOVERY" stage_time="01:31">
  <EvIDComment>Bookmark-Recovering</EvIDComment>
</Stage>
<Stage id="RECOVERY" stage_time="01:31">
  <EvIDEStage>RECOVERY</EvIDEStage>
  <EvIDEExTotalStageTime>01:31</EvIDEExTotalStageTime>
  <EvIDLogCurrentHR>90</EvIDLogCurrentHR>
  <EvIDLogCurrentBP>126/88</EvIDLogCurrentBP>
  <EvIDLogHRxBP>7560</EvIDLogHRxBP>
  <EvIDEExTreadmillSpeed unit="MPH">1.5</EvIDEExTreadmillSpeed>
  <EvIDEExTreadmillGrade unit "%">0.0</EvIDEExTreadmillGrade>
  <EvIDSTLevel lead="I">-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="II">-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="III">0.0</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="aVR">0.0</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="aVL">-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="aVF">-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V1">0.0</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V2">0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V3">-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V4">-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V5">-0.3</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V6">-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTSlope lead="I">3</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="II">3</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="III">1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="aVR">-3</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="aVL">1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="aVF">2</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V1">-3</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V2">-4</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V3">2</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V4">3</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V5">5</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V6">4</EvIDSTSlope>
</Stage>
<Stage id="RECOVERY" stage_time="01:45">
  <EvIDEStage>RECOVERY</EvIDEStage>
  <EvIDEExTotalStageTime>01:45</EvIDEExTotalStageTime>
  <EvIDLogCurrentHR>90</EvIDLogCurrentHR>
  <EvIDLogCurrentBP>126/88</EvIDLogCurrentBP>
  <EvIDLogHRxBP>7560</EvIDLogHRxBP>
  <EvIDEExTreadmillSpeed unit="MPH">1.5</EvIDEExTreadmillSpeed>
  <EvIDEExTreadmillGrade unit "%">0.0</EvIDEExTreadmillGrade>
  <EvIDSTLevel lead="I">-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="II">-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="III">0.0</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="aVR">0.0</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="aVL">-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="aVF">-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V1">0.0</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V2">0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V3">-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V4">-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V5">-0.3</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V6">-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTSlope lead="I">3</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="II">3</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="III">1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="aVR">-3</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="aVL">1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="aVF">2</EvIDSTSlope>

```

CONFIGURACIÓN DE INTERCAMBIO DE DATOS DE XSCRIBE

```
<EvIDSTSlope lead="aVL">1</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="aVF">2</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V1">-3</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V2">-4</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V3">2</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V4">3</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V5">5</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope lead="V6">4</EvIDSTSlope>
</Stage>
</Tabular>
</Q-Stress_Final_Report>
```

Xscribe Export Baxter XML

Etiqueta XML	Descripción
/StressTest	
./Manufacturer	Nombre del fabricante del sistema que ha producido el informe. Siempre es "Mortara Instrument Inc."
./Version	Nombre y versión del sistema que ha producido el informe.
./PDF_Path	Ruta completa y nombre de archivo del informe exportado en formato PDF.
/StressTest/PatientDemographics	
./LastName/Value	Apellidos del paciente.
./FirstName/Value	Nombre del paciente.
./MiddleName/Value	Segundo nombre del paciente.
./ID/Value	Número de registro médico principal del paciente.
./SecondaryID/Value	ID alternativo del paciente. Uso específico del centro.
./DOB/Value	Fecha de nacimiento del paciente en formato mostrado al usuario.
./DobEx/Value	Fecha de nacimiento del paciente en formato XML, aaaa-MM-dd.
./Age/Value	Edad del paciente en el momento del examen.
./Age/Units	Siempre years .
./TargetHR/Value	Frecuencia cardíaca objetivo que se desea alcanzar en este examen.
./TargetHR/Units	Siempre BPM (pulsaciones por minuto).
./Gender/Value	Sexo del paciente. Los valores pueden ser: <ul style="list-style-type: none"> • Male • Female • Unknown
./Race/Value	La raza del paciente, de acuerdo con la definición en CFD. En inglés, las opciones predeterminadas de fábrica son: <ul style="list-style-type: none"> • Caucasian • Negro • Oriental • Hispanic • American Indian • Aleut • Hawaiian • Pacific Islander • Mongolian • Asian
./Height/Value	Altura del paciente en el momento del examen.
./Height/Units	<ul style="list-style-type: none"> • in = pulgadas • cm = centímetros
./Weight/Value	Peso del paciente en el momento del examen.
./Weight/Units	<ul style="list-style-type: none"> • lbs = libras • kg = kilogramos
./Address/Value	Dirección particular del paciente. Calle y número.
./City/Value	Localidad del paciente

CONFIGURACIÓN DE INTERCAMBIO DE DATOS DE XSCRIBE

Etiqueta XML	Descripción
./State/Value	Estado del domicilio del paciente.
./PostalCode/Value	Código postal del domicilio del paciente.
./Country/Value	País de residencia del paciente
./HomePhone/Value	Número de teléfono particular del paciente.
./WorkPhone/Value	Número de teléfono del trabajo del paciente.
./ReferringPhysician/Value	Nombre completo del médico que deriva.
./AttendingPhysician/Value	Nombre completo del médico a cargo del examen.
./Authenticator/Value	Nombre completo del signatario no legal.
./LegalAuthenticator/Value	Nombre completo del signatario legal.
./RequestedProcedureDesc/Value	Descripción del procedimiento solicitado. Se muestra en la interfaz de usuario como un tipo de procedimiento.
./Smoker/Value	Los valores pueden ser: <ul style="list-style-type: none">• Sí• No• Unknown
./Diabetic/Value	Los valores pueden ser: <ul style="list-style-type: none">• Sí• No• Unknown
./HistoryOfMI/Value	Los valores pueden ser: <ul style="list-style-type: none">• Sí• No• Unknown
./FamilyHistory/Value	Los valores pueden ser: <ul style="list-style-type: none">• Sí• No• Unknown
./PriorCABG/Value	Los valores pueden ser: <ul style="list-style-type: none">• Sí• No• Unknown
./PriorCath/Value	Los valores pueden ser: <ul style="list-style-type: none">• Sí• No• Unknown
./Angina/Value	Los valores pueden ser: <ul style="list-style-type: none">• Atypical• Typical• None
./Indications/Line	Existe una línea por cada indicación.
./Medications/Line	Existe una línea por cada medicamento. Texto libre o seleccionado de la lista de selección personalizable configurada en CFD. La lista de fábrica es: <ul style="list-style-type: none">• Antianginal,• Antiarrhythmic,• Anticholesterol,• Anticoagulants,• Antihypertensive,• Antihypotensive,• Aspirin,

CONFIGURACIÓN DE INTERCAMBIO DE DATOS DE XSCRIBE

Etiqueta XML	Descripción
	<ul style="list-style-type: none"> • Beta Blockers, • Calcium Blockers, • Digoxin, • Diurectics, • Nitroglycerin, • Psychotropic
./Notes/Line	Existe una línea por cada nota. Texto libre o seleccionado de la lista de selección personalizable configurada en NotesList.txt.
./MessageID/Value	Valores arrastrados a partir de las consultas XML.
./OrderNumber/Value	
./BillingCode1/Value	
./BillingCode2/Value	
./BillingCode3/Value	
./ExpansionField1/Value	
./ExpansionField2/Value	
./ExpansionField3/Value	
./ExpansionField4/Value	
./AccessionNumber/Value	
./AdmissionID/Value	ID de admisión
/StressTest/TestSummary	
./Institution/Value	Del ajuste "Dept. Footer" en la ficha Miscellaneous de User Settings.
./Protocol/Value	Nombre del protocolo de esfuerzo usado. Los valores predeterminados de fábrica son: <ul style="list-style-type: none"> • BRUCE • Ciclo • Bruce modificado • Balke • Ellestad • Naughton • Farmacológica • Low Ramp • Medium Ramp • High Ramp • Astrand • USAF/SAM 2.0 • USAF/SAM 3.3 • Time Ramp • METs Ramp • Rampa de tiempo de ciclo
./ExamDate/Value	Fecha del examen, en formato mostrado al usuario.
./ExamDateEx/Value	Fecha del examen, en formato XML, aaaa-MM-dd.
./ExamTime/Value	Hora del día local a la que comenzó el examen in hh:mm.
./ExcerciseTime/Value	Tiempo total del ejercicio en formato h:mm:ss.
./JPoint/Value	Milisegundos del punto J donde se mide el nivel de ST.
./JPoint/Unit	Siempre ms (milisegundos).

CONFIGURACIÓN DE INTERCAMBIO DE DATOS DE XSCRIBE

Etiqueta XML	Descripción
./LeadsWith100uV_ST/Value	<p>Un valor para cada derivación que tenga al menos 100 uV de elevación o depresión de ST. Los valores pueden ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I • II • III • aVR • aVL • aVF • V1 • V2 • V3 • V4 • V5 • V6
./PVCs/Value	Número total de PVC detectados durante el examen.
./DukeScore/Value	Puntuación de la cinta de andar de Duke cuando se usa el protocolo de ejercicio de Bruce. Va aproximadamente de -57 a 21.
./FAI/Value	Puntuación de trastorno aeróbico funcional, expresada como porcentaje. Se proporcionan dos valores separados por una barra inclinada /. El primer valor mostrado es para una persona de vida sedentaria (no hace deporte al menos una vez por semana de forma suficiente como para sudar); el segundo, para una persona activa (hace deporte al menos una vez a la semana de forma suficiente como para sudar).
./MaxSpeed/Value	Velocidad máxima de la cinta de andar durante el examen. Se expresa como número con unidades (p. ej., "5.0 MPH").
./MaxSpeed/Units	<ul style="list-style-type: none"> • MPH = millas por hora • km/h = kilómetros por hora
./MaxGrade/Value	Inclinación máxima de la cinta de andar durante el examen. Se expresa como número con signo de porcentaje (p. ej., "18.0%").
./MaxGrade/Units	Siempre %.
./MaxPower/Value	Potencia máxima del ergómetro durante el examen. Se expresa como número.
./MaxPower/Units	Siempre Watts.
./MaxMets/Value	METs (Equivalentes metabólicos estimados) máximos alcanzados durante la prueba.
./MaxHR/Value	Frecuencia cardíaca máxima alcanzada durante el examen.
./MaxHR/Units	Siempre BPM (pulsaciones por minuto).
./MaxSBP/Value	Tensión arterial sistólica máxima durante el examen. Se expresa como "sistólica/diastólica" (p. ej. "160/80").
./MaxSBP/SBP	Valor sistólico.
./MaxSBP/DBP	Valor diastólico.
./MaxSBP/Time	Hora de medida, desde el principio de la fase de ejercicio. Se expresa como h:mm:ss.
./MaxSBP/Units	Siempre mm Hg (milímetros de mercurio).

CONFIGURACIÓN DE INTERCAMBIO DE DATOS DE XSCRIBE

Etiqueta XML	Descripción
./MaxDBP/Value	Tensión arterial diastólica máxima durante el examen. Se expresa como “sistólica/diastólica” (p. ej. “160/80”).
./MaxDBP/SBP	Valor sistólico.
./MaxDBP/DBP	Valor diastólico.
./MaxDBP/Time	Hora de medida, desde el principio de la fase de ejercicio. Se expresa como h:mm:ss.
./MaxDBP/Units	Siempre mm Hg (milímetros de mercurio).
./MaxDoubleProduct/Value	Producto doble máximo (TA sistólica * FC) alcanzado durante el examen.
./MaxPercentTargetHR/Value	Porcentaje máximo de la frecuencia cardíaca objetivo alcanzada durante el examen.
./MaxPercentTargetHR/Unit	Siempre %.
./MaxST_Elevation/Value	Nivel de ST de la derivación con la máxima elevación durante el examen.
./MaxST_Elevation/Units	<ul style="list-style-type: none"> • mm = milímetros • uV = microvoltios
./MaxST_Elevation/Lead	Derivación que presenta la máxima elevación de ST durante el examen.
./MaxST_Elevation/Time	Tiempo transcurrido desde el principio del examen cuando se mide la máxima elevación de ST. Se expresa en formato h:mm:ss.
./MaxST_Depression/Value	Nivel de ST de la derivación con la máxima depresión durante el examen.
./MaxST_Depression/Units	<ul style="list-style-type: none"> • mm = milímetros • uV = microvoltios
./MaxST_Depression/Lead	Derivación que presenta la máxima depresión de ST durante el examen.
./MaxST_Depression/Time	Tiempo transcurrido desde el principio del examen cuando se midió la máxima depresión de ST. Se expresa en formato h:mm:ss.
./MaxST_ElevationChange/Value	Cantidad de cambio medido en la derivación que presenta el cambio de ST más positivo durante el examen.
./MaxST_ElevationChange/Units	<ul style="list-style-type: none"> • mm = milímetros • uV = microvoltios
./MaxST_ElevationChange/Lead	Derivación que presenta el cambio de ST más positivo durante el examen.
./MaxST_ElevationChange/Time	Tiempo transcurrido desde el principio del examen cuando se midió el cambio de ST más positivo. Se expresa en formato h:mm:ss.
./MaxST_DepressionChange/Value	Cantidad de cambio medido en la derivación que presenta el cambio de ST más negativo durante el examen.
./MaxST_DepressionChange/Unit	<ul style="list-style-type: none"> • mm = milímetros • uV = microvoltios
./MaxST_DepressionChange/Lead	Derivación que presenta el cambio de ST más negativo durante el examen.
./MaxST_DepressionChange/Time	Tiempo transcurrido desde el principio del examen cuando se midió el cambio de ST más negativo. Se expresa en formato h:mm:ss.
./MaxSTHR_Index/Value	El índice ST/HR máximo medido durante el examen

CONFIGURACIÓN DE INTERCAMBIO DE DATOS DE XSCRIBE

Etiqueta XML	Descripción
./ReasonsForEnd/Line	<p>Una línea por cada motivo. Texto libre o seleccionado de la lista de selección personalizable configurada en CFD. La lista predeterminada de fábrica es:</p> <ul style="list-style-type: none"> • T1 Target HR • T2 Planned Submax • T3 Chest Pain • T4 Ischemic ECG • T5 Fatigue • T6 Arm Pain • T7 Neck Pain • T8 MD Discretion • T9 Dyspnea Maximum heart rate obtained • T10 Nausea/Headache • T11 Dizziness • T12 Hypotension • T13 Vent Arrhythmia • T14 Atrial Arrhythmia • T15 Claudication • T16 Poor Motivation • T17 Syncope • T18 Completion of Infusion • T19 Completion of Protocol • T20 Other
./Symptoms/Line	Una línea por cada síntoma. Texto libre o seleccionado de la lista de selección personalizable configurada en CFD.XML
./Conclusions/Line	<p>Una línea por cada línea del bloque de conclusiones. Texto libre, plantilla o seleccionado de la lista de siglas configurada en ConclusionsList.txt. La lista predeterminada de fábrica es:</p> <ul style="list-style-type: none"> • myo Hallazgo del ECG que sugiere isquemia de miocardio • C1 No ST Changes • C2 Min Depr ST (0.5-0.9 mm) • C3 Mod ST Depr (1.0-1.9 mm) • C4 Marked Depr ST (\geq2.0 mm) • C5 ST Elevation During Exercise • C6 Non-Diagnostic TW Abn • C7 Cond Defects Appeared • C8 RBBB Appeared • C9 Inadequate BP Resp (<30) • C10 Hypertensive BP Response • C11 Inadequate HR c/w Betablocker • C12 Inadequate HR c/w Low level Exercise • C13 Normal Stress Test • C14 Abnormal Stress Test • C15 No Evidence of Ischemia • C16 Chest Pain did not Occur • C17 Atypical Chest Pain • C18 Typical Angina Occurred • C19 Exertional Hypotension • C20 Inappropriate Dyspnea • C21 ECG & Sx Typical of CAD • C22 ECG typical of CAD • C23 Sx Typical of CAD • C24 ECG and Sx Suggest CAD • C25 ECG Suggests CAD

CONFIGURACIÓN DE INTERCAMBIO DE DATOS DE XSCRIBE

Etiqueta XML	Descripción
	<ul style="list-style-type: none"> • C26 Sx Suggest CAD • C27 Markedly abnormal test c/w Extensive CAD • C28 Equivocal Study • C29 Nondiagnostic Test, Inadequate HR Response • C30 Nondiagnostic test, Pt unable to complete • C31 Nondiagnostic Test, Baseline ST depression • C32 Nondiagnostic Test, Conduction Abnormality • C33 Nondiagnostic, Technically Inadequate • C34 Baseline St Abnormality increased during Stress • C35 Baseline ST abnormality unchanged during Stress • C36 Report of Radionuclide study attached • C37 Test within normal limits
./Technician/Value	Nombre del técnico que realiza el examen de esfuerzo. Texto libre o seleccionado de la lista de selección personalizable configurada en CFD.XML
./ReviewingPhysician/Value	Nombre completo del médico que revisa el informe de esfuerzo. Texto libre o seleccionado de la lista de selección personalizable configurada en CFD.XML
/StressTest/SummaryTable	
/StressTest/SummaryTable/StageSummaryLine	Un StageSummaryLine por cada página. Uno por cada línea de la sección STAGE SUMMARY del informe de esfuerzo. Cada línea notifica valores al final de dicha etapa.
./Stage/Value	<p>Nombre de la etapa Los valores pueden ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • M-LIKAR = evento de Mason-Likar durante la fase previa al ejercicio • STANDING = Evento de pie durante la fase previa al ejercicio • HYPERV = Evento de hiperventilación durante la fase previa al ejercicio • SUPINE = Evento en supino durante la fase previa al ejercicio • START EXE = fin de la fase previa al ejercicio • STAGE 1 = fin de la etapa 1 • STAGE 2 =fin de la etapa 2 • STAGE n = fin de la etapa n, siendo n el número de la etapa • PEAK EXE = hora y valores del ejercicio pico antes de entrar en la fase de recuperación • RECOVERY = fin de 1 minuto de recuperación. Puede haber varias etapas RECOVERY, una por cada minuto. • END REC = fin de recuperación
./StageTime/Value	<p>Tiempo en el que finalizó la etapa, expresado como tiempo transcurrido desde el principio del ejercicio o fase de recuperación. El formato es:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PRE-X = etapa previa al ejercicio • EXE h:mm:ss = etapa de ejercicio • REC h:mm:ss = etapa de recuperación
./Speed/Value	Velocidad de la cinta de andar al final de la etapa.
./Speed/Unit	<ul style="list-style-type: none"> • MPH = millas por hora • km/h = kilómetros por hora

CONFIGURACIÓN DE INTERCAMBIO DE DATOS DE XSCRIBE

Etiqueta XML	Descripción
./Power/Value	Carga de trabajo del ergómetro al final de la etapa
./Power/Unit	Siempre Watts.
./Grade/Value	Inclinación de la cinta de andar al final de la etapa.
./Grade/Unit	Siempre %.
./HR/Value	Frecuencia cardíaca al final de la etapa.
./HR/Unit	Siempre BPM (pulsaciones por minuto).
./SystolicBP/Value	Última tensión arterial sistólica medida en la etapa.
./SystolicBP/Unit	Siempre mm Hg (milímetros de mercurio).
./DiastolicBP/Value	Última tensión arterial diastólica medida en la etapa.
./DiastolicBP/Unit	Siempre mm Hg (milímetros de mercurio).
./METS/Value	METs (equivalentes metabólicos estimados) al final de la etapa.
./DoubleProduct/Value	Producto doble (TA sistólica * FC) al final de la etapa.
./ST_Level/Lead_I/Value	Nivel de ST al final de la etapa.
./ST_Level/Lead_I/Unit	<ul style="list-style-type: none"> • mm = milímetros • uV = microvoltios
./ST_Level/Lead_II/Value	Nivel de ST al final de la etapa.
./ST_Level/Lead_II/Unit	<ul style="list-style-type: none"> • mm = milímetros • uV = microvoltios
./ST_Level/Lead_III/Value	Nivel de ST al final de la etapa.
./ST_Level/Lead_III/Unit	<ul style="list-style-type: none"> • mm = milímetros • uV = microvoltios
./ST_Level/Lead_aVR/Value	Nivel de ST al final de la etapa.
./ST_Level/Lead_aVR/Unit	<ul style="list-style-type: none"> • mm = milímetros • uV = microvoltios
./ST_Level/Lead_-aVR/Value	Nivel de ST al final de la etapa.
./ST_Level/Lead_-aVR/Unit	<ul style="list-style-type: none"> • mm = milímetros • uV = microvoltios
./ST_Level/Lead_aVL/Value	Nivel de ST al final de la etapa.
./ST_Level/Lead_aVL/Unit	<ul style="list-style-type: none"> • mm = milímetros • uV = microvoltios
./ST_Level/Lead_aVF/Value	Nivel de ST al final de la etapa.
./ST_Level/Lead_aVF/Unit	<ul style="list-style-type: none"> • mm = milímetros • uV = microvoltios
./ST_Level/Lead_V1/Value	Nivel de ST al final de la etapa.
./ST_Level/Lead_V1/Unit	<ul style="list-style-type: none"> • mm = milímetros • uV = microvoltios
./ST_Level/Lead_V2/Value	Nivel de ST al final de la etapa.
./ST_Level/Lead_V2/Unit	<ul style="list-style-type: none"> • mm = milímetros • uV = microvoltios

CONFIGURACIÓN DE INTERCAMBIO DE DATOS DE XSCRIBE

Etiqueta XML	Descripción
./ST_Level/Lead_V3/Value	Nivel de ST al final de la etapa.
./ST_Level/Lead_V3/Unit	<ul style="list-style-type: none"> • mm = milímetros • uV = microvoltios
./ST_Level/Lead_V4/Value	Nivel de ST al final de la etapa.
./ST_Level/Lead_V4/Unit	<ul style="list-style-type: none"> • mm = milímetros • uV = microvoltios
./ST_Level/Lead_V5/Value	Nivel de ST al final de la etapa.
./ST_Level/Lead_V5/Unit	<ul style="list-style-type: none"> • mm = milímetros • uV = microvoltios
./ST_Level/Lead_V6/Value	Nivel de ST al final de la etapa.
./ST_Level/Lead_V6/Unit	<ul style="list-style-type: none"> • mm = milímetros • uV = microvoltios
./ST_Slope/Lead_I/Value	Pendiente de la forma de onda en el punto de medida de ST.
./ST_Slope/Lead_I/Unit	Siempre mV/s (milivoltios por segundo).
./ST_Slope/Lead_II/Value	Pendiente de la forma de onda en el punto de medida de ST.
./ST_Slope/Lead_II/Unit	Siempre mV/s (milivoltios por segundo).
./ST_Slope/Lead_III/Value	Pendiente de la forma de onda en el punto de medida de ST.
./ST_Slope/Lead_III/Unit	Siempre mV/s (milivoltios por segundo).
./ST_Slope/Lead_aVR/Value	Pendiente de la forma de onda en el punto de medida de ST.
./ST_Slope/Lead_aVR/Unit	Siempre mV/s (milivoltios por segundo).
./ST_Slope/Lead_-aVR/Value	Pendiente de la forma de onda en el punto de medida de ST.
./ST_Slope/Lead_-aVR/Unit	Siempre mV/s (milivoltios por segundo).
./ST_Slope/Lead_aVL/Value	Pendiente de la forma de onda en el punto de medida de ST.
./ST_Slope/Lead_aVL/Unit	Siempre mV/s (milivoltios por segundo).
./ST_Slope/Lead_aVF/Value	Pendiente de la forma de onda en el punto de medida de ST.
./ST_Slope/Lead_aVF/Unit	Siempre mV/s (milivoltios por segundo).
./ST_Slope/Lead_V1/Value	Pendiente de la forma de onda en el punto de medida de ST.
./ST_Slope/Lead_V1/Unit	Siempre mV/s (milivoltios por segundo).
./ST_Slope/Lead_V2/Value	Pendiente de la forma de onda en el punto de medida de ST.
./ST_Slope/Lead_V2/Unit	Siempre mV/s (milivoltios por segundo).
./ST_Slope/Lead_V3/Value	Pendiente de la forma de onda en el punto de medida de ST.
./ST_Slope/Lead_V3/Unit	Siempre mV/s (milivoltios por segundo).
./ST_Slope/Lead_V4/Value	Pendiente de la forma de onda en el punto de medida de ST.
./ST_Slope/Lead_V4/Unit	Siempre mV/s (milivoltios por segundo).
./ST_Slope/Lead_V5/Value	Pendiente de la forma de onda en el punto de medida de ST.
./ST_Slope/Lead_V5/Unit	Siempre mV/s (milivoltios por segundo).
./ST_Slope/Lead_V6/Value	Pendiente de la forma de onda en el punto de medida de ST.
./ST_Slope/Lead_V6/Unit	Siempre mV/s (milivoltios por segundo).

CONFIGURACIÓN DE INTERCAMBIO DE DATOS DE XSCRIBE

Etiqueta XML	Descripción
/StressTest/SummaryTable/MinuteSummaryLine	La estructura XML de MinuteSummaryLine es la misma que la de StageSummaryLine, descrita anteriormente, salvo por las etiquetas que se describen a continuación. Cada MinuteSummaryLine describe el estado del paciente al final de cada minuto, en los eventos creados manualmente y en los RPE registrados.
./Stage/Value	En blanco para líneas de minutos creadas automáticamente. Contiene el nombre del evento para los eventos creados manualmente. Si el evento es "Shortness of Breath", Xscribe exportará "Short of Breath". Para otros eventos, exporta los 16 primeros caracteres del nombre del evento. Cuando se registra un RPE, será RPEn, siendo n el valor en la escala configurada de 0-10 o 6-20.

XScribe Order XML

Etiqueta XML	Descripción
/StressRequest	
./Manufacturer	Dejar en blanco.
./Version	Dejar en blanco.
/StressRequest/PatientDemographics	
./LastName/Value	Apellidos del paciente.
./FirstName/Value	Nombre del paciente.
./MiddleName/Value	Segundo nombre del paciente.
./ID/Value	Número de registro médico principal del paciente.
./SecondaryID/Value	ID alternativo del paciente. Uso específico del centro.
./DobEx/Value	Fecha de nacimiento del paciente en formato XML, aaaa-MM-dd .
./Age/Value	Edad del paciente en años, si se desconoce la FN. Si se conoce la FN, la edad se calculará en el momento del examen.
./Age/Units	Dejar en blanco.
./MaxHR/Value	Dejar en blanco. Calculado por Xscribe .
./TargetHR/Value	Dejar en blanco. Calculado por Xscribe .
./TargetWatts/Value	Carga de trabajo objetivo para pruebas con el ergómetro.
./Gender/Value	Sexo del paciente. Los valores pueden ser: <ul style="list-style-type: none"> • Male • Female • Unknown
./Race/Value	Raza del paciente. Texto libre. Los valores predeterminados de fábrica en inglés son: <ul style="list-style-type: none"> • Caucasian • Afro American • Negro • Asian • Hispanic • Indian • Other
./Height/Value	Altura del paciente.
./Height/Units	<ul style="list-style-type: none"> • in = pulgadas • cm = centímetros
./Weight/Value	Peso del paciente.
./Weight/Units	<ul style="list-style-type: none"> • lbs = libras • kg = kilogramos
./Address/Value	Dirección particular del paciente. Calle y número.
./City/Value	Localidad del paciente.
./State/Value	Estado del domicilio del paciente.
./PostalCode/Value	Código postal del domicilio del paciente.
./Country/Value	País de residencia del paciente
./HomePhone/Value	Número de teléfono particular del paciente.
./WorkPhone/Value	Número de teléfono del trabajo del paciente.
./ReferringPhysician/Value	Nombre completo del médico que deriva. Texto libre.
./AttendingPhysician/Value	Nombre completo del médico a cargo. Texto libre.
./RequestedProcedureDesc/Value	Descripción del procedimiento solicitado. Se muestra en la interfaz de usuario como un tipo de procedimiento.

CONFIGURACIÓN DE INTERCAMBIO DE DATOS DE XSCRIBE

Etiqueta XML	Descripción
./Smoker/Value	Los valores pueden ser: <ul style="list-style-type: none">• Sí• No• Unknown
./Diabetic/Value	Los valores pueden ser: <ul style="list-style-type: none">• Sí• No• Unknown
./HistoryOfMI/Value	Los valores pueden ser: <ul style="list-style-type: none">• Sí• No• Unknown
./FamilyHistory/Value	Los valores pueden ser: <ul style="list-style-type: none">• Sí• No• Unknown
./PriorCABG/Value	Los valores pueden ser: <ul style="list-style-type: none">• Sí• No• Unknown
./PriorCath/Value	Los valores pueden ser: <ul style="list-style-type: none">• Sí• No• Unknown
./Angina/Value	Los valores pueden ser: <ul style="list-style-type: none">• Atypical• Typical• None
./Indications/Line	Existe una línea por cada indicación. Las líneas son de texto libre.
./Medications/Line	Existe una línea por cada medicamento. Las líneas son de texto libre.
./Notes/Line	Existe una línea por cada nota. Las líneas son de texto libre.
./MessageID/Value	Se pueden usar valores para llevar información de la orden de la prueba de esfuerzo a los resultados de la prueba de esfuerzo. Ninguno de los valores se muestran al usuario en la pantalla ni en el informe.
./OrderNumber/Value	
./BillingCode1/Value	
./BillingCode2/Value	
./BillingCode3/Value	
./ExpansionField1/Value	
./ExpansionField2/Value	
./ExpansionField3/Value	
./ExpansionField4/Value	
./AccessionNumber/Value	
./AdmissionID/Value	ID de admisión

XScribe Export Q-Exchange XML (v1.0)

Etiqueta XML	Descripción
DATOS DE REFERENCIA DE LA PRUEBA DE ESFUERZO	
Q-Stress_Final_Report UNC	Nombre de ruta completo de archivos PDF de exportación
DATOS RESUMEN DE LA PRUEBA DE ESFUERZO	
EvIDProductName	Descripción del dispositivo o del producto
EvIDPatientFullName	Nombre completo del paciente
EvIDPatientMRN	Patient ID
EvIDPatientSSN	Número de la Seguridad Social del paciente.
EvIDStudyAcqDate	Fecha de realización de la prueba
EvIDStudyAcqTime	Hora de realización de la prueba
EvIDStudyDepartment	Nombre del Dep. donde se realiza la prueba
EvIDStudyInstitution	Nombre de la institución
EvIDStudyInstitutionAddress1	Dirección (calle) *NS
EvIDStudyInstitutionAddress2	2.º componente de la dirección (calle) *NS
EvIDStudyInstitutionCity	Localidad *NS
EvIDStudyInstitutionState	Estado *NS
EvIDStudyInstitutionZipCode	Código postal *NS
EvIDStudyInstitutionCountry	País. *NS
EvIDStudySite	Ubicación del estudio en una institución
EvIDStudyAttendingPhysicianEntry	Nombre del médico a cargo
EvIDStudyReferringPhysicianEntry	Nombre del médico que deriva
EvIDStudyTechnicianEntry	Nombre del técnico
EvIDPatientBirthdate	Fecha de nacimiento del paciente
EvIDPatientAge	Edad del paciente
EvIDPatientGender	Sexo del paciente
EvIDPatientHeight	Altura del paciente
EvIDPatientWeight	Peso del paciente
EvIDPatientAddress1	Dirección particular del paciente (calle)
EvIDPatientAddress2	2.º componente de la dirección (calle)
EvIDPatientCity	Dirección particular del paciente (localidad)
EvIDPatientState	Dirección particular del paciente (estado)
EvIDPatientZipCode	Dirección particular del paciente (código postal)
EvIDPatientCountry	Dirección particular del paciente (país)
EvIDPatientAddress1Mailing	Dirección postal del paciente (calle) *NS
EvIDPatientAddress2Mailing	2.º componente de la dirección (calle) *NS
EvIDPatientCityMailing	Dirección postal del paciente (localidad) *NS
EvIDPatientStateMailing	Dirección postal del paciente (estado) *NS
EvIDPatientZipCodeMailing	Dirección postal del paciente (código postal) *NS

CONFIGURACIÓN DE INTERCAMBIO DE DATOS DE XSCRIBE

Etiqueta XML	Descripción
EvIDPatientCountryMailing	Dirección postal del paciente (país) *NS
EvIDPatientAddress1Office	Dirección laboral del paciente (calle) *NS
EvIDPatientAddress2Office	2.º componente de la dirección (calle) *NS
EvIDPatientCityOffice	Dirección laboral del paciente (localidad) *NS
EvIDPatientStateOffice	Dirección laboral del paciente (estado) *NS
EvIDPatientZipCodeOffice	Dirección laboral del paciente (código postal) *NS
EvIDPatientCountryOffice	Dirección laboral del paciente (país) *NS
EvIDPatientPhone	Número de teléfono particular del paciente
EvIDPatientPhoneWork	Número de teléfono del trabajo del paciente
EvIDPatientMedicationEntry	Medicación del paciente
EvIDFinalRestingHR	FC en reposo para el estudio
EvIDFinalRestingSysBP	TA sistólica en reposo
EvIDFinalRestingDiaBP	TA diastólica en reposo
EvIDStudyTargetRate	FC objetivo para el estudio
EvIDStudyMaxPredictedRate	Frecuencia cardíaca predicha máxima
EvIDFinalPercentMaxHR	FC máxima porcentual del estudio
EvIDFinalMaxHR	FC máx.
EvIDFinalMaxSysBP	TA sistólica máx.
EvIDFinalMaxDiaBP	TA diastólica máx.
EvIDProtocol	Nombre del protocolo
EvIDFinalMaxHRxBP	Producto frecuencia tensión
EvIDFinalOverallWCslope	Valor de pendiente de ST del peor caso
EvIDFinalOverallWCLevel	Valor del nivel de ST del peor caso
EvIDFinalTotalExerciseTime	Tiempo transcurrido para todas las etapas del ejercicio.
EvIDFinalMETsAchieved	MET final conseguidos
EvIDReasonForTest	Motivo para la prueba de esfuerzo
EvIDReasonForEndingTest	Motivo de finalización de la prueba
EvIDTestObservation	Observaciones durante la prueba.
EvIDTestConclusion	Ánalisis del resumen de la prueba de esfuerzo
EvIDExerDevWkldLabel	Define qué dispositivo está creando la carga de trabajo
EvIDPatientDiagnosisEntry	Diagnóstico del paciente
EvIDPatientProcedureEntry	Procedimientos de los pacientes
EvIDPatientRestingECGEntry	ECG en reposo de los pacientes *NS
ENCABEZADO DE LA TABLA DE LA PRUEBA DE ESFUERZO	
EvIDExStage	Nombre de la etapa
EvIDExTotalStageTime	Tiempo total para la etapa
EvIDLogCurrentHR	Frecuencia cardíaca
EvIDLogCurrentER	Frecuencia ectópica

CONFIGURACIÓN DE INTERCAMBIO DE DATOS DE XSCRIBE

Etiqueta XML	Descripción
EvIDLogCurrentBP	TA
EvIDLogHRxBP	FCxTA
EvIDExTreadmillSpeed	Velocidad del dispositivo (cinta de andar)
EvIDExTreadmillGrade	Inclinación del dispositivo (cinta de andar)
EvIDExErgometerRpm	RPM del dispositivo (ergómetro)
EvIDExErgometer Workload	Carga de trabajo del dispositivo (ergómetro)
EvIDSTLevel	Habrá una entrada para cada derivación
EvIDSTSlope	Habrá una entrada para cada derivación
EvIDExerDevSpeed	Define las unidades de velocidad del dispositivo del ejercicio
EvIDExerDevWkld	Define la unidad de carga de trabajo del dispositivo del ejercicio

DATOS DE LA TABLA DE LA PRUEBA DE ESFUERZO

EvIDExStage	Nombre de la etapa
EvIDExTotalStageTime	Tiempo total para la etapa
EvIDLogCurrentHR	Frecuencia cardíaca
EvIDLogCurrentER	Frecuencia ectópica
EvIDLogCurrentBP	TA
EvIDLogHRxBP	FCxTA
EvIDExTreadmillSpeed	Velocidad del dispositivo (cinta de andar)
EvIDExTreadmillGrade	Inclinación del dispositivo (cinta de andar)
EvIDExErgometerRpm	RPM del dispositivo (ergómetro)
EvIDExErgometer Workload	Carga de trabajo del dispositivo (ergómetro)
EvIDSTLevel	Habrá una entrada para cada derivación y corresponde a la medida del nivel de ST.
EvIDSTSlope	Habrá una entrada para cada derivación y corresponde a la medida de pendiente de ST.
EvIDComment	Comentarios del usuario

*NS – Indica que este campo no está admitido.

El siguiente es un ejemplo de un archivo Q-Exchange V1.0 XML exportado de **Xscribe**:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<Q-Stress_Final_Report
UNC="C:\CSImpExp\XmlOutputDir\X^EXMGR^manual^4704IU22_1^8_1148LK12^Anderson^Thomas^Jack^^_20170516081413_20170516084520.p
df" LCID="1033">
<Summary>
<EvIDProductName>X-Scribe Final Report</EvIDProductName>
<EvIDPatientFullName>Anderson, Thomas Jack</EvIDPatientFullName>
<EvIDPatientMRN>1148LK12</EvIDPatientMRN>
<EvIDPatientSSN></EvIDPatientSSN>
<EvIDStudyAcqDate>05/16/2017</EvIDStudyAcqDate>
<EvIDStudyAcqTime>08.14.13 AM</EvIDStudyAcqTime>
<EvIDStudyDepartment>Yup</EvIDStudyDepartment>
<EvIDStudyInstitution>testInstitution</EvIDStudyInstitution>
<EvIDStudyInstitutionAddress1 />
<EvIDStudyInstitutionAddress2 />
```



```

<EvIDExTreadmillGrade>0.0</EvIDExTreadmillGrade>
<EvIDSTLevel>-0.4</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.5</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>0.3</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.3</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>0.5</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.6</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.9</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>0.6</EvIDSTLevel>
<EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>3</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>-3</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>-1</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>-3</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>3</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>6</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>4</EvIDSTSlope>
</REST>
<Stage_1>
  <EvIDExStage>Stage 1</EvIDExStage>
  <EvIDExTotalStageTime>01:00</EvIDExTotalStageTime>
  <EvIDLogCurrentHR>60</EvIDLogCurrentHR>
  <EvIDLogCurrentER>---</EvIDLogCurrentER>
  <EvIDLogCurrentBP>125/82</EvIDLogCurrentBP>
  <EvIDLogHRxBP>7500</EvIDLogHRxBP>
  <EvIDExTreadmillSpeed>1.7</EvIDExTreadmillSpeed>
  <EvIDExTreadmillGrade>10.0</EvIDExTreadmillGrade>
  <EvIDSTLevel>-0.4</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.5</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>0.3</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.3</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>0.5</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.6</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.9</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.6</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>3</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>-3</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>-1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>-3</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>3</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>6</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>4</EvIDSTSlope>
</Stage_1>
<Stage_1>
  <EvIDComment>Manual Event Record</EvIDComment>
</Stage_1>
<Stage_1>
  <EvIDExTotalStageTime>01:45</EvIDExTotalStageTime>
  <EvIDLogCurrentHR>60</EvIDLogCurrentHR>
  <EvIDLogCurrentER>---</EvIDLogCurrentER>
  <EvIDLogCurrentBP>125/82</EvIDLogCurrentBP>
  <EvIDLogHRxBP>7500</EvIDLogHRxBP>
  <EvIDExTreadmillSpeed>1.7</EvIDExTreadmillSpeed>
  <EvIDExTreadmillGrade>10.0</EvIDExTreadmillGrade>
  <EvIDSTLevel>-0.4</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.5</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>0.3</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.3</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>0.2</EvIDSTLevel>

```

```

<EvIDSTLevel>0.5</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.6</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>0.9</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.6</EvIDSTLevel>
<EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>3</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>-3</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>-1</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>-3</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>3</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>6</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>4</EvIDSTSlope>
</Stage_1>
<Stage_1>
<EvIDEExTotalStageTime>02:00</EvIDEExTotalStageTime>
<EvIDLogCurrentHR>60</EvIDLogCurrentHR>
<EvIDLogCurrentER>---</EvIDLogCurrentER>
<EvIDLogCurrentBP>125/82</EvIDLogCurrentBP>
<EvIDLogHRxBP>7500</EvIDLogHRxBP>
<EvIDEExTreadmillSpeed>1.7</EvIDEExTreadmillSpeed>
<EvIDEExTreadmillGrade>10.0</EvIDEExTreadmillGrade>
<EvIDSTLevel>-0.4</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.5</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>0.3</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.3</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>0.5</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.6</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.9</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.6</EvIDSTLevel>
<EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>3</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>-3</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>3</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>6</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>4</EvIDSTSlope>
</Stage_1>
<Stage_1>
<EvIDEExTotalStageTime>03:00</EvIDEExTotalStageTime>
<EvIDLogCurrentHR>60</EvIDLogCurrentHR>
<EvIDLogCurrentER>---</EvIDLogCurrentER>
<EvIDLogCurrentBP>126/88</EvIDLogCurrentBP>
<EvIDLogHRxBP>7560</EvIDLogHRxBP>
<EvIDEExTreadmillSpeed>1.7</EvIDEExTreadmillSpeed>
<EvIDEExTreadmillGrade>10.0</EvIDEExTreadmillGrade>
<EvIDSTLevel>-0.4</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.5</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>0.3</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.3</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>0.5</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.6</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.9</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.6</EvIDSTLevel>
<EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>3</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>-3</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope>

```

```

<EvIDSTSlope>-3</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>3</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>6</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>4</EvIDSTSlope>
</Stage_1>
<Stage_2>
  <EvIDEStage>Stage 2</EvIDEStage>
  <EvIDExTotalStageTime>01:00</EvIDExTotalStageTime>
  <EvIDLogCurrentHR>90</EvIDLogCurrentHR>
  <EvIDLogCurrentER>---</EvIDLogCurrentER>
  <EvIDLogCurrentBP>126/88</EvIDLogCurrentBP>
  <EvIDLogHRxBP>7560</EvIDLogHRxBP>
  <EvIDEExTreadmillSpeed>2.5</EvIDEExTreadmillSpeed>
  <EvIDEExTreadmillGrade>12.0</EvIDEExTreadmillGrade>
  <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.3</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>0.4</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.3</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>-2</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>8</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>-1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>-2</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>4</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope>
</Stage_2>
<Stage_2>
  <EvIDComment>Shortness of Breath</EvIDComment>
</Stage_2>
<Stage_2>
  <EvIDExTotalStageTime>01:53</EvIDExTotalStageTime>
  <EvIDLogCurrentHR>90</EvIDLogCurrentHR>
  <EvIDLogCurrentER>---</EvIDLogCurrentER>
  <EvIDLogCurrentBP>126/88</EvIDLogCurrentBP>
  <EvIDLogHRxBP>7560</EvIDLogHRxBP>
  <EvIDEExTreadmillSpeed>2.5</EvIDEExTreadmillSpeed>
  <EvIDEExTreadmillGrade>12.0</EvIDEExTreadmillGrade>
  <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.3</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>0.4</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.3</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>-2</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>8</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>-1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>-2</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>4</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope>
</Stage_2>
<Stage_2>
  <EvIDExTotalStageTime>02:00</EvIDExTotalStageTime>

```

```

<EvIDLogCurrentHR>90</EvIDLogCurrentHR>
<EvIDLogCurrentER>---</EvIDLogCurrentER>
<EvIDLogCurrentBP>126/88</EvIDLogCurrentBP>
<EvIDLogHRxBP>7560</EvIDLogHRxBP>
<EvIDEExTreadmillSpeed>2.5</EvIDEExTreadmillSpeed>
<EvIDEExTreadmillGrade>12.0</EvIDEExTreadmillGrade>
<EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.3</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.4</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.3</EvIDSTLevel>
<EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>-2</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>0</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>-1</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>-2</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>4</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope>
</Stage_2>
<Stage_2>
<EvIDEExTotalStageTime>03:00</EvIDEExTotalStageTime>
<EvIDLogCurrentHR>90</EvIDLogCurrentHR>
<EvIDLogCurrentER>---</EvIDLogCurrentER>
<EvIDLogCurrentBP>126/88</EvIDLogCurrentBP>
<EvIDLogHRxBP>7560</EvIDLogHRxBP>
<EvIDEExTreadmillSpeed>2.5</EvIDEExTreadmillSpeed>
<EvIDEExTreadmillGrade>12.0</EvIDEExTreadmillGrade>
<EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.3</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.4</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.3</EvIDSTLevel>
<EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>0</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>-2</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>4</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope>
</Stage_2>
<Stage_3>
<EvIDEExStage>Stage 3</EvIDEExStage>
<EvIDEExTotalStageTime>01:00</EvIDEExTotalStageTime>
<EvIDLogCurrentHR>119</EvIDLogCurrentHR>
<EvIDLogCurrentER>---</EvIDLogCurrentER>
<EvIDLogCurrentBP>126/88</EvIDLogCurrentBP>
<EvIDLogHRxBP>7560</EvIDLogHRxBP>
<EvIDEExTreadmillSpeed>3.4</EvIDEExTreadmillSpeed>
<EvIDEExTreadmillGrade>14.0</EvIDEExTreadmillGrade>
<EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>0.0</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel>

```

```

<EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>0.0</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTSlope>14</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>17</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>3</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>-15</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>5</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>10</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>-10</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>-24</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>9</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>23</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>38</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>24</EvIDSTSlope>
</Stage_3>
<Stage_3>
<EvIDExTotalStageTime>01:04</EvIDExTotalStageTime>
<EvIDLogCurrentHR>119</EvIDLogCurrentHR>
<EvIDLogCurrentER>---</EvIDLogCurrentER>
<EvIDLogCurrentBP>126/88</EvIDLogCurrentBP>
<EvIDLogHRxBP>7560</EvIDLogHRxBP>
<EvIDExTreadmillSpeed>4.2</EvIDExTreadmillSpeed>
<EvIDExTreadmillGrade>16.0</EvIDExTreadmillGrade>
<EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>0.0</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>0.0</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTSlope>14</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>17</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>3</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>-15</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>5</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>10</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>-10</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>-24</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>9</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>23</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>38</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>24</EvIDSTSlope>
</Stage_3>
<Stage_4>
<EvIDExStage>Stage 4</EvIDExStage>
<EvIDExTotalStageTime>00:30</EvIDExTotalStageTime>
<EvIDLogCurrentHR>119</EvIDLogCurrentHR>
<EvIDLogCurrentER>---</EvIDLogCurrentER>
<EvIDLogCurrentBP>126/88</EvIDLogCurrentBP>
<EvIDLogHRxBP>7560</EvIDLogHRxBP>
<EvIDExTreadmillSpeed>5.0</EvIDExTreadmillSpeed>
<EvIDExTreadmillGrade>18.0</EvIDExTreadmillGrade>
<EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>0.0</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>0.0</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>0.0</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTSlope>14</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>17</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>3</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>-16</EvIDSTSlope>

```

```

<EvIDSTSlope>5</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>10</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>-10</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>-24</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>10</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>23</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>38</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>24</EvIDSTSlope>
</Stage_4>
<Stage_5>
  <EvIDComment>Peak</EvIDComment>
</Stage_5>
<Stage_5>
  <EvIDEStage>Stage 5</EvIDEStage>
  <EvIDEStageTime>00:15</EvIDEStageTime>
  <EvIDLogCurrentHR>119</EvIDLogCurrentHR>
  <EvIDLogCurrentER>---</EvIDLogCurrentER>
  <EvIDLogCurrentBP>126/88</EvIDLogCurrentBP>
  <EvIDLogHRxBP>7560</EvIDLogHRxBP>
  <EvIDEExTreadmillSpeed>5.0</EvIDEExTreadmillSpeed>
  <EvIDEExTreadmillGrade>18.0</EvIDEExTreadmillGrade>
  <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>0.0</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>0.0</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>0.0</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTSlope>14</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>17</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>3</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>-16</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>5</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>10</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>-10</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>-24</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>10</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>23</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>38</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>24</EvIDSTSlope>
</Stage_5>
<RECOVERY>
  <EvIDEStage>RECOVERY</EvIDEStage>
  <EvIDEStageTime>00:10</EvIDEStageTime>
  <EvIDLogCurrentHR>119</EvIDLogCurrentHR>
  <EvIDLogCurrentER>---</EvIDLogCurrentER>
  <EvIDLogCurrentBP>126/88</EvIDLogCurrentBP>
  <EvIDLogHRxBP>7560</EvIDLogHRxBP>
  <EvIDEExTreadmillSpeed>1.5</EvIDEExTreadmillSpeed>
  <EvIDEExTreadmillGrade>0.0</EvIDEExTreadmillGrade>
  <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>0.0</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>0.0</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTSlope>14</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>17</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>3</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>-16</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>5</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>10</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>-10</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>-24</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>10</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>23</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>38</EvIDSTSlope>

```

```

<EvIDSTSlope>24</EvIDSTSlope>
</RECOVERY>
<RECOVERY>
  <EvIDEExTotalStageTime>01:10</EvIDEExTotalStageTime>
  <EvIDLogCurrentHR>90</EvIDLogCurrentHR>
  <EvIDLogCurrentER>---</EvIDLogCurrentER>
  <EvIDLogCurrentBP>126/88</EvIDLogCurrentBP>
  <EvIDLogHRxBP>7560</EvIDLogHRxBP>
  <EvIDEExTreadmillSpeed>1.5</EvIDEExTreadmillSpeed>
  <EvIDEExTreadmillGrade>0.0</EvIDEExTreadmillGrade>
  <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>0.0</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>0.0</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>0.0</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>0.0</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.3</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTSlope>3</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>3</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>-3</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>-3</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>-4</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>3</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>5</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>4</EvIDSTSlope>
</RECOVERY>
<RECOVERY>
  <EvIDComment>Bookmark-Recovering</EvIDComment>
</RECOVERY>
<RECOVERY>
  <EvIDEExTotalStageTime>01:31</EvIDEExTotalStageTime>
  <EvIDLogCurrentHR>90</EvIDLogCurrentHR>
  <EvIDLogCurrentER>---</EvIDLogCurrentER>
  <EvIDLogCurrentBP>126/88</EvIDLogCurrentBP>
  <EvIDLogHRxBP>7560</EvIDLogHRxBP>
  <EvIDEExTreadmillSpeed>1.5</EvIDEExTreadmillSpeed>
  <EvIDEExTreadmillGrade>0.0</EvIDEExTreadmillGrade>
  <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>0.0</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>0.0</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>0.0</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>0.0</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTSlope>3</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>3</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>-3</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>-3</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>-4</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>3</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>5</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>4</EvIDSTSlope>
</RECOVERY>
<RECOVERY>
  <EvIDEExTotalStageTime>01:45</EvIDEExTotalStageTime>
  <EvIDLogCurrentHR>90</EvIDLogCurrentHR>
  <EvIDLogCurrentER>---</EvIDLogCurrentER>
  <EvIDLogCurrentBP>126/88</EvIDLogCurrentBP>
  <EvIDLogHRxBP>7560</EvIDLogHRxBP>
  <EvIDEExTreadmillSpeed>1.5</EvIDEExTreadmillSpeed>

```

```
<EvIDExTreadmillGrade>0.0</EvIDExTreadmillGrade>
<EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>0.0</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>0.0</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>0.0</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.3</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTSlope>3</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>3</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>-3</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>-3</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>-4</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>3</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>5</EvIDSTSlope>
<EvIDSTSlope>4</EvIDSTSlope>
</RECOVERY>
</Tabular>
</Q-Stress_Final_Report>
```

GUÍA DE XSCRIBE PARA EL MÉDICO

Análisis de la señal de Xscribe

Este apéndice del manual del usuario está dirigido a profesionales sanitarios cualificados que deseen obtener más información sobre los métodos de análisis del sistema de pruebas de esfuerzo cardíaco **Xscribe**. Describe diversos aspectos del algoritmo Baxter **VERITAS** para el análisis de las pruebas de esfuerzo cardíaco.

El proceso de análisis de **Xscribe** consta de los siguientes pasos y componentes:

1. Obtención de los datos digitales de ECG sin procesar y posterior procesamiento y almacenamiento de dichos datos
2. Detección de latidos y creación de la plantilla QRS dominante
3. Determinación de los tipos de latido normal, ventricular y estimulado
4. Análisis de ECG en reposo durante la fase previa al ejercicio
5. Identificación del cambio de ritmo QRS dominante
6. Análisis de segmentos ST de las 12 derivaciones
7. Detección de arritmias
8. Cálculos y algoritmos de la prueba de esfuerzo cardíaco
9. Creación de datos resumen para proporcionar informes de resultados

Adquisición de datos

El cable del paciente de **Xscribe** recibe la señal del ECG, que se digitaliza con una velocidad de muestreo de 40.000 muestras por segundo en cada canal a través del frontal de **Xscribe** (**AM12Q**). El **AM12Q** también proporciona un modo de funcionamiento para medir la impedancia de los electrodos del paciente. Los datos del ECG son filtrados y almacenados por el sistema **Xscribe** con una velocidad de 500 muestras por segundo en cada derivación y una resolución de 2,5 microvoltios por cada LSB. La anchura de la banda de frecuencias para la señal de ECG es conforme con la norma EC11:1991/(R)2001 sobre datos de ECG con calidad de diagnóstico.

Visualización y almacenamiento de publicación completa

Se puede navegar por la publicación completa de los datos de ECG históricos mediante el uso de la visualización de contexto desde el inicio de la fase previa al ejercicio y hasta el final de la recuperación. Hay una miniatura de una sola derivación, definida por el usuario, que se puede cambiar a cualquiera de las 12 derivaciones en cualquier momento. El área Visualización de contexto resalta los eventos de ECG almacenados y permite la adición de nuevos eventos de ECG así como la eliminación de los eventos almacenados que no se deseen.

La revisión después del examen admite la navegación por los datos de publicación completa, latido a latido, así como una rápida visualización de cualquier evento desde la fase previa al ejercicio hasta la recuperación; solo es necesario hacer clic en los eventos de ECG que tuvieron lugar durante el examen o seleccionando cualquier punto de las tendencias.

Informe final

Los resultados de la prueba de esfuerzo cardíaco se pueden comunicar y exportar en los formatos PDF, XML y **DICOM**. Las páginas del informe final se numeran secuencialmente con los ejemplos explicados en esta guía.


Filtros

Source Consistency Filter (SCF)

El filtro SCF (Source Consistency Filter) patentado de Baxter es una característica exclusiva que se utiliza para reducir el ruido asociado con las pruebas de esfuerzo. Utilizando la morfología aprendida durante la fase Pre Exercise o durante una operación de reaprendizaje, el filtro SCF distingue entre ruido y la señal real en cada una de las 12 derivaciones. Este filtrado reduce el ruido por temblor muscular, el ruido de baja y alta frecuencia y los artefactos de la línea base, al tiempo que conserva las formas de onda con calidad de diagnóstico. No se necesitan filtros de frecuencia de paso bajo ni de paso alto.

- SCF proporciona reducción del ruido sin una degradación de la señal.
- SCF en primer lugar “aprende” la morfología del ECG del paciente para determinar la señal cardíaca verdadera para mayor uniformidad en todas las derivaciones.
- A continuación, SCF elimina las señales incoherentes procedentes de otros orígenes, como interferencia muscular, sin que ello afecte al ECG real.

Cada señal es uniforme, y se ve mejor en formato 12x1.



El estado predeterminado del filtro (activado o desactivado) viene determinado por la configuración de modalidad. Con el filtro activado, SCF® aparece en el borde inferior de la visualización de ECG en tiempo real. Este ajuste se puede cambiar en cualquier momento durante un examen de esfuerzo.

NOTA: Cuando SCF está activado, el paciente inmóvil debe mantenerse en la posición que asumirá durante las pruebas de esfuerzo mientras el SCF está en proceso de aprendizaje. De este modo se conseguirá una señal limpia y clara durante la prueba de esfuerzo. Aparecerá un mensaje en el lado superior derecho de la pantalla para indicar que el filtro SCF se encuentra en proceso de aprendizaje. Una vez que este mensaje desaparezca, el SCF habrá completado su proceso de aprendizaje, y ya se podrá mover el paciente.



ADVERTENCIA: Cuando el SCF está activado, se pueden observar cambios en la amplitud del QRS en la forma de onda del ECG que se muestra en la en pantalla en tiempo real, en las impresiones del ECG en tiempo real y en los informes finales. La visualización del latido promedio, los cálculos (p. ej., frecuencia cardíaca, nivel de ST y pendiente de ST) y los eventos detectados por el algoritmo (p. ej., EV, SALVAV) no se ven afectados. La amplitud del complejo QRS puede disminuir un promedio de un -5,4 % antes del ejercicio y de un -7,1 % en la frecuencia cardíaca máxima. El 95 % de los posibles valores de diferencia de amplitud del QRS oscilan entre el 0 y el -19,0 % antes del ejercicio y entre el -0,6 y el -20,4 % en la frecuencia cardíaca máxima.


Beat Consistency Filter (BCF)

El filtro **BCF (Beat Consistency Filter)** proporciona una impresión de ECG promediado utilizando la mediana de los complejos ECG. Las etiquetas impresas en las derivaciones indican “BCF” junto a la etiqueta de la derivación (p. ej. I BCF, II BCF, III BCF, etc.). La derivación de ritmo debajo del ECG de 12 derivaciones es en tiempo real y no refleja el BCF.

Nota: El BCF introduce un retardo adicional de dos segundos en el ECG en tiempo real.


Durante el examen siempre se muestra en pantalla el ECG en tiempo real.

- El filtro BCF une ECG promediados para crear una línea base sin ruido al tiempo que conserva el ritmo y los latidos ectópicos.
- Las impresiones de BCF están disponibles en los formatos 3x4+1 y 3x4+3; cada derivación lleva la etiqueta BCF según se haya definido en la configuración de modalidad del sistema **X**Scribe.
- Las derivaciones de ritmo de la impresión de BCF no están filtradas por uniformidad de latido, y representan la verdadera calidad de la forma de onda.



Filtro AC

El **filtro AC** de Xscribe siempre debe configurarse en la frecuencia de línea de potencia local a 50 o 60 Hertz. Esto elimina el artefacto de interferencia de CA de 50/60 Hz asociado con la corriente alterna en la frecuencia de la electricidad de la red. Cuando la interferencia de CA está presente en el trazo, se observan 50 o 60 picos o deflexiones muy regulares en 1 segundo.



Interferencia de CA de 60 H

Filtro de 40 Hz

El filtro de 40 Hz es un filtro de gráfica, es decir, que solo afecta a la información representada gráficamente o impresa, de manera similar a un filtro de 40 Hz en un electrocardiógrafo. El estado predeterminado de este filtro (activado o desactivado) viene determinado por el perfil seleccionado. Con el filtro activado, en el borde inferior de la visualización de ECG en tiempo real aparecerá 40 Hz. La configuración de este filtro se puede alternar entre 150 Hz y 40 Hz según sea necesario durante una prueba de esfuerzo, así como durante una revisión después del examen.

Se recomienda que el filtro de 40 Hz se desactive para la mayoría de los exámenes. Esto producirá un filtro de ECG estándar a 150 Hz. El filtro de 40 Hz se puede usar si una escasa calidad del ECG genera dificultades en la interpretación una vez efectuada una buena preparación del electrodo en la piel.



ADVERTENCIA: *Cuando se usa 40 Hz Filter, el requisito de respuesta de frecuencia para el equipo de ECG de diagnóstico no se puede satisfacer. 40 Hz Filter reduce de forma significativa los componentes de alta frecuencia de las amplitudes de pico del ECG y del marcapasos, y solo se recomienda si no se puede reducir el ruido de alta frecuencia mediante los procedimientos adecuados.*

Identificación de latidos y exactitud

Al iniciar un examen de esfuerzo, Xscribe obtiene inicialmente un complejo QRS dominante para cada derivación para crear la primera plantilla de QRS para las 12 derivaciones del ECG. Despues de cada latido se actualiza la forma de onda QRS promedio para cada una de las 12 derivaciones.

Si cambia la morfología dominante de QRS, se detectará automáticamente y la nueva se “aprenderá” como nueva morfología de latido dominante. Este evento se etiqueta como DRC (Dominant Rhythm Change o cambio de ritmo dominante) en las tendencias mostradas.

Interpretación de ECG en reposo

XScribe permite la obtención e impresión de un ECG en reposo de 12 derivaciones, en supino, como referencia con el algoritmo de interpretación de ECG en reposo VERITAS™ de Baxter. También se puede realizar un ECG en reposo con etiquetas de Mason-Likar y con interpretación, en el que se usan las derivaciones situadas en el torso para su comparación a lo largo del examen.

Para obtener información adicional sobre este, consulte la *Physician's Guide to VERITAS with Adult and Pediatric Resting ECG Interpretation (Guía del médico para VERITAS con interpretación de ECG en reposo para pacientes adultos y pediátricos)*.

Cálculos y algoritmos de Xscribe

Cálculo de frecuencia cardíaca

XScribe calcula y muestra la FC a partir de las derivaciones de ritmo V1 y V5, con la derivación II como confirmación, usando una ventana de promedio deslizante de 16 intervalos consecutivos de R a R.

XScribe calcula y muestra el valor actual del Producto doble (DP) (FC sistólica x FC) una vez introducido un valor de una tensión arterial de forma manual o automática. El valor de DP se actualiza dinámicamente cuando se obtiene el siguiente valor de TA y se mantiene en pantalla con relación a la marca de hora de TA.

Los valores de frecuencia cardíaca mostrados y de tendencia se promedian a lo largo de 17 intervalos RR que tienen en cuenta los aumentos y disminuciones fisiológicos en frecuencia cardíaca durante el ejercicio. De este modo se consigue una respuesta más gradual a los cambios RR y se reduce la posibilidad de falsas detecciones, normalmente causadas por artefactos de movimiento.

Las señales analógica y TTL se emiten como desencadenadores latido a latido para su uso con dispositivos externos que requieren pulsos de sincronización.

Equivalentes metabólicos estimados (MET)

Los MET DE ESTADO ESTABLE se calculan de acuerdo con las siguientes fórmulas:

Para protocolos de cinta de andar:

Si (Velocidad <= 4.0 mph Y Protocolo de etapa) O (Protocolo de rampa)

$$\text{METs} = 1.0 + 0.8 * \text{Velocidad} + 0.1375 * \text{Velocidad} * \% \text{Inclinación}$$

(Velocidad > 4.0 mph Y Protocolo de etapa)

$$\text{METs} = 1.0 + 1.54 * \text{Velocidad} + 0.069 * \text{Velocidad} * \% \text{Inclinación}$$

(Fórmula para correr)

Para protocolos de ergómetro:

Si (20 kg < Peso) Y (Peso < 400 kg)

$$\text{METs} = (90.0 + 3.44 * \text{Potencia}) / \text{Peso}$$

Si (Peso <= 20 kg) O (400 kg <= Peso)

$$\text{METs} = (90.0 + 3.44 * \text{Potencia}) / 70$$

El valor de los MET DE ESTADO ESTABLE no siempre es el valor mostrado. El cálculo del estimado de MET se actualiza cada 10 segundos. En cada actualización, el valor de los MET reales previo se compara con el valor de ESTADO ESTABLE com no más de 0.3 MET em cada cálculo. Esto se hace para emular el cambio gradual de la

absorción de oxígeno en un protocolo gradual cada vez que cambian la velocidad o la inclinación o la carga. De modo efectivo, este método limita la tasa de cambio de los MET estimados a 1.2 MET/minuto. En protocolos de uso clínico, el valor de ESTADO ESTABLE se alcanzará antes del final de cada etapa, por ejemplo, con un cambio de 2.4 MET, la etapa tarda 80 segundos en alcanzar el ESTADO ESTABLE. No obstante, en algunos protocolos que cambian más rápidamente, como los que se emplean para atletas, el valor de MET estimados reportado puede saltar si no se ha conseguido el ESTADO ESTABLE. En modo manual, los MET mostrados se actualizarán instantáneamente a medida que se cambien la Velocidad o la Inclinación.

Al ver los MET (equivalentes metabólicos), la Velocidad, la Pendiente y los Varios en el informe, hay diferencias en la forma en que se muestran los valores entre los formatos de Resumen de Etapa y Resumen de Minutos. Si la etapa cambia en el minuto, el formato de Resumen de Etapa mostrará la Velocidad, Pendiente y Varios y los MET máximos de la etapa. El formato de Resumen de Minutos mostrará los valores a medida que aparecen en ese minuto, que serían la Velocidad, Pendiente y Varios de la siguiente etapa.

Análisis de segmentos ST

Cuando comienza **la fase previa al ejercicio**, Xscribe obtiene y analiza los datos de ECG entrantes para desarrollar la plantilla del latido dominante. La notificación **ST LEARN...** aparece durante este proceso y es sustituida por el nivel de ST medido una vez establecida la plantilla dominante.

El perfil ST, si está activado, muestra el valor de ST para el promedio en pantalla en formato gráfico. Cuando se inicia la fase previa al ejercicio, Xscribe obtiene y analiza los datos de ECG entrantes para desarrollar el nivel actual de ST al comienzo del procedimiento. El gráfico muestra los niveles de ST actuales en negro y los de referencia en verde.

El punto de medida ST se puede ajustar y volver a analizar después del examen.

El valor del índice ST/HR se muestra opcionalmente y el valor se presenta solo cuando Xscribe detecta un cambio en la FC con un incremento mayor del 10% y una depresión de ST mayor de 100 µV. El valor se actualiza cada 10 segundos.

Análisis de arritmias

Xscribe captura y documenta automáticamente los eventos ectópicos ventriculares tales como complejos ventriculares prematuros aislados (PVCs), duplas ventriculares y series ventriculares como arritmias.

También se documenta automáticamente y almacena en memoria para su posterior revisión, edición y comunicación de resultados un cambio del ritmo dominante (DRC) causado por un cambio en la configuración QRS dominante. Es probable que se produzca un DRC cuando, durante el ejercicio, se presenta un bloqueo de una rama del haz relacionado con la frecuencia.

Se proporciona la detección de arritmias para facilitar la documentación automática. El dispositivo no ofrece opinión diagnóstica, pero proporciona documentación durante el examen para la cual el operador presta su propia opinión médica. La documentación se presenta y almacena para su verificación por parte de un médico.

Puntuación de riesgos

Puntuación de Duke

La puntuación de Duke, una puntuación cuantitativa para el ejercicio en cinta de andar que predice el pronóstico, diseñada en la Universidad de Duke, aparece solo si se ha llevado a cabo un protocolo de Bruce y el paciente presenta cambio de ST durante el examen. La evaluación clínica de la puntuación de Duke puede elegirse en una lista desplegable con las siguientes selecciones que afectarán al valor resultante.

- Ninguno (No angina)
- Non-limiting angina

- Exercise-limiting angina

La puntuación de Duke se calcula mediante la siguiente ecuación:

Puntuación de Duke = Tiempo del ejercicio (minutos) – 5 * ST delta máx. (μ V)/100 – 4 * Puntuación de angina

Porcentaje de Trastorno aeróbico funcional (FAI%)

El porcentaje de deterioro aeróbico funcional (FAI %) solo aparece si se ha llevado a cabo un protocolo de Bruce.

La puntuación de FAI se muestra como un intervalo desde Sedentario hasta Activo utilizando la siguiente ecuación:

- Mujer de vida sedentaria
FAI = $(10035 - \text{Edad} \cdot 86 - 14 \cdot \text{Tiempo del ejercicio en segundos}) / (103 - \text{Edad} \cdot 86 / 100)$
- Mujer de vida activa
FAI = $(10835 - \text{Edad} \cdot 86 - 14 \cdot \text{Tiempo del ejercicio en segundos}) / (111 - \text{Edad} \cdot 86 / 100)$
- Varón de vida sedentaria
FAI = $(13480 - \text{Edad} \cdot 111 - 14 \cdot \text{Tiempo del ejercicio en segundos}) / (144 - \text{Edad} \cdot 111 / 100)$
- Varón de vida activa
FAI = $(16455 - \text{Edad} \cdot 153 - 14 \cdot \text{Tiempo del ejercicio en segundos}) / (174 - \text{Edad} \cdot 153 / 100)$

Si el valor de FAI calculado es menor que 0, FAI se muestra como 0.

FC/carga de trabajo máximas y objetivo

El cálculo de FC objetivo con pruebas en cinta de andar y farmacológica se basa en la edad y en el porcentaje de FC predicha máxima utilizando 220 menos la edad o 210 menos la edad o 210 menos (0,65 x edad).

La carga de trabajo máxima con ergómetro se calcula usando la siguiente fórmula:

Carga de trabajo máx. en hombres = $6,773 + (136,141 * \text{ASC}) - (0,064 * \text{Edad}) - (0,916 * \text{ASC} * \text{Edad})$

Carga de trabajo máx. en mujeres = $3,933 + (86,641 * \text{ASC}) - (0,015 * \text{Edad}) - (0,346 * \text{ASC} * \text{Edad})$

Siendo ASC = $0,007184 * (\text{Altura} ^ 0,725) * (\text{Peso} ^ 0,425)$

Edad en años / Altura en cm / Peso en kg

FC objetivo o Carga de trabajo objetivo se pueden calcular a partir de un rango de 75% al 100% en incrementos de 5%. Los médicos también pueden introducir manualmente el valor objetivo que desearían que obtuviera el paciente.